

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-UESSA-PUQUIO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201 PARA LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD PUQUIO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:47:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas no se esta considerando el detalle de las características de las microcubetas es por eso que solicitamos al comité de selección junto al área usuaria agregar las siguientes, de esta manera verificar al 100% que son las microcubetas compatibles con el hemoglobinómetro hemocue hb 201:

- ¿ Presentación empaque Individual (sachet)
- ¿ Paquete por 100 microcubetas. (4 cajas x 25 Unidades)
- ¿ Material: poliestireno.
- ¿ Composición de la microcubeta:
- ¿ Reactivos: <600 ug/g de deoxicolato de sodio, < a 300 ug/g de azida sódica, <300 ug/g de nitrito de sodio, < 350 ug/g de ingredientes no reactivos.
- ¿ El llenado de la microcubeta se realiza por capilaridad con un volumen aproximado de 10 ul de sangre de diluir.
- ¿ Material de Muestra: Sangre completa capilar, venosa o arterial
- ¿ Fecha de vencimiento: no menor a 12 meses a partir de la fecha de adquisición.
- ¿ Microcubeta compatible para análisis de hemoglobina descartable para equipo de determinación Hemocue Hb201+.
- ¿ De un solo uso: si
- ¿ Temperatura de almacenaje: 15-30¿ C
- ¿ Temperatura de operación: 15-30¿ C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE DETALLARA LAS ESPECIFICACIONES EN EL REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null