

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE SONDAS DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Y TUBO DE ASPIRACION NO CONDUCTIVO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE DIFERENTES SERVICIOS PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - HEVES

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	12:18:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSIDERANDO QUE SEGÚN EL NUMERAL 9.1.-DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,LA METODOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERA A TRAVÉS DE LA TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS TALES COMO :REGISTRO SANITARIO,PROTOCOLO DE ANALISIS,COPIA DEL ROTULADO MEDIATO E INMEDIATO,FICHA TÉCNICA Y/O CATÁLOGOS ENTRE OTROS,CONSULTAMOS SI SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS DE CADA ITEM OFERTADO O NO SE REQUIEREN MUESTRAS PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP III **Literal:** 9.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario es pertinente aclarar la consulta, indicando que No se presenta muestra, pero si se solicita la imagen del rotulo del envase mediatO y/o inmediato, de acuerdo a lo indicado en los documentos obligatorios para la admisión de la oferta y los requisitos de calificación señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no aplica

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE SONDAS DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Y TUBO DE ASPIRACION NO CONDUCTIVO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE DIFERENTES SERVICIOS PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - HEVES

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	12:18:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EL LOGOTIPO SEÑALADO EN EL NUMERAL 9.4 TIPO DE PROCEDIMIENTO:ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°3-2023-HEVES-MINSA-1-HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR,SOLO ES OBLIGATORIA PARA EL INTERNAMIENTO DEL PRODUCTO LUEGO DE ADJUDICADA LA BUENA PRO Ó ESTOS ROTULADOS DEBEN ESTAR IMPRESOS TAMBIEN EN LA COPIA DEL ROTULADO MEDIATO E INMEDIATO PRESENTADO EN NUESTRA

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP III **Literal:** 9.4 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario es pertinente aclarar la consulta, indicando que en el numeral 9.4 el envase mediano y/o inmediato de los dispositivos a adquirirse e internarse deberá llevar obligatoriamente el siguiente impreso (logotipo), siendo preciso indicar que ello será para cuando sea adjudicado para su internamiento deberá presentar el logotipo indicado, mas no en la presentación de ofertas, en la presentación de ofertas deberá presentar la copia de rotulo del envase mediano y/o inmediato, y demás documentos obligatorios para la admisión de la oferta y los requisitos de calificación señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no aplica

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE SONDAS DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Y TUBO DE ASPIRACION NO CONDUCTIVO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE DIFERENTES SERVICIOS PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - HEVES

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	12:18:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PAQUETE 1 SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL SE ESTA SOLICITANDO COMO REQUERIMIENTO TÉCNICO QUE EL CONTENIDO MÁXIMO DEL ENVASE MEDIATO SERA DE HASTA 25 UNIDADES,CONSULTAMOS SERÁN DESCALIFICADAS LAS OFERTAS QUE PRESENTE UN ROTULADO MEDIATO CON UN CONTENIDO MAYOR A 25 UNIDADES.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP III **Literal:** ESP. TEC. **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario es pertinente aclarar la consulta, indicando que la característica de presentacion señala que el contenido maximo del envase mediato será hasta 25 unidades de acuerdo a lo indicado en la característica tecnicas de las EETT que se ajustan a la necesidad del area usuaria .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no aplica