

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION		
Nomenclatura :	AS-SM-19-2023-RSSLC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MESA DE PARTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MARANURA, HUYRO, KIRIGUETI Y KEPASHIATO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUROS		

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:54:57

**Consulta: Nro. 1**

## **Consulta/Observación:**

Requisitos de calificación:

Solicitan: autorización sanitaria de funcionamiento y certificado de Buenas prácticas de almacenamiento (BPA)

Observamos: que se según relación de equipos que a la fecha no están sujetos a registro sanitario, la MESA DE PARTOS no requiere registro sanitario por no ser considerando dispositivos médicos y al no ser Dispositivo Medico, no es fiscalizado por DIGEMID en consecuencia nuestra representada no está obligado a contar con autorización sanitaria de funcionamiento ni con BPA, porque el equipo a ofertar no es considerado un dispositivo médico.

Por lo que solicitamos amablemente al comité aceptar una declaración jurada donde se indique que no requiere registro sanitario y adjuntar relación equipos que a fecha no están sujetos a registro sanitario lista oficial de DIGEMID.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 7    **Literal:** 7.1.    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## **Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE DE NO CONTAR CON EL REGISTRO SANITARIO PUEDE ADJUNTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE NO REQUIERE DE ESTE CERTIFICADO. ASIMISMO SOBRE LA AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO Y BPA EN CASO DE NO CORRESPONDER POR NO ESTAR SUJETO A REQUERIR REGISTRO SANITARIO PODRÁ ACREDITARLO, PARA ELLO SE ACEPTARÁ LA DJ. ADICIONAL A ELLO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN SE INCORPORARÁ A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE REQUIERE EN LA ETAPA DE RECEPCIÓN DEL BIEN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADOS DEL BIEN. ASÍ COMO QUE SE DEBE REALIZAR UNA CAPACITACIÓN VIRTUAL POSTERIOR A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LAS PERSONAS QUE SE DESIGNEN.

## **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INTEGRARÁ EN LAS BASES LO SIGUIENTE: En caso de que los bienes materia de la presente contratación no requieran Registro sanitario y por lo tanto la Autorización Sanitaria/ BPA de funcionamiento podrá acreditarlo mediante documento emitido por la autoridad correspondiente que no está sujeto a contar con registro sanitario. TAMBIÉN SE INCORPORARÁ: RECEPCIÓN DEL BIEN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADOS DEL BIEN. ASÍ COMO QUE SE DEBE REALIZAR UNA CAPACITACIÓN VIRTUAL POSTERIOR A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LAS PERSONAS QUE SE DESIGNEN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-RSSLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE PARTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MARANURA, HUYRO, KIRIGUETI Y KEPASHIATO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUROS

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:54:57

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Solicitan:

A01 Equipo biomédico de diseño ergonómico para la atención del parto, procedimientos e intervenciones obstétricas con accionamiento por sistema eléctrico posición ascendente y descendente y mecánico con manivela para posiciones de trendelemburg anterior y posterior.

A fin de fomentar pluralidad de postores y por mejora tecnológica Solicitamos aceptar:

A01 Equipo biomédico de diseño ergonómico para la atención del parto, procedimientos e intervenciones obstétricas con accionamiento por sistema eléctrico posición ascendente, descendente y Movimiento trendelemburgo, con inclinación regulable desde 0° hasta -13°.

Solicitan:

A02 Movimientos: eléctrico para movimientos ascendente y descendente, movimientos trendelenburg anterior y posterior mecánico con manivela, rodable o estacionaria según pedido.

A fin de fomentar pluralidad de postores y por mejora tecnológica Solicitamos aceptar:

A02 Movimientos: eléctrico para movimientos ascendente, descendente y movimiento trendelenburg con accionamiento a través de un control remoto alámbrico , rodable o estacionaria.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** 4      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE EL ÁREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DE SU REQUERIMIENTO Y SUS CONDICIONES; POR ELLO EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA SE ACEPTARÁ LO SOLICITADO POR EL PARTICIPANTE, PARA ELLO SE INCLUIRÁ LO SIGUIENTE: A01 Equipo biomédico de diseño ergonómico para la atención del parto, procedimientos e intervenciones obstétricas con accionamiento por sistema eléctrico posición ascendente y descendente y mecánico con manivela para posiciones de trendelemburg anterior y posterior COMO MÍNIMO O CON ALGUNA MEJORA TECNOLÓGICA. A02 Movimientos: eléctrico para movimientos ascendente y descendente, movimientos trendelenburg anterior y posterior mecánico con manivela, rodable o estacionaria según pedido.COMO MÍNIMO O CON ALGUNA MEJORA TECNOLÓGICA. De esta forma la solicitud inicial y su propuesta serán aceptadas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCLUIRÁ EN LAS BASES LO SIGUIENTE: A01 Equipo biomédico de diseño ergonómico para la atención del parto, procedimientos e intervenciones obstétricas con accionamiento por sistema eléctrico posición ascendente y descendente y mecánico con manivela para posiciones de trendelemburg anterior y posterior COMO MÍNIMO O CON ALGUNA MEJORA TECNOLÓGICA. A02 Movimientos: eléctrico para movimientos ascendente y descendente, movimientos trendelenburg anterior y posterior mecánico con manivela, rodable o estacionaria según pedido.COMO MÍNIMO O CON ALGUNA MEJORA TECNOLÓGICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-RSSLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE PARTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MARANURA, HUYRO, KIRIGUETI Y KEPASHIATO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUROS

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:54:57

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Solicitan:

B05 Placa apoya piernas deslizables bajo el asiento

Cada fabricante es dueño de sus diseños las cuales cumple con la funcionalidad del equipo. Por ello solicitar especificaciones precisas restringe la pluralidad de postores, por ello solicitamos amablemente al comité aceptar:

B05 Placa apoya piernas desmontable y/o deslizables bajo el asiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 4    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE EL ÁREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DE SU REQUERIMIENTO Y SUS CONDICIONES; POR ELLO EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA SE ACEPTARÁ LO SOLICITADO POR EL PARTICIPANTE, SE INCLUIRÁ DESMONTABLE Y/O DESLIZABLES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCLUIRÁ EN LAS BASES INTEGRADASLO SIGUIENTE: DESMONTABLE Y/O DESLIZABLES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-RSSLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESA DE PARTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MARANURA, HUYRO, KIRIGUETI Y KEPASHIATO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUROS

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:54:57

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Solicitan:

B08 inclinación del respaldo trendelemburg posterior 75°, trendelemburg anterior 90

A fin de fomentar pluralidad de postores solicitamos aceptar:

Movimiento del espaldar (Fowler), con inclinación regulable desde 0° hasta 75° y movimiento trendelemburg con inclinación regulable desde 0° hasta -13° o mas según diseño de fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 4    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE EL ÁREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DE SU REQUERIMIENTO Y SUS CONDICIONES; POR ELLO EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA SE ACEPTARÁ LO SOLICITADO POR EL PARTICIPANTE, SE MODIFICARÁ INCLUYENDO EL TÉRMINO: SEGÚN FABRICANTE, DE ESA FORMA LA ESPECIFICACION INICIAL Y LO REQUERIDO POR EL POSTOR SERÁN VÁLIDAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES LO SIGUIENTE: Inclinación del respaldo trendelemburg posterior 75°, trendelemburg anterior 90°. O características según diseño del fabricante.