

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	15:51:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité confirmar si la cantidad que solicitan son 15,120 litros o 15,120 galoneras con 4 litros cada una.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de acuerdo al pronunciamiento del Área Usuaria, aclara la entidad solicita la cantidad de 15,120 Galoneras de 4 litros cada uno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	15:51:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité ampliar el plazo de entrega a 15 días de recibida la orden de compra, ya que por ser un producto de gran volumen el embalaje de la mercadería y transporte demora, y así evitaríamos retraso en la entrega.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del Área Usuaría, el comité de selección por mayoría parcialmente acoge la consulta, con motivo de integración de bases en las especificaciones técnicas. Se ampliara el plazo de la primera entrega a 15 días calendarios que rige desde el día siguiente de la notificación de la orden compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1er entrega:

3780

Durante un periodo no mayor a quince (15) días calendarios, el cual se computará desde el día siguiente de la notificación de la respectiva orden de compra.

2da Entrega:

3780

10 días calendario del mes de junio(en relación a la fecha de la primera entrega)

3ra Entrega:

3780

10 días calendario del mes de setiembre(en relación a la fecha de la segunda entrega)

4ta Entrega:

3780

05 días calendario del mes de diciembre (en relación a la fecha de la tercera entrega)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	15:51:31

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se observa que en la forma de pago indican que el pago será realizado de forma única, pero al tratarse de varias entregas los pagos deberían de ser periódicos. Además no coincide con lo indicado en la página 20 donde dice que el pago se realizara en pagos periódicos por cada entrega.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3                      **Literal:** 6.11                      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, por mayoría acoge la observación con ocasión de integración de bases en las especificaciones técnicas se realizará ajustes respecto a la forma de pago, quedando de la siguiente manera:  
Los pagos se realizarán en pagos periódicos por cada entrega según cronograma de entrega.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los pagos se realizarán en pagos periódicos por cada entrega según cronograma de entrega.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	15:51:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los requisitos de calificación en lo que se refiere a la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos al comité considerar en bienes similares a los productos farmacéuticos en general con la intención de promover la participación de mayores postores y no vulnerar el principio de trato justo e igualitario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al pronunciamiento del Área Usuaria, el comité de selección acoge la consulta, con ocasión de integración de bases se ampliará el requerimiento respecto a la experiencia del postor en la especialidad de los requisitos de calificación, quedando de la siguiente manera:  
Se considera bienes similares a los siguientes: dispositivos médicos y/o Productos farmacéuticos en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a los siguientes: dispositivos médicos y/o Productos farmacéuticos en general

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	15:51:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en los documentos para la evaluación de especificaciones técnicas solicitan presentar imagen del envase mediato y/o inmediato y copia del rotulo del envase mediato y/o inmediato de las presentaciones originales por cada ofertado.

Al respecto solicitamos al comité indicar a que se refieren con presentar imagen del envase mediato y/o inmediato? Debemos entender que se debera de remitir fotografias del envase inmediato y mediato? O solo remitir los rotulados del envase inmediato y mediato acorde a lo aprobado por DIGEMID.

Lo solicitado deberá de ser presentado en el expediente que se ingresara al Seace? Ya que se trata de un proceso electrónico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, aclara remitir los rotulados del envase inmediato y mediato acorde a lo aprobado por DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	15:51:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En METODOLOGIA se observa que la copia del rotulo del envase mediato y/o inmediato que solicitan deberá corresponder al protocolo de análisis presentado en el expediente, al respecto debemos de indicar que los rótulos presentados no consigna número de lote ni fecha de vencimiento, se remiten acorde a lo aprobado en DIGEMID, ya que de acuerdo a vuestra solicitud requerida en las bases se debería tener fabricado el producto convocado el cual consigna el lote y fecha de expiración, debiendo precisar que los rotulados del envase inmediato, mediato e inserto que se adjuntan en la oferta técnica son para que el comité pueda verificar que el producto ofertado cumple con las condiciones técnicas. De igual manera el protocolo de análisis que se adjunta a la oferta no seria del lote que se internaría en caso obtengamos la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 7.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria aclara los postores deberán remitir los rotulados del envase inmediato y mediato acorde a lo aprobado por DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	15:51:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité indicar si la siguiente composición es la requerida:  
FORMULA X 100 mL

CLORURO DE SODIO 17,550 g  
CLORURO DE POTASIO 0,5490 g  
CLORURO DE CALCIO DIHIDRATO 0,8122 g  
CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATO 0,3744 g  
ACIDO ACETICO GLACIAL 0,8850 g  
DEXTROSA MONOHIDRATO 4,0512 g  
AGUA PARA INYECCION C.S.P 100mL

La dilución de uso es la siguiente:  
UNA PARTE DE BICARDIAL- A Ca 3.0 36.83X + 1,83 PARTES DE BICARDIAL- B + 34 PARTES DE AGUA PURIFICADA

LA DILUCION 1:35,83 PROPORCIONA POR LITRO:  
SODIO 81,5 mEq  
POTASIO 2,0 mEq  
CALCIO 3,0 mEq  
MAGNESIO 1,0 mEq  
CLORURO 87,5 mEq  
ACIDO ACETICO 4,0 mmol  
DEXTROSA 1,0 g

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3 Página: 26  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, aclara si es lo requerido respecto a las especificaciones técnicas de solución concentrada acida para hemodiálisis

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:27

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

6. Muestra

Solicitamos al Comité Especial, indicar cual sera la metodologia que sera utilizada para determinar que se cumple con las caracterisiticas del producto, considerando que dentro de las bases no se encuentra indicada las especificaciones tecnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, aclara lo siguiente:  
La metodología que se utilizará para determinar el cumplimiento con las características técnicas, será de la verificación de la Ficha técnica del producto, según las características y especificadas técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

7.3 Condiciones Complementarias

Descripción - Los productos farmaceuticos.

Solicitamos al Comité Especial, aclarar que los productos solicitados en el presente proceso, items 1 y 2 corresponde a dispositivos medicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria aclara que el requerimiento son Productos farmacéuticos, no son Dispositivos médicos; con ocasión de integración de bases se corregirá lo indicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Metodología.  
Ingrediente activo  
Via de administración

Solicitamos al Comité Especial, aclarar que los productos solicitados en el presente proceso, corresponde a dispositivos medicos, por lo tanto no aplica ingrediente activo y via de administración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al pronunciamiento del Área Usuaría, el comité de selección acoge la consulta, con ocasión de integración de bases se ampliará el requerimiento respecto a la experiencia del postor en la especialidad de los requisitos de calificación, quedando de la siguiente manera:  
Se considera bienes similares a los siguientes: dispositivos médicos y/o Productos farmacéuticos en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a los siguientes: dispositivos médicos y/o Productos farmacéuticos en general

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

B Experiencia del postor

Item 1 y 2

Solicitamos al Comité, aceptar la experiencia de postor por la de Venta de DISPOSITIVOS MÉDICOS EN GENERAL a fin de permitir una mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al pronunciamiento del Área Usuaria, el comité de selección acoge la consulta, con ocasión de integración de bases se ampliará el requerimiento respecto a la experiencia del postor en la especialidad de los requisitos de calificación, quedando de la siguiente manera:

Se considera bienes similares a los siguientes: dispositivos médicos y/o Productos farmacéuticos en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a los siguientes: dispositivos médicos y/o Productos farmacéuticos en general

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de solución para hemodiálisis acida SOL 4 L para el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

6. Muestra

Solicitamos al Comité Especial, publicar las especificaciones técnicas de los productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que se ha publicado en las especificaciones técnicas de los productos. Pag. 26 de las bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna