

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 09/11/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 17:18:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Observamos que no han considerado ninguna mejora técnica, lo cual permitiría a los postores ofertar productos y/o equipos de última generación, por lo que consultamos lo siguiente:

Teniendo en consideración las estadísticas actuales de la población peruana 5% de la población de 15 a más años tiene diabetes mellitus y el 40 % tiene un riesgo cardiovascular muy alto, estos síndromes afectan directamente el funcionamiento renal, solicitamos considerar como mejora técnica:

Tira de orina debe contar con el parámetro de MICROALBUMINURIA 10 PUNTOS

Acreditado mediante la presentación del inserto del producto ofertado.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** se **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las Especificaciones Técnicas de la Tira Reactiva de Orina están establecidas por el IETSI y no pueden ser modificados, por no se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:28:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan dentro de accesorios del reactivo: controles

Entendemos que los postores deberán acreditar que cuentan con control positivo y negativo para TIRAS REACTIVAS PARA ORINA.

¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que dentro de las Bases se hace mención al control de calidad, en el cual se indica que "el número de controles de calidad y la periodicidad de los mismos será determinado por la entidad y está en relación a la cantidad requerida en el procesamiento de selección (Anexo D) cuando corresponda" Esto dado que las Especificaciones Técnicas del bien a contratar, así lo menciona dentro de los accesorios que debe contar el producto. En tal sentido de acuerdo a la Metodología, se podrá aceptar un control positivo o negativo. Por tanto se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 19:00:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA INDICAR SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN REQUIERE DE EQUIPOS EN CESION DE USO O NO, YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO MENCIONAN QUE EL EQUIPO SERÁ DEFINIDO POR LEL ÁREA USUARIA, SIN EMBARGO EN EL MERCADO EXISTEN TIRAS DE ORINA QUE SON DE USO MANUAL, Y TRAE CONSIGO TODOS LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y USO DEL PRODUCTO, POR LO QUE PARA NUESTRO ENTENDER NO SERÍA NECESARIO PRESENTAR UN EQUIPO EN CESIN DE USO, CASO CONTRARIO EN CASO DE REQUERIRLO SOLICITAMOS PUEDAN ADJUNTAR LAS ESPECIICACIONES TÉCNICAS DEL MISMO, YA QUE ELLO INCREMENTARÍA DE FORMA CONSIDERABLE EL PRECIO DEL PRODUCTO A OFERTAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dentro de los Requerimientos Técnicos mínimos no se ha solicitado el equipo en sesión en uso, debido a que dentro de los equipos en sesión en uso del petitorio de ESSALUD, no se considera aquellos con lectura de sedimento urinario y así mismo de poder requerirse incrementaría el costo del insumo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 19:00:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

"RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR QUE ESTABLECE EN LAS BASES: Se puede apreciar que en la experiencia del postor se indica que se podrá acreditar dicha experiencia con la venta de bienes SIMILARES a los siguientes: Reactivos de laboratorio

Por lo expuesto, a fin de permitir una mayor participación de postores que cuenten con experiencia en el mercado, solicitamos al Comité de Selección pueda ampliar el presente requerimiento, aceptar y modificar el objeto de Contrato de la experiencia de postor por la de Venta de: Reactivos de laboratorio, MATERIALES Y/O DISPOSITIVOS MÉDICOS EN GENERAL, REACTIVOS PARA LABORATORIO EN GENERAL, PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE DENGUE, ya que se encuentran dentro del rubro."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ratifica lo expresado según versa en las Bases del procedimiento de selección en la Sección 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN inciso B EXPERIENCIA DEL POSYOR EN LA ESPECIALIDAD, por tanto no se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 19:02:01

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA SUPRIMIR DE LAS BASES LA PRESENTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, YA QUE NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LAS BASES LOS ESTÁNDARES QUE SE DEBEN APLICAR PARA CADA METODO DE ENSAYO Y QUE CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEBEN SER COMPROBADAS, POR ENDE SOLICITAMOS PUEDAN SUPRIMIR ELLO, YA QUE TAMBIEN INCREMENTA EL PRECIO DEL PRODUCTO POR EL COSTO QUE LLEVA REALIZAR DICHO CONTROL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dentro de las bases se hace mención al control de calidad, en el cual se menciona que ¿el número de controles de calidad y la periodicidad de los mismos será determinado por la entidad y está en relación a la cantidad requerida en el procesamiento de selección (Anexo N° D) cuando corresponda¿ Esto dado que la específica técnica del bien a contratar, así lo menciona dentro de los accesorios que debe contar el producto. En tal sentido de acuerdo a la metodología, se podrá aceptar un control Positivo o negativo. Por tal motivo No se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 19:02:43

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS QUE EL LOGOTIPO SEA SOLO APLICADO EN EL ENVASE MEDIATO DEL PRODUCTO A FIN DE NO MANIPULAR EL PRODUCTO POR SU CONDICIÓN BIOLÓGICA AL TRATAR DE COLOCAR EL LOGOTIPO EN EL ENVASE INMEDITO, ALTERANDO TAL VEZ EL PRODUCTO O LOS RESULTADOS QUE ESTOS VAYAN A TENER AL MOMENTO DE SU USO.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al logotipo, se ha establecido que debe ser en los envases mediatos e inmediatos, lógicamente sin afectar la estabilidad y propiedades del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 19:03:46

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA INDICAR EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA EN QUE SE LLEVARÍA A CABO LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO QUE VIENE A SER LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DE LA RED ASISTENCIA PIURA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horario de atención de ley afines administrativos es de lunes a viernes de 8 am a 5pm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 19:07:53

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA ACEPTAR QUE EN EL PRODUCTO DE LA TIRA DE ORINA INDIQUE QUE DETERMINA LA DENSIDAD O LA GRAVEDAD QUE VIENEN A SER LO MISMO, SOLO CON DIFERENTE NOMBRE, YA QUE CADA CASA FABRICANTE TIENE CIERTA FORMA DE PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS, PERO AL FINAL DETERMINAN LA MISMA CARACTERÍSTICA.

SOLICITAMOS ELLO A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTOPRES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas de la Tira Reactiva para orina, están establecidas por el IETSI y no pueden ser modificados, por lo tanto, no se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:46:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

control de calidad

el dispositivo medico estara sujeto al control de calidad previo a su entrega, es asumido por el proveedor y se realizara en el centro nacional de control de calidad o en cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la red de laboratorios oficiales de control de calidad

segun anexo D se debe realizar control de calidad o no al dispositivo medico, la tabla adjunta no es clara al respecto, PRECISAR por favor

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** s/l **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Anexo D (Cuadro de controles de calidad)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:46:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

tira reactiva para orina

equipo: el equipo sera definido por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a especificaciones tecnicas de equipo de este petitorio

Solicitamos se PRECISE que no se entregara equipo en cesion de uso, porque las bases no lo indican, por lo que se solicita ACLARAR este aspecto

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** s/ **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se ha solicitado el equipo en cesión en uso debido a que dentro de los equipos en cesión en uso del Petitorio de ESSALUD, no se considera aquellos que cuentan con lectura de sedimento urinario y asimismo de poder requerirse incrementaría el costo del insumo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 09/11/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 23:46:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

tiempo de expiracion no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.

sin embargo en el numeral 5,1 pagina 26 se solicita 18 meses como vigencia minima, existe incongruencia respecto de la vigencia minima del producto, se debe ACLARAR que la vigencia minima del dispositivo medico es la que se indica en las especificaciones técnicas, 06 meses desde su fecha de entrega

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14

Literal: s/l

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta se respetará la vigencia mínima de 06 meses, estipulado en las especificaciones técnicas del IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:46:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

reactivos en tira para la deteccion de
DENSIDAD
SANGRE

No todos los fabricantes de tiras de orina denominan estos analitos con estos nombres, se solicita aceptar con la denominacion segun el fabricante:
gravedad especifica/densidad
hemoglobina/sangre

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** s/ **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas de la Tira Reactiva para orina, están establecidas por el IETSI y no pueden ser modificados, por lo tanto, no se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A COMPRA LOCAL: TIRA REACTIVA DE ORINA PARA EL SUMINISTRO EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 19:03:22

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL DIGNO COMITE DE SELECCION PUEDA SUPRIMIR DE LAS BASES LA METOLOGIA ANALÍTICA, YA QUE ELLO ES UN DOCUMENTO INTERNO DEL FABRICANTE Y ES UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL POR LO CUAL ES UN POCO DIFICIL QUE LA CASA FABRICANTE ACCEDA A BRINDAR DICHO DOCUMENTO, ASÍ MISMO CADA LOTE PRODUCIDO CUENTA CON UN CERTIFICADO DE CALIDAD QUE GARANTIZA LA CALIDAD DEL BIEN Y PRESENTA LAS PROPIEDADES QUE TIENE EL PRODUCTO MOSTRANDO LOS RESULTADOS QUE ESTOS ARROJAN ANTE UNA EVALUACIÓN EFECTUADA POR EL JEFE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA CASA FABRICANTE. ES ASI QUE, SOLICITAMOS PUEDAN SUPRIMIR DE LAS BASES INTEGRADAS LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGIA ANALÍTICA, YA QUE TAMBIEN CON LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA SE CERTIFICA LA CALIDAD DE TODO EL PROCESO PRODUCTIVO DEL BIEN Y QUE ESTE APTO PARA PODER SER COMERCIALIZADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ratifica lo expresado, según versa en las Bases del procedimiento de selección en la Sección 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por tanto no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null