

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: TUTOR DE USO TRAUMATOLOGICO ILIZAROV

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:28:17

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según especificación técnica - composición del sistema, indica Abrazadera de pasador de cualquier medida según indicaciones de usuario (4,5,6), se solicita al comité considerar las medidas según mi registro sanitario son 12-16-20-24 que se refiere a la longitud de la rosca y es equivalente a la medida del agujero de abrazadera de pasador.

con el fin de tener mayor participación y pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: RTM Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion y se aceptara las medidas 12-16-20-24 siempre y cuando se valide que cumplen con las medidas 4,5,6 requeridas por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Bases Integradas, se incluire lo siguiente: se aceptara las medidas 12-16-20-24 siempre y cuando se valide que cumplen con las medidas 4,5,6 requeridas por el area usuaria.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: TUTOR DE USO TRAUMATOLOGICO ILIZAROV

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:28:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según especificación técnica - composición del sistema, indica: clavija con 04 bordes de cualquier medida según indicación de usuario (1,2,3,4,5,6), considerar la descripción rectangular column connector de 2,3,4,5 debido a que cumplen la misma función, permitiendo mayor participación de postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** RTM **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion, se aceptara la descripcion rectangular column connector y que cuenten con las medidas 1,2,3,4,5,6 ya que estas medidas permiten mayor amplitud en los distintos niveles de la colocacion de los clavos schanz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Bases Integradas, se incluire lo siguiente: se aceptara la descripcion rectangular column connector y que cuenten con las medidas 1,2,3,4,5,6 ya que estas medidas permiten mayor amplitud en los distintos niveles de la colocacion de los clavos schanz.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: TUTOR DE USO TRAUMATOLOGICO ILIZAROV

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:28:17

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según especificación técnica - composición del sistema indica Arandela de cono, se solicita al comité considerar las medidas según mi registro sanitario son 1.5-2.5-3.0 el cual se refiere al modelo standar mas usado en el sistema ilizarov y cumple la misma función de aumentar contacto entre la superficie de la tuerca, perno y anillo del fijador, a fin de permitir una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** RTM **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) de la Ley de Contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion, se aceptara las medidas 1.5-2.5-3.0 , siempre y cuando tambien cuenten con alternativas de arandelas modelo standar y cónicas estas nos permite dar solucion en caso se solicite usar barras de distintas longitudes o se requiera usar aros de diferentes diametros, habiendo garantizado un buen ajuste y posicionamiento del perno en el sistema ilizarov.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Bases Integradas, se incluire lo siguiente: se aceptara las medidas 1.5-2.5-3.0 , siempre y cuando tambien cuenten con alternativas de arandelas modelo standar y cónicas estas nos permite dar solucion en caso se solicite usar barras de distintas longitudes o se requiera usar aros de diferentes diametros, habiendo garantizado un buen ajuste y posicionamiento del perno en el sistema ilizarov.