

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	10164100460	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	ORTEGA RAZURI NAHUM MARTIN	Hora de envío :	15:20:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR QUE ESTABLECE EN LAS BASES: se puede apreciar que en la experiencia del postor indica que se podrá acreditar dicha experiencia con la ventas de bienes SIMILARES a los siguientes:

ANALIZADORES GENEXPERT Y/O EQUIPOS PARA TBC Y VIH.

Por lo expuesto a fin de permitir una mayor participación de postores que cumplen con la experiencia en el mercado, solicitamos al comité de Selección ampliar el presente requerimiento, aceptar y modificar el Objeto de Contrato de la experiencia del postor por la Venta de bienes similares a los siguientes: Todo tipo de analizadores y/o equipos de laboratorio en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la consulta.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Bases indican Modalidad de Ejecución: Llave en Mano. Sin embargo, en el Requerimiento del Capítulo III - 3.1, se indica Modalidad de Selección: Suma Alzada. En ese sentido, se hace la consulta al comité de selección si la Modalidad de Ejecución es: Llave en Mano.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 1.6 **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, sobre las modalidad de ejecución es de: Llave en Mano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta, sobre las modalidad de ejecución es de: Llave en Mano

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Bases se detalla las características optimas de canales de excitación y emisión, el rango de: 450-195 510-535 FAM. Se hace la consulta al comité de selección para que coordine con el área usuaria, si también aceptaría el rango de: 450-495 510-535 FAM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, se aceptará también el rango de 450-495 510-535 FAM para los protocolos de trabajo que se tienen en el Laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la consulta, se aceptará también el rango de 450-495 510-535 FAM para los protocolos de trabajo que se tienen en el Laboratorio

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases se detalla las caracterpisticas de Parámetros y Rendimiento: Precisión de la Temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ de 60°C a 95°C .
En ese sentido consultamos al comité evaluador, si los Parámetros de Rendimiento: Precisión de Temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ de 60°C a 95°C ., indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, y debe decir: Parámetros de Rendimiento: Precisión de Temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ de 60°C a 95°C .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta, y debe decir: Parámetros de Rendimiento: Precisión de Temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ de 60°C a 95°C .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases se indican que la capacitación sea a personal de ingeniería y al personal de laboratorio (usuario). En ese sentido, se realiza la consulta al comité evaluador; si la capacitación es a nivel de ingeniería o a nivel de usuario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, sobre la capacitación que es solo a nivel de usuario, y no de ingeniería, debido a que son módulos de alta tecnología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta, sobre la capacitación que es solo a nivel de usuario, y no de ingeniería, debido a que son módulos de alta tecnología.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:03

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

"De la revisión integral de las bases del presente procedimiento en el Capítulo I Objeto de la convocatoria señalan El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2. Sin embargo en en la pagina 19 CAPITULO III ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan: ADQUISICION DE 04 MODULOS CON CONECTIVIDAD A PC PARA EL PROGRAMA DE TBC Y HIV HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2 .

Observamos existe una incongruencia entre el objeto de la convocatoria y el requerimiento solicitado, por lo que solicitamos al comite de seleccion en conjunto con el area usuaria modificar el objeto de convocatoria segun el requerimiento en amparo del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado, principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que el objeto de la convocatoria son módulo para uso en un equipo automatizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta que el objeto de la convocatoria son módulo para uso en un equipo automatizado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"De la revisión del Perfil de capacitador, se evidencia que están solicitando Ing. ELelectrónico y/o Biomédico y/o Mécanico y/o Ing. Electrico, debemos tener en cuenta que las actividades a realizar son las siguientes: Correcto manejo ,operacion funcional, cuidadado mantenimiento preventivo.

En ese sentido teniendo en consideración del expertir de los Tecnologos Medicos para capacitar, solicitamos al comité de selección en coordinación del área usuaria considerar el Perfil de Tecnologo Médico como capacitador. "

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, también se aceptará que para la capacitación sea un tecnólogo médico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la consulta, también se aceptará que para la capacitación sea un tecnólogo médico.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR GENEXPERT IV -04 MODULOS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE TBC Y VIH DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"De la revisión de los requisitos de calificación están solicitando experiencia del personal clave como capacitación a Ing. electrónico, biomédico y/o Mecánico y/o Ing. Electrico, con experiencia de dos años en el uso y manejo de equipos objeto del presente.

En ese sentido teniendo en consideración del expertir de los Tecnologos Medicos para capacitar, solicitamos al comité de selección en coordinación del área usuaria considerar la experiencia del ecnologo Médico como capacitador en el uso y operación del equipo. "

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, se aceptará la experiencia del Tecnólogo Médico como capacitador en el uso y operación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la consulta, se aceptará la experiencia del Tecnólogo Médico como capacitador en el uso y operación del equipo.