

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-ITP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) LECTOR DE MICROPLACAS PARA EL PI VINCULADO AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Ruc/código : 20138563201

Nombre o Razón social : LA ENSENADA S.R.L.

Fecha de envío : 06/11/2024

Hora de envío : 10:12:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

VII. Requerimiento Técnico

A05. El equipo debe poseer control de temperatura:

Incubación a diferentes temperaturas mínimo hasta 45°C con controlador de condensación y con capacidad de lectura con tapa de ser necesario para ensayos cinéticos.

El mercado ofrece una variedad de equipos lectores de microplacas multimodales que cuentan con sistema de incubación a temperaturas variadas que permiten ampliar la gama de ensayos que se pueden realizar con el equipo. En tal sentido, consultamos respetuosamente si el comité evaluador aceptaría un equipo lector multimodal de microplacas con capacidad para realizar incubación hasta los 70°C, significando esto una mejora técnica a lo solicitado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III,3.1VII

Literal: A05

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo realizado el análisis respecto a la consulta presentada, se aclara que, se aceptará un rango de temperatura hasta 70°C de incubación, dado que, lo cual no afectará la operatividad y funcionalidad del equipo, toda vez que según las especificaciones técnicas se solicita: como mínimo el equipo debe llegar hasta 45°C de temperaturas de incubación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null