

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRÍA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 14/08/2023

Hora de envío : 17:12:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ÍTEM 03: JUEGO DE CIRCUITO CORRUGADO NEONATAL DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO

A. HABILITACIÓN

¿ SOLICITAN COPIA DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO NO TIENE FECHA DE CADUCIDAD, SE ACTUALIZA CUANDO LA EMPRESA REQUIERE LA MODIFICACIÓN U ACTUALIZACIÓN DE DATOS.

ACEPTARA EL COMITÉ QUE PRESENTEMOS COPIA DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO CON LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN Y ADJUNTANDO TAMBIÉN EL DETALLE DE ESTABLECIMIENTO EN SITUACIÓN ACTIVO, ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN A HABILITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, se aceptará copia de autorización sanitaria de funcionamiento de acuerdo a la ultima actualización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRÍA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:12:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

JUEGO DE CIRCUITO CORRUGADO NEONATAL DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO CUENTA CON UN PROTOCOLO DE CITOTOXICIDAD REALIZADO POR EL FABRICANTE.
¿ PROTOCOLO DE PRUEBAS
ACEPTARA EL COMITÉ QUE SE PUEDA PRESENTAR COMO DOCUMENTO ALTERNATIVO EL INFORME DE PRUEBA DE CITOTOXICIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN A HABILITACIÓN PRESENTAR PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO
~~Análisis respecto de la consulta u observación:~~

Se confirma, se aceptará la presentación del Informe de Prueba de Citotoxicidad para dicho requisito de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRÍA DE LA OGESS ESPECIALIZADA - HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:12:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿ PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO
ACEPTARA EL COMITÉ QUE SE PUEDA PRESENTAR EL INFORME DE PRUEBA DE CITOTOXICIDAD EN IDIOMA ORIGINAL (INGLES).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN A HABILITACIÓN PRESENTAR PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null