

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:30:15

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:
REFRIGERADORA / CONGELADORA DE LABORATORIO
CARACTERISTICAS TECNICAS
- PUERTA DE VIDRIO CON SEGURO (LLAVE).
AL RESPECTO, ENTENDEMOS QUE POR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO SOLICITADO, LOS POSTORES
PODREMOS OFERTAR UN EQUIPO DE 2 PUERTAS.
CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Refrigeradora de una y/o dos puertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Refrigeradora de una y/o dos puertas.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:30:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA / CONGELADORA DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Alarma de temperatura

Al respecto, entendemos que se refiere a la ALARMA AUDIOVISUAL DE TEMPERATURA ALTA/BAJA (DESVIACION).

CONFIRMAR;

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y área técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE (Se confirma) la consulta formulada por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:30:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA / CONGELADORA DE LABORATORIO

11. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.

AL RESPECTO, en este punto solicitan prestaciones accesorias.

Por lo que solicitamos si los postores debemos colocar en el ANEXO N° 6 (PRECIO DE LA OFERTA), el monto por la prestacion principal y el monto por la prestacion accesorias por separado?

CONFIRMAR;

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y área técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE (Se confirma) la consulta formulada por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	20:38:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el ítem N°2 solicitan "Gabinete interior de acero inoxidable. Exterior de acero inoxidable".

Al respecto entendemos la importancia de que el equipo ofertado cuente con un interior de acero inoxidable antibacteriano. No obstante, en cuanto al material exterior, es pertinente mencionar que las refrigeradoras de laboratorio de última generación están fabricadas en acero galvanizado con recubrimiento antibacterial SANISTEEL FILM que cuenta con certificación ISO 22196:2007, ASTM E 2180-07 y 07, JIS Z 2801 que garantiza una alta resistencia a la corrosión, rozamientos y manchas, con lo cual se cumple el mismo propósito del acero inoxidable (elimina la proliferación de bacterias y la resistencia a la corrosión) mientras le agrega color, un diseño más moderno y elegancia acorde a las tendencia actuales.

Por lo expuesto y a fin de no limitar la participación de aquellos postores que deseamos ofrecer equipos que cuenten con características superior a la solicitada es que solicitamos amablemente aceptar equipos con un exterior de acero galvanizado con recubrimiento antibacterial SANISTEEL FILM.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando las bases integradas de la siguiente manera.

Gabinete interior de acero inoxidable y gabinete exterior de acero galvanizado y/o acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Gabinete interior de acero inoxidable y gabinete exterior de acero galvanizado y/o acero inoxidable.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	20:38:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el Ítem N°02 solicitan "Puerta de vidrio con seguro (llave)".

Al respecto es importante señalar que actualmente las refrigeradoras de laboratorio cuentan con puertas de cristal orgánico a 5 capas, lo cual representa una mejora tecnológica por su mejor capacidad de aislamiento de la temperatura exterior versus la capacidad de aislamiento de las puertas de vidrio.

A fin de no limitar la participación de postores que deseen ofrecer equipos con mejoras tecnológicas es que solicitamos aceptar puertas con cristal orgánico a 5 capas, con seguro (llave).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando las bases integradas de la siguiente manera.

Puerta de vidrio con seguro (llave) y/o puerta con cristal orgánico a 5 capas, con seguro (llave).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Puerta de vidrio con seguro (llave) y/o puerta con cristal orgánico a 5 capas, con seguro (llave).

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	20:38:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el ítem N°02 solicitan "Termostato de seguridad que evita que la temperatura de los productos refrigerados descienda por debajo de +2°C".

Al respecto entendemos que la entidad requiere de un equipo que ademas de ser controlado por microprocesador cuente con un termostato mecánico independiente de la electrónica para que en caso esta falle la electrónica este termostato mecánico desconecte el compresor y evite que la temperatura de los productos refrigerados descienda por debajo de +2°C.

Solicitamos amablemente confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE (Se confirma) la consulta formulada por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	20:38:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para el Ítem N°02 solicitan "Mínimo seis (06) estantes de rejilla"

Nuestra representada desea ofrecer una refrigeradora para laboratorio europea de última generación, fabricada en el presente año 2024 que tenemos en stock para entrega inmediata y que cuenta con 03 cajones de inoxidable tipo telescópico con orificios para el correcto flujo del aire y 02 bandejas de celosia (estante tipo rejilla).

Solicitamos amablemente se pueda aceptar la configuración mencionada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, NO SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, solicitando se acoja a lo solicitado en las bases, conforme a lo señalado en el art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 de su reglamento, mediante el cual se establece que, la definición de los requerimientos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria. Entendiéndose que las especificaciones técnicas obedecen a la real necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

III) Adquisicion Balanza de Laboratorio para la oficina de criminalistica Accesorios. Pesa de Calibracion.

¿Podría el Comité indicar que Clase de Pesa de Calibracion requiere, E2, F1, F2, M1, M2 o M3?, ademas indicar si bastaria con una sola pesa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE la consulta formulada por el participante quedando de las bases integradas de la siguiente manera:

Pesa de calibración E1 y/o E2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pesa de calibración E1 y/o E2.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

III) Adquisicion Balanza de Laboratorio para la oficina de criminalistica Accesorios. Estuche de Limpieza.

¿Podria el Comité Especial indicar que se requiere en el estuche de limpieza?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, precisando que, el postor deberá indicar en su oferta que productos y/o accesorios contendrá el kit de limpieza, el mismo que debe incluir aquellos productos necesarios para realizar una completa y adecuada limpieza de la balanza de laboratorio (la misma que es expuesta frecuentemente a reactivos corrosivos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

III) Adquisicion Balanza de Laboratorio para la oficina de criminalistica Accesorios. Mesa Antivibratoria.

¿Podria el Comité Especial indicar dimensiones aproximadas de la mesa requerida?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, precisando que la mesa debe ser proporcional al producto ofrecido, tomando en consideración que debe tener espacio suficiente para la colocación de materiales y accesorios que permitan un correcto y eficiente funcionamiento. Asimismo, se le solicita que en su oferta deberá indicar las medidas de la mesa ofrecida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

IV) Adquisicion Estufa de Laboratorio para la oficina de criminalistica Caracteristicas Tecnicas. Capacidad 115 Litros.

¿Podria el Comité indicar si aceptarían una Estufa de 108 Litros?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, NO SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, solicitando se acoja a lo solicitado en las bases, conforme a lo señalado en el art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 de su reglamento, mediante el cual se establece que, la definición de los requerimientos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria. Entendiéndose que las especificaciones técnicas obedecen a la real necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

IV) Adquisicion Estufa de Laboratorio para la oficina de criminalistica Caracteristicas Tecnicas. Pantalla LCD.

¿Podria el Comité indicar si aceptarían una Estufa con pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Pantalla LCD y/o TFT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pantalla LCD y/o TFT.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

IV) Adquisicion Estufa de Laboratorio para la oficina de criminalistica Caracteristicas Tecnicas. Dimesiones 600 x 400 x 480mm.

¿Podria el Comité indicar si aceptarían una Estufa con dimensiones aproximadas de 560 x 400 x 480mm?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Dimensiones (+-50) 600 mm x (+-50) 400 mm x (+-50) 480mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones (+-50) 600 mm x (+-50) 400 mm x (+-50) 480mm.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

IV) Adquisicion Estufa de Laboratorio para la oficina de criminalistica Caracteristicas Tecnicas. Bandejas 2/6

¿Podria el Comité Especial indicar si aceptarían una Estufa con hasta 05 inserciones y 04 bandejas en total?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Estufa con hasta 05 inserciones y 04 bandejas en total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Estufa con hasta 05 inserciones y 04 bandejas en total.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

II - Adquisicion Refrigeradora de Laboratorio para la oficina de criminalistica

B Plazo de Entrega

15 hasta - 19 días calendario - 20 puntos

20 hasta - 24 días calendario - 10 puntos

25 hasta - 29 días calendario - 05 puntos

¿Podria el comite especial ampliar el tiempo de entrega a:

15 hasta - 55 días calendario - 20 puntos

56 hasta - 60 días calendario - 10 puntos

61 hasta - 65 días calendario - 05 puntos

e indicar el plazo adicional para la instalacion, capacitacion y calibracion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, NO SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, solicitando se acoja a lo solicitado en las bases, conforme a lo señalado en el art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 de su reglamento, mediante el cual se establece que, la definición de los requerimientos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria. Entendiéndose que las especificaciones técnicas obedecen a la real necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

III - Adquisicion Balanza Analitica de Laboratorio para la oficina de criminalistica

B Plazo de Entrega08 hasta - 11 dias calendario - 20 puntos

12 hasta - 15 dias calendario - 10 puntos16 hasta - 19 dias calendario - 05 puntos

. Podria el comite ampliar el tiempo de entrega a:

08 hasta - 55 dias calendario - 20 puntos56 hasta - 60 dias calendario - 10 puntos

61 hasta - 65 dias calendario - 05 puntos e indicar el plazo adicional para la instalacion, capacitacion y calibracion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, NO SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, solicitando se acoja a lo solicitado en las bases, conforme a lo señalado en el art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 de su reglamento, mediante el cual se establece que, la definición de los requerimientos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria. Entendiéndose que las especificaciones técnicas obedecen a la real necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

IV - Adquisicion Estufa de Laboratorio para la oficina de criminalistica

B Plazo de Entrega

15 hasta - 19 dias calendario - 20 puntos20 hasta - 24 dias calendario - 10 puntos

25 hasta - 29 dias calendario - 05 puntos

Podria el comite ampliar el tiempo de entrega a:

15 hasta - 55 dias calendario - 20 puntos56 hasta - 60 dias calendario - 10 puntos

61 hasta - 65 dias calendario - 05 puntos

e indicar el plazo adicional para la instalacion, capacitacion y calibracion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, NO SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, solicitando se acoja a lo solicitado en las bases, conforme a lo señalado en el art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 de su reglamento, mediante el cual se establece que, la definición de los requerimientos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria. Entendiéndose que las especificaciones técnicas obedecen a la real necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null