

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:20:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice:
FORMATO N°01 ¿Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿

Consultamos si se puede presentar carta del fabricante para sustentar como máximo 5 características de cada equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: G Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f y g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:20:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice:

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO

Consultas al comité si solo se debe presentar REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO del bien principal (INCUBADORA DE TRNASPORTE y MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** J **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se aclara que el registro sanitario o certificado de registro sanitario, sera del bien principal ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:20:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 4 PLAZO DE ENTREGA

Siendo este proceso modalidad llave en mano, según el formato, indica que debemos detallar lo siguiente:

Plazo de entrega: XX días

Instalación: XX días

Puesta en funcionamiento: XX días

Plazo total: XX días

Consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 4 Página: 110

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se aclara que el plazo de entrega sera acorde a lo estipulado en la ficha homologada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:20:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

En la página 16, letra e, indica: El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias.

Es decir, debemos presentar el Anexo N° 6 de la siguiente manera:

Prestación principal: S/. XXXXXX.XX

prestaciones accesorias: S/. XXXXXX.XX

Total: S/. XXXXXX.XX

Consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 6 Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se aclara que el anexo de precio de la oferta deberá ser acorde a la ficha homologada, donde se establece prestación principal y accesoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:20:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

- Dice:
- Formato N° 02: Acta de conformidad de la recepción, instalación y prueba operativa de equipos
- Formato N° 03: Acta de conformidad del mantenimiento preventivo
- Formato N° 04: Orden de trabajo de mantenimiento
- Formato N° 05: Ficha técnica
- Formato N° 06: Formato para el protocolo de pruebas
- Formato N° 07: Resultados del protocolo de pruebas
- Formato N° 08: Programa de capacitación de manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento
- Formato N° 09: Capacitación en manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipamiento
- Formato N° 10: Programa de capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento
- Formato N° 11: Capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento
- Formato N° 12: Programa de Mantenimiento Preventivo
- Formato N° 13: Procedimientos de mantenimiento preventivo
- Formato N° 14: Formato de costos unitarios de componentes, repuestos, accesorios e insumos
- Formato N° 15: Declaración Jurada de compromiso de garantía del equipo y sus componentes
- Formato N° 16: Compromiso de suministro de insumos, repuestos y accesorios

Entendemos que estos formatos se deben entregar después de la suscripción del contrato, consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXOS Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se aclara que dichos formatos se presentaran acorde a lo indicado en la ficha homologada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:11:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

3.5.2 Rango de medición 0 °C a 45 °C o más amplio

El rango de 0 °C clínicamente no tiene ninguna implicancia durante la monitorización del paciente. Los rango de medición en un paciente crítico con hipotermia severa es < 28 °C.
Cabe mencionar que en las nuevas fichas homologadas del 2023, se ha considerado el siguiente rango de temperatura 10 °C a 45 °C o más amplio.

Por lo antes expuesto y con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores solicitamos aceptar lo siguiente:

3.5.2 Rango de medición 10 °C a 45 °C o más amplio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.5.2 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:11:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Solicitamos al comité aceptar equipos nuevos, sin uso con fabricación en el año 2023.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 12.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:49:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para el ITEM 2, revisamos que el bien a adquirir es un monitor de funciones vitales de 5 parámetros. Y dentro de los bienes similares están solicitando :

- Monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario.
- ¿ Monitor de funciones vitales neonatal con 5 parámetros de transporte para uso extrahospitalario.
- ¿ Monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros de transporte para uso extrahospitalario.
- ¿ Monitor de funciones vitales neonatal con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario
- Monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario.

Al respecto, nuestra representada tiene como experiencia Monitor de funciones vitales de 5 parámetros. por tanto consultamos si será aceptada dentro de los bienes similares dicha experiencia?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 92

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se aclara que la experiencia debe ser acorde a lo estipulado en la ficha homologada. Asi mismo, en caso el postor presente una experiencia en monitor de funciones vitales de 5 parámetros, esta cumple dentro de lo estipulado en bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:49:16

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

PARA EL ITEM 1, nuestra representada cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el presente ítem. Sin embargo al ser tan restrictiva la experiencia de bienes similares, no podemos participar. Por tanto a fin de otorgar mayor pluralidad de postores. Solicitamos sírvase reducir el monto a 30 mil soles para mype.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE, se precisa que la experiencia solicitada es la mínima necesaria para garantizar la experticia de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:49:16

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
PARA EL ITEM 1, nuestra representada cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el presente ítem. Sin embargo al ser tan restrictiva la experiencia de bienes similares, no podemos participar. Por tanto a fin de otorgar mayor pluralidad de postores. Solicitamos ampliar bienes similares equipos de neonatología en general, Cuna de calor radiante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:49:16

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para el ítem 1 y ítem 2, están solicitando una antigüedad no menor a 12 meses. Esto es aplicable cuando las convocatorias son a inicio de año , pero estando en julio y entendiendo que aproximadamente a fin de mes se firma contrato, tener un equipo del 2023 sería tener equipo de tecnología desfasada. Al respecto solicitamos a nuestra representada sírvase solicitar que los equipos a adquirir sean nuevos y del 2024.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: F Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:49:16

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Según SUS BASES INDICAN QUE EL PLAZO DE ENTREGA ES 90 DIAS. AL RESPECTO TODAS LAS EMPRESAS GRANDES DEL RUBRO TENEMOS LA CAPACIDAD DE TENER LOS EQUIPOS EN UN MENOR PLAZO . POR ELLO SOLICITAMOS A SU REPRESENTADA MEJORAR EL PLAZO Y COLOCAR 13 DIAS CALENDARIO .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que en Para beneficio de la entidad se mejora el Plazo de entrega para el ítem 1 a 30 días calendario, 28 de entrega y 2 días de configuración y puesta en operación del equipo, y el ítem 2 a 15 días calendarios, 13 días de entrega, 2 día de configuración y puesta en operación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 1

Entrega del equipo en los Establecimientos de salud correspondiente (28 dias)

Configuracion y puesta en Operación del Equipo en Servicio (02 dias)

ITEM 2

Entrega del equipo en los Establecimientos de salud correspondiente (13 dias)

Configuracion y puesta en Operación del Equipo en Servicio (02 dias)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:49:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SEGUN LA FICHA HOMOLOGADA INDICA "Para el caso de características técnicas que no se encuentren en manuales, folletos brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características.

Al respecto, consultamos cuantas cartas máximas de fabricante se podrán usar para acreditar puntos faltantes?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.1.1 **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:49:16

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

SEGUN LA FICHA HOMOLOGADA INDICA "Para el caso de características técnicas que no se encuentren en manuales, folletos brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características.

Al respecto, observamos que dicha frase de la ficha homologada no se encuentra contemplado dentro obligatorio de la letra g), del 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.1.1 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, se acoge, se precisa que se colocara en las bases integradas los documentos para la admisión de oferta, tal cual lo estipula la ficha homologada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INCLUIR EN DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA .."Para el caso de características técnicas que no se encuentren en manuales, folletos brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:29

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En concordancia con lo estipulado en la ficha homologada(pag 66 bases) es necesario desagregar el plazo máximo de entrega y plazo máximo de configuración y puesta en operación del equipo. Por tanto solicitamos al comité sírvase desagregar dicho plazo para garantizar la adecuada entrega del bien. Así mismo Consideramos que el plazo de 90 días es muy excesivo para ser cantidades de 1 y 2 unidades, por ello solicitamos al comité sírvase mejorar dicho plazo a 7 días de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que en Para beneficio de la entidad se mejora el Plazo de entrega para el ítem 1 a 30 días calendario, 28 de entrega y 2 días de configuracion y puesta en operacion del equipo, y el ítem 2 a 15 días calendarios, 13 días de entrega, 2 día de configuracion y puesta en operación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 1

Entrega del equipo en los Establecimientos de salud correspondiente (28 días)

Configuracion y puesta en Operación del Equipo en Servicio (02 días)

ITEM 2

Entrega del equipo en los Establecimientos de salud correspondiente (13 días)

Configuracion y puesta en Operación del Equipo en Servicio (02 días)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Observamos que el plazo de entrega solicitado no es concordante con el proceso de selección. Dichos bienes convocados son equipos estandarizados , los cuales toda compañía del rubro siempre tiene stock. Por tanto solicitamos mejorar el plazo de entrega a 10 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que en Para beneficio de la entidad se mejora el Plazo de entrega para el item 1 a 30 dias calendario, 28 de entrega y 2 dias de configuracion y puesta en operacion del equipo, y el item 2 a 15 dias calendarios, 13 dias de entrega, 2 dia de configuracion y puesta en operación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 1

Entrega del equipo en los Establecimientos de salud correspondiente (28 dias)

Configuracion y puesta en Operación del Equipo en Servicio (02 dias)

ITEM 2

Entrega del equipo en los Establecimientos de salud correspondiente (13 dias)

Configuracion y puesta en Operación del Equipo en Servicio (02 dias)