

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROSSERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 09:59:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS CALENDARIOS

Se solicita cordialmente indicar un plazo de entrega mayor, dado que 30 días resultan insuficientes teniendo en cuenta el tiempo de fabricación, transporte, desaduanaje, almacenaje y distribución. Por ello, se solicita indicar:
1.9 PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS CALENDARIOS.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta: se ratifica el plazo de entrega es de 30 dias calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROS SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	09:59:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B21. GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO NATURAL LIBRE DE CFC Y HCFC.

Se consulta si el R134 libre de CFC y HFC se acepta en esta especificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: puede ser el gas R134

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROSSERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	09:59:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ASESORIA, CAPACITACIÓN Y POST VENTA

En referencia a la capacitación, se solicita cordialmente indicar si esta se desarrollará de manera presencial o virtual.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: Sera presencial en la entrega de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROSSERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	14:52:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios, vigentes a partir del día siguiente de suscrito el contrato u orden de compra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, solicitan: treinta (30) días calendarios, vigentes a partir del día siguiente de suscrito el contrato u orden de compra.

Por lo mencionado, entendemos que el plazo de entrega será: Treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato ó notificado la orden de compra.

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: Se confirma el plazo en dias calendarios y se contabiliza desde el dia siguiente del contrato o notificado la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROSSERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	14:53:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios, vigentes a partir del día siguiente de suscrito el contrato u orden de compra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, solicitan: treinta (30) días calendarios, vigentes a partir del día siguiente de suscrito el contrato u orden de compra.

Por lo mencionado, entendemos que el plazo de entrega será: Treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato ó notificado la orden de compra.

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta se confirma el plazo se contabiliza en días calendario, inicia al día siguiente del contrato o notificado la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROSSERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	14:55:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Al respecto, entendemos que adicional al ANEXO N° 3, los postores debemos presentar folletos, instructivos, catálogos u otros documentos técnicos del fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta Se verificara las especificaciones tecnicas con los catalogos folletos del productos en idioma español o traducido al español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROS SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	14:55:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 L

B08. Con alarma audiovisual par¿¿¿, alta y baja tensión.

Al respecto, por ALTA Y BAJA TENSION, entendemos que se refiere a la VARIACION DE LA TENSION DE VOLTAJE.

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto? De lo contrario, precisar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: es correcto es la variacion de alta y baja tensión o voltaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROS SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	14:56:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 L
B13. Puerto de comunicación USB y ETHERNET.

Al respecto, debemos precisar que cada fabricante cuenta con su propio puerto de comunicación, por lo que considerar un tipo de puerto de comunicación, limita la participación de postores, habiendo equipos con puertos similares y/o superiores a lo requerido; sin afectar el buen funcionamiento de los equipos.

Por lo que, en base al principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado,

solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:

B13. Puerto de comunicación USB y/o ETHERNET.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: puede ser puerto USB y Ethernet y/o Ethernet o USB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROS SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	14:57:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 L
B16. Aislamiento de poliuretano del piso, paredes, espalda y techo de 76 mm como mínimo.
Al respecto, debemos precisar que cada fabricante cuenta con su propio diseño y medidas de construcción, por lo que considerar un aislamiento de 76 mm de espesor para piso, espalda y techo limita la participación de postores.
Asimismo, debemos precisar que el espesor de aislamiento no favorece ni perjudica el buen funcionamiento de los equipos.
Por lo que, en base al principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:
B16. Aislamiento de poliuretano del piso, paredes, espalda y techo de 60 mm como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: se modificara el espesor minimo de 60 mm a mayor espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROS SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	14:58:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 L
B17. Aislamiento de poliuretano en la puerta de 65 mm con triple, cuádruple o quintuple vidrio templado o cristal orgánico.
Al respecto, entendemos que los postores podremos ofertar un equipo con dos puertas, debido a la capacidad de 1320 litros.
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: se aclara el ítem B17: refrigeradora de dos puertas con mirador con aislamiento de poliuretano mínimo de 65 mm y con vidrio doble cuádruple o quintuple templado o cristal orgánico y/o de dos puerta con vidrio doble, triple cuádruple o quintuple vidrio templado o de cristal orgánico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROS SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	14:59:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 L

B17. Aislamiento de poliuretano en la puerta de 65 mm con triple, cuádruple o quintuple vidrio templado o cristal orgánico. Al respecto, no queda claro.

Por ello, consultamos si los postores podremos ofertar PUERTA COMPLETA DE POLIURETANO DE 65 MM DE ESPESOR ó PUERTA DE TRIPLE, CUADRUPLA O QUINTUPLE VIDRIO TEMPLADO O CRISTAL ORGANICO. Uno de las 2 opciones.

PRECISAR PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTAN AMBAS OPCIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROS SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	15:00:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 L
B17. Aislamiento de poliuretano en la puerta de 65 mm con triple, cuádruple o quintuple vidrio templado o cristal orgánico. Al respecto, este tipo de equipos vienen con puerta de doble vidrio templado. Asimismo, la cantidad de vidrio es según el diseño de cada fabricante y no favorece ni perjudica el buen funcionamiento de los equipos.
Para no limitar la participación de postores, solicitamos ampliar a:
B17. Aislamiento de poliuretano en la puerta de 65 mm, con doble, triple, cuádruple o quintuple vidrio templado o cristal orgánico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: se aclara el ítem B17: refrigeradora de dos puertas con mirador con aislamiento de poliuretano mínimo de 65 mm y con vidrio doble cuádruple o quintuple templado o cristal orgánico y/o de dos puerta con vidrio doble, triple cuádruple o quintuple vidrio templado o de cristal orgánico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 LITROS SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	15:00:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS VERTICAL APROX. A 1320 L

C01. 08 estantes bandejas instaladas en fabrica como mínimo.

Al respecto, la entidad debe definir ESTANTES ó BANDEJAS.

Solicitamos, precisar uno de dos, para evitar confusiones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: se precisa que debe ser con estantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null