

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	16:28:51

## Consulta: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que en el punto i) solicitan la presentación de Rotulados del Envase inmediato e mediato del bien ofertado, de corresponder, conforme a lo autorizado en su registro sanitario. Ante ello, solicitamos a la entidad suprimir dicho requisito, pues la presentación de dicha documentación va mas orientada para el rubro farmacéutico, a parte de generar gastos adicionales a los postores debido a que muchos de esos productos son vendidos unicamente en presentaciones de cajas de 50 a 100 unidades. Por lo que, y con el fin de no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento, solicitamos suprimir dicho requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 22  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con autorizacion del area usuaria no acoge su consulta debido que en el CAPÍTULO II, la documentación mencionada se encuentra alineada con lo establecido en el DECRETO SUPREMO N° 016-2011-SA, el cual indica en el TITULO IV, CAPÍTULO I del registro sanitario de los dispositivos médicos, de acuerdo a la categoría otorgada por esta entidad menciona que debe presentar el proyecto de rotulado del envase inmediato y, envase mediato según corresponda.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Estimados miembros del Comité, solicitamos puedan aclarar respecto al requisito "I) Copia Simple de los rotulados de los envases inmediato y mediato del bien ofertado, de corresponder, conforme a lo autorizado en su registro sanitario, de acuerdo con el marco normativo vigente"; En caso en el Registro Sanitario, del bien, solo se haya declarado el envase inmediato (dado que algunos bienes no cuenta propiamente con un envase mediato, ya que son empaquetados en bolsas transparentes según las cantidades solicitadas), se procederá a la presentación SOLO del envase inmediato.

**Acápito de las bases :** Sección: General      Numeral: CAP II      Literal: 2.2.1.1      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del área usuaria aclara su consulta debido que en el CAPÍTULO II, la documentación mencionada se encuentra alineada con lo establecido en el DECRETO SUPREMO N° 016-2011-SA, el cual indica en el TÍTULO IV, CAPÍTULO I del registro sanitario de los dispositivos médicos, de acuerdo a la categoría otorgada por esta entidad menciona que debe presentar el proyecto de rotulado del envase inmediato y, envase mediato según corresponda.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, solicitamos que para el Sub Item 1 AGUJA PARA LAPICERO DE INSULINA 32G/4MM, se acepte como método de esterilización el Óxido de Etileno, el cual preserva la integridad del producto y del envase, además de cumplir con los requisitos reglamentarios de los productos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** III      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del area usuaria aclara que en el Capítulo III, se modificara en las bases integradas de la siguiente manera, agregandose el metodo de esterilización Oxido de Etileno.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, solicitamos que para el Sub Item 2 ELECTRODOS DE PAPEL, se acepte la ampliación de las dimensiones desde 43mm en adelante.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: III      **Página: 35**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del área usuaria aclara que en el Capítulo III, se modificara en las bases integradas de la siguiente manera: Rango óptimo 43-55 mm de diametro para adultos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al digno comité que, para el sub ítem 7 SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA, pueda especificar la medida del nylon que se requiere, por lo tanto solicitamos sea modificado a SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA 20MM X 75CM, en vista que hay pluralidad en el mercado con esas dimensiones.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: III      **Página: 43**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del área usuaria aclara que se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA - o 20 MM X 75CM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al digno comité que, para el sub ítem 8 SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CÍRCULO CORTANTE, pueda especificar la medida del nylon que se requiere, por lo tanto solicitamos sea modificado a SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CÍRCULO CORTANTE 25MM X 75CM, en vista que hay pluralidad en el mercado con esas dimensiones.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: III      **Página: 45**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del área usuaria aclara que se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CÍRCULO CORTANTE - o 25 MM X 75CM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al digno comité que, para el sub ítem 9 SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE, pueda especificar la medida del nylon que se requiere, por lo tanto solicitamos sea modificado a SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 15MM X 75CM, en vista que hay pluralidad en el mercado con esas dimensiones.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: III      **Página: 47**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del área usuaria aclara que se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE - o 15 MM X 75CM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al digno comité que, para el sub ítem 10 SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE, pueda especificar la medida del nylon que se requiere, por lo tanto solicitamos sea modificado a SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 15MM X 75CM, en vista que hay pluralidad en el mercado en esas dimensiones.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: III      **Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del área usuaria aclara que se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE - o 15 MM X 75CM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Para el sub ítem 12, verificamos que según el CAPÍTULO I: OBJETO DE CONVOCATORIA, el nombre del producto es: "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDO 20MM X 75CM", pero según el CAPÍTULO III: REQUERIMIENTO, el nombre del producto es: "SUTURA SEDA NEGRA 3/0 C/A 1/2 CÍRCULO CORTANTE 20MM X 75CM". Solicitamos al digno comité nos pueda aclarar cuál es el producto solicitado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** III      **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del área usuaria aclara que en Capítulo I Generalidades se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 CON AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE 20MM X 75 CM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Para el sub ítem 13, verificamos que según el CAPÍTULO I: OBJETO DE CONVOCATORIA, el nombre del producto es: "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDO 20MM X 75CM", pero según el CAPÍTULO III: REQUERIMIENTO, el nombre del producto es: "SUTURA SEDA NEGRA 4/0 C/A 1/2 CÍRCULO CORTANTE 20MM X 75CM". Solicitamos al digno comité nos pueda aclarar cuál es el producto solicitado, en ese sentido solicitamos sea modificado a SUTURA NEGRA TRENZADA 4/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE 20MM X 75CM, que sería lo más cercano al requerimiento y en vista que hay pluralidad en el mercado en esas dimensiones

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** III      **Página:** 55  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del area usuaria aclara que en Capitulo I Generalidades se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 CON AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE 20MM X 75 CM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)  
Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	18:05:59

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Para el sub ítem 14, verificamos que según el CAPÍTULO I: OBJETO DE CONVOCATORIA, el nombre del producto es: "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDO 20MM X 75CM", pero según el CAPÍTULO III: REQUERIMIENTO, el nombre del producto es: "SUTURA SEDA NEGRA 5/0 C/A 1/2 CÍRCULO CORTANTE 20MM X 75CM". Solicitamos al digno comité nos pueda aclarar cuál es el producto solicitado, en ese sentido solicitamos sea modificado a SUTURA NEGRA TRENZADA 5/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE 20MM X 75CM, que sería lo más cercano al requerimiento y en vista que hay pluralidad en el mercado en esas dimensiones.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** III      **Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con autorización del area usuaria aclara que en Capitulo I Generalidades se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/0 CON AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE 20MM X 75 CM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null