

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA - PROTEINA C REACTIVA TURBIDIMETRICO (AREA DE BIOQUIMICA) PARA EL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO

Ruc/código : 20458379395

Nombre o Razón social : LABIN PERU S.A.

Fecha de envío : 24/07/2024

Hora de envío : 16:54:38

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento que se indica en las especificaciones técnicas del proceso de selección "Adjudicación Simplificada N°030-2024-HRHVM-CS" precisan que el equipo donde se utilizara los reactivos de PCR TURBIDIMETRICO serán en un analizador BS-380, mi representada no cuenta con las características del volumen por determinación de reactivo, generando una confusión al momento de calcular las determinaciones por kit, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, permitir considerar por cada 1 ml de reactivo 4 determinaciones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** .    **Literal:** .    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante que a fin de promover la mayor participacion y pluralidad de postores, se considerara por cada 1 ml de reactivo 4 determinaciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Reactivos de PCR TURBIDIMETRICO se considerara por cada 1 ml de reactivo 4 determinaciones.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA - PROTEINA C REACTIVA TURBIDIMETRICO (AREA DE BIOQUIMICA) PARA EL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:54:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento que se indica en las especificaciones técnicas del proceso de selección "Adjudicación Simplificada N°030-2024-HRHVM-CS" precisan que el tiempo de expiración de los reactivos sea "No menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega", considerando su cuadro de entregas , se puede evidenciar que las entregas se darán cada 4 meses, solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria aceptar la presentación de reactivos con una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que a fin de promover la mayor participacion y pluralidad de postores, se considerara con una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA - PROTEINA C REACTIVA TURBIDIMETRICO (AREA DE BIOQUIMICA) PARA EL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:54:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento que se indica en las especificaciones técnicas del proceso de selección "Adjudicación Simplificada N°030-2024-HRHVM-CS" precisan el proveedor debe presentar a la entidad un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos médicos cada 6 meses que garantice la continuidad de los procesos bioquímicos, se debe tener en cuenta que se está requiriendo solo un ítem en esta AS, se debe considerar que lo solicitado incrementara cuantiosamente el precio por determinación ya que se está estimando un servicio adicional al solicitado en al AS, solicitamos al comité especial y al área usuaria, aclarar si nuestra apreciación es correcta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que a fin de promover la mayor participacion y pluralidad de postores, que no se presentara a la entidad un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos médicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA - PROTEINA C REACTIVA TURBIDIMETRICO (AREA DE BIOQUIMICA) PARA EL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:54:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo con el requerimiento que se indica en las especificaciones técnicas del proceso de selección "Adjudicación Simplificada N°030-2024-HRHVM-CS" precisan que las entregas serán realizadas en los meses de MAYO 2024- AGOSTO 2024 -NOVIEMBRE 2024, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria modificar este cronograma de entregas teniendo en cuenta que hay el mes de mayo ya culmino.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que a fin de promover la mayor participación y pluralidad de postores, que dicho requisito se precisara en las bases integradas. La misma que se actualizara el cronograma de entrega. Así mismo, el plazo de las SIGUIENTES ENTREGAS SUCESIVAS será de 10 días calendario contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-HRHVM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA - PROTEINA C REACTIVA TURBIDIMETRICO (AREA DE BIOQUIMICA) PARA EL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:54:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento que se indica en las especificaciones técnicas del proceso de selección "Adjudicación Simplificada N°030-2024-HRHVM-CS" precisan el proveedor debe presentar a la entidad un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos médicos cada 6 meses que garantice la continuidad de los procesos bioquímicos, se debe tener en cuenta que se está requiriendo solo un ítem en esta AS, se debe considerar que lo solicitado incrementara cuantiosamente el precio por determinación ya que se está estimando un servicio adicional al solicitado en al AS, solicitamos al comité especial y al área usuaria, aclarar si nuestra apreciación es correcta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que a fin de promover la mayor participacion y pluralidad de postores, que no se presentara a la entidad un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos médicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null