

DE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

El postor FLUSSO S.A.C, mediante CARTA N° 077-10-24/ADM-FLUSSO, presentó sus muestras (Series: DA24103471 (corte), DA24103477, DA24103493) por la oficina de Mesa de Partes de la Entidad, con fecha de recepción 18 de octubre del 2024, registro N° 10230.

El postor BOOS S.A.C, mediante CARTA N° 100-2024, presentó sus muestras (Series: QA24241333 (corte), QA24241331, QA24241332) por la oficina de Mesa de Partes de la Entidad, con fecha de recepción 18 de octubre del 2024, registro N° 10242.

Mediante CARTA N° 104-2024-SEDA AYACUCHO/CS el comité de selección remite las muestras al área usuaria a fin de que verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Capítulo III. Requerimiento de las Bases Administrativas Integradas.

Si más puntos que tratar, siendo las 11:50 horas del mismo día, los miembros del comité de selección de manera colegiada acuerdan suspender el presente procedimiento de selección hasta las 16:30 horas del 22 de octubre del 2024.



MAGNO BAEZ RAMIREZ
Miembro del Comité de Selección



PETTER PÁEZ CUENCA
Presidente del Comité de Selección



EMILIO JURADO ALARCON
Miembro del Comité de Selección

**ACTA DE CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-SEDA AYACUCHO-CS-1**

ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DN 15MM (1/2") PARA LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEDA AYACUCHO (AÑO 2024) DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2643393

En la Oficina del Departamento de Logística de Seda Ayacucho, siendo las 12:00 horas del 19 de noviembre del 2024, se reúnen los integrantes del Comité de Selección designado mediante FORMATO N° 4 (Designación del comité de selección N° 010-2024 de fecha 13 de setiembre del 2024), encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-SEDA AYACUCHO-CS (Primera Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es para contratación de **ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DN 15MM (1/2") PARA LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEDA AYACUCHO (AÑO 2024) DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2643393**, cuyos integrantes se detalla:

- | | | |
|---|------------------------|------------|
| • | PETTER PALOMINO CUENCA | Presidente |
| • | MAGNO BAEZ RAMIREZ | Miembro |
| • | EMILIO JURADO ALARCON | Miembro |

Se reúnen a fin de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección la cual se detalla:

Mediante Carta N° 132-2024-SEDA AYACUCHO/CS, se remite el INFORME TÉCNICO IT-219-2024, INFORME TÉCNICO IT-220-2024, INFORME TÉCNICO IT-230-2024 e INFORME TÉCNICO IT-231-2024; al área usuaria para su evaluación y remisión de informe técnico sobre dichos resultados.

Mediante INFORME TÉCNICO N° 009-2024-SEDA AYACUCHO-GI-OAD e INFORME N°848-2024-SEDA AYACUCHO-DO/ELLL-J; el área usuaria remite informe técnico en el cual concluye de la siguiente manera:

- Conforme al Informe Técnico IT – 219 – 2024 y el Informe Técnico IT – 231 – 2024 de los resultados obtenidos en el laboratorio de INACAL del medidor N°QA24241331 MARCA BOOS MODELO M-19 del postor BOOS SAC resultado **NO CONFORME** después de la prueba del desgaste acelerado de 100 horas, resultados negativos en la determinación de los errores de indicación. Por lo tanto no cumple con los parámetros establecidos en la NMP 005-2:2018.
- Conforme al Informe Técnico IT – 220 – 2024 y el Informe Técnico IT – 230 – 2024 de los resultados obtenidos en el laboratorio de INACAL del medidor N° DA24103477 MARCA DH MODELO LXSG-E del postor FLUSSO SAC, resultado **CONFORME** después de la prueba del desgaste acelerado de 100 horas. Por lo tanto cumple con los parámetros establecidos en la NMP 005-2:2018.

DE LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

Nro.	Nombre o Razón Social	Cumplimiento de documentos de admisibilidad	Observación	Estado de admisibilidad de la Oferta
1	FLUSSO S.A.C.	Cumple	Ninguno	Admitido
2	BOOS S.A.C.	No Cumple	Según Informe Técnico IT – 231 – 2024 de INACAL; en la determinación de los errores (de indicación) después del desgaste acelerado CONCLUYE "NO CONFORME"	No Admitido

DEL FACTOR DE EVALUACIÓN

De acuerdo a las bases administrativas integradas los factores de evaluación son como sigue:

A. FACTOR DE EVALUACIÓN: PRECIO 100 PUNTOS.

POSTORES		Precio de la Oferta (s/.)	PUNTAJE TOTAL
1	FLUSSO S.A.C.	1'196,434.00	100.00

B. PUNTAJE TOTAL Y ORDEN DE PRELACIÓN

Nº	POSTOR	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
1	FLUSSO S.A.C.	100 %	1º

C. DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Nº	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
	PROVEEDOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CONDICIÓN	ORDEN DE PRELACION
1	FLUSSO S.A.C.	Cumple	Calificado	1º


DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de selección de manera colegiada otorga la BUENA PRO de la Licitación Pública N° 002-2024-SEDA AYACUCHO/CS (primera convocatoria), cuyo objeto de la convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DN 15MM (1/2") PARA LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEDA AYACUCHO (AÑO 2024) DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** CUI N° 2643393,; al postor **FLUSSO S.A.C.**, por el importe total de **S/ 1'196,434.00 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**.

Sin más puntos que tratar se da por terminado al presente acto siendo las 12:45 horas del mismo día y firmando la presente acta en señal de conformidad.


.....
MAGNO BAEZ RAMIREZ
Miembro del Comité de Selección


.....
PETTER PALOMINO CUENCA
Presidente del Comité de Selección


.....
EMILIO JURADO ALARCON
Miembro del Comité de Selección