

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Hepatitis C con reactivos, controles y calibradores líquidos y listos para usar, entendiendo que cada fabricante cuenta con su propia metodología de trabajo y presentación, solicitamos amablemente al comité aceptar también que uno de los componentes del reactivo pueda ser liofilizado sin que ello afecte la precisión y confiabilidad del resultado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará que uno de los componentes del reactivo para hepatitis C pueda ser liofilizado sin que ello afecte la precisión y confiabilidad del resultado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Hepatitis C con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado or el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Hepatitis C con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas que contenga antígenos recombinantes y/o polipéptidos de la región estructural y no estructural del virus de la Hepatitis C, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o polipéptidos de la región estructural y no estructural del virus de la Hepatitis C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o polipéptidos de la región estructura y no estructural del virus de la Hepatitis C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para HTLV I-II con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para HTLV I-II con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas que contenga antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

6. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Enfermedad de Chagas con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas que contenga antígenos recombinantes de última generación, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes de última generación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes de última generación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

7. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Enfermedad de Chagas con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de seis meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

8. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para VIH Ag/Ac con Controles Dependientes individuales para HIV 1, HIV 2, Ag p24 y control negativo, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología y con ello la fabricación de sus propios controles de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, los cuales son corroborables en los diversos estudios demostrados en sus propios insertos, consultamos amablemente al comité acepte los controles internos para VIH Ag/Ac de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también que los controles internos para VIH Ag/Ac sean de acuerdo a lo establecido por cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

9. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para VIH Ag/Ac con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses, a partir de la fecha de entrega y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

10. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para VIH Ag/Ac con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas con antígenos recombinantes y/o péptido sintético para la detección de anticuerpos VIH 1,2 y VIH 1 grupo O y anticuerpos monoclonales para la detección del Antígeno p24 con límite de detección para el antígeno p24 menor a 20 pg/ml según panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o péptido sintético para la detección de anticuerpos VIH 1,2 y VIH 1 grupo O y anticuerpos monoclonales para la detección del Antígeno p24 con límite de detección para el antígeno p24 menor a 28 pg/ml según panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que se aceptará también microparticulas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o péptido sintético para la detección de anticuerpos VIH 1.2 y VIH 1 grupo O y anticuerpos monoclonales para la detección del Antígeno p24 con límite de detección para el antígeno p24 menor a 28 pg/ml según panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

11. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Anti-HBc con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

12. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Anti-HBc con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas no competitiva con antígenos recombinantes del Core de la Hepatitis B, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas con antígenos recombinantes del Core de la Hepatitis B.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas con antígenos recombinantes del Core de la Hepatitis B.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

13. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo HBsAg con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de seis meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

14. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo HBsAg con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas con anticuerpos monoclonales altamente específicos y alta sensibilidad, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas con anticuerpos monoclonales altamente específicos y alta sensibilidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas con anticuerpos monoclonales altamente específicos y alta sensibilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

15. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo Sífilis con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge parcialmente su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de seis meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

16. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo Sífilis con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas con antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos anti Treponema pallidum, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas con antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos anti Treponema pallidum.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas con antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos anti Treponema pallidum.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

17. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 23

Consultamos amablemente al comité si todos los reactivos deben ser validados con población de donantes de sangre cuyos resultados figuren en los insertos dado el nivel de seguridad y confiabilidad que se requiere para este tipo de pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, es correcta su apreciación, todos los reactivos deben ser validados con población de donantes de sangre avalados en los insertos de cada reactivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

18. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 23

Dentro de los Accesorios de los 7 reactivos solicitan que el equipo automatizado cuente con 135 muestras a más para cada marcador serológico, en el mercado actual existen diferentes marcas y tecnologías que pueden ofrecer una solución óptima para este tipo de pruebas y cuyos fabricantes establecen su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

19. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan Control de Calidad Externo de frecuencia mensual con un grupo par mínimo de 30 participantes en la evaluación cualitativa para los 7 marcadores del equipo ofertado, el cual deberá ser acreditado a través de informes de no mayor de 4 meses de antigüedad, al respecto mencionamos que en el mercado actual existen múltiples ofertas de controles de calidad externo de alto performance con sus diferentes características en beneficio del paciente, por lo cual consultamos amablemente al comité acepte Controles de Calidad Externo que cuente con grupo par para los 7 marcadores del equipo ofertado y se acredite con la folletería respectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que se aceptará controles de calidad externo que cuenten con grupo par para los 7 marcadores en el equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

20. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con un performance de 200 o más pruebas por hora, al respecto según el requerimiento de las presentes bases se calcula un aproximado diario de 166 pruebas por lo que un equipo con un performance de 180 pruebas por hora cumpliría en exceso el requerimiento solicitado, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también un performance de 180 o más pruebas por hora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también un equipo con un performance de 180 a más pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

21. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo, al respecto mencionamos que existen metodologías que si bien tienen un tiempo un poco mayor a 40 minutos para el resultado después de ingresada al equipo cuentan con un menor tiempo de preparación del reactivo fuera del equipo lo cual contabilizado en tiempo total sería mucho menor a lo solicitado, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte de forma opcional un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará de forma opcional un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo para un mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

22. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan el siguiente Tipo de equipo: Analizador de Quimioluminiscencia de acceso continuo completamente automatizado, entendemos que el acceso continuo hace referencia a que el equipo no pare en ningún momento del procesamiento, que tenga la capacidad de carga y descarga de muestras y consumibles en cualquier momento sin que el equipo se detenga, consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 3.1Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, es correcta su apreciación el acceso continuo hace referencia a que el equipo no pare en ningún momento del procesamiento, que tenga la capacidad de carga y descarga de muestras y consumibles en cualquier momento sin que el equipo se detenga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

23. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan que el equipo automatizado cuente con una capacidad de carga de 135 muestras a más, en el mercado actual existen diferentes marcas y tecnologías que pueden ofrecer una solución óptima para este tipo de pruebas y cuyos fabricantes establecen su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también que el equipo automatizado cuente con una capacidad de carga de 120 muestras a más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

24. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Consultamos amablemente al comité si el Analizador automatizado de Quimioluminiscencia convencional deberá contar con cero arrastre para todos los analitos garantizando un resultado confiable y preciso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que el analizador automatizado de quimioluminiscencia convencional deberá contar con cero arrastre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

25. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con Lectores de códigos de barras para los reactivos y tubos primarios, al respecto mencionamos que para lograr un procesamiento completo de las muestras se utilizan también los controles internos entendemos que los frascos de estos controles también deben contar con códigos de barras desde fábrica, consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, es correcta su apreciación, los frascos de los controles internos también deben contar con códigos de barras desde fábrica y no se deben colocar manualmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:41

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

26. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Dentro del requerimiento solicitan que el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo estará a cargo de un personal de ingeniería titulado o bachiller, con certificado de capacitación no menor de 02 años, para tal efecto se acreditará con la copia de la capacitación y entrenamiento según corresponda, al respecto mencionamos que una de las obligaciones del postor ganador es garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de los mantenimientos correctivos sin que afecte a los tiempos de resultados de las pruebas, por ello consultamos amablemente al comité acepte también que el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo estará a cargo de un personal de ingeniería titulado o bachiller que garantice el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de los mantenimientos correctivos sin que afecte a los tiempos de resultados de las pruebas y que se acredite con una declaración jurada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que bastará acreditar con una declaración jurada el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null