

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14[¿], 24[¿] Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita que se pueda reportar acreditado por INACAL u otro organismo acreditador internacional que se encuentre en el marco de reconocimiento mutuo entre organismos acreditadores, tal como constan en la página del INACAL: <https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/reconocimiento-internacional>.
Nuestro laboratorio cuenta con carta de INACAL donde reconoce nuestros informes de ensayo acreditados por otro organismo acreditador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si los ensayos de trihalometanos, metales, arsénico y aluminio se toman en los mismos puntos y en las mismas fechas, ya que el laboratorio realiza el ensayo de metales a través del barrido ICP-MS y de pertenecer a la mis muestra, los resultados pueden emitirse de un solo ensayo y los costos serían menores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.11 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SI SE PUEDE PRESENTAR EN UN SOLO ENSAYO TRIOHALOMETANOS , METALES, ARSENICO Y ALUMINIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14", 24" Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita considerar la entrega de los informes a través del correo electrónico, ya que la entrega a domicilio puede tomar un poco más.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE ACEPTA LA ENTREGA DE INFORME A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, DEBIENDO DE REMITIR LO ORIGINALES POSTERIORMENTE DENTRO DEL PLAZO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita considerar las metodologías estandarizadas, ay que no necesariamente se tienen acreditadas las metodologías mencionadas y en algunos casos son de desarrollo propio del laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.11 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE CONSIDERA OTRAS METODOLOGIAS SEÑALADAS, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14", 24" Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar el tiempo máximo en que se brinda la conformidad del servicio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.12 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La conformidad será otorgada por el Área de Control de Calidad en el plazo máximo de SIETE (7) días de producida la recepción

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita que se pueda reportar acreditado por INACAL u otro organismo acreditador internacional que se encuentre en el marco de reconocimiento mutuo entre organismos acreditadores, tal como constan en la página del INACAL: <https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/reconocimiento-internacional>. Nuestro laboratorio cuenta con carta de INACAL donde reconoce nuestros informes de ensayo acreditados por otro organismo acreditador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita considerar la entrega de los informes a través del correo electrónico, ya que la entrega a domicilio puede tomar un poco más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.4 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE ACEPTA LA ENTREGA DE INFORME A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, DEBIENDO DE REMITIR LO ORIGINALES POSTERIORMENTE DENTRO DEL PLAZO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Se solicita considerar las metodologías estandarizadas, ay que no necesariamente se tienen acreditadas las metodologías mencionadas y en algunos casos son de desarrollo propio del laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.10 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE CONSIDERA OTRAS METODOLOGIAS SEÑALADAS, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar el tiempo máximo en que se brinda la conformidad dell servicio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.12 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La conformidad será otorgada por el Área de Control de Calidad en el plazo máximo de SIETE (7) días de producida la recepción

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita que se pueda reportar acreditado por INACAL u otro organismo acreditador internacional que se encuentre en el marco de reconocimiento mutuo entre organismos acreditadores, tal como constan en la página del INACAL: <https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/reconocimiento-internacional>.
Nuestro laboratorio cuenta con carta de INACAL donde reconoce nuestros informes de ensayo acreditados por otro organismo acreditador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14", 24" Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita considerar la entrega de los informes a través del correo electrónico, ya que la entrega a domicilio puede tomar un poco más.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.4 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE ACEPTA LA ENTREGA DE INFORME A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, DEBIENDO DE REMITIR LO ORIGINALES POSTERIORMENTE DENTRO DEL PLAZO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita considerar las metodologías estandarizadas, ay que no necesariamente se tienen acreditadas las metodologías mencionadas y en algunos casos son de desarrollo propio del laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.10 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE CONSIDERA OTRAS METODOLOGIAS SEÑALADAS, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Respecto al Servicio de análisis de Parámetros Trihalometanos, Metales Pesados, Arsénico y Aluminio en agua superficial (Captación Río Coata), Agua Potable (Líneas de impulsión 14¿, 24¿ y Redes de distribución)¿

1. En el ítem 5. Indica que ..deben contar con acreditación ante el INACAL en cada uno de los parámetros mencionado.
¿Se puede presentar la acreditación de otro organismo como: IAS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En el ítem 5.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el ítem 5.4. no especifica si el envío de materiales desde Lima a Juliaca será cubierto por SEDA JULIACA o por el laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL ENVIO DE MATERIALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS SERA A CARGO DE LABORATORIO Y EL ENVIO DE MUESTRAS SERA A CARGO DE LA EPS SEDA JULIACA S.A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el ítem 5.5. Plazo de entrega de resultados. Indica que los resultados serán recepcionados en el Laboratorio de Control de Calidad de la Planta de Tratamiento.

¿Puede entregarse los informes de manera digital vía correo electrónico y posterior a la fecha de forma presencial?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE ACEPTA LA ENTREGA DE INFORME A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, DEBIENDO DE REMITIR LO ORIGINALES POSTERIORMENTE DENTRO DEL PLAZO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el ítem 5. Indica que ..deben contar con acreditación ante el INACAL en cada uno de los parámetros mencionado. ¿Se puede presentar la acreditación de otro organismo como: IAS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el ítem 4.4. Plazo de entrega de resultados. Los resultados de los análisis será recepcionados en el laboratorio de control de calidad de agua potable.

¿Puede entregarse los informes de manera digital vía correo electrónico y posterior a la fecha de forma presencial?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE ACEPTA LA ENTREGA DE INFORME A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, DEBIENDO DE REMITIR LO ORIGINALES POSTERIORMENTE DENTRO DEL PLAZO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el ítem 4.4. Plazo de entrega de resultados. Los resultados de los análisis será recepcionados en el laboratorio de control de calidad de agua potable.

¿Puede entregarse los informes de manera digital vía correo electrónico y posterior a la fecha de forma presencial?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE ACEPTA LA ENTREGA DE INFORME A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, DEBIENDO DE REMITIR LO ORIGINALES POSTERIORMENTE DENTRO DEL PLAZO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

¿Se va a emitir una orden de servicio por cada monitoreo que se realice en el año?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE EMITIRA ORDEN DE SERVICIO SOLO SE NOTIFICARA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CADA MONITOREO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL AREA USUARIA.(AREA DE CONTROL DE CALIDAD)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

¿Se va a emitir una orden de servicio por cada monitoreo que se realice en el año?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE EMITIRA ORDEN DE SERVICIO SOLO SE NOTIFICARA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CADA MONITOREO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL AREA USUARIA.(AREA DE CONTROL DE CALIDAD)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512976795	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:41

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar que se va a rerealizar un cronograma de trabajo para todo el año al inicio del contrato en los tres servicios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ESTABLECERA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En los anexos del 1 en adelante, con el fin de evitar errores, por favor indicar si se debe consignar ¿ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LO SOLICITADO COMITÉ DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor, se solicita que en servicios similares se considere muestreo y/o análisis de muestras de aguas superficiales y/o potables y/o residuales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de muestreo y/o análisis de parámetros fisicoquímico, químico y bacteriológicos; análisis de trihalometanos, metales pesados, arsénico y aluminio. De las muestras de agua superficiales y/o agua potable y/o aguas residuales.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Respecto a la capacidad legal, se solicita que el postor esté acreditado por INACAL u otro organismo acreditador internacional que se encuentre en el marco de reconocimiento mutuo entre organismos acreditadores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

¿La firma del contrato debe ser necesariamente presencial en físico en Jr Mariano Pandia Nro 383-Juliaca?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en el Jr. Mariano Pandia N° 383-Juliaca, cuya atención es de Lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas. Cenirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Los documentos que forman parte del perfeccionamiento del contrato (incluye Garantía de fiel cumplimiento del contrato)¿se debe presentar todos los documentos en físico en Jr Mariano Pandia Nro 383-Juliaca?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.4 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en el Jr. Mariano Pandia N° 383-Juliaca, cuya atención es de Lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas. Cenirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14", 24" Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Confirmar si el perfeccionamiento del contrato se realizará de forma presencial en Jr Mariano Pandia Nro 383-Juliaca

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en el Jr. Mariano Pandia N° 383-Juliaca, cuya atención es de Lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas. Cenirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita considerar las metodologías estandarizadas y/o validadas diferentes a los propuestos en los TDR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.10 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE CONSIDERA OTRAS METODOLOGIAS SEÑALADAS, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14_¿, 24_¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita considerar las metodologías estandarizadas y/o validadas diferentes a los propuestos en los TDR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.11 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE CONSIDERA OTRAS METODOLOGIAS SEÑALADAS, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS TRIHALOMETANOS, METALES PESADOS, ARSENICO Y ALUMINIO EN AGUA SUPERFICIAL(CAPTACION RIO COATA), AGUA POTABLE (LINEAS DE IMPULSION 14¿, 24¿ Y REDES DE DISTRIBUCION)

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:42

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:
Se solicita considerar las metodologías estandarizadas y/o validadas diferentes a los propuestos en los TDR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.10 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE CONSIDERA OTRAS METODOLOGIAS SEÑALADAS, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null