

## ACTA DE EVALUACION DE MUESTRAS

### ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°040-2023-INMP

### “ADQUISICION ANUAL DE DETERGENTE ENZIMATICO CON 4 ENZIMAS”

Siendo las 14:00 horas del día 24 de enero de 2024, en el Servicio de Esterilización, con la presencia del personal de turno que se encontraba en el área roja, LIC. Enf. CLARISSA HUARCAYA VACA (Jefe de Central de Esterilización), Tec. Enf. LUIS MAMANI JAYO y Tec. Enf. MARLENE CHUCOS JAVE, nos reunimos para realizar la evaluación de muestra, del proceso de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°040-2023-INMP, cuyo objeto de contratación es la “ADQUISICION ANUAL DE DETERGENTE ENZIMATICO CON 4 ENZIMAS”.

Se recibió del comité de selección, las muestras presentadas por los siguientes postores:

- **MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C.**
- **FERCO MEDICAL S.A.C.**

Como área usuaria del Servicio de Central de Esterilización, iniciamos con el procedimiento y metodología de la evaluación de muestra:

#### **1.- MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C.**


Presento su producto ENDOZYME PREMIUM COM A.P.A., en galón de 4 litros, cumple con el envase mediano e inmediato y según las indicaciones del fabricante del producto, se procedió a sumergir los materiales en 3ml del producto en un litro de agua, en el cual se pudo observar que instantáneamente se formó espuma, se esperó más de 5 min la desintegración de la espuma (**ver Imagen 01**), la cual genero enjuagar más veces. Esta evaluación ha sido lavado manual; De las pruebas realizadas, se tiene como resultado que la muestra queda **descalificada**.


#### **2.- FERCO MEDICAL S.A.C.**

Presento su producto RIOZYME IV, en galón de 5 litros, cumple con el envase mediano e inmediato y según las indicaciones del fabricante del producto, se procedió a sumergir los materiales utilizando 1.5ml, en el cual se puede observar que antes de los 5 minutos se desintegro la espuma (**ver Imagen 02**), Esta evaluación ha sido lavado manual. De las pruebas realizadas, se tiene como resultado que la muestra queda **calificada**.

Siendo las 15.00 horas, los presentes como área usuaria, firman la presente acta.

  
Clarissa Huarcaya Vaca  
LIC. ENF. ESPECIALISTA EN  
CENTRO QUIRURGICO  
CEP. 03259 RNE. 19821

  
TECNICO ENFERMERIA  
MARLENE CHUCOS JAYO

  
TECNICO ENFERMERIA  
LUIS MAMANI JAYO

**IMAGEN 01: MUESTRA DE MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C.**

Se procedió a sumergir los materiales en 3ml del producto en un litro de agua, en el cual se pudo observar que instantáneamente se formó espuma, se esperó más de 5 min la desintegración de la espuma





**IMAGEN 02: MUESTRA DE FERCO MEDICAL S.A.C.**

Se procedió a sumergir los materiales utilizando 1.5ml, en el cual se puede observar que antes de los 5 minutos se desintegro la espuma



### **IMAGEN 03: COMPARACION DE PRUEBAS**

Ambas muestras evaluadas en dos contenedores de plástico y se hizo la evaluación a momento simultaneo.

