

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:52

**Consulta: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

ITEM 1 Se solicita (AGITADOR MAGNETICO): Sensor Tipo J

El sensor tipo J se refiere a termocuplas, en el mercado hay otros sensores como PT100 que brindan mayor exactitud y permiten mediciones de hasta 30m de distancia, además por el material de platino, las PT100 no se deterioran con facilidad como lo haría una termocupla, <https://www.jmi.com.mx/literatura/blog/item/24-los-sensores-pt100-y-sus-superioridad-ante-las-termocuplas.html#:~:text=Los%20pt100%20son%20un%20tipo,de%20diez%20metros%20con%20exactitud.> CONSULTAMOS, si en beneficio del usuario por las características mencionadas de la PT100, aceptarían un sensor PT100

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que con la finalidad de obtener la mayor participación de postores el comité de selección acuerda modificar las especificaciones técnicas en las bases integradas referida al sensor del Agitador Magnético; por lo que quedara la especificación técnica de la siguiente manera: Sensor: Tipo J y/o sensor PT100 , se colocara en las bases integradas.

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Agotador Magnético: Sensor: Tipo J y/o sensor PT100 .

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20100042500

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Hora de envío : 17:15:52

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 Se solicita. (AGITADOR MAGNETICO): Precisión de control 2.2 °C

Rotación 100 a 2000 RPM

Peso 6 Kg

Potencia 400Watts

Tensión 200-240

Debido a las características del equipo están dirigidos a la marca Tecnal, modelo: TE-0853/1. Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. CONSULTAMOS si podrán aceptar las siguientes características:

Precisión de control de la temperatura: +/- 0.2 °C

Rotación 60 a 1600 RPM

Peso 3.9 Kg

Potencia 500Watts

Tensión 230VAC

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso señalar que el área usuaria formula su requerimiento de acuerdo a su necesidad detallando las especificaciones técnicas indicadas en las bases, como se puede verificar, al área usuaria ha establecido las especificaciones mínimas y componentes mínimos que debe cumplir los bienes a adquirir. por tanto, los postores deberán ofertar bienes que cumplan con las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20100042500

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Hora de envío : 17:15:52

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

ITEM 8. Se solicita (CENTRIFUGA): Rango RPM 600 a 4000rpm

Capacidad 2200- 2400

Rotor de 6 agujeros para tubos de 50ml

Rotor para 24 tubos de 1.5 a 15 ml

Timer 0 a 30 min

Control digital

Pantalla LCD

Debido a las características del equipo están dirigidos a la marca DAIHAN, modelo: Cef D50-6. Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. CONSULTAMOS si podrán aceptar las siguientes características:

Velocidad máxima: 4200rpm

Capacidad :4x100ml

Rotor angular para 6 tubos de 50ml

Rotor angular para 24 tubos de 1.5-2ml y 15 ml

Tiempo de 1 a 99 min

Control digital

Pantalla LED

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso señalar que el área usuaria formula su requerimiento de acuerdo a su necesidad detallando las especificaciones técnicas indicadas en las bases, como se puede verificar, al área usuaria ha establecido las especificaciones mínimas y componentes mínimos que debe cumplir los bienes a adquirir. por tanto, los postores deberán ofertas bienes que cumplan con las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:52

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Catalogo y/o ficha técnica de los bienes ofertados, donde se acredite las características establecidas en las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria, que forman parte del requerimiento.

Debido a que hay especificaciones que no están implícitas en catálogos o fichas técnicas y para no limitar la participación de postores OBSERVAMOS este requerimiento, y solicitamos el cambio de especificación a: Catalogo, ficha técnica, declaración jurada y/o cualquier documento emitido por fabricante de los bienes ofertados, donde se acredite las características establecidas en las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria, que forman parte del requerimiento

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la observación formulada por el participante es preciso señalar que la exigencia de la presentación de Catalogo y/o Ficha Técnica de los bienes ofertados como requisito para la admisión de la oferta se ha establecido con el objetivo de que los bienes que oferten los postores cumplan con las especificaciones técnicas mínimas que requiere el área usuaria, en ese sentido dicha exigencia se encuentra válidamente sustentada, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20100042500

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Hora de envío : 17:15:52

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Solicitan: Los bienes objeto de la presente convocatoria se entregará en el plazo de 30 días calendanos contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

Se solicita que la entrega del bien sea en 30 días calendarios, sin embargo, dichos plazos no contemplan la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega de 90 días calendario.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En relación a la observación formulada por el participante el Comité de Selección precisa que con el objetivo de fomentar la mayor participación de posibles postores se estableciera como nuevo plazo para entregar de los bienes a adquirir 60 (Sesenta) días calendarios, computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, por lo tanto se ACOGE PARCIALMENTE la Observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los bienes será de 60 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20100042500

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Hora de envío : 17:15:52

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Ofertar como paquete los ítems del laboratorio de Análisis químico

Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso CONSULTAMOS si podrán realizar la contratación ítems individuales del laboratorio de Análisis químico.

**Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la observación formulada por el participante, el Comité de Selección precisa que el precio de la oferta deberá ser por la totalidad de ítems es decir en un solo monto considerando de que el procedimiento de selección ha sido convocado en paquete, aunado a ello es preciso señalar que durante la fase de los actos preparatorios el Órgano Encargado de las Contrataciones ha determinado la pluralidad de postores que pueden atender con las totalidad de los bienes es decir con todo el paquete, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	19:04:27

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

**1.9 PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 (treinta) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**OBSERVACIÓN:**

Se solicita al honorable Comité, que debido a que existen equipos que requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 60 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.9      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En relación a la observación formulada por el participante el Comité de Selección precisa que con el objetivo de fomentar la mayor participación de posibles postores se estableciera como nuevo plazo para entregar de los bienes a adquirir 60 (Sesenta) días calendarios, computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, por lo tanto se ACOGE la Observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los bienes será de 60 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20602216609

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

Hora de envío : 19:04:27

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de equipos de laboratorio como baño maría, microscopios, estereoscopios, etc

OBSERVACIÓN:

Solicitamos al Comité especial aceptar como bienes similares: EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, ya que incluyen a los bienes que requieren y permiten la mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la observación formulada por el participante el comité de selección precisa que con la finalidad de fomentar la mayor participación de posibles postores acuerda que con ocasión de la integración de las bases se ampliará la definición de bienes similares quedando de la siguiente manera: Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de equipos de laboratorio como baño maría y/o microscopios y/o estetoscopio y/o equipos de laboratorio en general.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de equipos de laboratorio como baño maría y/o microscopios y/o estetoscopio y/o equipos de laboratorio en general.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 21:50:54

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan

Agitador Magnetico

Sensor Tipo J

Esta es una característica propia de la marca Tecnal de Brasil lo cual dirige el proceso a dicha marca por consecuencia el comité no permitiría la participación de otros postores, el comité especial podría aceptar agitadores magnéticos con otro tipo de sensor pero que cumplan lo que el usuario necesita

**Acápites de las bases :** Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que con la finalidad de obtener la mayor participación de postores el comité de selección acuerda modificar las especificaciones técnicas en las bases integradas referida al sensor del Agitador Magnético; por lo que quedara la especificación técnica de la siguiente manera: Sensor: Tipo J y/o sensor PT100 , se colocara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Agitador Magnético: Sensor: Tipo J y/o sensor PT100 .

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 21:50:54

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan

Agitador Magnetico

Peso 6 Kg

Esta es una característica propia de la marca Tecnal de Brasil lo cual dirige el proceso a dicha marca por consecuencia el comité no permitiría la participación de otros postores, el comité especial podría aceptar agitadores magnéticos tenga el peso propio dependiendo de la marca y la fabricación del equipo

**Acápito de las bases :** Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que con la finalidad de obtener la mayor participación de postores el comité de selección acuerda modificar las especificaciones técnicas en las bases integradas referida al peso del Agitador Magnético; por lo que quedara la especificación técnica de la siguiente manera: Peso: de 2,6 kg a 7.5 kg , se colocara en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Agitador Magnético: Peso: de 2,6 kg a 7.5 kg

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:50:54

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan  
Analizador de Humedad  
Lampara IR halógena

Esta es una característica propia de la marca Metter Toledo la cual solo tiene un distribuidor en el mercado peruano, para poder así lograr una mayor cantidad de postores y al mismo tiempo no dirigir el proceso a una marca en especial, el comité podría aceptar que la lampara del equipo solicitado sea solo halógena ya sea esta IR o de cuarzo o de otra característica pero que cumplan al usuario a cumplir su propósito

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que con la finalidad de obtener la mayor participación de postores el comité de selección acuerda modificar las especificaciones técnicas en las bases integradas referida a la Fuente de Calor del Analizador de Humedad; por lo que quedara la especificación técnica de la siguiente manera: Fuente de Calor: IR Halógena y/o Halógena de cuarzo , se colocara en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Analizador de Humedad: Fuente de Calor: IR Halógena y/o Halógena de Cuarzo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:50:54

**Consulta: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan  
Analizador de Humedad  
Rango de temperatura

Esta es una característica propia de la marca Metter Toledo la cual solo tiene un distribuidor en el mercado peruano, para poder así lograr una mayor cantidad de postores y al mismo tiempo no dirigir el proceso a una marca en especial, el comité podría aceptar que la temperatura de trabajo pueda ir entre 49 a 199 °C lo cual se pueden también utilizar para realizar el trabajo con que el usuario cumpla su propósito.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que con la finalidad de obtener la mayor participación de postores el comité de selección acuerda modificar las especificaciones técnicas en las bases integradas referida a la Rango de Temperatura del Analizador de Humedad; por lo que quedara la especificación técnica de la siguiente manera: Rango de Temperatura: 49 a 210 °C , se colocara en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Analizador de Humedad: Rango de Temperatura: 49 a 210 °C

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 21:50:54

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan  
Analizador de Humedad  
Indicador Pantalla Táctil a color

Esta es una característica propia de la marca Metter Toledo la cual solo tiene un distribuidor en el mercado peruano, para poder así lograr una mayor cantidad de postores y al mismo tiempo no dirigir el proceso a una marca en especial, el comité podría aceptar se acepte equipos con pantalla LCD las cuales son más seguras para el trabajo en el laboratorio ya que no son tan sensibles como las Táctiles

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso señalar que el área usuaria formula su requerimiento de acuerdo a su necesidad detallando las especificaciones técnicas indicadas en las bases, como se puede verificar, al área usuaria ha establecido las especificaciones mínimas y componentes mínimos que debe cumplir los bienes a adquirir. por tanto, los postores deberán ofertar bienes que cumplan con las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 21:50:54

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan

Analizador de Humedad

Diametro de plato 80 ¿ 85 mm

Esta es una característica propia de la marca Metter Toledo la cual solo tiene un distribuidor en el mercado peruano, para poder así lograr una mayor cantidad de postores y al mismo tiempo no dirigir el proceso a una marca en especial, el comité podría aceptar equipos con platos de medición de diámetro mayores

**Acápito de las bases :** Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso señalar que el área usuaria formula su requerimiento de acuerdo a su necesidad detallando las especificaciones técnicas indicadas en las bases, como se puede verificar, al área usuaria ha establecido las especificaciones mínimas y componentes mínimos que debe cumplir los bienes a adquirir. por tanto, los postores deberán ofertar bienes que cumplan con las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 21:50:54

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan

Balanza Analitica

Balanza Analitica XPR 305D5Q

Esta es una característica propia de la marca Metter Toledo la cual solo tiene un distribuidor en el mercado peruano, para poder así lograr una mayor cantidad de postores y al mismo tiempo no dirigir el proceso a una marca en especial, el comité podría aceptar equipos que permitan pesajes hasta 320 g o similares y con características propias de una balanza analítica y retirar de las bases esta características ya que es propia de esta marca

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante y con la finalidad de obtener mayor participación de postores el comité de selección acuerda modificar las especificaciones técnicas en las bases integradas referidas a la BALANZA ANALITICA por lo que quedara las especificaciones técnicas de la siguiente manera: Descripción: Balanza analítica;pesaje:5000g;Capacidad:13.9lb / 5.85kg;Lectura:8.7¿x13.4¿x13.5¿;Marca de seguridad eléctrica:220 +- 10% VAC 50/60Hz 1-fase.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

BALANZA ANALITICA: Descripción Balanza analítica

Pesaje 5000g

Capacidad 13.9lb / 5.85kg

Lectura 8.7¿x13.4¿x13.5¿

Marca de seguridad eléctrica 220 +- 10% VAC 50/60Hz 1-fase

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 21:50:54

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada, y la documentación del personal a realizar la capacitación el cual debe de contar con las constancias y la experiencia suficiente para este objetivo

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** V      **Literal:** 5.1      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso señalar que la acreditación de la formación profesional y experiencia del CAPACITADOR deberá ser presentada como documentación adicional para el perfeccionamiento del contrato, por lo tanto se agregará dicho requisito con ocasión de la integración de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO: Acreditar la formación profesional y experiencia del CAPACITADOR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UNJ-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 27/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 21:50:54

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

MEJORA 03: Mas de 05 marcas de la totalidad de bienes ofertados CUENTAN CON CERTIFICACIONES ISO que pueden ser ISO 9001:2015 y/o ISO 14001:2015 y/o ISO 45001:2018, esta es una caracteristicas que hopy en dia cualquier marca puede cumplir lo cual solicitamos al comité se retire de las especificaciones tecnicas y que en todo caso se coloque lo siguiente.

MEJORA 02: El postor debe contar con una certificacion que permita controlar que la calidad de almacenaje y de transporte de los productos a nuestra institucion estan garantizados y certificados. Por alguna entidad ya sea nacional o internaciona.

MEJORA 02: Se acreditará únicamente mediante la presentación de: DOCUMENTO DE CERTIFICACION que permita el cumplimiento con dicha norma de almacenaje y de transporte

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: V

Literal: 5.1

Página: 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso señalar que el comité de selección ha establecido el factor de evaluación MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS con el objetivo de una cierta cantidad de bienes que los postores puedan ofertar cuenten con CERTIFICACIONES ISO y/o CE y/o FDA con el objetivo de que las marcas cuenten con mayores estándares de calidad, que además cuentan con la aprobación de una organización como la ISO (Organización Internacional de Normalización) además de que se asegure la calidad, salubridad y seguridad necesarias para que cualquier persona o animal que utilice el producto se encuentre a salvo. En adición a ello es preciso aclarar que la presentación y acreditación del FACTOR DE EVALUACION antes mencionado es de presentación facultativa lo que no restringe la participación de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null