

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS MARCA I-STAT O EQUIVALENTE POR ESTANDARIZACIÓN

Ruc/código :	20429030782	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	13:47:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para el ítem 1.4 Cassette para determinación de tiempo de protombina se solicita realizar 4 entregas de 250 cartuchos cada uno. Con este ítem tiene una presentación de 24 cartuchos por caja, sería mas acorde con la presentación la modificación del cronograma de entregas, por lo que proponemos el siguiente cambio:

1ra entrega: 240 cartuchos
2da entrega: 240 cartuchos
3ra entrega: 240 cartuchos
4ta entrega: 288 cartuchos

De esta manera se podría entregar los cartuchos para este ítem de acuerdo a la presentación de dicho cartucho.

Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, se ajustaran las entregas de acuerdo a la presentacion del fabricante:

1ra entrega: 240 cartuchos
2da entrega: 240 cartuchos
3ra entrega: 240 cartuchos
4ta entrega: 288 cartuchos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la consulta, se ajustaran las entregas de acuerdo a la presentacion del fabricante:

1ra entrega: 240 cartuchos
2da entrega: 240 cartuchos
3ra entrega: 240 cartuchos
4ta entrega: 288 cartuchos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS MARCA I-STAT O EQUIVALENTE POR ESTANDARIZACIÓN

Ruc/código :	20549590951	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	11:35:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de las bases, se indica la forma de presentación, parámetros y rangos de medición por cada prueba, sin embargo, debemos mencionar que en el mercado existen presentaciones, reactivos de diferentes parámetros establecidos en las bases, por lo que consideramos conveniente aceptar la presentación de cada fabricante, sin alterar la calidad de reporte de resultados y límites de detección de los parámetros solicitados de gases arteriales y electrolitos.

Por consiguiente, solicitamos al Comité de selección en coordinación con el área usuaria pueda aceptar la forma de presentación de los diferentes parámetros y rangos de medición según fabricante para todas las pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Por tratarse de un proceso mediante estandarización, del equipo propio del hospital, Asi como, los parametros y rangos de medicion son características del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICION DE INSUMOS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS MARCA I-STAT O EQUIVALENTE POR ESTANDARIZACIÓN

Ruc/código :	20549590951	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	11:35:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro de las bases, El sub-item 1.4 no guarda relación con el requerimiento del paquete de ¿insumos para equipo analizador de gases arteriales y electrolitos¿ porque la prueba de determinación de tiempo de protrombina es un análisis de hemostasia (coagulación), Se solicita al comité amablemente retirar el sub-item 1.4 del paquete en mención, esto Permitiría pluralidad de postores y por principio de transparencia tener un trato justo e igualitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Es de necesidad de los usuarios finales contar con el analisis descrito, a fin de realizar una evaluacion y monitorizacion del paciente en tiempo real, favoreciendo un diagnostico oportuno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICION DE INSUMOS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS MARCA I-STAT O EQUIVALENTE POR ESTANDARIZACIÓN

Ruc/código :	20549590951	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	11:35:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases menciona la marca de un equipo para la realización de las diferentes pruebas de Gases arteriales y electrolitos, si bien es cierto cuentan con equipo propio del mismo Hospital, se solicita al área usuaria y al comité evaluar y considerar la propuesta de presentarse con reactivos y equipo propio de cada postor para que pueda haber pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Por tratarse de un proceso por estandarización e insumos destinados a un determinado equipo de propio del hospital. Procedimiento contemplado en la ley de Contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICION DE INSUMOS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS MARCA I-STAT O EQUIVALENTE POR ESTANDARIZACIÓN

Ruc/código :	20549590951	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	15:46:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dentro de las bases, El sub-item 1.4 no guarda relación con el requerimiento del paquete de ¿insumos para equipo analizador de gases arteriales y electrolitos¿ porque la prueba de determinación de tiempo de protrombina es un análisis de hemostasia (coagulación), Se solicita al comité amablemente separar el sub-item 1.4 del paquete en mención, esto Permitiría pluralidad de postores y por principio de transparencia tener un trato justo e igualitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP.III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Es de necesidad de los usuarios finales contar con el analisis descrito, a fin de realizar una evaluacion y monitorizacion del paciente en tiempo real, favoreciendo un diagnostico oportuno y mejor manejo terapeutico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUSICION DE INSUMOS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS MARCA I-STAT O EQUIVALENTE POR ESTANDARIZACIÓN

Ruc/código :	20549590951	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	15:46:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité y al área usuaria amablemente evaluar y aceptar nuestra propuesta de presentarnos con la misma cantidad de equipo que se requiera sin costo alguno de similares características para poder procesar el mismo tipo de prueba de gases y electrolitos optimizando los costos beneficiando así el proceso de selección y la calidad del servicio ofertado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP.III Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Por tratarse de un proceso por estandarización e insumos destinados a un determinado equipo de propio del hospital. Procedimiento contemplado en la ley de Contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null