

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA TOMA DE MUESTRA-SEROLOGIA PARA LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:43:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Tira reactiva para orina

Equipo

Se solicita precisar que no se entregara equipo para lector de tiras de orina, porque las bases no indican ningún tipo de equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 15 **Literal:** C **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Oec en coordinacion con el area usuaria aclara que para este proceso, los equipos considerados son: 1 Lector de Tiras de Orina, 1 Microscopio Binocular y 1 Aglutinometro para los items 8 al 12 (antigenos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Oec en coordinacion con el area usuaria aclara que para este proceso, los equipos considerados son: 1 Lector de Tiras de Orina, 1 Microscopio Binocular y 1 Aglutinometro para los items 8 al 12 (antigenos)

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA TOMA DE MUESTRA-SEROLOGIA PARA LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:43:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo 10 días calendarios contados a partir del día siguiente de su notificación de las orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

La cantidad del requerimiento es para entrega en 10 días calendarios de notificada la oocc, además según anexo H solicitan se realice control de calidad a todos los reactivos previo a su entrega, es bueno informar que un control de calidad demora aproximadamente 45 días entre toma de muestra y el resultado del ensayo, por lo que en este orden de ideas, se solicita se amplie el plazo de entrega a 60 días calendarios de notificada la oocc para poder cumplir con el plazo de entrega y control de calidad previa a la entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: S/N Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Oec en coordinacion con el area usuaria aclara que el Numeral 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y los puntos penultimo y antepenultimo del numeral 9 seran excluidos del expediente para facilitar la presentacion de mayor cantidad de propuestas y evitar sobre costos de producto ofertados. Tambien sera excluido el Anexo H y Anexo - I

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Oec en coordinacion con el area usuaria aclara que el Numeral 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y los puntos penultimo y antepenultimo del numeral 9 seran excluidos del expediente para facilitar la presentacion de mayor cantidad de propuestas y evitar sobre costos de producto ofertados. Tambien sera excluido el Anexo H y Anexo - I

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA TOMA DE MUESTRA-SEROLOGIA PARA LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:43:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Anticuerpo anti dengue IgG
Anticuerpo anti dengue IgM
Equipo

Se solicita precisar que no se entregara equipo para lector de ELISA, porque las bases no indican ningún tipo de equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: C Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Oec en coordinacion con el area usuaria aclara que no se entregara equipo de ELISA; la Metodologia de Analisis de las Prueba del Dengue es Inmunoensayo cromatografico de preferencia, presentacion de los tres marcadores Ag NS1, IgM e IgG (Combo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Oec en coordinacion con el area usuaria aclara que no se entregara equipo de ELISA; la Metodologia de Analisis de las Prueba del Dengue es Inmunoensayo cromatografico de preferencia, presentacion de los tres marcadores Ag NS1, IgM e IgG (Combo)