

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/12/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HRDT					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DETRES EQUIPOS ELECTROBISTURI DE POTENCIA PARA MEDIA PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HRDT					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	GERENCIA PERMANENTE					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	85					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-----				
		Documento que declaró la viabilidad	-----				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 28-2023-GRLL-GGR-GRS-HRDT-DAG-C		Fecha de recepción	26/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11/09/2023	De oficio	OFICIO N° 52-2023-GRLL-GGR-GPS-HRDT-DAG-	Con motivo de observaciones	LAS DIMENSIONES DEL CABLE Y LA PUNTA
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X (ITEM)	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1		MEMORANDO N° 574 - 2023-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL	29/08/2023	2		
EN CABLE BIPOLAR REGULABLE DE 100M COMO MINIMO - EQUIPO CUENTA CON CABLE BIPOLAR REGULABLE DE 4.5 PARA PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITA AMPLIAR A LOS ESPECIFICADO							
1	1		MEMORANDO N° 574 - 2023-GRLL-GGR-GRS-	29/08/2023			

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
UNA PINZA BAYONETA BIPOLAR DE 19CM PUNTA 1MM- EQUIPO CUENTA CON PINZA BAYONETA DE 19.5 CMX 2MM Y 16.5X1.MM, ESTO NO MODIFICA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO , POR LO QUE SOLICITA CONSIDERAR LO DETALLADO.							
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1		OFICIO N° 52-2023-GRLL-GGR-GRS- HREGT-DAG.	11/09/2023			
SE REFORMULO LAS EETT- EQUIPO CON CABLE BIPOLAR REAGUSTABLE DE 4.5							
			OFICIO N° 52-2023-GRLL-GGR-GRS-	11/09/2023			
SE REFORMULO EQUIPO CON PINZA BAYONETA DE 19.5 CMX 2MM Y 16.5X1.MM							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	EQUIPO CON CABLE BIPOLAR REAGUSTABLE DE 4.5						
1	EQUIPO CON PINZA BAYONETA DE 19.5 CMX 2MM Y 16.5X1 MM						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/10/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(BIENES)</p> <p align="center">REGIÓN DE LA AMERTAD Gerencia Regional de Salud</p>	
	<p align="center">  Lic. Adm. Lucero Esmeralda Castillo Morales Jefe de la Oficina de Logística Hospital Regional Docente de Trujillo </p>
<p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>	

119

