

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-HRHD-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ROPA QUIRURGICA		

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	15:41:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA x 18 PIEZAS (CIRUGIA)

COMPONENTES DEL KIT
Composición:
01 MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA XL

Dice ¿Mandil bata quirúrgico con refuerzo en mangas y pecho talla XL, empaquetados en manga estéril, aparte¿.

Por favor aclarar a qué se refiere aclarar la palabra ¿aparte¿.

Quiere decir: Solo este producto debe estar empaquetado solo con manga estéril.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de transparencia y equidad.

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, TODOS LOS MANDILES SERAN CON REFUERZO ESTERIL Y DENTRO DE LA MANGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
TODOS LOS MANDILES SERAN CON REFUERZO ESTERIL Y DENTRO DE LA MANGA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROPA QUIRURGICA

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	15:41:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA x 18 PIEZAS (CIRUGIA)

COMPONENTES DEL KIT

Composición:

01 MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA XL

01 MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA L

Ambos solicitan con refuerzo en mangas y pecho.

Por favor aclarar si se refiere con refuerzo de la misma tela o con tela laminada?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios de igualdad de trato y transparencia de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, DE QUE EL REFUERZO SERA CON LA MISMA TELA. RESPETAR LAS UNIDADES INDICADAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROPA QUIRURGICA

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	15:41:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 2. KITS DE ROPA DESCARTABLE ESTERIL x 8 PIEZAS (OFTAMOLOGIA)

No especifica las características que debe cumplir el ítem 2.KIT DE ROPA DESCARTABLE ESTERIL x 8 PIEZAS (OFTAMOLOGIA) .

Solo hay 2 cuadros sobre los componentes.

Por favor, aclarar si son las mismas características del ítem 1 KIT DE ROPA DESCARTABLE X 18 PIEZAS (CIRUGÍA)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios de transparencia y equidad de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA Y SE MODIFCARA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE LAS CARACTERISITCASMSON IGUALES PARA AMBOS KITS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS CARACTERISTICAS SON IGUALES PARA AMBOS KITS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROPA QUIRURGICA

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	15:41:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

No están solicitando certificación de filtración bacteriana (BFE).

Recomendable igual o mayor a 95%, acreditado por un laboratorio, para mejor protección del personal de salud

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios de vigencia tecnológica y, eficacia y eficiencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELEECION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE VA A CONSIDERAR COMO OPCIONAL DICHO CERTIFICADO EN LAS BASES ADMNISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROPA QUIRURGICA

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	17:37:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 2

KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 8 PIEZAS (OFTALMOLOGIA)

En las bases solicitan en uno de los componentes CAMPO DE 10 CM X 10 CM FENESTRADO DE 15 CM DE DIAMETRO.

CONSULTA

Solicitamos al comité se sirva ampliar la medida del campo a 20 CM X 15 CM O 20 CM X 20 CM, para que tenga una mayor facilidad para las intervenciones y no quede muy ajustado con un campo de 10 CM X 10 CM el cual solicitan en las bases y a la vez para una mayor pluralidad de postores.

Con respecto a la fenestra solicita de 15 CM DE DIAMETRO por algún error de tipeo se consigno esa medida la cual sería mas grande que el campo 10 cm x 10 cm lo correcto sería circunferencia de 15 cm o diámetro de 5 cm. Sírvase aclarar al comité?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de la LCE, Art. 128 del BPM.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE POR ERROR DE DIGITACION SE CONSIGNO DICHA MEDIDA DE 10 CM X 10 CM, DEBIENDO SER 40 CM X 40 CM CON UNA FENESTRA 15 CM. SE PROCEDERA A MODIFICAR EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.2 DICE: CAMPO DE 10 CM X 10 CM FENESTRADO DE 15 CM DE DIAMETRO.
DEBE DECIR: CAMPO DE 40 CM X 40 CM FENESTRADO DE 15 CM DE DIAMETRO.