CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 101-2024-ESSALUD/RPS-1, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR 50 A 85 LITROS PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL C.A.P. III PEDRO REYES BARBOZA COMO PRIORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO TIPIFICADO POR OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL"

I.- DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

I.1.- Documentos para la admisión de la oferta

EMPRESAS PARTICIPANTES	(a) D.J. DATOS POSTOR (Anexo 1)	(b) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	(c) D.J. LITERAL b) DEL ART. 52 R.L.C.E. (Anexo 2)	(d) D.J. CUMPLIMIENTO ESP. TEC. CONTENIDAS NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LAS	(e) D.J. PLAZO DE ENTREGA (Anexo 4)	(f) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (Anexo 5)	CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TECNICA	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (Anexo 6)	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
CIA MEGA MEDIC S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORRESPONDE	NO CUMPLE	S/. 82,690.00	NO ADMITIDO	La oferta del postor NO CUMPLE, después de la revisión de la oferta presentada se encontró la siguiente observación: El literal A08) de la página 10 de la oferta, señala el cumplimiento del literal A.8) CAMARÁ Y PUERTA CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE 316L EQUIVALENTE O MEJOR, CON SISTEMA DE SOPORTE PARA COLOCAR BANDEJAS. Asimismo, de la revisión de los PARAMETROS TECNICOS establecido en la página 12 de su oferta señalan como MATERIAL DE LA CÁMARA: SUS304 Inferior a la solicitada.
ANANDAVIDA S.A.C.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORRESPONDE	NO CUMPLE	S/. 218,000.00	NO ADMITIDO	La oferta del postor NO CUMPLE, debido a que no presento la documentación solicitada en el CAPITULO II, numeral 2.2.1.1 de las Bases integradas el cual señala lo siguiente: "Jfolleto, catálogos, manuales, hojas técnicas, brochure, que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del equipo principal, componente y/o accesorios, que se indican a continuación para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, también, se aceptará para requisitos específicos carta emitida por el fabricante en idioma original y traducido por una empresa certificada (en caso de no estar en español). Para cuyo efecto deberán adjuntar la Hoja de Presentación del Producto, según el modelo indicado en el Anexo V. OBLIGATORIO". El postor no adjunto documentación requerida en el punto 3.2. de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, correspondiente a la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA PRESTACION ACCESORIA, el cual solicita lo siguiente: Requisitos: 1. Dos años (2) en Mantenimiento de equipos Biomédicos en general, con formación profesional: Ing. Biomédico, Ing. Electrónico, Ing. mecánico o Ing. Electromecánico (titulado y colegiado). Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

II.- CALIFICACIÓN DE OFERTAS

POSTORES	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (PERSONAL CLAVE)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADOS	OBSERVACIONES
CIA MEGA MEDIC S.A.C.	DESIERTO			
ANANDAVIDA S.A.C.	DESIERTO			

III.- EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES	Pi = Om x PMPE / Oi (100 puntos) / PRECIO	PUNTAJE	BONIFICACIÓN 5% MYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN PRELACIÓN
CIA MEGA MEDIC S.A.C.	DESIERTO				
ANANDAVIDA S.A.C.	DESIERTO				

IV.- BUENA PRO

EMPRESA GANADORA DE LA BUENA PRO
DESIERTO