

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS - CEABE

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

**ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1
PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Lima, siendo las 18:00 horas del 03 de marzo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Entidad, sito en el 5to piso del Jr. Domingo Cueto 241, Jesús María, los miembros del Comité de Selección, designados mediante **RESOLUCIÓN N°00055-CEABE-ESSALUD-2025 (Reconformación)** de fecha 28 de enero de 2025, contado con el quórum respectivo para realizar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección **ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES"** los mismos que a continuación se detallan:

MIEMBROS TITULARES Y/O SUPLENTE:

PRESIDENTE TITULAR : ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA
PRIMER MIEMBRO TITULAR : JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR : PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUIJE

El Presidente del Comité de Selección da inicio a la presente reunión informando que para el presente procedimiento de selección se han registrado los siguientes participantes:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1 | Proveedor con RUC | 20197705249 | UNILENE S.A.C. | 07/11/2024 | Válido | | 07/11/2024 | 20197705249 | 🔍🔗📄 |
| 2 | Proveedor con RUC | 20503662869 | TAGUMEDICA S.A. | 07/11/2024 | Válido | | 07/11/2024 | 20503662869 | 🔍🔗📄 |
| 3 | Proveedor con RUC | 20509882101 | CORPORACION ALESSANDRA S.A.C. | 15/11/2024 | Válido | | 15/11/2024 | 20509882101 | 🔍🔗📄 |
| 4 | Proveedor con RUC | 20609766345 | BADIR RESURFACE E.I.R.L. | 19/11/2024 | Válido | | 19/11/2024 | 20609766345 | 🔍🔗📄 |
| 5 | Proveedor con RUC | 20609870355 | PHARMA INTERNATIONAL S.A.C. | 30/01/2025 | Válido | | 30/01/2025 | 20609870355 | 🔍🔗📄 |
| 6 | Proveedor con RUC | 20611580429 | REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 14/02/2025 | Válido | | 14/02/2025 | 20611580429 | 🔍🔗📄 |
| 7 | Proveedor con RUC | 20611721570 | K & A MOTORES DEL PERU E.I.R.L. | 20/11/2024 | Válido | | 20/11/2024 | 20611721570 | 🔍🔗📄 |

Asimismo, se hace mención que para la etapa de presentación de ofertas solo se registraron dos (02) propuestas:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

| Nro. Item | Descripción del Item | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1 | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. | | | |
| 20503662869 | TAGUMEDICA S.A. | 17/02/2025 | 10:42:29 | Electronico |
| 20197705249 | UNILENE S.A.C. | 17/02/2025 | 18:25:07 | Electronico |

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Ahora bien, culminada la descarga, se procedió a revisión de los documentos de presentación obligatoria solicitados en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, quedando el siguiente resultado:

ITEM 01

| N° de Item | Descripción del Item | Cant. | N° Postor | RUC | Nombre o Razón Social | ADMONICIÓN DE LA OFERTA Documentación de presentación obligatoria | | | | | | | | | | Resultado (Admitida / No admitida) |
|---------------|--|--------|-----------|-------------|-----------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|--------|----------|------------------------------------|
| | | | | | | a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | b) Documento que acredite la representación legal del postor. (Anexo N° 2) | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 62 del Reglamento (Anexo N° 3) | d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas (Anexo N° 3) | e) Conforme a lo señalado en el punto 4 de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar copia de los documentos: "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA", "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO", "REGISTRO SANITARIO", "CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO", "CERTIFICADO DE ANÁLISIS U OTRO DOCUMENTO TECNICO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO", "MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO", "ROTULADO DE LOS ENVASES MEDIANTE E INMEDIATO", "DECLARACIÓN JURADA DEL DISPOSITIVO MEDICO OFERTADO (ANEXO-C)", "PRESENTACION DE MUESTRA". | f) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas (Anexo N° 4) | g) Promesa de conserjería con firmas legalizadas (Anexo N° 5) | h) Ejemplo de la oferta en SOLES (Anexo N° 6) | | | |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) | 24,333 | 1 | 20503662869 | TAQUIMEDICA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | ADMITIDA | |
| | | | 2 | 20197705249 | UNILENE S.A.C. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | ADMITIDA | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Es preciso indicar que la evaluación y cumplimiento del literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, fue realizada por el Miembro del Comité de Selección que cuenta con conocimientos técnicos del objeto de la convocatoria, cuyos resultados en respaldo de la evaluación, no cuentan con ninguna objeción por parte de los otros miembros del Colegiado.

Acto seguido, el Colegiado procedió a la evaluación de las ofertas admitidas, quedando de la siguiente manera:

ITEM 01

| N° de ITEM | Descripción del ITEM | Cantidad | RUC | Nombre de Razon Social | 3.2 Requisitos de Calificación | | Etapas de calificación |
|---------------|--|----------|-------------|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| | | | | | A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACION | B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) | 24,333 | 20503662869 | TACUMEDICA S.A | CUMPLE | CUMPLE | CALIFICA |
| | | | 20197705249 | UNILENE S.A.C. | CUMPLE | CUMPLE | CALIFICA |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |

Luego de culminada la evaluación, corresponde determinar si los postores que obtuvieron el primer lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases Integradas del procedimiento de selección **ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1**

ITEM 01

| N° de ITEM | Descripción del ITEM | Cant. | RUC | Nombre de Razón Social | Valor Estimado (\$/) | Precio Ofertado (\$/) | Factores de Evaluación | | Orden de Praelación |
|------------|--|--------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | | Precio (Puntaje máx 100 puntos) | Puntaje Final | |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) | 24,333 | 20503662869 | TAQUIMEDICA S.A. | 616,427.89 | \$/ 437,994.00 | 99.44 | 99.44 | 2° |
| | | | 20197705249 | UNILENE S.A.C. | | \$/ 435,560.70 | 100.00 | 100.00 | 1° |

Siendo así, los integrantes del Comité de Selección, acuerdan por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

Primero: Otorgar la buena pro del procedimiento de selección **ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **“CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, (01 ITEM) al siguiente postor:**

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”


ITEM 01: UNILENE S.A.C. con ruc N° 20197705249, por un monto que asciende a S/ 435,560.70 (Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta con 70/100 soles).

Segundo: Publicar los resultados de la evaluación en el portal del SEACE.


Sin otro asunto que tratar, siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión, suscribiéndose la presente acta los integrantes del Comité de Selección, en señal de conformidad.



JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON
Miembro Titular

PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUIJE
Miembro Titular

ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA
Presidente Titular.



ANEXO A
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N°10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

| N° de ítem | Descripción del ítem | Cant. | N° Postor | RUC | Nombre o Razón Social | ADmisión de la oferta | | | | | | | Resultado (Admitida / No admitida) | |
|------------|---|--------|-----------|-------------|-----------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|----------|
| | | | | | | Documentación de presentación obligatoria | | | | | | | | |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) | 24,333 | 1 | 20503662869 | TAGUMEDICA S.A. | a) Declaración jurada de la veracidad de los datos del postor. (Anexo N° 1) | b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) | d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | e) Conforme a lo señalado en el punto 4 de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar copia de los documentos: " CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA " " CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO O ALMACENAMIENTO " " REGISTRO SANITARIO " " CERTIFICADO DE ANALISIS U OTRO DOCUMENTO TECNICO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO " " MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO " " ROTULADO DE LOS ENVASES MEDIATO E INMEDIATO " " DECLARACION JURADA DEL DISPOSITIVO MEDICO OFERTADO (ANEXO-C) " PRESENTACION DE MUESTRA | f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) | g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5) | h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6) | ADMITIDA |
| | | | 2 | 20197705249 | | UNILENE S.A.C. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE |

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |

ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA
PRESIDENTE TITULAR

JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON
PRIMER MIEMBRO TITULAR

PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUJE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR




ANEXO C
ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES


| N° de ITEM | Descripción del ITEM | Cantidad | RUC | Nombre de Razon Social | 3.2 Requisitos de Calificación | | Etapa de calificación |
|------------|--|----------|-------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACION | B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) | 24,333 | 20503662869 | TAGUMEDICA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CALIFICA |
| | | | 20197705249 | UNILENE S.A.C. | CUMPLE | CUMPLE | CALIFICA |

OBSERVACIONES


ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA
PRESIDENTE TITULAR


JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON
PRIMER MIEMBRO TITULAR


PEDRO RONALD DE LA CRUZ ACUIJE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR




ANEXO B


ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (\pm 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

| N° de ITEM | Descripción del ITEM | Cant. | RUC | Nombre de Razon Social | Valor Estimado (S/) | Precio Ofertado (S/) | Factores de Evaluación | | Orden de Prelación |
|------------|--|--------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Precio (Puntaje máx 100 puntos) | Puntaje Final | |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) | 24,333 | 20503662869 | TAGUMEDICA S.A. | 616,427.89 | S/ 437,994.00 | 99.44 | 99.44 | 2° |
| | | | 20197705249 | UNILENE S.A.C. | | S/ 435,560.70 | 100.00 | 100.00 | 1° |


ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA
PRESIDENTE TITULAR


JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON
PRIMER MIEMBRO TITULAR


PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUJE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

FORMATO DE EVALUACION N° 1

Dispositivo Médico: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1) (CÓDIGO SAP 20102051)

Postor: TAGUMEDICA S.A.

| Documentos técnicos | Cumple | No cumple | Mecanismo para determinar el cumplimiento |
|---|--------|-----------|---|
| Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario. | CUMPLE | | Visual |
| Certificado de análisis o documento equivalente. | CUMPLE | | Visual |
| Rotulado del envase mediato. | CUMPLE | | Visual |
| Rotulado del envase inmediato. | CUMPLE | | Visual |
| Inserto o manual de instrucciones de uso. | CUMPLE | | Visual |
| Resultado Final | CUMPLE | | |



FORMATO DE EVALUACION N° 2

Dispositivo Médico:SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (±1)
(CÓDIGO SAP 20102051)

Postor:TAGUMEDICA S.A.....

| Aspectos a verificar | Cumple | No cumple | Mecanismo para determinar el cumplimiento |
|--|--------|-----------|--|
| Doble envase inmediato individual, sellado, con fácil apertura y exento de rebabas y aristas cortantes. | CUMPLE | | Inspección visual |
| Envase mediato tipo caja | CUMPLE | | Inspección visual |
| Sutura de color negro unida en cada uno de sus 2 extremos a una aguja tipo 3/8 de círculo con punta con bordes laterales cortantes tipo espátula o espatulada. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Hebra o hilo, libre de nódulos, color no homogéneo, roturas, material extraño, porciones planas y deshilachamientos. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Agujas libres de rebabas y/o aristas cortantes, puntas romas o deformes. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Resultado final | CUMPLE | | |



FORMATO DE EVALUACION N° 1

Dispositivo Médico: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1) (CÓDIGO SAP 20102051)

Postor: UNILENE S.A.C.

| Documentos técnicos | Cumple | No cumple | Mecanismo para determinar el cumplimiento |
|---|--------|-----------|---|
| Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario. | CUMPLE | | Visual |
| Certificado de análisis o documento equivalente. | CUMPLE | | Visual |
| Rotulado del envase mediate. | CUMPLE | | Visual |
| Rotulado del envase inmediato. | CUMPLE | | Visual |
| Inserto o manual de instrucciones de uso. | CUMPLE | | Visual |
| Resultado Final | CUMPLE | | |

FORMATO DE EVALUACION N° 2

Dispositivo Médico:SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (±1)
(CÓDIGO SAP 20102051)

Postor:UNILENE S.A.C.....

| Aspectos a verificar | Cumple | No cumple | Mecanismo para determinar el cumplimiento |
|--|--------|-----------|--|
| Doble envase inmediato individual, sellado, con fácil apertura y exento de rebabas y aristas cortantes. | CUMPLE | | Inspección visual |
| Envase mediato tipo caja | CUMPLE | | Inspección visual |
| Sutura de color negro unida en cada uno de sus 2 extremos a una aguja tipo 3/8 de círculo con punta con bordes laterales cortantes tipo espátula o espatulada. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Hebra o hilo, libre de: nódulos, color no homogéneo, roturas, material extraño, porciones planas y deshilachamientos. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Agujas libres de: rebabas y/o aristas cortantes, puntas romas o deformes. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Resultado final | CUMPLE | | |

