

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura :	AS-SM-63-2024-DIRSAPOL-UE 020-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLASMAFÉRESIS CON EQUIPO PROPIO AUTOMATIZADO, MARCA HAEMONETICS, MODELO MCS 9000, SERIE N°19B663SPG, PARA EL DPTO. DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HN.PNP.LNS Ó ¿EQUIVALENTE¿

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:46:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ANEXO A  
El Comité de Selección solicita: Conectores para líquido de reposición, con bolsa de ventilación o aire, línea o válvula de control del anticoagulante para los Recambios Plasmáticos Terapéuticos. En nuestro sistema y dependiendo el tipo de Protocolo ya sea simple o doble, se va a necesitar una vía o dos para la infusión del fluido de reemplazo por el usuario. En ese sentido, indicamos que se debería de colocar una o dos válvulas para la infusión del fluido de reemplazo. ¿El Comité de Selección aceptará que se cuente con una y/o dos válvulas para la infusión del fluido de reemplazo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 34  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: Tambien se aceptara que los sets de plasmaferesisi cuenten con una y/o dos conectores o válvulas para la infusión del liquido o fluido de reemplazo  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
SE ACLARA, INDICANDO QUE: Tambien se aceptara que los sets de plasmaferesisi cuenten con una y/o dos conectores o válvulas para la infusión del liquido o fluido de reemplazo