

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar la marca y modelo del compresor de aire de la planta de oxígeno

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** III **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge en su totalidad, según lo solicitado por el participante, de conformidad con el literal k) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e precisa que se Incorporara a todos los equipo, marca, modelo, seria, frecuencia, tensión , fase, velocidad de bombeo, capacidad del tanque y capacidad de psi, al términos de Referencia que se precisa en las bases intergradadas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica que para el compresor de aire se deberán instalar elementos originales de la marca fabricante del compresor. Solicitamos se permita colocar filtros de otras marcas reconocidas que cumplan los requisitos de filtración o los superen: ejm: Donaldson, etc. Esto considerando que actualmente el compresor cuenta con filtro de esta marca, y no la marca original

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: iii Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica No Acoge, lo solicitado por el participante, debido que requiere de productos alta calidad que garantiza la calidad tecnica del servicio a ejecutar y que alarga la vida utial del equipo asambiendo que dicho bien produce oxigeno para el consumo humano, de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El sistema de filtración instalado actualmente no cuenta con marca, solo con códigos y grado de filtración. Solicitamos se permita cambiar el filtro (carcasa) completa con cartucho interno por otros de diferente marca y mismo o mejor grado de filtración. Esto no afectará en la pureza de oxígeno, e inclusive brinda una mejor trazabilidad a la calidad de los filtros al contar con marca y repuestos de facil adquisición en el mercado nacional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3 Literal: iii Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge en su totalidad, según lo solicitado por el participante, de conformidad con el literal k) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Públicas, por lo que se suprime los siguientes términos: ¿ Cambio de elemento filtrante de filtro SOY-007-A

- ¿ Cambio de elemento filtrante de filtro SOY-007-C
- ¿ Cambio de elemento filtrante de filtro SOY-007-H
- ¿ Cambio de elemento filtrante de filtro SOY-007-T

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se incorpore; Cambiar el filtro (carcasa) completa con cartucho interno de la misma marca u otra marca de mejor calidad con mejor grado de filtración, a los términos de referencia que se encuentran en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita "cambio de zeolita de los tanques". Se deberá cambiar la zeolita por completo, y entregar toda la retirada en el acta de devolución?. O, queda a criterio del contratista la cantidad a reemplazar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.4 Literal: iii Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica No Acoge, lo solicitado por el participante, pero se ACLARA que el cambio de la ZEOLITA es TOTAL de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara e incluire el termino: TOTAL, para dar mejor calidad de secado de aire, a los terminos de referencia que ira en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el pintado general del generador de oxígeno, solicitamos indicar si se refiere solo a la base metálica, o requieren pintado epóxico de los tanques. Recomendamos que solo sea en la base metálica, y en partes oxidadas en los tanques, puesto que retirar toda la pintura actual del tanque y hacer un nuevo pintado incrementa los costos a la Entidad sin generar valor. Y, deberían retirarse los tanques del ambiente actual para facilitar el trabajo, y evitar que las emisiones de la pintura epóxica sean abosrbidas por el compresor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.5 Literal: iii Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica No Acoge, lo solicitado por el participante, pero aclara que suprimira el termino; Realizar el pintado general del generador de oxígeno con pintura epóxica. por lo que no es nesecario el pintado respectivo a la nueva verificación es se esta realizandolo, de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se menciona la instalación de un sensor de oxígeno. Y en otro ítem, se menciona calibrar el analizador instalado. Se refieren a 1) reemplazamos el sensor actual, y calibramos el nuevo (opción recomendada), o a 2) que se instale uno nuevo adicional, y se calibre el actual, quedando con 2 analizadores. Cabe indicar que por el tiempo de uso el analizador instalado puede estar malogrado y no ser posible su calibración

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.5 Literal: iii Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara que se; Realizar la instalación de un sensor de oxígeno con sistema de detección de tipo Zirconio o paramagnético, que asegure la confiabilidad de la medición de la pureza de oxígeno producido y se suprima la Calibrar el analizador instalado utilizando un dispositivo patrón certificado o gas de calibración, de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se menciona que se deben entregar 3 kits de Booster al área usuaria. Y, que se debe realizar mantenimientos continuos en el periodo de garantía. Considerando que los mantenimientos se realizan de acuerdo a las horas de trabajo del equipo (cada 2000 horas), solicitamos se especifique que en esas intervenciones de mantenimiento el área usuaria brindará los kits que se le entregaron al inicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.6 Literal: iii Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara que se;el proveedor deberá entregar al inicio del mantenimiento al menos tres (03) Kit de mantenimiento integral (de las 4 etapas de compresión) y ante ello el área usuaria brindará los kits que se le entregaron al inicio, de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara e incluire el termino: ante ello el área usuaria brindará los kits que se le entregaron al inicio a los terminos de referencia que ira en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la nota final, se menciona que se realizarán dos mantenimientos preventivos (mano de obra y "respuestas"), solicitamos indicar si se refieren a repuestos o a respuestas ante fallos en los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.8 Literal: iii Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara, que el termino correcto es repuestas (bien) de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se corrija el termino respuestas por REPUESTOS, que se incorporar a las terminos de referencia que ira en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las 2 intervenciones preventivas adicionales a la principal, no se requieren realizar todas las actividades iniciales ya que son menos horas de trabajo. Solicitamos se deje constancia de que estas 2 intervenciones quedan a criterio del contratista, asegurando que se mantendrá la pureza de oxígeno brindado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.8 Literal: iii Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica No Acoge, lo solicitado por el participante, debido a que es de vital importancia realizar los mantenimientos preventivos para alargar la vida útil de equipo, de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el plan de trabajo y considerar los días de ejecución del servicio, solicitamos indicar si se permitirá trabajar sábados y domingos, así como feriados y el rango de horario, ya que por la naturaleza del servicio, en ocasiones se podría requerir iniciar 7am y terminar 9pm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: iii Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara, que de acuerdo los terminos de refrencia indica DIAS CALENDARIOS, por la que se considera sabados domngos y feriados, sabiendose que este es un hospital del nivel II, Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar los kilos de zeolita requeridos para cambio en cada torre de generación de oxígeno. O, si será responsabilidad del contratista realizar ese cálculo en la visita.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.5 Literal: iii Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica No Acoge, lo solicitado por el participante, pero se ACLARA que el cambio de la ZEOLITA es TOTAL de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara e incluire el termino: TOTAL, para dar mejor calidad de secado de aire, a los terminos de referencia que ira en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar el procedimiento y que se brindarán las facilidades para retirar un equipo que requiera mantenimiento en taller, como es en el caso del secador. El contratista asumirá el costo del traslado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2 Literal: iii Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara, se que brindara todo las facilidades para el retiro de lo equipos que sea nesecaio, para la correcta ejecuion del servicio, asimismo proveedor adjudicado asumira), incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Ninguno de los equipos logra temperaturas de hasta 400°C. Solicitamos se disminuya el rango del equipamiento estratégico: cámara termográfica de -10 a 200°C, que permitirá una mejor resolución en la evaluación de temperatura de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** b.1 **Literal:** b.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge parcialmente lo solicitado por el postor/participante en rango mínimo entre (-15 a 300 °C), por la alta complejidad de funcionamiento del equipo, de conformidad con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incorporara e incluíra el termino: (-15 a 300 °C), a los terminos de referencia que ira en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar si al "cambiar todas las mangueras de conexión neumática", se refieren solo a las mangueras de diámetro menor a 16mm que conectan electroválvulas con válvulas, y que no se refieren a mangueras de diámetro mayor a 1" que conectan tanques.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.5 Literal: iii Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara, que se cambiarar todas las mangueras que se encuentran viculadas al generador de oxigeno como indica en los terminos de referencia, Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En caso se hayan daños mayores en tableros eléctricos y cableado hacia los equipos, solicitamos se indique si será responsabilidad del contratista subsanar todo esto, o si solo será como indica TDR "verificación", e informar a la Entidad en caso se encuentre algo en mal estado para que lo programe en su próximo servicio a solicitar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.8 Literal: iii Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara, que solo se dara mantenimiento y veificaciones del tablero electrico y posterior a ello emitir el informe del estado situacional, Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Indicar qué repuestos considerarán como "kit de mantenimiento integral" del Booster. Recomendamos que sean anillos de compresión y o-rings de todas las etapas, sin incluir las válvulas, ya que esto se realizará en la primera intervención, y para próximos mantenimientos no se requeriría reemplazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.6 Literal: iii Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara, que cada Cada Kit integral deberá estar conformado por:

- Válvulas de succión y descarga de todas las etapas
- Empaquetaduras
- Pistón flotante de compresión completo de 4ta etapa
- O-rings de cilindro de todas las etapas.
- Anillos de compresión de pistón todas las etapas.
- Anillos Guía, de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que el booster. Cada Kit integral deberá estar conformado por:

- Válvulas de succión y descarga de todas las etapas
- Empaquetaduras
- Pistón flotante de compresión completo de 4ta etapa
- O-rings de cilindro de todas las etapas.
- Anillos de compresión de pistón todas las etapas.
- Anillos Guía

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

La Entidad estaría solicitando que el postor realice una visita e inspección, es decir, ello resultaría en una obligación de efectuar; no obstante, dicha exigencia resultaría excesiva y podría constituir una barrera a la mayor participación de postores.

Al respecto, cabe indicar que, conforme lo señalado en varios Pronunciamientos (Pronunciamiento N° 66-2020/OSCE-DGR, N° 397-2018/OSCE-DGR, entre otros), emitidos por el OSCE, las entidades al elaborar las Bases de los procedimientos de selección, DEBEN EVITAR ESTABLECER COMO REQUISITO OBLIGATORIO QUE LOS POSTORES REALICEN VISITAS PREVIAS AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO, TODA VEZ QUE LA VISITA DEBE SER CONSIDERADA COMO UN ELEMENTO OPCIONAL, máxime, cuando podría constituir una barrera a la mayor participación de postores, vulnerando los Principios de Competencia y Libertad de Concurrencia, consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

En ese sentido solicitamos amablemente al comité suprima o lo considere de manera facultativa a los postores, tal requisito, en merito a lo expuesto. Favor consultar con su área legal, ya que esto puede ocasionar que otros postores apelen e inclusive llegar a una nulidad del proceso de selección

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: A.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pronunciamiento N° 66-2020/OSCE- DGR, N° 397-2018/OSCE-DGR Principios de Competencia y Libertad de

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se No Acoge, lo solicitado, que de acuerdo a nuestra al valor de la cuantía de la contratación se puede evidenciar la pluralidad de postores, asimismo una visita ocular daría un mejor estimación de costos a los participantes, de conformidad con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se menciona que se debe presentar cargo de solicitud de mesa de partes 48 horas antes de la presentación de la propuesta. Consideramos este tiempo excesivo, ya que se vulnera la pluralidad de postores. Solicitamos que la Entidad permita que se realice una visita, en caso el contratista lo requiera, con una solicitud en mesa de partes 24 horas antes de la visita. Y, que el contratista pueda enviar via e-mail la solicitud (indicar e-mail) para facilitar la programación de la visita, y que la demora de mesa de partes no pueda perjudicar a los postores en la visita.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: A.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge, parcialmente lo solicitado, y amplea el plazo resentar cargo de solicitud de mesa de partes 72 horas antes de la presentación de la propuesta, que tras la vista ocular realizada tendras un costeo real de servicio a ajecutar, de conformidad con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara y actualizada a 72 horas en los terminos de referencia que ira en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos retirar el requisito de "RUC con actividad económica al objeto de contratación", por no ser un requisito legal, según distintos pronunciamientos del OSCE y nueva Ley de Contrataciones. Se debe tener en consideración que, conforme a lo señalado en la Resolución N° 2398-2022-TCE-S3, la información relacionada a las actividades económicas de una empresa que se consigna en la Ficha RUC correspondería generalmente a aquella referida a las actividades de mayor desarrollo, no consignándose de ninguna manera una relación completa de las actividades que podrían realizar las empresas de acuerdo con su estatuto, por lo que la información que se muestra en ella respecto a la actividad a realizar, es netamente referencial. Por consiguiente, la ¿ficha RUC¿ no constituye un requisito de habilitación, conforme se establece en las Bases Estándar.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 9 Literal: A.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 287-2023/OSCE-DGR

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge en su totalidad por lo que suprimira; Personal Natural o Jurídica con Registro Único de Contribuyentes (RUC) el cual debe tener Actividad Económica al objeto de la contratación, de conformidad con el literal h) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20545466296	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS S.R.L. - SERVALT S.R.L.	Hora de envío :	12:34:22

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Indicar si en el Anexo 6, se debe colocar como Concepto "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", o qué se debe colocar. Asimismo, en página 22 corregir en el ítem 3.2 que se menciona una "reparación de máquina autoclave marca BMT" como concepto del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: j Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica Aclara, que el concepto es: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, y que se suprima el termino "reparación de máquina autoclave marca BMT" como concepto del servicio, Conforme con el literal h) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20606396181	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:23:25

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, dentro de las bases del procedimiento de selección se verifica que solicitan como capacidad legal, inspección y pruebas de los equipos, hecho que resulta muy limitativo, pues para realizar dicha inspección requiere ir al lugar donde se encuentran los equipos, hecho que genera un mayor costo; asimismo, quienes accederían serían empresas de la zona y no empresas de otros lugares. Por lo tanto, a fin de permitir pluralidad de postores y llevar a cabo el procedimiento de manera transparente solicito retirar dicho aspecto de las bases.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: A.1 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se No Acoge, lo solicitado, que de acuerdo a nuestra al valor de la cuantía de la contratación se puede evidenciar la pluralidad de postores, asimismo una visita ocular daría una mejor estimación de costos a los participantes, de conformidad con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20606396181	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:23:25

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Estimado comité se verifica que solicitan equipamiento estratégico, por lo tanto solicito que dicha acreditación se realice al inicio del servicio, pues solicitar para el procedimiento de selección resulta ser ilegal, ya que las empresas que no cuentan con dicho equipo tienen que alquilar para presentarse al procedimiento, por lo tanto, muchos participante no podrían presentar sus ofertas

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** b.1 **Literal:** b **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acalara que los equipamiento acreditaran al inicio del servicio, por ello no fueron considerados en los requisitos de calificación REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, de conformidad con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incorporara el termino : Nota: Todos los Equipos estratégicos serán acreditados al inicio del servicio en los terminos de referencia que ira en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20605941673	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:01:44

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN mas informacion respecto a los terminos de referencia

COMPRESOR DE AIRE No se indica marca, modelo, numero de serie

Cambio de Aceite No se indica marca, modelo, numero de serie

Cambio de filtro de aceite No se indica marca, modelo, numero de serie

Cambio de filtro de aire No se indica marca, modelo, numero de serie

Cambio de lenento separador de aceite No se indica marca, modelo, numero de serie

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge en su totalidad, según lo solicitado por el participante, de conformidad con el literal k) del numeral 5.1 del articulo 5 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Publicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara a todos los equipo, marca, modelo, seria, frecuencia, tencion , fase, velocidad de bombeo, capacidad del tanque y capacidad de psi, al terminos de Referencia que se precisa en las bases intergradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20605941673	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:01:44

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

SECADOR DE AIRE No se indica marca, modelo, numero de serie

Realizar el cambio de gas refrigerante y filto del sistema de refrigeracion No se indica marca, ni tipo de gas, ni tipo de filtro

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 2.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge en su totalidad, según lo solicitado por el participante, de conformidad con el literal k) del numeral 5.1 del articulo 5 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Publicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara a todos los equipo, marca, modelo, seria, frecuencia, tencion , fase, velocidad de bombeo, capacidad del tanque y capacidad de psi, al terminos de Referencia que se precisa en las bases intergradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20605941673	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:01:44

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

SISTEMA DE FILTRACION No se indica marca, modelo, numero de serie

Revision y limpieza de drenajes de condensado No indica el tipo de dren, si es automatico por flotacion, electrico, que marca y modelo

Cambio elemento filtrante de filtro SOY-007-A No se indica marca, modelo, medida de la conexion de tuberia

Cambio elemento filtrante de filtro SOY-007-C No se indica marca, modelo, medida de la conexion de tuberia

Cambio elemento filtrante de filtro SOY-007-H No se indica marca, modelo, medida de la conexion de tuberia

Cambio elemento filtrante de filtro SOY-007-T No se indica marca, modelo, medida de la conexion de tuberia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge en su totalidad, según lo solicitado por el participante, de conformidad con el literal k) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Publicas y asimismo por lo que se suprime los siguientes terminos:

¿ Cambio de elemento filtrante de filtro SOY-007-A

¿ Cambio de elemento filtrante de filtro SOY-007-C

¿ Cambio de elemento filtrante de filtro SOY-007-H

¿ Cambio de elemento filtrante de filtro SOY-007-T

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara a todos los equipo, marca, modelo, seria, frecuencia, tencion , fase, velocidad de bombeo, capacidad del tanque y capacidad de psi, y tambien Se precisa que se Incoporara; Cambiar el filtro (carcasa) completa con cartucho interno de la misma marca u otra marca de mejor calidad con mejor grado de filtración, al terminos de Referencia que se precisa en las bases intergradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20605941673	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:01:44

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y OXIGENO No se indica marca, modelo, numero de serie, capacidad volumetrica

Verificar el funcionamiento del manometro de presion No se especifica diametro de dial y conexion roscada

GENERADOR DE OXIGENO No se indica marca, modelo, numero de serie, pais de procedencia

Limpieza general interna y externa de los tanques de almacenamiento de zeolita. No se precisa la informacin de placa de los tanques de zeolita, ni tampoco su volumen especifico en litros

Realizar el cambio de la zeolita de los tanques de almacenamiento de zeolita Se requiere marca y modelo y como minimo el volumen de cada tanque

Verificar el funcionameinto de los sensores de presion y calibrar en caso no registren el valor correcto, realizar cambio si es que se encuentran dañados No se indica marca, modelo, numero de serie

Realizar el cambio de cinco (05) Valvulas de proceso (valvulas Y) de la zona interior del PSA, y realizar la limpieza y engrase de las otras valvulas de proceso No indican los tamaños de las conexiones de las valvulas, tamaño de rosca y tipo de valvula

Realizar la instalacion de un sensor de oxigeno cons istema de detecccion de tipo Zirconio o paramagnetico¿ No indica el modelo actual o si se encuentra deteriorado o no cuenta con un equipo de monitoreo

Reemplazo de filtro bacteriologico No se indica el tipo o tamaño de conexion de tubería

BOOSTER No se indica marca, modelo, numero de serie

MANIFOLD DE LLENADO No se indica marca, modelo, o numero de estaciones de llenado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acoge en su totalidad, según lo solicitado por el participante, de conformidad con el literal k) del numeral 5.1 del articulo 5 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Publicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara a todos los equipo, marca, modelo, seria, frecuencia, tencion , fase, velocidad de bombeo, capacidad del tanque y capacidad de psi, al terminos de Referencia que se precisa en las bases intergradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20605941673	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:01:44

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS CASOS, SE REQUEIRE LA INFORMACION DE LAS PLACAS DE LOS EQUIPOS, CODIGOS PARA LA BUSQUEDA CORRECTA DE LOS REPUESTOS, DEPENDIENDO DE LA MARCA PUEDEN VARIAR INCLUSIVE POR EL NUMERO DE SERIE Y AÑO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica se Acalara que se esta incluyendo marca, modelo, seria, frecuencia, tencion , fase, velocidad de bombeo, capacidad del tanque y capacidad de psi , según lo solicitado por el participante, de conformidad con el literal k) del numeral 5.1 del articulo 5 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Publicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incoporara a todos los equipo, marca, modelo, seria, frecuencia, tencion , fase, velocidad de bombeo, capacidad del tanque y capacidad de psi, al terminos de Referencia que se precisa en las bases intergradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 20M³/HR DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACocha, DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20605941673	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:01:44

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA ZEOLITA SE REQUIERE SABER SI SU DETERIORO ES PALPABLE GENERADO POR CONTAMINACION DE AGUA Y ACEITE O SIMPLEMENTE PRODUCE MALA PUREZA POR LA BAJA CALIDAD DE OXIGENO?

LA ZEOLITA DEBERIA DE DURAR MINIMO ENTRE 10 A 15 Años, A NO SER QUE SE DETERIORE POR CONTAMINANTES COMO ACEITE Y AGUA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 2.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica No Acoge, lo solicitado por el participante, pero se ACLARA que el cambio de la ZEOLITA es TOTAL de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se Incorporara e incluire el termino: TOTAL, para dar mejor calidad de secado de aire, a los terminos de referencia que ira en las bases integradas.