


Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulac ión	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	El análisis respecto de la consulta u observación (ÁREA USUARIA)	ABSOLUCION DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
1	20551306128	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Consulta	Específico	3.2	B.2.2	26	CONSULTA N° 01 Página 26 3.2 REQUISITOS DE REFERENCIA B.2.2 CAPACITACIÓN El Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico deberá contar con Capacitaciones otorgadas por fabricantes de equipos Biomédicos de 56 horas lectivas o 7 días como mínimo en equipos de ecografía, considerando por cada día de capacitación 08 horas lectivas en 2 (dos) o más certificados distintos. Se le solicita al comité de selección aclare si las 56 horas pueden ser por la suma de las horas obtenidas con diferentes fabricantes o si pudieran ser 50 horas mínimo de un solo fabricante		SE ACEPTA LA CONSULTA CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES POR LO QUE SE MODIFICA EL ITEM B.2.2 CAPACITACION	B.2.2 CAPACITACION REQUISITOS: -El Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico deberá contar con capacitaciones otorgadas por fabricantes de equipos biomédicos de 56 horas lectivas que pueden ser por la suma de las horas obtenidas con diferentes fabricantes o si pueden ser 50 horas mínimo de un solo fabricante en quipos de Ecografía, considerando por cada día de capacitación 08 horas lectivas, en dos(2) o más certificados distintos.
2	20551306128	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C	Consulta	Específico	TDR 1	5	33	CONSULTA N° 02 TDR ECOGRAFOS TERMINOS DE REFERENCIA 1 5 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR SUMINISTRO DE 01 UPS DE 3KVA Se solicita al comité de selección considere el amperaje del UPS de 3KVA a 2KVA que es suficiente para el equipo. Quedando reformulado de la siguiente manera. SUMINISTRO DE 01 UPS DE 2KVA		SE ACEPTA LA CONSULTA DEBIDO A QUE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ECOGRAFIA SOPORTA COMO MINIMO LOS 2KVA QUE SUMINISTRA EL UPS POR LO CUAL SE MODIFICARA EL LITERAL 5	5) ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR TRABAJOS A REALIZAR EBN EL EQUIPO: -Desmontaje de la unidad. -Suministro de 01 disco duro HDD y reinstalación de software -Mantenimiento y limpieza de cables y conectores internos. -Mantenimiento y limpieza de las tarjetas electrónicas de la unidad principal. -Mantenimiento integral de ecografía. -Suministro de un (01) transductor lineal modelo LNS-12 -Suministro de un (01) transductor convexo modelo C2-8 -Suministro de (01) UPS de 2KVA. -Limpieza de tarjeta de panel de control y TrackBall. -Ajustes, pruebas y calibraciones segun protocolos del fabricante.
3	20551306128	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Consulta	Específico	TDR 2	5	21	CONSULTA N° 03 TDR ECOGRAFOS TERMINOS DE REFERENCIA 2 5 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR SUMINISTRO DE 01 UPS DE 3KVA Se solicita al comité de selección considere el amperaje del UPS de 3KVA a 2KVA que es suficiente para el equipo. Quedando reformulado de la siguiente manera. SUMINISTRO DE 01 UPS DE 2KVA		SE ACEPTA LA CONSULTA DEBIDO A QUE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ECOGRAFIA SOPORTA COMO MINIMO LOS 2KVA QUE SUMINISTRA EL UPS POR LO CUAL SE MODIFICARA EL LITERAL 5	5) ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR TRABAJOS A REALIZAR EBN EL EQUIPO: -Desmontaje de la unidad. -Suministro de 01 disco duro HDD y reinstalación de software -Mantenimiento y limpieza de cables y conectores internos. -Mantenimiento y limpieza de las tarjetas electrónicas de la unidad principal. -Mantenimiento integral de ecografía. -Suministro de un (01) transductor lineal modelo LNS-12 -Suministro de un (01) transductor convexo modelo C2-8 -Suministro de (01) UPS de 2KVA. -Limpieza de tarjeta de panel de control y TrackBall. -Ajustes, pruebas y calibraciones segun protocolos del fabricante.



GERSON J. LONDONO GROSSO
INGENIERO ELECTRONICO
CIP N° 284707