

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO		
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-HRDLM.CH CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.		

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:56:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con relación al numeral 7.2.1, Dosaje de Tiempo de Protrombina, se indica: ¿Reactivos para el dosaje de TP LIQUIDA - TIEMPO DE PROTROMBINA".

Respecto al requerimiento de una presentación "líquido", es importante destacar que en el mercado existen reactivos liofilizados que ofrecen una estabilidad superior a bordo del analizador, garantizando un desempeño óptimo del producto y, por ende, la calidad de los resultados. Exigir un reactivo líquido no constituye una mejora técnica, ya que no aporta mayor precisión ni un mejor desempeño a la prueba.

En este sentido, solicitamos al comité de selección, en coordinación con el área usuaria, que se considere la aceptación tanto de la presentación líquida como la liofilizada, es decir, que se acepte: reactivo líquido y/o liofilizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, aclara que lo solicitado es una característica esencial del presente requerimiento y con ello se realizó la Fase de Actuaciones Preparatorias, no siendo posible su modificación en esta Fase de la Contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:56:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con relación a los accesorios, se entiende que serán entregados de acuerdo con cada metodología y/o recomendado por cada fabricante.

En este sentido, solicitamos al comité de selección, en coordinación con el área usuaria, que se considere accesorios de acuerdo a lo recomendado por cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, informa que en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores, ACOGE LA OBSERVACIÓN y se considerará accesorios de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	20:06:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre la característica técnica a acreditar con folletos o ficha técnica o insertos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante para el equipo en sesión en uso, se pide: 1) Tipo, 2) Metodología 3) Performance y 4) Características.

Sin embargo también se solicita un reporte de control interno inter laboratorio de cliente de territorio nacional.

Se solicita al comité de selección que en esta característica en específico sea tomada como opcional pues esa acreditación debería darse con el analizador que quedará en sesión en uso en la entidad y no se ve reflejado en insertos o catálogos o manuales o brochure emitidas por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, informa que en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores, ACOGE LA OBSERVACIÓN y el reporte de control interno inter laboratorio de cliente en territorio nacional al momento de la presentación del expediente, será OPCIONAL.

Sin embargo, este reporte se deberá cumplir con el equipo en sesión en uso instalado en nuestra Entidad una vez adjudicado el presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	20:06:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan como documentación de presentación obligatoria: Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. Al amparo del principio de Transparencia, establecido en el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, para que las entidades proporcionen información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por todos los proveedores, y de conformidad al Pronunciamiento N° 113-2022/OSCE-DGR, SOLICITAMOS cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, adicionar lo siguiente:
Acepta inscripción de registro nuevo (en trámite), reinscripción o modificatorias de los registros o certificados de registros sanitarios.
Cabe resaltar que estos documentos pueden ser solicitados al momento de la entrega de los bienes.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, informa NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN con respecto a aceptar Registro Sanitario en trámite, la reinscripción o modificatoria si están comprendidas en el alcance del presente requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	20:06:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Entendemos que el Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) del producto ofertado que se presentará en la oferta es referencial y puede no corresponder al LOTE que se ingresará al almacén al momento de la entrega.

Solicitamos al Comité de Selección indique si nuestra apreciación es correcta. Al respecto, los fabricantes internacionales en sus certificados de análisis DECLARAN DIVERSOS DATOS Y/O INFORMACIÓN LOS MISMOS Y/O DENOMINACIÓN Y/O NOMBRE DEL DOCUMENTO y son firmados por diferentes responsables del fabricante, bajo sus normas locales y según su regulación nacional, por tal motivo la solicitud de información y el nombre del documento puede variar en cada fabricante ya que, no es requisito obligatorio en otros países.

Por lo que, solicitamos al Comité de Selección que se acepte el Certificado de Análisis o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD o REPORTE DE INSPECCIÓN según cada fabricante EN FORMATO PROPIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, informa que en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores, ACOGE LA OBSERVACIÓN, acepta la consulta el certificado de análisis del producto terminado o protocolo de análisis será aceptado en formato propio por cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	20:06:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Sobre el plazo de entrega.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los postores pasan por un proceso de importación que inicia desde la compra de los bienes hasta la llegada al almacén y este tiempo puede tardar de 5 a 7 días. Solicitamos amablemente al comité de selección ampliar el plazo de entrega de 05 días calendarios a 10 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, precisa que en la Fase de Actuaciones Preparatorias se obtuvo pluralidad de postores, evidenciándose que las empresas cumplen con el presente requisito, no siendo posible su modificación en esta Fase de la Contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	20:06:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para un mejor desempeño de las pruebas solicitas, se solicita al comité de selección que el reactivo y equipo sean de la misma marca, por ser de que gran importancia para la ayuda al diagnostico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, a fin de no restringir la pluralidad de postores, no es posible esta modificación en esta Fase de la Contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	20:06:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Para una mejor estabilidad del reactivo, se pide al comité de selección solicite que el reactivo ofertado en el presente procedimiento sea líquido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indican que lo solicitado esta incluido como una especificación técnica del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20538910717	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	20:06:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relación con el Tiempo de expiración solicitan que este sea mayor a 12 meses a partir de la fecha de entrega en almacén.

Sin embargo, como es de conocimiento cada fabricante establece la vida útil de sus productos de acuerdo con sus patentes de producción y especificaciones particulares, por lo cual, se solicita si podrían ser aceptados productos con vencimiento más corto, aunado a ello los postores nos encontramos constantemente importando lotes nuevos, por lo cual, solicitamos tengan a bien aceptar también tiempo de expiración no menor de (seis) 6 meses con carta de canje por vencimiento al momento de la entrega.

Solicitamos al comité de selección acepte nuestra consulta con el fin de permitir la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación el área usuaria, indican que lo solicitado esta incluido en el Capitulo III de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección. (Revisar pag. 25).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	22:15:55

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En página 22 de las bases, numeral 7.2.1 referida a las características técnicas del dosaje del tiempo de Protrombina se observa que se omiten características técnicas importantes del citado reactivo.

Por lo indicado, y al amparo del al principio de competencia, establecido el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que indican que los procesos incluyen disposiciones para obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público, SOLICITAMOS cordialmente al Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, una mayor aclaración en las especificaciones del dosaje del tiempo de Protrombina, añadiendo lo siguiente:

Valores de referencia: 11.1 ¿ 14.3 seg.

Interferencias: Triglicéridos de hasta 500 mg/dl, hemoglobina no interfiere hasta 100 mg/dl, bilirrubinas no interferir hasta 15 mg/dl.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 de la ley, literal e) de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, informa que en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores, ACOGE LA OBSERVACIÓN y que a efectos de integración de Bases se incluirá lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	22:15:55

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En página 22 de las bases, numeral 7.2.1 referida a las características técnicas del dosaje del tiempo de Tromboplastina se observa que se omiten características técnicas importantes del citado reactivo.

Por lo indicado, y al amparo del al principio de competencia, establecido el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que indican que los procesos incluyen disposiciones para obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público, SOLICITAMOS cordialmente al Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, una mayor aclaración en las especificaciones del dosaje del tiempo de Tromboplastina, añadiendo lo siguiente:

Para el procesamiento de esta prueba se debe tener en cuenta un mínimo de dos reactivos, teniendo como componentes Acido elaico y cloruro de calcio o similares
Valores de referencia: 20 ¿ 33 mg/dl.
Interferencias: no debe existir interferencia de hemoglobina hasta 200 mg/dl, lípidos hasta 500 mg/dl, bilirrubinas hasta 15 mg/dl.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2, literal e) de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, informa que en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores, ACOGE LA OBSERVACIÓN y que a efectos de integración de Bases se incluirá lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	22:15:55

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En página 17 de las bases, referida a presentación de documentación obligatoria, SOLICITAN, ¿literal e) copia de folletos o ficha técnica o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial, y/o sucursal, que acredite las siguientes características técnicas:

PARA EL EQUIPO EN SESIÓN DE USO: 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Performance y 4) Características (Reporte de Control Interno Inter laboratorio de cliente de territorio nacional). (Descritas en la página 24 del capítulo III)

Sin embargo, al dirigimos a las páginas del 22 al 24, en ellas NO están descritas textualmente las características de Reporte de Control Interno Inter laboratorio de cliente de territorio nacional.

Por lo expuesto, y al amparo de los principios de Transparencia y libertad de concurrencia, contemplado en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado, con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores y se fomente una mayor participación de postores, SOLICITAMOS cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, que la acreditación: Características (Reporte de Control Interno Inter laboratorio de cliente de territorio nacional), sea a través de la presentación de una Declaración Jurada del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, literal a) y c) de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta la consulta, el reporte de control interno inter-laboratorio de cliente en territorio nacional al momento de la presentación del expediente será OPCIONAL.

Sin embargo, este reporte se deberá cumplir con el equipo en sesión en uso instalado en el hospital una vez adjudicado el presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-HRDLM.CH | CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACIÓN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO.

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	22:15:55

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En páginas 22 al 24, numeral 7.2 referidas a las características técnicas del equipo se observa que se omite ciertas características técnicas importantes del equipo de Coagulación Semi automatizado y/o automatizado

Por lo indicado, y al amparo del al principio de competencia, establecido el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que indican que los procesos incluyen disposiciones para obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público, SOLICITAMOS cordialmente al Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, una mayor aclaración en las especificaciones del equipo de Coagulación Semi automatizado y/o automatizado, añadiendo lo siguiente:

- Método de prueba Método de coagulación, inmunológico y cromogénico.
- Posición de prueba 12 posiciones, 37°C ± 0,1 control de temperatura constante Método de coagulación: 8 posiciones, longitud de onda de prueba 660 nm Método inmunológico: 2 posiciones, longitud de onda de prueba 575 nm Método cromogénico: 2 posiciones, longitud de onda de prueba 405 nm.
- Posición de incubación 12 posiciones, 37°C ± 0,1 control de temperatura constante.
- Posición del reactivo 23 posiciones, <30min.
- Posición general de la muestra 24 posiciones, tipo extraíble, compatible con todo tipo de tubo de muestra.
- Posición de muestra refrigerada 8 posiciones, tipo fijo, función de refrigeración <15C
- Almacenamiento de datos 10000 curvas de reacción de coagulación y 10000 registros de prueba

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2, literal e) de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indican que estas características ofrecidas por el postor hacen mención a un equipo determinado limitando la pluralidad de postores. Por tal motivo, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null