

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL DPTO. DE CIRUGÍA DEL HNDM

Ruc/código : 20505719396

Nombre o Razón social : Q-MEDICAL S.A.C

Fecha de envío : 03/01/2025

Hora de envío : 10:36:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ÍTEM N° 1

1.1 PINZA MERYLAND 5 MM DESCARTABLE

En la especificación técnica solicitan lo siguiente:

5.2.3 CARACTERÍSTICAS:

El dispositivo lleva un eje aislado rotatable de 360° de 55 mm de diámetro y de color para ser visualizado y diferenciado en el campo quirúrgico

Detectamos un error tipográfico en lo siguiente:

Dice: El dispositivo lleva un eje aislado rotatable de 360° de 55 mm de diámetro y de color para ser visualizado y diferenciado en el campo quirúrgico

Debe decir: El dispositivo lleva un eje aislado rotatable de 360° de 5 mm de diámetro y de color para ser visualizado y diferenciado en el campo quirúrgico

¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria Mediante MEMORANDO N°129-DC-HNDM-2025 ACOGE la observación, por lo tanto, señala que es CORRECTA su apreciación, en la integración de Bases se realizara la modificación respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.2.3 CARACTERÍSTICAS

El dispositivo lleva un eje aislado rotatable de 360° de 5 mm de diámetro y de color para ser visualizado y diferenciado en el campo quirúrgico

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL DPTO. DE CIRUGÍA DEL HNDM

Ruc/código :	20505719396	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	Q-MEDICAL S.A.C	Hora de envío :	10:36:19

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ÍTEM N° 1:

1.2 PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 MM X 33 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente:

5.2.2 MATERIALES

BASE: Varilla de aluminio cubierta con polieter cetona

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria aceptar también BASE: VARILLA DE ALUMINIO CUBIERTA CON POLIETER CETONA O VARILLA ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON TEFLON. En caso de no aceptar, sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria Mediante MEMORANDO N°129-DC-HNDM-2025 en harás de fomentar la pluralidad ACOGE la observación, por lo tanto, se realizará la modificación a VARILLA DE ALUMINIO CUBIERTA CON POLIETER CETONA O VARILLA ACRIELONITRILO BUTADIENO DE ESTIRENO (ABS) CON TEFLON, durante la integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.2.2. MATERIAL BASE: VARILLA DE ALUMINIO CUBIERTA CON POLIETER CETONA O VARILLA ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON TEFLON

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL DPTO. DE CIRUGÍA DEL HNDM

Ruc/código :	20505719396	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	Q-MEDICAL S.A.C	Hora de envío :	10:36:19

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ÍTEM N° 1:

1.2 PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 MM X 33 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente:

5.2.3 CARACTERISTICAS:

Longitud de punta de trabajo es 30.2 mm

5.2.4 DIMENSIONES:

Longitud: 33 cm

Observamos las bases y detectamos que hay una incongruencia en la longitud de punta de trabajo, debe decir 330 mm para coincidir con las dimensiones solicitadas. En caso de no aceptar, sustentar técnicamente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria Mediante MEMORANDO N°129-DC-HNDM-2025, ACOGE la observación, por lo que se realizar la corrección en la Integración de Bases, referente a la Longitud, señalando que lo correcto debe ser de 330mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.2.3 CARACTERISTICAS LONGITUD DE LA PUNTA DE TRABAJO 330mm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL DPTO. DE CIRUGÍA DEL HNDM

Ruc/código :	20505719396	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	Q-MEDICAL S.A.C	Hora de envío :	10:36:19

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ÍTEM N° 1:

1.2 PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 MM X 33 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente:

5.2.3 CARACTERISTICAS:

Con almohadillas de sujeción más pequeñas para usar en los tejidos más delicados

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria aceptar también CON ALMOHADILLAS DE SUJECIÓN MÁS PEQUEÑAS PARA USAR EN LOS TEJIDOS MÁS DELICADOS O CON DENTADURAS (MANDÍBULAS) DE SUJECIÓN MÁS PEQUEÑAS PARA USAR EN LOS TEJIDOS MÁS DELICADOS. En caso de no aceptar, sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria Mediante MEMORANDO N°129-DC-HNDM-2025 y en harás de fomentar la pluralidad ACOGE la observación, por lo tanto, se realizará la modificación a ¿ALMOHADILLAS DE SUJECIÓN MAS PEQUEÑAS PARA USAR EN LOS TEJIDOS MÁS DELICADOS O CON DENTADURA (MANDIBULAS) DE SUJECIÓN MÁS PEQUEÑAS PARA USAR EN LOS TEJIDOS MÁS DELICADOS¿; durante la integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.2.3 CARACTERISTICAS ALMOHADILLAS DE SUJECIÓN MAS PEQUEÑAS PARA USAR EN LOS TEJIDOS MÁS DELICADOS O CON DENTADURA (MANDIBULAS) DE SUJECIÓN MÁS PEQUEÑAS PARA USAR EN LOS TEJIDOS MÁS DELICADOS