

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Señores del comité, Solicitan en el punto C40 del coche de paro Equipado, que el mango del Laringoscopio tenga batería Tipo C. Solicitamos para que haya pluralidad de postores, que puedan aceptar NATERÍA TIPO AA, quedando al final C40 CON MANGO PARA BATERÍA TIPO C O AA PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA.  
Esperamos acepten nuestra petición para que haya equidad y pluralidad de postores.

29.8. AL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitan en el punto D09 que el Desfibrilador Externo Automático cuente con dos juegos de batería, pero debemos indicar que los desfibriladores cuentan batería recargable interna, por lo que no cuenta con baterías adicionales. Solicitamos puedan suprimir este punto por carecer de sustento técnico.

29.8. AL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 33**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitamos puedan aceptar en el punto B12 que la presión de salida sea RANGO DE 20 Kpa COMO MINMO ¿ 60Kpa O MAYOR. Esto para incentivar la pluralidad de postores y la igualdad de trato.

29.3. AL DEFINIR EL REQUERIMIENTO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, IRRAZONABLES O INNECESARIAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS U ORIENTES LA CONTRATACIÓN HACIA UNO DE

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitamos puedan aceptar en el punto B14 que el nivel de ruido: Menor Igual a 56 dB. Esto para incentivar la pluralidad de postores y la igualdad de trato.

29.3. AL DEFINIR EL REQUERIMIENTO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, IRRAZONABLES O INNECESARIAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS U ORIENTES LA CONTRATACIÓN HACIA UNO DE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, piden en el punto B11 Peso Máximo: 8 Kilos, solicitamos puedan aceptar Peso aproximado +/-10%, Peso máximo: 8 Kilos. Esto para incentivar la pluralidad de postores y la igualdad de trato.

29.3. AL DEFINIR EL REQUERIMIENTO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, IRRAZONABLES O INNECESARIAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS U ORIENTES LA CONTRATACIÓN HACIA UNO DE

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitan en el punto D02 que la lampara Quirúrgica rodable cuente con un juego de batería recargable adicional de repuesto, pero debemos indicar que la lampara quirúrgica cuentan batería recargable interna, por lo que no cuenta con baterías adicionales. Solicitamos puedan suprimir este punto por carecer de sustento técnico.

29.8. AL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 44**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20189254602

Fecha de envío : 09/11/2023

Nombre o Razón social : DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA

Hora de envío : 17:28:07

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, en el punto B06 piden que la Linterna tenga APAGADO TIPO CORREDIZO, solicitamos puedan aceptar tipo de APAGADO CLIP/BOTON. Esto para incentivar la pluralidad de postores y la igualdad de trato.

29.8. AL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, el punto B06 del equipo LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO quedaría de la siguiente forma:

"B06 DISPOSITIVO DE ENCENDIDO Y APAGADO TIPO CLIP/BOTON"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Para aclarar respecto al punto E01 FUNCIÓN A BATERIA Y CARGADOR. Entendemos que el cargador es externo, es para las baterías/Pilas. Esperamos sea correcta nuestra apreciación.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 45**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta del postor, se aclara que, el cargador es un cargador externo para recargar las pilas o baterías que use el equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, piden para el Resucitador Pediátrico en el punto C01 con bolsa de silicona entre 300ml y 700 ml. Solicitamos puedan aceptar BOLSA DE SILICONA ENTRE 280ML Y 700ML. Esto para incentivar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 48**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Piden para el nebulizador en el punto B04 Flujo: Mayor o Igual a 20 Litros/min, Pedimos al comité puedan aceptar uno de 14 Litros/minuto, esto para incentivar la pluralidad de postores.

29.3. AL DEFINIR EL REQUERIMIENTO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, IRRAZONABLES O INNECESARIAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS U ORIENTES LA CONTRATACIÓN HACIA UNO DE

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitan Especulo Nasal Metálica Cromado, solicitamos puedan aceptar un especulo Nasal de alta resistencia ABS. La cual también cumple con lo exigido. Esto para incentivar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 52**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitan en el punto B07 que el mango del pantoscopio tenga batería Tipo C. Solicitamos para que haya pluralidad de postores, que puedan aceptar BATERÍA TIPO AA, quedando al final B07 CON MANGO PARA DOS PILAS COMO MINIMO TIPO C O AA.

Esperamos acepten nuestra petición para que haya equidad y pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, tenemos una duda respecto al D05 CUATRO ESPEJOS LARINGEO DE DIFERENTES MEDIDAS, Entendemos que podemos presentarnos con dos medidas, y dos de cada uno. Esperamos sea correcta nuestra apreciación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta del postor, se aclara que, las medidas de los cuatro (04) espejos laríngeos tienen que ser diferentes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED  
DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitan Especulo Nasal Metálica Cromado, solicitamos puedan aceptar un especulo Nasal de alta resistencia ABS. La cual también cumple con lo exigido.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 54**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitamos acepten en el punto D08 UN MANGO PARA PILAS TIPO C O AA, esto para incentivar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 55**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitan que los tallímetros sean fabricados de acuerdo a la GUÍA TÉCNICA DE ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFANTOMETROS Y TALLÍMETROS DE MADERA, en el punto B01 piden REGLA CONSTRUIDO EN ALUMINIO ANODIZADO, y este pedido no esta dentro de la guía aprobada por UNICEF, CENAN. Por lo que solicitamos suprimir este punto al no corresponder al equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, se suprime el punto B01 del equipo complementario TALLÍMETRO PEDIÁTRICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitan que los tallímetros sean fabricados de acuerdo a la GUÍA TÉCNICA DE ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFANTOMETROS Y TALLÍMETROS DE MADERA, en el punto B05 piden ANCHO DE LA REGLAS 05 CENTIMETROS, y este pedido no está dentro de la guía aprobada por UNICEF, CENAN. Por lo que pedimos corregir a ANCHO DE A REGLA 02 CENTIMETROS, tal como esta en la ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFANTOMETROS Y TALLÍMETROS DE MADERA.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, se suprime el punto B05 del equipo complementario TALLÍMETRO PEDIÁTRICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Solicitan que los tallímetros sean fabricados de acuerdo a la GUÍA TÉCNICA DE ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFANTOMETROS Y TALLÍMETROS DE MADERA, en el punto B02 pide MECANICO TELESCOPICO PARA SER ADOADO EN LA PARED, y este pedido no está dentro de la guía aprobada por UNICEF, CENAN. Por lo que solicitamos suprimir este punto al no corresponder al equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, se suprime el punto B02 del equipo complementario TALLÍMETRO PEDIÁTRICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, en el punto B13 piden ALTURA AJUSTABLE DE 90 CM A 140 CM, solicitamos puedan aceptar con ALTURA AJUSTABLE DE 75 ¿ 140 CM. Esto para incentivar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, en el punto B14 piden DIAMETRO DEL AREA CUBIERTA POR LA BASE: 55 CM, solicitamos puedan aceptar con DIAMETRO DEL AREA CUBIERTA POR LA BASE: 53 CM. Esto para incentivar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 61**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, en el punto B13 piden ALTURA AJUSTABLE DE 90 CM A 140 CM, solicitamos puedan aceptar con ALTURA AJUSTABLE DE 75 ¿ 140 CM. Esto para incentivar la pluralidad de postes.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postes y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, en el punto B14 piden DIAMETRO DEL AREA CUBIERTA POR LA BASE: 55 CM, solicitamos puedan aceptar con DIAMETRO DEL AREA CUBIERTA POR LA BASE: 53 CM. Esto para incentivar la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED  
DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Piden en el punto B03 un RANGO DE MEDICIÓN: DE -20 A +50°C COMO RANGO MÍNIMO. Solicitamos y pedimos al comité puedan aceptar con RANGO DE MEDICIÓN: DE -30 A 40°C COMO RANGO MINIMO, Esto para incentivar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 64**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:28:07

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

Señores del comité, Nos es sorprendente el criterio de evaluación que se usa para los puntajes del tiempo de entrega. Creemos que es un exceso y no tiene coherencia, ya que muchos proveedores que estamos fuera de cusco no podremos o nos es muy ajustado cumplir en 20 días la entrega de 38 ítem, y en donde en ese rango de entrega esta incluido la capacitaciones e instalaciones. Por lo que no vemos coherencia, solicitamos pueda ser revisado, ya que no sentimos que haya equidad e igualdad de trato a todos los proveedores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** B      **Página:** 82

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, el plazo de entrega establecido en las bases es de 30 días calendarios, la misma que fue resultado de la indagación de mercado realizada, ya que cuenta con pluralidad de postores de tal manera que estas se efectuen en forma oportuna, igual forma se tiene la premura de adquirir los bienes de la presente convocatoria, y que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20605936092

Fecha de envío : 09/11/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES Y SOLUCIONES J PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 23:44:26

**Consulta: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN:

g) DECLARACION JURADA presentando un PLAN DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE LOS PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS.

Solicitamos al comite especial suprimir dicho requerimiento ya que este plan de mantenimiento se otorga a la conformidad de los equipos con sus respectivos Marcas, modelos y Series.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 2 Literal: 2.2 Página: 19**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, el plan de mantenimiento de cada equipo es de vital importancia para poder conocer las actividades que se realizarán hacia el equipo durante su periodo de garantía. Deberá ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20605936092	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SOLUCIONES J PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:50:19

**Consulta: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN:

k) CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, FIRMADO Y LEGALIZADO

Solicitamos al comite especial suprimir dicho requerimiento ya que los certificados de calidad son parte de la propuesta economica del Postor y no es necesario que este legalizado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 2      **Literal:** 2.4      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la solicitud del postor, el punto k) de los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO indicará lo siguiente:

k) CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, FIRMADO POR EL POSTOR Y A LA ENTREGA DEL BIEN EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, FIRMADO Y LEGALIZADO, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20605936092	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SOLUCIONES J PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:52:26

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN:

I) CERTIFICADO DE GARANTIA DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO Y LEGALIZADO POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS

Solicitamos al Comité suprimir dicho requerimiento ya que el certificado de garantía se otorga después de la conformidad de los Equipos Médicos con su respectiva marca, modelo y serie del producto. y no es necesario su legalización

**Acápate de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAPITULO 2      Literal: 2.4      **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la solicitud del postor, el punto I) de los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO indicará lo siguiente:

I) CERTIFICADO DE GARANTIA DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO POR EL POSTOR, POR UN PLAZO DE TRES (3) AÑOS, contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal en el centro asistencial de destino. La garantía de cada equipo tendrá una vigencia contada a partir de concluida la conformidad del mismo, justamente en salvaguarda intereses del estado, Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS FIRMADO Y LEGALIZADO A LA ENTREGA DE LOS BIENES, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDH/A-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código : 20605936092

Fecha de envío : 09/11/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES Y SOLUCIONES J PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 23:56:40

**Consulta: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

m) CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO Y LEGALIZADO

Solicitamos al comite especial suprimir dicho requerimiento ya que estos cronogramas de mantenimiento se entrega a la conformidad de los equipos medicos con sus respectivas marcas, modelos y series.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 2      **Literal:** 2.4

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la solicitud del postor, el punto m) de los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO indicará lo siguiente:

m) CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, FIRMADO POR EL POSTOR, de un plan de mantenimiento que incluye los protocolos de operatividad mantenimiento preventivo y correctivo por un periodo de tres (03) años, Y A LA ENTREGA DEL BIEN EL POSTOR DEBERA DE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ITEMS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, FIRMADO Y LEGALIZADO, teniendo en cuenta que dicho gasto estará a cargo del postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null