

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 21/06/2023

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 13:39:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM 3 - MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS

MODO MANUAL

EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO SON PARA LA MEDICION DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA; LAS MISMAS QUE FUERON CONSIDERADAS EN EL B25; POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL RETIRAR EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3

Literal: B31

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que: la monitorizacion en la unidad de cuidados intensivos es de vital importancia, cuando se tiene un neonato en estado critico la medicion de la presion arterial no invasiva puede ser simultanea en menos de un minuto ya que se puede administrar un inotropico y se requiere saber a los segundos cual es efecto del mismo, es de vital importancia que el monitor posea la opcion de monitorizacion manual.
NO SE ACOGE LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 21/06/2023

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 13:39:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 3 - MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS

MODO AUTOMATICO O PERIODICO

EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO SON PARA LA MEDICION DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA; LAS MISMAS QUE FUERON CONSIDERADAS EN EL B26; POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL RETIRAR EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: CAP 3

Literal: B32

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que: la monitorizacion en la unidad de cuidados intensivos es de vital importancia, cuando se tiene un neonato en estado critico la medicion de la presion arterial no invasiva puede ser simultanea en menos de un minuto ya que se puede administrar un inotropico y se requiere saber a los segundos cual es efecto del mismo, es de vital importancia que el monitor posea la opcion de monitorizacion manual.
NO SE ACOGE LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	13:39:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 3 - MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS

QUE PERMITA LA MEDICION DE LA CAPNOGRAFIA EN PACIENTES ENTUBADOS O NO ENTUBADOS CON SENSOR PROXIMAL AL PACIENTE MAINSTREAM (FLUJO PROXIMAL) Y/O MICROSTREAM Y QUE PERMITA MEDICION EN TIEMPO REAL

EN EL MERCADO EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE TECNOLOGIA PARA LA MEDICIÓN DE LA CAPNOGRAFIA; EN NUESTRO CASO LA TECNOLOGIA DE MEDICION PARA LA CAPNOGRAFIA ES SIDESTREAM DONDE LA MEDICION SE REALIZA DE FORMA DISTAL AL PACIENTE.
POR TAL MOTIVO Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR TAMBIEN:
QUE PERMITA LA MEDICION DE LA CAPNOGRAFIA EN PACIENTES ENTUBADOS O NO ENTUBADOS CON SENSOR PROXIMAL AL PACIENTE MAINSTREAM (FLUJO PROXIMAL) Y/O MICROSTREAM Y/O SIDESTREAM Y QUE PERMITA MEDICION EN TIEMPO REAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: B33 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que: Entendamos que la monitorizacion de capnografia es de vital importancia para la unidad de cuidados intensivos en la especificacion se esta solicitando las dos existentes en el mercado la de lectura central MAINSTREAM y de lectura lateral MICROSTREAM (las cuales tienen variantes), solicitamos lo que el servicio requiere de lectura mas rapida entendiendo que atendemos neonatos de peso extremos como 500 gramos a mas y que el error de lectura sea menor ya que la calibracion significa desconectar la paciente y asi perdemos reclutamiento alveolar lo cual puede producir con presiones ventilatorias altas el deterioro y la muerte del paciente.
NO SE ACOGE LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20545804795	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Hora de envío :	17:42:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

B31 MODO MANUAL.

B32 MODO AUTOMATICO O PERIODICO.

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda retirar estos puntos, ya que no corresponde a las características del parámetro de temperatura, ya que el monitoreo de la temperatura debe ser continuo.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria suprimirá de las especificaciones técnicas el literal B31 MODO MANUAL y considerará B32 MODO AUTOMATICO O CONTINUO.

Se ACOGE PARCIALMENTE lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir de las bases y todos su extremos:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

B31 MODO MANUAL

Modificar de las bases y todos sus extremos:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

DICE:

B32 MODO AUTOMÁTICO O PERIÓDICO.

DEBE DECIR:

B32 MODO AUTOMÁTICO O CONTINUO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20545804795	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Hora de envío :	17:42:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

C07 TEMPERATURA: CINCO (05) SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO O SIMILAR PARA PIEL DEL NEONATO DIAMETRO DEL SENSOR MENOR A 10MM, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO.

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar cables sensores integrados, esto a fin de promover la competencia y la pluralidad de potenciales postores y no vulnerar los principios que rigen la ley de contrataciones, Con ello, evitar direccionar la adquisición a una sola marca y postor.

Quedando de la siguiente manera: C07 TEMPERATURA: CINCO (05) SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO O SIMILAR PARA PIEL DEL NEONATO DIAMETRO DEL SENSOR MENOR A 10MM, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO O INTEGRADO COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que: En la unidad de cuidados intensivos por su alta ocupacion cama el equipamiento tiene uso continuo y el desgaste de los insumos es alto por ende al tener un sistema integrado al tener el desgaste del insumo se tendria que adquirir el accesorio completo; mas por el contrario al tener un sistema que no es integrados la compra de los accesorios es de menor costo lo que facilita que el uso pueda ser continuo del monitor. NO SE ACOGE LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20545804795	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Hora de envío :	17:42:00

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

C11 Cien (100) Electrodo descartables de ECG tipo estampilla (con adhesivo conductor y cables ramales incorporados) para piel del neonato.

Solicitamos al comité lo siguiente: Tenga en consideración que muchos de los equipos no requieren este tipo de electrodo (precableados), ya que los cables de ECG cuentan con un sujetador para los electrodos tipo broche, asegurando la sujeción en el paciente. Por lo tanto, sugerimos que las cantidades de electrodos precableados que se solicita sea remplazado por electrodos tipo broche.

Quedando de la siguiente manera: C11 Cien (100) Electrodo descartables de ECG tipo broche para neonatal.

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria ACOGE lo solicitado, y suprimirá lo señalado como:

C11 Cien (120) Electrodo descartables de ECG tipo estampilla (con adhesivo conductor y cables ramales incorporados) para piel del neonato.

Así mismo se aclara que en el literal C10 son Cien (100) Electrodo descartables de ECG tipo broche para piel: neonatal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir de las bases y todos su extremos:

CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

C11 Cien (120) Electrodo descartables de ECG tipo estampilla (con adhesivo conductor y cables ramales incorporados) para piel del neonato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

3.1
A02
Pág. 23

A02. FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS DE MONITORIZACION: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIO, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA INCLUYENDO EL REGISTRADOR Y OTROS PARAMETROS PARA COMPRAS POSTERIORES.

Se entiende que los monitores deben tener los módulos instalados de otros parámetros de los solicitados ya instalados en el equipo que solo sea necesario conectar accesorios de manera que no genere algún costo adicional para la entidad a futuro evitando comprando módulos. ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A02 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que es correcta la apreciación ya que los equipos modulares nos permiten instalar funciones en el futuro los cuales puedan ser utilizados para la monitorizacion continua del paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código : 20538597121

Nombre o Razón social : DRAEGER PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:19:33

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

3.1

B33

Pág. 24

B33. QUE PERMITA LA MEDICION DE LA CAPNOGRAFIA EN PACIENTES ENTUBADOS Y NO ENTUBADOS CON SENSOR PROXIMAL AL PACIENTE MAINSTREAM (FLUJO PRINCIPAL) Y/O MICROSTREAM Y QUE PERMITA MEDICION EN TIEMPO REAL

Existen dos tipos de medición de la capnografía: flujo principal (llamada mainstream) y flujo lateral (llamados sidestream). La medición por flujo principal utiliza un sensor de CO2 conectado a un adaptador de vía respiratoria insertado directamente en el sistema respiratorio del paciente. Mientras que la medición por flujo lateral toma una muestra del gas respiratorio con un flujo de muestra constante (mayor a 150 ml/min) de la vía respiratoria del paciente y la analiza con un sensor.

Actualmente la tecnología sidestream se usa en pacientes neonatales cuando toma un flujo de muestra menor a 100 ml/min (100 mililitro por minuto) denominado microstream. Cuando el flujo de muestra de la tecnología sidestream es menor o igual a 100 ml/min (100 mililitro por minuto) se denomina microstream (sidestream lowflow)

Nuestro equipo cuenta con la tecnología esta opción comprobada por el fabricante para pacientes neonatales por lo que solicitamos ampliar la especificación a:

B33. QUE PERMITA LA MEDICION DE LA CAPNOGRAFIA EN PACIENTES ENTUBADOS Y NO ENTUBADOS CON SENSOR PROXIMAL AL PACIENTE MAINSTREAM (FLUJO PRINCIPAL) Y/O MICROSTREAM (O SIDESTREAM LOWFLOW CON FLUJO MENOR O IGUAL A 100 ML/MIN PARA NEONATOS) Y QUE PERMITA MEDICION EN TIEMPO REAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B33 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225 Artículo 2 Libertad de concurrencia Igualdad de trato Vigencia Tecnológica Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que: Entendamos que la monitorizacion de capnografía es de vital importancia para la unidad de cuidados intensivos en la especificacion se esta solicitando las dos existentes en el mercado la de lectura central MAINSTREAM y de lectura lateral MICROSTREAM (las cuales tienen variantes), solicitamos lo que el servicio requiere de lectura mas rapida entendiendo que atendemos neonatos de peso extremos como 500 gramos a mas y que el error de lectura sea menor ya que la calibracion significa desconectar la paciente y asi perdemos reclutamiento alveolar lo cual puede producir con presiones ventilatorias altas el deterioro y la muerte del paciente; como esta descrito dentro de las observacion se tiene descrito en la especificaciones tecnicas, estan descritas las dos tecnologia utilizadas en el campo de neonatologia y mas aun por la complejidad de pacientes ya descritas anteriormente.

NO SE ACOGE LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código : 20538597121

Nombre o Razón social : DRAEGER PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:19:33

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

3.1
C08
Pág. 25

C08. PARA CAPNOGRAFIA MAINSTREAM: DOS (02) SENSORES REUSABLES NEONATAL INVASIVO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO CADA UNO, CON CINCUENTA (100) SENSORES DESCARTABLES DE VIAS AEREAS PARA NEONATO. CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES DE VIAS AEREAS.

Se hace mencion que existe un error de tipeo ya que en letras solicitan cincuenta y en paréntesis numéricamente piden cien sensores descartables. Además, se omitió los accesorios para la tecnología microstream (lowflow sidestream, flujo menor a 100ml/min) que consta de trampas de agua y líneas de muestra para pacientes intubados y no intubados. Se solicita ampliar la especificación técnica a:

C08. PARA CAPNOGRAFIA MAINSTREAM: DOS (02) SENSORES REUSABLES NEONATAL INVASIVO Y NO INVASIVO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO CADA UNO, CON CIEN (100) SENSORES DESCARTABLES DE VIAS AEREAS PARA NEONATO. CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES DE VIAS AEREAS.
PARA CAPNOGRAFIA MICROSTREAM (SIDESTREAM BAJO FLUJO): CIEN (100) TRAMPAS DE AGUA Y CIEN (100) LINEAS DE MUESTRA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C08 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225 Artículo 2 Libertad de concurrencia Igualdad de trato Vigencia Tecnológica Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria ACOGE lo solicitado, quedando de la siguiente manera:

C08. PARA CAPNOGRAFIA MAINSTREAM: DOS (02) SENSORES REUSABLES NEONATAL INVASIVO Y NO INVASIVO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO CADA UNO, CON CIEN (100) SENSORES DESCARTABLES DE VIAS AEREAS PARA NEONATO. CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES DE VIAS AEREAS.
PARA CAPNOGRAFIA MICROSTREAM (SIDESTREAM BAJO FLUJO): CIEN (100) TRAMPAS DE AGUA Y CIEN (100) LINEAS DE MUESTRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar de las bases y todos sus extremos:
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

DICE:

C08. PARA CAPNOGRAFIA MAINSTREAM: DOS (02) SENSORES REUSABLES NEONATAL INVASIVO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO CADA UNO, CON CINCUENTA (100) SENSORES DESCARTABLES DE VIAS AEREAS PARA NEONATO. CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES DE VIAS AEREAS.

DEBE DECIR:

C08. PARA CAPNOGRAFIA MAINSTREAM: DOS (02) SENSORES REUSABLES NEONATAL INVASIVO Y NO INVASIVO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO CADA UNO, CON CIEN (100) SENSORES DESCARTABLES DE VIAS AEREAS PARA NEONATO. CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES DE VIAS AEREAS.
PARA CAPNOGRAFIA MICROSTREAM (SIDESTREAM BAJO FLUJO): CIEN (100) TRAMPAS DE AGUA Y CIEN (100) LINEAS DE MUESTRA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN
Nomenclatura :	AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código : 20538597121

Nombre o Razón social : DRAEGER PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:19:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

3.1

B02

Pag. 24

B02. PANTALLA A COLOR. TECNOLOGIA LCD O TFT O SUPERIOR. SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN)

Se consulta al comite que por un tema de seguridad y ergonomía se entiende que el monitor debe tener una perilla selectora para manipular el equipo en caso la pantalla táctil se descalibre o no funcione. ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B02 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que no es correcta la apreciacion, en caso de que un monitor tactil no posea perilla tiene un sistema de calibracion automática en caso de este tipo de inconvenientes, no se admite la consulta para pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código : 20538597121

Nombre o Razón social : DRAEGER PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 23:19:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.1

X

Pag. 27

Declaración jurada de no tener vinculo de parentesco.

Se solicita a la entidad colocar un formato de la declaración jurada solicitada o en su defecto sea opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: X **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el comité de selección, señala que los requisitos del proveedor y/o personal establecidos en el numeral IX de las especificaciones técnicas, se acreditarán con la presentación del ANEXO N° 02 y ANEXO N° 03 de las bases del procedimiento, por lo que no resulta necesaria la presentación de dichos documentos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20536847180	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	Hora de envío :	23:51:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
DE ACUERDO LA EWSPECIFICACION SOLICITADA
B03 PANTALLA DE 15" DIOGONAL O MAS, SOLICITAMOS SE CONSIDERE 12" O MAS, PARA PODER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO ENTENDEMOS DEBE SER PARA UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** B03 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Vista la consulta, el área usuaria acoge lo solictado, con la finalidad de propicir mayor participación de postores. Quedando de la siguiente manera:
B03 Tamaño: PANTALLA DE 12" DIAGONAL O MÁS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Modificar de las bases y todos sus extremos:
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

DICE:
B03 Tamaño: PANTALLA DE 15" DIAGONAL O MÁS

DEBE DECIR:
B03 Tamaño: PANTALLA DE 12" DIAGONAL O MÁS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20536847180	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	Hora de envío :	23:51:59

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN LA ESPECIFICACION SOLICITADA B04 SOLICITAN RESOLUCION : 1024X768 PÍXELES O MAS, SOLICITAMOS AL COMITE CONSIDEREN COMO MEJORA TECNOLÓGICA M01 RESOLUCION 1920X1080 PÍXELES O MAS, YA QUE LA VISIBILIDAD DE LOS MONITORES S MUY IMPORTANTE EN EL AREA DE TRABAJO FACILITANDO VISUALIZACION DE CUALQUIER ANGULO, AYUDANDO A TENER SIEMPRE VIJILADO AL PASIENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B04 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que en el servicio se maneja la resolución estándar, en ese sentido, si bien es cierto lo solicitado es una mejora tecnológica, NO SE ACOGE LO SOLICITADO, con la finalidad de no restringir la participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20536847180	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	Hora de envío :	23:51:59

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

EN LA ESPECIFICACIN B05 DETECCION DE 6 ONDAS SIMULTANIAS COMO MINIMO, SOLICITAMOS SE CONSIDERE COMO MEJORA M02 DETECCION DE 8 ONDAS SIMULTANIAS COMO MINIMO, DEBIDO A QUE ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON LAS ONDAS GRAFICAS CUNDO EL MEDICO NECESITA MONITORIZAR EL ESATDO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** B05 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que para tener la monitorizacion de 8 ondas simultaneas se deberia solicitar minimo la monitorizacion de presion arterial invasiva lo cual en el area de neonatologia no es utilizada, ya que por neurodesarrollo somos minimamente invasivos por ende como MÍNIMO se solicita 6 ondas, pudiendo ser más. Por lo tanto no se acoge NO SE ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20536847180	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	Hora de envío :	23:51:59

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EN LA ESPECIFICACION A03 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS MINIMO 24 HORAS: EVENTOS Y TENDENCIAS, SOLICITAMOS SE CONSIDERE LA MEJORA A ESPECIFICACIONES TECNICAS M03 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS MINIMO 96 HORAS: EVENTOS Y TENDENCIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A03 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que para contar con pluralidad de postores el tiempo de almacenamiento es mínimo 24 horas, siendo ideal lo solicitado en las especificaciones técnicas y sin perjuicio de ello puede ser mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-HRDMIEC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETROS DE 6 PARÁMETROS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVI

Ruc/código :	20536847180	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	Hora de envío :	23:51:59

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

EN LA ESPECIFICACION B10 DET5ECCION DE (08) TIPOS DE ARRITMIAS O MAS, SOLICITAMOS SE LA OPCION DE MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS M04 DET5ECCION DE (24) TIPOS DE ARRITMIAS O MAS, QUE ES MUY IMPORTANTE PARA TIPOS DE PACIENTES QUE SE PUEDAN TRATAR EN LOS HOSPITALES CON LOS EQUIPO BIOMEDICOS QUE SE PUEDAN ADQUIRIR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta, el área usuaria señala que el monitor sera utilizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales para la deteccion de mayores arritmias entendamos que se tiene que realizar procedimientos mas invasivos y el uso de inotropicos debe ser de mayor amplitud, no es necesaria la lectura de 24 tipos de arritmias ya que no realizamos cardioversion ni otros procedimientos en neonatos los cuales están contraindicados. POR LO QUE NO SE ACOGE LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIÓN