

**ACTA DE EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 87-2019-ESSALUD/CEABE-2**

En Jesús María, a los 17 días del mes de marzo del año 2023, siendo las 10:00 horas, en el local de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud, sito en Jr. Domingo Cueto N° 120, 5to piso, distrito de Jesús María, el Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 87-2019-ESSALUD/CEABE-2**, inicia con las actividades de admisión y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

Primeramente, el órgano Encargado de las Contrataciones inicia con la admisión de las ofertas del procedimiento de selección, contando con el resultado del apoyo técnico, por parte del área técnica especializada, cuyo objeto de convocatoria es la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 87-2019-ESSALUD/CEABE-2**, cuyo objeto de convocatoria es la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIO – ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA – ÍTEM ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)"**, de acuerdo a lo establecido en el artículos 71 al 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre el procedimiento de Adjudicación Simplificada.

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES

De acuerdo a la revisión establecida en el cronograma del procedimiento de selección se registraron a través del sistema electrónico de la plataforma del SEACE en las horas y fechas señaladas los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	2023-02-27 09:42:18.0	Válido		2023-02-27 09:42:18.0	20100162238
2	Proveedor con RUC	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	2023-02-28 09:24:29.0	Válido		2023-02-28 09:24:29.0	20102032951
3	Proveedor con RUC	20486591529	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	2023-02-24 10:24:03.0	Válido		2023-02-24 10:24:03.0	20486591529
4	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	2023-02-27 14:31:49.0	Válido		2023-02-27 14:31:49.0	20501645517
5	Proveedor con RUC	20523412486	CESPI PERU S.A.C.	2023-02-27 10:36:19.0	Válido		2023-02-27 10:36:19.0	20523412486
6	Proveedor con RUC	20553512019	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	2023-02-27 11:37:48.0	Válido		2023-02-27 11:37:48.0	20553512019
7	Proveedor con RUC	20600061128	TESLAMED SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLAMED S.R.L.	2023-03-02 09:28:22.0	Válido		2023-03-02 09:28:22.0	20600061128
8	Proveedor con RUC	20603346344	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	2023-02-27 18:28:14.0	Válido		2023-02-27 18:28:14.0	20603346344
9	Proveedor con RUC	20606008024	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	2023-02-27 23:42:21.0	Válido		2023-02-27 23:42:21.0	20606008024
10	Proveedor con RUC	20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	2023-02-27 17:37:20.0	Válido		2023-02-27 17:37:20.0	20606042044
11	Proveedor con RUC	20606827360	BERLIN MEDICAL GROUP S.A.C.	2023-02-27 18:42:11.0	Válido		2023-02-27 18:42:11.0	20606827360
12	Proveedor con RUC	20609607123	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	2023-02-28 15:21:11.0	Válido		2023-02-28 15:21:11.0	20609607123

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Con fecha 10 de marzo de 2023, se concluyó con la etapa de presentación de ofertas del referido procedimiento de selección en la plataforma de SEACE, por lo que luego de ello se procedió a la verificación en el SEACE, obteniendo el siguiente resumen de las ofertas presentadas:

Nº	NÚMERO DE OFERTA	NOMBRE DE LA EMPRESA	FECHA DE PRESENTACIÓN	HORA DE PRESENTACIÓN	CÓDIGO DE OFERTA	FECHA DE VERIFICACIÓN	HORA DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA OFERTA	VALOR DE LA OFERTA	OTROS DATOS
1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	10/03/2023	18:09:22	20100162238	10/03/2023	18:10:09	Enviado	Valido	
2	20523412486	CESPI PERU S.A.C.	10/03/2023	16:10:27	20523412486	10/03/2023	16:10:39	Enviado	Valido	
3	20553512019	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	10/03/2023	08:32:09	20553512019	---	---	Borrador no enviado	Valido	
4	20501645517	VITALTEC S.A.C.	10/03/2023	17:18:41	20501645517	10/03/2023	17:22:06	Enviado	Valido	
5	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	10/03/2023	14:22:53	20102032951	10/03/2023	14:24:58	Enviado	Valido	
6	20600061128	TESLAMED SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLAMED S.R.L.	10/03/2023	23:27:17	20600061128	10/03/2023	23:30:47	Enviado	Valido	

3. VERIFICACION DE LAS OFERTAS

- Como siguiente acto, se efectuó la verificación de las ofertas presentadas, con la finalidad de determinar si las ofertas cumplen con las condiciones establecidas en la sección específica de las bases y el cumplimiento con la totalidad de la documentación de la presentación obligatoria, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 74°, 75°, 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Para ello, a fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.4 del Reglamento, se solicitó apoyo al área técnica especializada de la Sub Gerencia de Equipamiento y Componente Complementario, con fecha 13 de marzo del 2023, mediante correo electrónico, a fin de poder determinar el cumplimiento de los (Documentos de Admisión) de las ofertas presentadas por los participantes.
- Según detalle en la evaluación técnica realizada por la Sub Gerencia de Equipamiento y Componente Complementario, y la revisión de los documentos de presentación obligatoria se determinó el siguiente resultado en los siguientes anexos:

CUADRO DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

Nº DE ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	Nº Postor	RUC	NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				ANEXO Nº 4	ANEXO Nº 5	ANEXO Nº 6	RESULTADO
						ANEXO Nº 1	ANEXO Nº 2	ANEXO Nº 3	ANEXO Nº 4				
1	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (ESAVS) LT	2	1	2860804129	TESLAMED SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLAMED S.R.L.	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE (De acuerdo a la hoja del apogo técnico elaborado por el área técnica, Adjunto a la presente acta)	NO APLICA	SI	NO ADMITIDA
			2	20523412486	CESPI PERU S.A.C.	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE (De acuerdo a la hoja del apogo técnico elaborado por el área técnica, Adjunto a la presente acta)	NO APLICA	SI	NO ADMITIDA
			3	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	SI	SI	SI	SI	CUMPLE	SI	NO APLICA	ADMITIDA
			4	20501645517	VITALTEC S.A.C.	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE (De acuerdo a la hoja del apogo técnico elaborado por el área técnica, Adjunto a la presente acta)	NO APLICA	SI	NO ADMITIDA
			5	20600061128	TESLAMED SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLAMED S.R.L.	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE (De acuerdo a la hoja del apogo técnico elaborado por el área técnica, Adjunto a la presente acta)	NO APLICA	SI	NO ADMITIDA

CUADRO DE REQUISITOS DE EVALUACION

N° de ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Posterior	RUC	NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	VALOR ESTIMADO S/	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			Orden de Preferencia
									Precio (Puntaje más 100 puntos)	Puntaje Total Obtenido	Puntaje FINAL	
1	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)	2	1	20100162236	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	ADMITIDA	132,000.00	99880	100	82.56	82.56	1

CUADRO DE REQUISITOS DE CALIFICACION

CUADRO DE REQUISITOS DE CALIFICACION												
N° de ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Posterior	RUC	NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	Requisitos de Calificación		Escala de calificación	Orden de Preferencia	Condición	
							Experiencia en Especialidad (según anexo F)					
1	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)	2	1	20100162236	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	ADMITIDA	SI CUMPLE		CALIFICA	1	ADJUDICADA	

4. RESULTADOS DE ADMISION, EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE OFERTAS

Como resultado de la evaluación de la oferta presentada, de acuerdo al anexo A, B y C se obtiene que la oferta de la empresa **AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.**, cumplen con la documentación obligatoria para que su oferta sea admitida, y cumple además con los requisitos de calificación por lo que la oferta califica con lo requerido en las bases administrativas.


5. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


En ese sentido, luego de lo detallado líneas arriba, el órgano Encargado de las Contrataciones da por aprobado los resultados de la admisibilidad de las ofertas y de otorgamiento de la Buena Pro de acuerdo a lo señalado en el cuadro resumen (**ANEXO N° 9**) de admisión, Calificación y otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 87-2019-ESSALUD/CEABE-2**, cuyo objeto de convocatoria es la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIO – ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA – ÍTEM ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)"**.

6. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Asimismo, se deja constancia habiéndose presentado 5 ofertas, en el procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 87-2019-ESSALUD/CEABE-2**, cuyo objeto de convocatoria es la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIO – ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA – ÍTEM ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)"**; el consentimiento se producirá el plazo de 5 días hábiles de su notificación del otorgamiento, conforme a lo dispuesto en el numeral 64.1 del Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias.

Siendo las 12:30 horas del día 07 de marzo del 2023, el Órgano Encargado de las Contrataciones da por concluido el otorgamiento de la buena pro, procediendo a suscribirla en señal de conformidad.




MANUEL ALBERTO SANCHEZ CEBE

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 52-2022-ESSALUD/CEABE-1,

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N° 9												
ADMISIÓN, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO												
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 87-2019-ESSALUD/CEABE-2,												
"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIO – ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA – ÍTEM ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)"												
DESCRIPCION DEL ITEM		POSTOR		1- ADMISION			VALOR OFERTADO	VALOR ESTIMADO	ORDEN DE PRELACION	CONDICION DE LA OFERTA		
N° ITEM	DESCRIPCION	CANT.	RUC	Nombre o Razón Social	CUMPLE CON LA DOCUM. OBLIGATORIA (*) Eval. Area Técnica	CALIFICACION (*) Eval. Area Técnica						
1	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)	2	20600061128	TESLAMED SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLAMED S.R.L.	NO CUMPLE		NO ADMITIDO	80,000.00	132,000.00	1	NO ADMITIDA	
2			20523412486	CESPI PERU S.A.C.	NO CUMPLE			NO ADMITIDO		87,190.00	2	NO ADMITIDA
3			20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	96,888.00		3	ADJUDICADA	
4			20501645517	VITALTEC S.A.C.	NO CUMPLE		NO ADMITIDO	121,730.00		4	NO ADMITIDA	
5			20600061128	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A	NO CUMPLE		NO ADMITIDO	299,100.00		5	NO ADMITIDA	

(*) Evaluación efectuada por el área técnica especializada mediante Formato de fecha 14 de marzo del 2023



ACTA DE EVALUACION DE LA OFERTA


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 89-2019-ESSALUD/CEABE-2

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN “CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIO – ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA – ÍTEM ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPORES (50 A 85 LT)”

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	N° postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	VALOR ESTIMADO S/	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			Orden de Prelación
									Precio (Puntaje máx 100 puntos)	Puntaje Total Obtenido	Puntaje FINAL	
1	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICÓ DE VAPOR (50 A 85 LT	2	1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	ADMITIDA	132,000.00	96888	100	82.56	82.56	1

[Signature]

MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ CEBÁ
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES




ANEXO C

ACTA DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 89-2019-ESSALUD/CEABE-2

"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIO – ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA – ÍTEM ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)"

N° de ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	Requisitos de Calificación		Etapas de calificación	Orden de Prelación	Condición
							Experiencia en la Especialidad (según anexo F)				
1	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT)	2	1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	ADMITIDA	SI CUMPLE		CALIFICA	1	ADJUDICADA



Manuel Alberto Sanchez Ceba


MANUEL ALBERTO SANCHEZ CEBAS
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

APOYO TECNICO EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DEL ITEM ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (50 A 85 LT) CORRESPONDIENTE A LA AS N° 87-2019-ESSALUD/CEABE-2

N°	POSTOR	MARCA	MODELO	AÑO DE FABRICACION	GARANTIA (AÑOS)	PLAZO DE ENTREGA (DIAS)	CANTIDAD	PRESTACION ACCESORIA	HOJA DE PRESENTACION DE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.	CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA
1	TESLAMED S.R.L.	BIOSAGE	BKM-260B	2023	3	90	2	SI	SI	* NO	LOS CERTIFICADOS ADJUNTOS EN LOS FOLIOS 10 Y 11 DE LA OFERTA DEL POSTOR NO CORRESPONDE A SEGURIDAD ELECTRICA.
2	GESPI PERU S.A.C.	BIOSAGE	BKM-260B	NO CUMPLE CON INDICAR EL AÑO DE FABRICACION DEL EQUIPO OFERTADO DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 5.2.3 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICION.	3	90	2	SI	SI	**NO	EL CERTIFICADO ADJUNTO EN EL FOLIO 40 DE LA OFERTA DEL POSTOR NO CONTEMPLA EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO. EL CERTIFICADO ADJUNTO EN EL FOLIO 41 DE LA OFERTA DEL POSTOR NO CORRESPONDE A SEGURIDAD ELECTRICA.
3	AHSECO PERU S.A.	RAYPA	AHS-50-B-MD	2023	3	90	2	SI	SI	SI	SI
4	VITATEC S.A.C.	SHINVA	IMOST - T T60	2023	3	90	2		SI	***NO	SI
5	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.	TUTTNAUER	3870HSG W5 D	2022 (OCTUBRE)	3	90	2	SI	SI	****NO	SI

OBSERVACIONES

- * No cumple A08**
A08: CAMARA Y PUERTA CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE 316L, EQUIVALENTE O MEJOR (...).
 El postor oferta un equipo con cámara y puerta construidos con acero 316; en tanto que la entidad solicita acero 316L.
- ** No cumple A08**
A08: CAMARA Y PUERTA CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE 316L, EQUIVALENTE O MEJOR (...).
 Existe una inconsistencia en la oferta del postor para esta EE.TT. En el folio 12 de la propuesta del postor, indica que la cámara y puerta del equipo ofertado están construidas de acero inoxidable 304. En tanto que en los folios 15 y 19 de su propuesta indican que el material de la camara está construido con acero 316; Sin embargo ambas propuestas no cumplen con lo requerido, toda vez que la Entidad solicita acero 316L.
- ***No Cumple A10 y A20**
A10: CON BOMBA DE VACIO
 El postor no acredita que el equipo ofertado posea bomba de vacío.
A20: CON FASE DE PREVACIO (MEDIANTE BOMBA DE VACIO INTEGRADA)
 El postor no acredita que la fase de pre vacío sea efectuada mediante bomba de vacío integrada.
- **** No cumple A06**
A06: DIMENSIONES MAXIMAS DEL EQUIPO: PROFUNDIDAD DE 120 CM, ANCHO DE 90 CM, ALTURA DE 120 CM.
 El postor oferta un equipo con altura de 166 cm; en tanto que la Entidad solicita una altura máxima del equipo de 120 cm.



Ing. Romel Ivan Leiva Anaya
 Prof. Sub Gerencia de Equipamiento y Componentes Complementarios - GEP - GCPI