

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20611118032

Nombre o Razón social : NETSETLAB S.A.C.

Fecha de envío : 02/07/2025

Hora de envío : 10:48:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

- Se solicita amablemente al Órgano encargado de las contrataciones permitir que el plazo de entrega del bien (equipos en sesión uso) sea 30 día calendario después de la orden de compra. Esto se fundamenta en la demora que conlleva la importación de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 7.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 5: PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACION PUBLICA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que:

El plazo de entrega será dentro de los 05 días calendarios, posterior a la notificación de la orden de compra y/o contrato, lo que se dé primero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:10:07 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo solicitan 100 o más hemogramas por hora. Consultamos amablemente al comité evaluador si aceptarían equipos con 80 o más hemogramas por hora, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que:
Performance de hemogramas: 100 hemogramas por hora a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:10:07 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo solicitan: contar con lector de fluidos corporales. Solicitamos muy respetuosamente consideren esta característica como opcional, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que:
Se requieren 02 equipos como mínimo. Uno o los dos de ellos deben contar con lector de fluidos corporales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:10:07 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas, solicitan proporcionar control de calidad externo trimestral (se aceptará como control externo la participación en un programa de control interlaboratorial con controles de 3ra opinión). Consultamos amablemente al área usuaria si permitiría contar con sistema de control de calidad interlaboratorial de 1ra opinión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que:
Se aceptará como control de calidad externo, la participación en un programa de control Interlaboratorial con controles de 3ra opinión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:10:07 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En caso de solicitar acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del reactivo y equipo cesión de uso con catálogo, manuales, folletos, inserto.

Al respecto, cabe señalar que la resolución N°2034-2018 TCE S1, el tribunal de contrataciones del estado ha establecido lo siguiente¿¿ no es acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales del fabricante, ello atendiendo que la información requerida por las entidades es no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad¿.Por lo que, solicitamos amablemente al comité evaluador acepte carta del fabricante para acreditar algunas características técnicas del reactivo y del equipo cesión de uso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto:

El postor adjudicado deberá presentar la documentación técnica como: - Manuales de operación del equipo. - Folletos o catálogos originales. - Insertos de reactivos (insertos técnicos o instrucciones de uso). - Certificados de calidad o conformidad del fabricante. - Fichas técnicas del producto. - Documentos que respalden rangos de linealidad, límites de detección, exactitud, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:10:07 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consultamos amablemente al comité evaluador nos indique cuales son las características técnicas del reactivo y equipo cesión de uso que se deben acreditar con folletería, catálogo, manuales, folletos, inserto y otros documentos del fabricante. Entendiendo que el restante de las características técnicas del reactivo y equipo cesión de uso se acreditan con el anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se indica la forma como se deben sustentar las características tecnicas del reactivo y equipo de cesion enuso. El postor adjudicado debera presentar la documentacion tecnica como: manuales de operaciones del equipo- certificado de analisis- hoja de seguridad- certificado de calidad, certificado de garantía emitida por la marca del fabricante- insertos de reactivos y/o carta del fabricante (insertos tecnicos o instrucciones de uso, así como documentos que respalden rangos de linealidad, limites de deteccion, exactitud, etc.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:10:07 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el performance del equipo solicitan 60 pruebas por hora para hemograma+reticulocito. Consultamos amablemente al comité evaluador si aceptarían equipos con 36 o más por hora para hemograma+reticulocito, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 21 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que:
Performance de HEMOGRAMA + RETICULOCITOS: Debe tener una performance igual o mayor de 60 pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:10:07 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el numeral 4. Características solicitan determinación de 5 estirpes leucocitarias + reticulocitos + eritroblastos. Consultamos amablemente al comité evaluador si aceptarían equipos con determinación de 5 estirpes leucocitarias + reticulocitos + opcionalmente eritroblastos , con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto se aclara en el numeral 4 que: la determinación del hemograma de 5 estirpes leucocitarias+ reticulocitos+ eritroblastos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA | | |
| Nomenclatura : | AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2 | | |
| Nro. de convocatoria : | 2 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:10:07 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el numeral 2.2.1.2 documentos para acreditar los requisitos de calificación, hacen referencia a los documentos que acreditan los ¿Requisitos de calificación¿ que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de las bases. Sin embargo no se aprecia dicho numeral en el Capítulo III. Al respecto solicitamos al comité indicar cuales son los documentos que hacen referencia para acreditar los requisitos de calificación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.2 **Literal:** - **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto se aclara que en las bases, posterior a las especificaciones tecnicas, estan los requisitos de calificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612262587 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INTERSHOPLAB S.A.C. | Hora de envío : | 19:40:27 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el ítem de LINEALIDADES del equipo de cesión en uso, el rango de linealidad para WBC (Recuento de Leucocitos) se encuentra expresado en las unidades "0 ¿ 500x10¹²/L". Sin embargo, es importante resaltar que, según las normativas internacionales y los estándares técnicos aplicados en el ámbito hematológico, la unidad correcta para el recuento de leucocitos es 10¿/L, y no 10¹²/L como se encuentra actualmente.

Esta discrepancia en las unidades puede generar confusión en la interpretación de los resultados, lo que podría afectar la precisión y fiabilidad de los análisis, así como las decisiones clínicas y científicas que se tomen a partir de dichos datos. En consecuencia, solicitamos que se considere la revisión y corrección de esta diferencia, ajustando las unidades de WBC a 10¿/L.

La correcta representación de LINEALIDAD WBC: 0 ¿ 500x 10¿/L garantizará una mejor alineación con las prácticas científicas y clínicas globalmente aceptadas, promoviendo la consistencia y fiabilidad de los procesos de medición y evaluación realizados con el equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se corrigen las unidades en el ítem linealidad de los globulos blancos, debiendo ser: linealidad: WBC: 0 ¿ 500x10⁹/L;

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612262587 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | INTERSHOPLAB S.A.C. | Hora de envío : | 19:47:21 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el ítem de LINEALIDADES del equipo de cesión en uso, el rango de linealidad para WBC (Recuento de Leucocitos) se encuentra expresado en las unidades "0 - 500x10¹²/L". Sin embargo, es importante resaltar que, según las normativas internacionales y los estándares técnicos aplicados en el ámbito hematológico, la unidad correcta para el recuento de leucocitos es 10⁹/L, y no 10¹²/L como se encuentra actualmente.

Esta discrepancia en las unidades puede generar confusión en la interpretación de los resultados, lo que podría afectar la precisión y fiabilidad de los análisis, así como las decisiones clínicas y científicas que se tomen a partir de dichos datos. En consecuencia, solicitamos que se considere la revisión y corrección de esta diferencia, ajustando las unidades de WBC a 10⁹/L.

La correcta representación de LINEALIDAD WBC: 0 - 500x 10⁹/L garantizará una mejor alineación con las prácticas científicas y clínicas globalmente aceptadas, promoviendo la consistencia y fiabilidad de los procesos de medición y evaluación realizados con el equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se corrigen las unidades en el ítem linealidad de los globulos blancos, debiendo ser: linealidad: WBC: 0 ¿ 500x10⁹/L;

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:49:40 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan
Performance Hemogramas + reticulocitos
Considerando que la denominación HEMOGRAMA hace referencia al procesamiento de los parámetros de ¿CBC+DIFF¿, por lo que cada analizador brinda distintos performances, entendemos que el performance de hemogramas + reticulocitos es igual a CBC+DIFF+RETIC igual o mayor a 60 pruebas por hora. Solicitamos Precisar si es correcto nuestro entender.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto se aclara que: la perfomance de hemogramas (CBC+DIFF): debe ser 100 hemogramas por hora a mas. Y la performance de RETICULOCITOS (RET): debe ser igual o mayor de 60 pruebas por hora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:49:40 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Considerando las diferentes denominaciones que dan los fabricantes a las ¿pruebas o muestras de emergencia¿, entendemos que el equipo debe tener la capacidad de procesar muestras o pruebas STAT. Solicitamos Aclarar si es correcto nuestro entender.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto se aclara que: el equipo debe tener capacidad de procesar muestras o pruebas STAT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:49:40 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Entendemos que hubo un error tipográfico en la linealidad de WBC: 0 ¿ 500 x 1012/L , puesto que las unidades son 109/L, por lo que solicitamos modificar la linealidad a: WBC: 0 ¿ 500 x 109/L para evitar inconvenientes el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se corrigen las unidades en el item linealidad de los globulos blancos, debiendo ser: linealidad: WBC: 0 ¿ 500x10*9/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:49:40 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto a los controles, entendemos que en hematología se usan 3 niveles de controles (alto, normal y bajo) por lo que entendemos que hubo un error tipográfico al mencionar control positivo y negativo, por lo que Solicitamos ELIMINAR ese enunciado y reemplazarlo por ¿CONTROLES¿ para evitar inconvenientes futuros. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se corrige la forma en como deben entregarse los controles: todos los combustibles: calibradores, controles (alto, medio y bajo), complementos y accesorios deberan ser entregados en forma periodica (acompañando a la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodologia para permitir la realizacion completa de las pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:49:40 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a la importancia del control externo y considerando la necesidad de evaluar un adecuado desempeño en los analizadores, solicitamos que el control externo debe ser MENSUAL, en cual ayudara al laboratorio a decisiones oportunas. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, sobre el control de calidad, se acepta que: el analisis del control de calidad interno debe ser mensual, efectuado en conjunto con el personal de la empresa. Asimismo, el control de calidad externo tambien debe ser mensual, elegido por el area usuaria (se aceptara como control de calidad externo, la participacionen un programa de control interlaboratorial con controles de 3ra opinion)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:49:40 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Entendemos que en el procesamiento de controles de calidad y calibradores ocurre un gasto de reactivo que por lo general oscila entre un 5% -10%, por lo que solicitamos se ACEPTE la entrega del 10% de pruebas por calibraciones y controles. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se aclara que: adicionalmente se entregara el 10% del total de pruebas para efectuar las calibraciones, el control interno y externo efectuado en conjunto con el personal de la empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura :AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:49:40 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Entendemos que este colorante rápido para tinciones hematológicas es parte de la reposición de reactivos que se tendría que reponer ante alguna falla, considerando el tipo de reactivo, por ende, solicitamos ELIMINAR ese enunciado para evitar malas interpretaciones futuras, considerando que ya se indica la reposición inmediata. Solicitamos aceptar la consulta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 21

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se omite lo solicitado sobre los colorantes rapidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 03/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:49:40 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Considerando que no pueden acreditarse todas las especificaciones técnicas del analizador por cesión de uso, solicitamos que se deba ACREDITAR: tipo, metodología, performance, parámetros, autocargador de muestra, linealidades, muestra, volumen de muestra. La acreditación debe ser con brochure y/o manual y/o folletería y/o documentación y/o carta de fabricante. Y las demás características serán acreditadas con el anexo 3. Solicitamos aceptar nuestra consulta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: Se

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relacion a la consulta, se indica la forma como se deben sustentar las características técnicas del reactivo y equipo de cesion enuso. El postor adjudicado debera presentar la documentacion tecnica como: manuales de operaciones del equipo- certificado de analisis- hoja de seguridad- certificado de calidad, certificado de garantia emitida por lamarca del fabricante- insertos de reactivos y/o carta del fabricante (insertos tecnicos o instrucciones de uso, así como documentos que respalden rangos de linealidad, limites de deteccion, exactitud, etc.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null