

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM X 10 CM DE 10 PLIEGUES X 5 UND

|                         |                |                  |            |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20605701435    | Fecha de envío : | 09/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | LINAMES S.A.C. | Hora de envío :  | 18:10:50   |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Capítulo III  
Requerimiento  
3.1 Especificaciones Técnicas  
ITEM N° 1 GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM X 10 CM DE 10 PLIEGUES X 5 UNI

El requerir esta gasa con la característica de 10 pliegues nos hace suponer que es un error de tipeo y debe ser 16 pliegues u 8 pliegues, de no ser un error de tipeo se esta dirigiendo la compra a un solo postor puesto que en las Especificaciones Técnicas de la gasa 10 x 10 x 5 und del CENARES que compra a nivel nacional a todas las entidades del Minsa no existe 10 x 10 de 10 pliegues por lo que se estaría limitando la participación de postores de acuerdo a los principios de la Ley de contrataciones del Estado.

Observamos las bases para que sea modificada la Especificación Técnica para cumplir con los principios de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápites de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el área usuaria, No se acoge la observación, debido a que según catalogación MEF, existe la descripción con SIGA 495700270221: GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 cm x 10 cm de 10 pliegues x 5 UNI; así mismo la GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 cm x 10 cm de 8 pliegues x 5 UNI no esta considerada para la digitación en la atención de pacientes SIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null