

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE JUEGOS CIRCUITO CORRUGADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 11/03/2025

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 11:24:58

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Al revisar las bases, se encontró del JUEGO DE CIRCUITO CORRUGADO ADULTO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO, la cual se observa que no son claras sus especificaciones, se solicita al Órgano encargado de las consultas, me permita aclarar la información, con el objetivo de participar.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Sin embargo, se aclara, que las especificaciones técnicas de las bases se pueden visualizar claramente y han sido elaboradas por el área usuaria. Asimismo, como resultado de las indagaciones en el mercado, se ha determinado que existen pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE JUEGOS CIRCUITO CORRUGADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:35:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

JUEGO CIRCUITO CORRUGADO ADULTO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECANICO

Según las especificaciones técnicas solicitan Juego circuito corrugado adulto descartable para ventilador con 2(dos) especificaciones técnicas diferentes entendiéndose que cada especificación corresponde a un modelo de ventilador específico.

Solicitamos al comité especial, que la presente convocatoria sea por ítems de acuerdo con el modelo de cada ventilador.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: EETT      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Que, el requerimiento ha sido elaborado por el área usuaria de acuerdo a su necesidad. Por lo que se requiere que el juego circuito corrugado adulto descartable para ventilador mecánico sea compatible con las marcas DRAGER y MAQUET. Por lo tanto, no se acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE JUEGOS CIRCUITO CORRUGADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:45:25

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Estimados comité de selección en la BOLSA DE RESERVORIO PIDEN CON ANILLO DE FIJACION, solicito tengan a bien aceptar con o sin anillo para una mejor pluralidad de postores

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE:  
Con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores se aceptará bolsa de reservorio con o sin anillo de fijación, asimismo se aceptará manguera en el rango de 1.50 - 2.10 metros; y para el Circuito Respiratorio Descartable se aceptará dimensión de la longitud en el rango de 160 - 180 cm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CIRCUITO RESPIRATORIO DESCARTABLE  
- Dimensiones: Longitud de 160 cm ¿ 180 cm

BOLSA DE RESERVORIO:  
- Con o sin Anillo de Fijación  
- Manguera de 1.50 ¿ 2.10 metros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE JUEGOS CIRCUITO CORRUGADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:45:25

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

estimados comite de selección en el CIRCUITO CORRUGADO ADULTO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECANICO Solicitan la medida de 180 cm; solicito tengan a bien aceptar la medida de 160 - 180cm para mayor pluralidad e postores

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE:

Con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores, se aceptará diámetro y longitud de tubo transparente corrugado en el rango de 160 ¿ 180 cm, quedando de la siguiente manera: DIAMETRO Y LONGITUD: Deben ser adecuados para adultos, generalmente tubo transparente corrugado de 160 ¿ 180 cm. Dividido en segmentos de 15 cm. Acanalado de 22mm de diámetro

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DIAMETRO Y LONGITUD: Deben ser adecuados para adultos, generalmente tubo transparente corrugado de 160 ¿ 180 cm. Dividido en segmentos de 15 cm. Acanalado de 22mm de diámetro

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE JUEGOS CIRCUITO CORRUGADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20561344257	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:45:25

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

estimados comite de selección en el CIRCUITO CORRUGADO ADULTO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECANICO dice puerto de temperatura y captografía con tapa elastomera; debería decir puerto de temperatura o capnografía con tapa elastomera para una mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE:

Con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores se aceptará Puerto de temperatura o capnografía con tapa elastómera.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Puerto de temperatura o capnografía con tapa elastómera.