

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	14:51:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿ Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se está solicitando algunos requerimientos que son muy necesarios para la adquisición de instrumental quirúrgico como, por ejemplo, El grabado a laser en alto relieve en la superficie del instrumental indicando la Procedencia, marca, código del instrumental, símbolo de la comunidad europea, garantizando así el cumplimiento con las normas de calidad y la confiabilidad de procedencia de los instrumentales ya que estos otorgan garantía y seguridad para los usuarios finales.

Por lo expuesto líneas arriba, aceptará el comité de selección como cumplimiento obligatorio dentro de las especificaciones técnicas lo siguiente:

Grabado en el propio instrumental a laser en alto relieve:

Marca, código de catálogo, número de lote, marca de la comunidad europea: CE o similar al país de procedencia, Material con el que está fabricado y grabado "DIRIS LS", como mínimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Ya que lo propuesto reduciría la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 25/07/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 15:04:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿ Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos mínimos están solicitando que en el empaque: Bolsa de polietileno de baja densidad. En el envase se encuentra grabado el código, marca del producto, número de lote, código de barras, QR o datamatrix y el logotipo de la marca

LOS FABRICANTES DE INSTRUMENTAL DISEÑAN SUS EMPAQUES DE ACUERDO A CRITERIOS PARTICULARES O PATENTES REGISTRADOS LOS CUALES NO DETERMINAN LA FUNCIONABILIDAD DEL BIEN, EXISTEN EN EL MERCADO DIFERENTES DISEÑOS DE EMPAQUES GRABADOS.

Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en el art. 2 de la ley de contrataciones del estado en su inciso a) libertad de concurrencia e) competencia podría el Comité de Selección, considerar como requerimiento Técnico

Bolsa de polietileno de baja densidad. En el envase se encuentra grabado el código, marca del producto, número de lote, código de barras, QR o datamatrix y el logotipo de la marca y/o grabado de acuerdo a cada fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Los diseños y grabados pueden variar, sin embargo debe contener la información del instrumental solicitado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	16:33:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Observamos en las presentes bases que la entidad da la opción de presentar declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de cada una de ellas para sustentar las especificaciones, lo que ocasionaría que dicha especificación carezca de confiabilidad y que la entidad estaría arriesgando a adjudicar y recibir instrumentos que no cumplan con lo solicitado por el área usuaria, ocasionándoles inconvenientes y/o gastos innecesarios al momento de la conformidad del producto Asimismo, señalamos que todo fabricante especifica detalladamente toda especificación técnica de su producto dentro de los catálogos o manuales

¿Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad de los instrumentos licitados, el comité de selección retiraría de la documentación obligatoria, la aceptación de declaración jurada del postor para el sustento de las especificaciones técnicas?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

Con la finalidad de asegurar la confiabilidad de las ofertas presentadas se retira del numeral: II, Literal 2.2.1.1 (e) página 17 y de la pag. 26 lo siguiente: "Sin embargo, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de cada una de ellas, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20601895103

Nombre o Razón social : FERTA MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 17:03:30

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM N°02

SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS.

SOLICITAN 01 Histerómetro de SIMS maleable, graduado de 34 cm.

Es preciso señalar que la parte operativa del histerómetro está graduado desde 4 centímetros hasta 24cm en todas las marcas del mercado, sin embargo se puede presentar una ligera variación de medida en la longitud total dependiendo el grado de MALEABILIDAD del mismo. Es por ello que solicitamos respetuosamente al OEC, en coordinación con el área usuaria que también acepten longitud total del Histerómetro de 32 cm ya que esta variación no afecta la funcionalidad ni la finalidad para la que fue diseñado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) Libertad de concurrencia del Artículo 2. principios que rigen las contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

Con la finalidad de asegurar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega en las Especificaciones Técnicas, pagina N° 23, ITEM N° 02 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS "Tolerancia de medidas +/- 10%"

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20601895103

Nombre o Razón social : FERTA MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 17:03:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM N°02

SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS.

SOLICITAN 01 Pinza foerster recta de 24.5 cm.

Es preciso señalar que en las principales marcas del mercado este producto se comercializa en la medida de 25cm, por lo que solicitamos respetuosamente al OEC que en coordinación con el área usuaria también acepten 01 Pinza foerster recta de 25 cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) Libertad de concurrencia del Artículo 2. principios que rigen las contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

Con la finalidad de asegurar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega en las Especificaciones Técnicas, pagina N° 23, ITEM N° 02 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS "Tolerancia de medidas +/- 10%"

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:36:40

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

- SET DE INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 7 PIEZAS
- SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU

En los catálogos de instrumental quirúrgico de las principales marcas que se comercializan actualmente, existen una variación en las medidas de los instrumentales, los cuales no impide ni dificultan el funcionamiento para lo que están fabricados. Por lo que le solicitamos al comité de selección aceptar:
Tolerancia en las medidas: +/-10%

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a), b), d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION.

Con la finalidad de asegurar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las Especificaciones Técnicas página N° 23, ÍTEM N° 01: SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ATENCIÓN DE PARTO X 7 PIEZAS "Tolerancia de medidas +/- 10%"

Se agrega en las Especificaciones Técnicas, página N° 23, ÍTEM N° 02 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS "Tolerancia de medidas +/- 10%"

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:36:40

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU
Histerómetro de SIMS maleable, graduado de 34 cm

En los catálogos de instrumental quirúrgico de las principales marcas que se comercializan actualmente, existen una variación en las medidas de los instrumentales, los cuales no impide ni dificultan el funcionamiento para lo que están fabricados. Por lo que le solicitamos aceptar:
Histerómetro de SIMS maleable, graduado de 34 cm (+/-10%)

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a), b), d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION.

Con la finalidad de asegurar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega en las Especificaciones Técnicas, página N° 23, ÍTEM N° 02 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS "Tolerancia de medidas +/- 10%"

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20601586470

Fecha de envío : 26/07/2023

Nombre o Razón social : J & G INVERSIONES PERU S.A.C.

Hora de envío : 19:36:40

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU

Pinza foerster recta de 24.5 cm

En los catálogos de instrumental quirúrgico de las principales marcas que se comercializan actualmente, existen una variación en las medidas de los instrumentales, los cuales no impide ni dificultan el funcionamiento para lo que están fabricados. Por lo que le solicitamos aceptar:

Pinza foerster recta de 24.5 cm (+/-10%)

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 6

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a), b), d)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION.

Con la finalidad de asegurar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega en las Especificaciones Técnicas, página N° 23, ÍTEM N° 02 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS "Tolerancia de medidas +/- 10%"

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:36:40

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EMPAQUE: Bolsa de polietileno de baja densidad. En el envase se encuentra grabado el código, marca del producto, número de lote, código de barras, QR o datamatrix y el logotipo de la marca.

Lo solicitado se refiere a que el empaque debe traer etiqueta señalando los datos del fabricante como: código, marca del producto, número de lote, código de barras, QR o datamatrix y el logotipo de la marca.

Es correcta nuestra apreciación??

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La bolsa de polietileno debe estar GRABADO con los datos solicitados en las especificaciones técnicas. No etiquetado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:50:44

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

NORMAS:

Los sets de instrumentos quirurgicos deben encontrarse fabricados conforme lo prescriben las siguientes normas:

...

Las normas solicitadas excluyen a potenciales postores, direccionando a instrumentales quirurgicos de determinada procedencia.

Por lo tanto, a fin de no limitar la participacion de postores, se solicita al comite de seleccion aceptar:
Los sets de instrumentos quirurgicos deben encontrarse fabricados conforme lo prescriben las normas de acuerdo a su pais de fabricación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2°, acápites a, b, d, e

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

La Norma ISO 7153-1 y la Certificación ISO 1385 son aceptadas y usadas internacionalmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE PARTO Y LA ATENCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20551282865

Fecha de envío : 26/07/2023

Nombre o Razón social : C & M TECHNOLOGY S.A.C.

Hora de envío : 19:50:44

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU

Los catálogos de las principales marcas presentan mínimas variaciones entre ellas.

A fin de no limitar la participación de postores, solicitamos al comité de selección, aceptar un intervalo de +/- 10% para todos los instrumentales solicitados, referente a la longitud.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2° acápites a, b, d, e

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION.

Con la finalidad de asegurar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega en las Especificaciones Técnicas, pagina N° 23, ITEM N° 02 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCIÓN DE DIU X 6 PIEZAS "Tolerancia de medidas +/- 10%"