

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA N°03-2024-CS2406A00831: APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°83-2024-ESSALUD-RPA-1

En La Victoria, a los 05 días del mes de noviembre del año 2024, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Oficina de Abastecimientos y Control Patrimonial de la Red Prestacional Almenara, sito en Av. Grau N°800, sexto piso B, distrito de La Victoria, se reunieron los integrantes del comité selección, encargado de la preparación, conducción y realización de la Adjudicación Simplificada N°83-2024-ESSALUD-RPA-1, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE EQUIPO MÉDICO: MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA (ESSALUD) EN EL MARCO DE LA IOARR CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2656692.**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ARTURO LA MADRID IBARRA	Titular	X	Dependencia:	Órgano Encargado de las Contrataciones
		Suplente			
Primer Miembro	JOSELINE KEYLA CASTRO CARAMUTTI	Titular	X	Dependencia:	Órgano Encargado de las Contrataciones
		Suplente			
Segundo Miembro	JESUS LUIS PALPA GUIMARAY	Titular		Dependencia:	Área Usuaría
		Suplente	X		

Antecedentes:

De acuerdo con el cronograma establecido en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20101337261	ROCA S.A.C.	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20101337261	
2	Proveedor con RUC	20160340534	MASTER MEDIC S.A.	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20160340534	
3	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	24/10/2024	Válido		24/10/2024	20501645517	
4	Proveedor con RUC	20524594944	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	24/10/2024	Válido		24/10/2024	20524594944	
5	Proveedor con RUC	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	24/10/2024	Válido		24/10/2024	20538597121	
6	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	29/10/2024	Válido		29/10/2024	20545804795	
7	Proveedor con RUC	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20603355289	
8	Proveedor con RUC	20606423374	ELVIMEDIC GROUP SAC	30/10/2024	Válido		30/10/2024	20606423374	
9	Proveedor con RUC	20607396516	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	01/11/2024	Válido		01/11/2024	20607396516	

Asimismo, en el día y horario señalado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a través del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Notas	Acciones
1	20101337261	ROCA S.A.C.	04/11/2024	18:56:15	20101337261	04/11/2024	19:00:24	Enviado	Valido		
2	20501645517	VITALTEC S.A.C.	04/11/2024	19:00:14	20501645517	04/11/2024	19:01:40	Enviado	Valido		
3	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	04/11/2024	21:57:46	20538597121	04/11/2024	21:58:54	Enviado	Valido		

De las Bases:

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta **de acuerdo a lo requerido en las bases.**



El participante debe verificar antes de su envío, **bajo su responsabilidad**, que el archivo **pueda ser descargado y su contenido sea legible**.

Con fecha 05 de noviembre del 2024, el comité de selección procedió a la apertura electrónica de las ofertas, el comité de selección, verifico la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si la oferta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones generales de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases, según Cuadro N°01: "Admisibilidad de las ofertas", que forma parte de la presente Acta, **respecto a la Admisibilidad de Ofertas se indica lo siguiente:**

POSTOR	ITEMS	OBSERVACION	ADMITIDO / NO ADMITIDO
VITALTEC S.A.C.	1	Cumple	Admitido
ROCA S.A.C.	1	Cumple	Admitido
DRAEGER PERU S.A.C.	1	<ul style="list-style-type: none">No cumple con acreditar lo requerido en el literal "B20" de la ficha técnica IETSI, con documento técnico del fabricante (INTERRUPTOR O PALANCA DE CAMBIO A VENTILACION MANUAL EN CASOS DE EMERGENCIA), conforme con lo solicitado en el primer y segundo párrafo, del inciso d), numeral 6.2 del capítulo III de las Bases Integradas "Especificaciones Técnicas". En la documentación presentada (folios del 304 al 306) no se evidencia que un interruptor o palanca realice la acción de cambio a ventilación manual; en su lugar, el sustento presentado corresponde a un procedimiento ante un fallo en el suministro de gas fresco "mezclador de gases controlado electrónicamente" (se detalla con capturas de pantalla al final del cuadro).No cumple con acreditar lo requerido en el literal "B32" de la ficha técnica IETSI, con documento técnico del fabricante "PROTEGIDO CONTRA EQUIPOS DE DESFIBRILACION E INTERFERENCIAS POR EQUIPOS DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROBISTURI)", conforme con lo solicitado en el primer y segundo párrafo, del inciso d), numeral 6.2 del capítulo III de las Bases Integradas "Especificaciones Técnicas". El postor solo sustentó que el equipo ofertado está protegido contra equipos de desfibrilación, pero no sustentó con información técnica que está protegido contra interferencias por equipos de electrocirugía (ELECTROBISTURI). Se detalla con capturas de pantalla al final del cuadro.	No Admitido

DRAEGER PERU S.A.C.:

LITERAL B20:

De acuerdo con la hoja de presentación del equipo, el postor sustentó la EETT B20 en los folios del 304 al 306, con la siguiente información:



"Arranque de emergencia" y "fallo en el suministro de gas fresco (mezclador de gases controlado electrónicamente)", que menciona a un "interruptor de O₂"; indicando en el folio 306 lo siguiente:

"En caso de que falle el suministro de gas fresco, se puede usar el suministro de O₂ de emergencia para suministrar oxígeno y agente anestésico".

Primeros pasos

304

Arranque de emergencia

Mezclador de gas controlado electrónicamente

- 1 Ajuste la válvula APL.



- 2 Ajuste el interruptor de O₂ (C) a la posición **Add. O₂**.
- 3 Abra la válvula de control de flujo (B) y ajuste el flujo de O₂ deseado. Si es necesario, pulse la tecla O₂+ (D) para llenar la bolsa reservorio rápidamente.
- 4 Monitoree el flujo ajustado en el flujómetro de O₂ (A).
- 5 Ajuste la concentración de gas anestésico en el vaporizador.
- 6 Ventile manualmente al paciente.
- 7 Encienda el dispositivo.
- 8 En cuanto se abra la página **En espera**, inicie la terapia, véase la página 89.
- 9 Ajuste el interruptor de O₂ (C) a la posición **Aux. O₂** para detener el flujo de gas fresco incrementado.
- 10 Cierre la válvula de control de flujo (B).

Mezclador de gas controlado mecánicamente

- 1 Ajuste la válvula APL.



- 2 Abra la válvula de control de flujo (A) y ajuste el flujo de O₂ deseado. Si es necesario, pulse la tecla O₂+ (C) para llenar la bolsa reservorio rápidamente.
- 3 Monitoree el flujo ajustado en el flujómetro total (B).
- 4 Ajuste la concentración de gas anestésico en el vaporizador.
- 5 Ventile manualmente al paciente.
- 6 Encienda el dispositivo.
- 7 En cuanto se muestre la página **En espera**, inicie la terapia, véase la página 89.

Resolución de problemas

306

Fallo en el suministro de gas fresco (mezclador de gases controlado electrónicamente)

En caso de que falle el suministro de gas fresco, se puede usar el suministro de O₂ de emergencia para suministrar oxígeno y agente anestésico. El modo de ventilación actual y la detección de insuficiencia de gas fresco permanecen activos.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones para el paciente

Si el mezclador de gas falla, no se suministra gas fresco.


Revise el ajuste del vaporizador. Suministre al paciente O₂. Utilice el suministro de O₂ de emergencia.

En caso de fallo, las figuras e instrucciones que indican cómo iniciar el suministro de O₂ de emergencia aparecen en las áreas (A) y (B).

El suministro de O₂ de emergencia se inicia de la siguiente manera:

- 1 Sitúe el interruptor de O₂ (A) en la posición **Add. O₂**. (Preste atención a la figura de la pantalla.)
- 2 Abra la válvula de regulación de flujo del flujómetro de O₂ y ajuste el flujo deseado. Este flujo de O₂ fluye a través del vaporizador.
- 3 Revise el ajuste del vaporizador.
- 4 Monitoree de forma continua el flujo de O₂ del suministro de emergencia.

- Si fuera necesario, realice la ventilación con aire ambiente, consultar "Fallo total del suministro de gas" en 190.
- Si es necesario, ventile al paciente con la bolsa de ventilación manual.




Por lo descrito en el sustento, **se verifica que es un procedimiento ante un fallo en el suministro de gas fresco (mezclador de gases controlado electrónicamente**, en donde también se menciona al interruptor de O₂ (pero es un conmutador de oxígeno, de una posición a otra, de Aux. O₂ a Add. O₂), **pero no es un interruptor o palanca de cambio de un modo de ventilación a otro.**

Además, este mismo sustento (para la EETT B20), fue utilizado para acreditar la EETT B03: **"dispositivo auxiliar de seguridad: visual (flujómetro) de salida de gas fresco (o de oxígeno) y/o control manual de flujo de gas que garantice un suministro de oxígeno en casos de emergencia (falla eléctrica y/u otros)"**

De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, se concluye que la empresa DRAEGER PERU S.A.C. no sustentó el cumplimiento de la EETT B20.

LITERAL B32:

EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA B32 SE SOLICITÓ LO SIGUIENTE:

"Protegido contra equipos de desfibrilación e interferencias por equipos de electrocirugía (Electrobisturí).

El postor DRAEGER PERU S.A.C. sustentó la EETT B32 con la información remitida en los folios del 386 al 389, y **se ha verificado que con dicha información solo sustentó** que el equipo ofertado está protegido contra equipos de desfibrilación, **pero no sustentó que está protegido contra interferencias por Equipos de Electrocirugía (Electrobisturí).**

por lo que se concluye que la empresa DRAEGER PERU S.A.C. no sustentó el cumplimiento de la EETT B32.

387 Componentes del sistema		389 Datos técnicos															
Símbolos <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p> Pausa de audio</p> <p> Medición de NIBP</p> <p> Toma a tierra</p> <p> Indicador de batería</p> <p> Indicador de red eléctrica</p> <p> Interruptor de alimentación</p> <p> Conexión equipotencial</p> <p> Precaución</p> <p> Marca UKCA para registro en el Reino Unido</p> <p> Puerto de red</p> <p> Fabricante</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p> Puerto USB</p> <p> Puerto RS232</p> <p> Salida de video</p> <p> Puerto de salida de señal</p> <p> Puerto de sincronización del desfibrilador</p> <p> Puerto de llamada al personal de enfermería</p> <p> Clase de protección tipo CF (protegido contra desfibrilación)</p> <p> Pieza aplicada tipo BF a prueba de desfibrilación</p> <p> Pieza aplicada tipo BF</p> <p> Corriente alterna</p> <p> Número de serie</p> </div> </div>		Descripción general <p>NOTA El funcionamiento del equipo con la marca ☆ indica que se trata del funcionamiento esencial.</p> <p>Clasificación</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clase de protección</th> <th>Equipo de clase I y equipo con fuente de alimentación interna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grado de protección frente a descargas eléctricas</td> <td>TIPO CF CON PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACIÓN: ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O., SPO₂, NIBP, CO₂ TIPO BF CON PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACIÓN: AG, BIS TIPO BF: NMT</td> </tr> <tr> <td>Protección del desfibrilador</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Protección frente a la introducción de líquidos</td> <td>IP22</td> </tr> <tr> <td>Método de desinfección/esterilización</td> <td>Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza" para obtener información detallada.</td> </tr> <tr> <td>Modo de funcionamiento</td> <td>Continuo</td> </tr> <tr> <td>De conformidad con las normativas</td> <td>IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-2-49</td> </tr> </tbody> </table>		Clase de protección	Equipo de clase I y equipo con fuente de alimentación interna	Grado de protección frente a descargas eléctricas	TIPO CF CON PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACIÓN: ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O., SPO ₂ , NIBP, CO ₂ TIPO BF CON PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACIÓN: AG, BIS TIPO BF: NMT	Protección del desfibrilador	SI	Protección frente a la introducción de líquidos	IP22	Método de desinfección/esterilización	Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza" para obtener información detallada.	Modo de funcionamiento	Continuo	De conformidad con las normativas	IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-2-49
Clase de protección	Equipo de clase I y equipo con fuente de alimentación interna																
Grado de protección frente a descargas eléctricas	TIPO CF CON PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACIÓN: ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O., SPO ₂ , NIBP, CO ₂ TIPO BF CON PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACIÓN: AG, BIS TIPO BF: NMT																
Protección del desfibrilador	SI																
Protección frente a la introducción de líquidos	IP22																
Método de desinfección/esterilización	Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza" para obtener información detallada.																
Modo de funcionamiento	Continuo																
De conformidad con las normativas	IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-2-49																



Una vez determinada la admisibilidad de las propuestas, se procedió con la evaluación que se detalla en el Cuadro N° 02: "Evaluación de ofertas", que forma parte de la presente Acta.

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si las ofertas, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases, el cual se detalla en el Cuadro N°03: "Calificación de Ofertas", que forma parte de la presente acta.

Con fecha 08 de noviembre del 2024, los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados, de acuerdo con el análisis efectuado, el cual se detalla en el cuadro que forman parte de la presente acta otorgando la Buena Pro de conformidad al detalle:

N°	DESCRIPCIÓN	Postor Ganador de la Buena Pro	Monto Ofertado (S/)
1	ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE EQUIPO MÉDICO: MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA (ESSALUD) EN EL MARCO DE LA IOARR CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 265669	ROCA S.A.C.	S/ 330,600.00

A razón de ello, el comité de selección procede a otorgar la Buena Pro, con los resultados obtenidos.


Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, el presente procedió a suscribirla en señal de conformidad; se levantó la reunión siendo las 09:30 horas del 08 de noviembre del 2024.



ARTURO LA MADRID IBARRA
Presidente Titular



JOSELINE KEYLA CASTRO CARAMUTTI
Primer Miembro



JESUS LUIS PALPA GUIMARAY
Segundo Miembro

CUADRO N° 01				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83 - 2024 - ESSALUD - RPA - 1 (2406A00831)				
CONTRATACIÓN DE BIENES:				
ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE EQUIPO MÉDICO: MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA (ESSALUD) EN EL MARCO DE LA IOARR CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2656692				
ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS				
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTOR N° 1	POSTOR N° 2	POSTOR N° 3
		ROCA S.A.C.	VITALTEC S.A.C.	DRAEGER PERU S.A.C.
a)	Declaracion jurada de datos del postor (anexo N° 01)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia de documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, dl apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes de consorcio que suscriba la promesa de consorcio según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaracion Jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Documentación Adicional que el postor debe presentar, los cuales deben ser acreditados con copia simple: • Copia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente. Conforme con lo dispuesto en el inciso a), del numeral 6.2 del capítulo III de la presente sección. • Certificado de buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Vigente. Conforme con lo dispuesto en el inciso b), del numeral 6.2 del capítulo III de la presente sección. • Copia Simple de Certificado de Seguridad Eléctrica. Conforme con lo dispuesto en el inciso a), del numeral 6.2 del capítulo III de la presente sección. • Hoja de presentación del producto (Apendice G), Información Técnica del fabricante (folletos, catálogos, manuales, hojas técnicas, brochure, carta) del equipo principal, componentes y/o accesorios para sustentar que los bienes ofertados cumplen con los requerimientos solicitados por ESSALUD. Conforme con lo dispuesto primer y segundo párrafo, del inciso d), numeral 6.2 del capítulo III de la presente sección.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6). El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO ADMITITA Y/O NO ADMITIDA		ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO



CUADRO N° 2


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83 - 2024 - ESSALUD - RPA - 1 (2406A00831)

CONTRATACIÓN DE BIENES:

ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE EQUIPO MÉDICO: MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA (ESSALUD) EN EL MARCO DE LA IOARR CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2656692

EVALUACION DE OFERTAS

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	1. ADMISION		2. EVALUACION				2. EVALUACION				PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
					CUMPLE CON LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS	RESULTADO DE LA ADMISION	PRECIO	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE MAXIMO	PLAZO OFERTADO EN DIAS CALENDARIO	PUNTAJE OBTENIDO	BONIFICACIÓN (5%) MYPE				
			S/NO	ADMITIDA / NO ADMITIDA		PUNTAJE MAXIMO	PRECIO	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE MAXIMO							
1	CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE EQUIPO MÉDICO: MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA (ESSALUD) EN EL MARCO DE LA IOARR CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2656692	UND	1	ROCA S.A.C.	SI	ADMITIDA	80	S/ 330,600.00	80.00	20	59 DIAS CALENDARIO	10	0.00	90.00	1	
		UND	1	VITALTEC S.A.C.	SI	ADMITIDA	80	S/ 385,890.00	68.54	20	39 DIAS CALENDARIO	20	0.00	88.54	2	



CUADRO N° 3		
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83 - 2024 - ESSALUD - RPA - 1 (2406A00831)		
CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE EQUIPO MÉDICO: MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA (ESSALUD) EN EL MARCO DE LA IOARR CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2656692	P1	P2
CALIFICACION		
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION	ROCA S.A.C.	VITALTEC S.A.C.
<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 900,000.00 (Novecientos Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 90,000.00 (Noventa Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: ELECTROCARDIOGRAFO EN GENERAL, DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS, MONITOR DE FUNCIONES VITALES EN GENERAL, MAQUINA DE ANESTESIA EN GENERAL, FAJA ERGOMÉTRICA CON MONITOR, VENTILADOR VOLUMÉTRICO EN GENERAL.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda, fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO CALIFICA / DESCALIFICA	CALIFICA	CALIFICA

