

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código : 20101337261

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Fecha de envío : 18/10/2024

Hora de envío : 14:29:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de CONTRATACIÓN DE ESTETOSCOPIO CLÍNICO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR.

Se solicita al comité para fomentar la pluralidad de postores, desagregar del paquete el item:

ESTETOSCOPIO CLÍNICO PEDIÁTRICO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.2 **Página:** 1.4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA ORBSERVACION EN VISTA DE QUE LA CONTRATACION ES POR PAQUETE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de CONTRATACIÓN DE ESTETOSCOPIO CLÍNICO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR.

Se solicita al comité para fomentar la pluralidad de postores, desagregar del paquete el item:

ESTETOSCOPIO CLÍNICO ADULTO
Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.2 **Página:** 1.4
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION EN VISTA DE QUE LA CONTRATACION ES POR PAQUETE
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 20 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADO A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O SUSCRITO EL CONTRATO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita al comité para fomentar la pluralidad de postores, ampliar el plazo de entrega a sesenta (60) días calendarios. Modificándose de la siguiente manera:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADO A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O SUSCRITO EL CONTRATO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION EN VISTA QUE LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA ES EN 20 DIAS CALENDARIOS Y PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estetoscopio pediátrico:

- Diámetro de diafragma: 32 ¿ 33mm lineales. Para pluralidad de postores, se le solicita al comité evaluador que tome en cuenta la especificación de acuerdo a cada fabricante, por lo que se pide modificar el item por el siguiente: Diámetro de diafragma: 32 ¿ 33mm lineales o diámetro de 30mm ¿ 20mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION EN VISTA DE QUE EN EL MERCADO EXISTEN PLURALIDAD DE MARCAS PARA LA MEDIDA REQUERIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estetoscopio pediátrico:

-Longitud total: 66-74cm. Se entiende que la longitud hace referencia al rango de 66 a 74cm, ingresando 66,67,68,69,70,71,72,73,74 centímetros (cm). Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA CLARA QUE SI ES CORRECTA SU APRECIACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estetoscopio pediátrico:

-Peso: 100-124g. El peso del estetoscopio está determinado por los materiales con los que los fabrican. Generalmente, un peso mayor indica el uso de materiales de alta calidad. Por lo que se le pide al comité evaluador que para pluralidad de postores se modifique el ítem por el siguiente:
Peso: 100-124g O MAYOR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso: 100-124g O MAYOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Estetoscopio pediátrico:

-Olivas extra-blandas intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y de gran comodidad. Para pluralidad de postores de acuerdo a cada fabricante se solita al comité evaluador que modifique el item por el siguiente:
Olivas extra-blandas intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y de gran comodidad o suave/duro goma libre de látex.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Cap. IIILiteral: 5Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estetoscopio pediátrico:

-Capacidad para detectar sonidos de alta y baja frecuencia. Se le solicita al comité evaluado que especifique la frecuencia para detectar el sonido. Modificar el ítem por el siguiente: Capacidad para detectar sonidos de alta y baja frecuencia de 20 o menor a 500Hz o mayor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACION, EN VISTA DE QUE QUEREMOS MAYOR PLURALIDAD DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estetoscopio Adulto:

- Diámetro de diafragma: 32 ¿ 33mm lineales. Se le solicita al comité evaluador que para pluralidad de postores se modifique el ítem por el siguiente: Diámetro de diafragma: 32 ¿ 33mm lineales O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION EN VISTA DE QUE EL DIAMETRO DE ESTETOSCOPIO DE ADULTO SE REQUIRIO 43MM ¿ 47MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estetoscopio Adulto:

- Longitud total: 66-74cm. Se entiende que la longitud hace referencia al rango de 66 a 74cm, ingresando 66,67,68,69,70,71,72,73,74 centímetros (cm). Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Cap. IIILiteral: 5Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE SI ES CORRECTA SU APRECIACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estetoscopio Adulto:

- Peso: 150-152g. El peso del estetoscopio está determinado por los materiales con los que los fabrican. Generalmente, un peso mayor indica el uso de materiales de alta calidad. Por lo que se le pide al comité evaluador que para pluralidad de postores se modifique el ítem por el siguiente:
Peso: 150-152g O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso: 150-152g O MAYOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Estetoscopio Adulto:

- Olivas extra-blandas intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y de gran comodidad. Para pluralidad de postores de acuerdo a cada fabricante se solita al comité evaluador que modifique el item por el siguiente:
Olivas extra-blandas intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y de gran comodidad o suave/duro goma libre de látex.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Cap. IIILiteral: 5Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	14:29:12

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Estetoscopio Adulto:

- Capacidad para detectar sonidos de alta y baja frecuencia. Se le solicita al comité evaluado que especifique la frecuencia para detectar el sonido. Modificar el ítem por el siguiente: Capacidad para detectar sonidos de alta y baja frecuencia de 20 o menor a 500Hz o mayor.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Cap. IIILiteral: 5Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACION, EN VISTA DE QUE QUEREMOS MAYOR PLURALIDAD DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20100024862	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	A. TARRILLO BARBA S.A.	Hora de envío :	16:29:21

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL SOLICITAN:

** CON ESTUCHE PARA GUARDAR EL INSUMO.

ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO COMO ESTUCHE CORRESPONDE A LA CAJA DE CARTON CON EL QUE VIENE EL EQUIPO DE FABRICA. FAVOR INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE SI ES CORRECTA SU APRECIACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20100024862	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	A. TARRILLO BARBA S.A.	Hora de envío :	16:29:21

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTETOSCOPIO PEDIATRICO SOLICITAN:

** COMPLETAMENTE LIBRE DE LATEX

ENTENDEMOS QUE SE ESTAN REFIRIENDO A QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA TUBULADURA DE PVC FLEXIBLE SIN LÁTEX, FAVOR INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE SI ES CORRECTA SU APRECIACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20100024862	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	A. TARRILLO BARBA S.A.	Hora de envío :	16:29:21

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO SOLICITAN:
** CON ESTUCHE PARA GUARDAR EL INSUMO
ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO COMO ESTUCHE CORRESPONDE A LA CAJA DE CARTON CON EL QUE VIENE EL EQUIPO DE FABRICA. FAVOR INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA ACLARA QUE SI ES CORRECTA SU APRECIACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20100024862	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	A. TARRILLO BARBA S.A.	Hora de envío :	16:29:21

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTETOSCOPIO ADULTO SOLICITAN:
** COMPLETAMENTE LIBRE DE LATEX
ENTENDEMOS QUE SE ESTAN REFIRIENDO A QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA TUBULADURA DE PVC FLEXIBLE SIN LÁTEX, FAVOR INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA ACLARA QUE SI ES CORRECTA SU APRECIACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20100024862	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	A. TARRILLO BARBA S.A.	Hora de envío :	16:29:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO SOLICITAN:
** CON ESTUCHE PARA GUARDAR EL INSUMO
ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO COMO ESTUCHE CORRESPONDE A LA CAJA DE CARTON CON EL QUE VIENE EL EQUIPO DE FABRICA. FAVOR INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE SI ES CORRECTA SU APRECIACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20100024862	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	A. TARRILLO BARBA S.A.	Hora de envío :	16:29:21

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITE ESPECIAL INDICAR QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SERA ADQUIRIDA POR PAQUETE Y NO POR ITEM INDEPENDIENTES, FAVOR ACLARAR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA ES POR PAQUETE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20100024862	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	A. TARRILLO BARBA S.A.	Hora de envío :	16:29:21

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
DEBIDO A QUE LA PRESENTE ADQUISICION TRATA DE INSUMOS MEDICOS, CONSULTAMOS SI NO SERÁ NECESARIO QUE SE APERSONE UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE LIMA AL MOMENTO DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES, FAVOR INDICAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA ACLARA QUE SI ES NECESARIO QUE SE APERSONE UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-RSCCE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTETESCOPIO CLINICO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Ruc/código :	20100024862	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	A. TARRILLO BARBA S.A.	Hora de envío :	16:29:21

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
EL LUGAR DE ENTREGA INDICA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHI ESPINAR.
ENTENDEMOS QUE LA TOTALIDAD DE BIENES SERAN ENTREGADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR UNICAMENTE EN ESE ALMACEN Y NO SERA SU RESPONSABILIDAD LA DISTRIBUCION DE LOS INSUMOS A LOS CENTROS DE SALUD, FAVOR INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA ACLARA QUE SI ES CORRECTA SU APRECIACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null