

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-UE003 REGPOLPIURA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LA BRIGADA DE LA SECCIÓN DE SALVATAJE -USE PNP PIURA.		

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	13:47:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

D.E.A DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO.

Un monitor compacto bifásico y profesional que se destaca por ser ligero y duradero y por integrar monitorización, desfibrilación manual DEA, y marcapasos.

Esta especificación no se aplica a los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), ya que parte de sus características es la realización de reanimación cardiopulmonar. En cambio, el marcapasos está diseñado para ser utilizado con desfibrilador/monitor. Por lo tanto, solicitamos al comité evaluador que revise y modifique esta especificación, teniendo en cuenta las características adecuadas para el equipo requerido. La especificación de forma correcta dirigida al Desfibrilador externo automático para pluralidad de postores sería la siguiente:

Equipo con onda bifásica para uso profesional que se destaca por ser ligero y duradero, con capacidad de detectar ritmos desfibrilables por medio de electrodos o parches manos libres e indicador de voz para realización de RCP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 4.1.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE AGREGA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LA BRIGADA DE LA SECCIÓN DE SALVATAJE -USE PNP PIURA.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	13:47:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

D.E.A DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO.

Pantalla de alto contraste y nitidez con tres formas de onda para una visualización optima de EEGY SPO2. Incluso su n condiciones de iluminación extremas, su alcance es de 360 Julios de dosis de energía para descargas, su gran capacidad de alimentación con una larga duración y un funcionamiento, sin necesidad de una fuente de energía externa eficiente.

Este ítem, al igual que el anterior, no se aplica a los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), ya que estos dispositivos no están diseñados para la monitorización de Electroencefalografía (EEG) ni de Saturación de Oxígeno (SpO2). Los DEA están destinados a la atención rápida, permitiendo detectar ritmos desfibrilables mediante la realización de un Electrocardiograma (ECG) y también ofrecen la opción de realizar reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, consideramos que la especificación está mal redactada. Solicitamos al comité evaluador que revise y modifique esta especificación, teniendo en cuenta las características adecuadas para el equipo requerido:

Pantalla LCD que muestra el tiempo transcurrido, el contador de descarga, las indicaciones de usuario, las profundidades de compresión de la RCP y las formas de onda del ECG, con alcance de 200 Joules o mayor dosis de energías para descarga.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 4.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE INDICA QUE SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA OBSERVACION NUMERO 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LA BRIGADA DE LA SECCIÓN DE SALVATAJE -USE PNP PIURA.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	13:47:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
Se observa las bases ya que el objeto de la convocatoria en la descripción es un DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO) sin embargo las especificaciones son de un monitor desfibrilador solicitamos al comité aclarar esto ya que la información es incongruente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 4.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE INDICA QUE SE ESTA MODIFICANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA OBSERVACION NUMERO 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LA BRIGADA DE LA SECCIÓN DE SALVATAJE -USE PNP PIURA.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	13:47:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité indicar el horario de atención de la OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA UE 003 REGION POLICIAL PIURA sito en Av. Sánchez Cerro Mz Z Lote 7 Zona Industrias II - Veintiséis de Octubre-Piura

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Horario de atención de 08:00 horas hasta 13:00 horas y de 14:00 horas hasta las 17:00 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null