

## **PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERU S.A.**

### **CONDICIONES TÉCNICAS**

#### **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE PARA LA JEFATURA DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION – REFINERIA TALARA**



## **CONDICIONES TÉCNICAS**

### **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE PARA LA JEFATURA DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION – REFINERÍA TALARA**

**1. OBJETO.**

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir equipos de medición y calibración FLUKE para la Jefatura de Equipos de Instrumentación - Refinería Talara.

**2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.**

Los bienes se detallan en el APÉNDICE N° 01.

**3. NORMATIVA APLICABLE A LA ADQUISICIÓN**

3.1. ISO 9001, que especifica requisitos para el diseño, fabricación, distribución, calibración y servicio de equipos de prueba y medición, software, óptica de precisión, conjuntos ópticos y productos relacionados.

3.2. ISO/IEC 17025, que especifica requisitos generales para la competencia de ensayo y laboratorios de calibración.

**4. PLAZO DE ENTREGA.**

4.1. El plazo máximo en que deberá efectuarse la entrega única será de ciento veinte (120) días calendario, contados después de notificada la Orden de Compra.

4.2. PETROPERÚ podrá reducir el tiempo de entrega, previa coordinación.

4.3. La conformidad de la entrega no invalida reclamos posteriores por defectos o vicios ocultos no detectados durante la recepción del bien.

4.4. El plazo de reposición por el bien defectuoso o que éste no cumpla con las condiciones inicialmente establecidas, no será mayor de quince (15) días calendario, luego de recibida por el Proveedor la solicitud de cambio por parte de PETROPERÚ.

**5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.**

A Suma Alzada.

**6. EVALUACIÓN.**

La evaluación se realizará por ítem paquete.

**7. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.**

El Monto Estimado Referencial – MER es **RESERVADO** en **SOLES**, debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

**8. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**

**8.1. Lugar de entrega:**

- a) Receptoría de Carga – Refinería Talara Av. G S/N Acceso 1 (Lado Plaza Veja Centro – Talara).
- b) Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 11:00 y de 13:00 a 15:00 horas
- c) Una vez efectuada la entrega física de los equipos, el PROVEEDOR deberá coordinar con Receptoría de Carga la emisión del Acta de Conformidad de recepción de los equipos, después de la revisión e inspección de estos o subsanación de ser el caso.

**8.2. Condiciones de entrega:**

- a) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el APÉNDICE N° 01 de las presentes Condiciones Técnicas.

- b) El bien, será de primera condición (nuevo), de la marca original, en sus embalajes originales de fábrica, cuyo manipuleo y descarga es por cuenta y riesgo del proveedor, quien deberá prever la disponibilidad de montacargas y/o grúa en caso sea necesario.
- c) Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad, así como con lo dispuesto en el Numeral 18 de las presentes Condiciones Técnicas.
- d) El proveedor presentará obligatoriamente en Receptoría de Carga, todos los documentos que acrediten la Calidad y Cantidad de equipos, guía de Remisión del proveedor, conteniendo la referencia del bien y Orden de Compra a la que pertenece.
- e) PETROPERÚ, a través de Receptoría de carga, podrá verificar la autenticidad de los certificados con el fabricante, en caso de no ser estos conformes (irregulares) o de comprobarse que el bien es remanufacturado o reconstruido, PETROPERÚ se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.
- f) Las acciones que PETROPERÚ tome como resultado de la comprobación de presentación de información falsa o inexacta, no dará derecho a que el proveedor pueda demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubiera podido incurrir.
- g) No se admitirá que ningún bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo.
- h) Se precisa que los bienes recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el APÉNDICE N° 01; si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino por cuenta y riesgo del Proveedor.

**9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN**

El BIEN ofertado por el Proveedor deberá cumplir con:

- 9.1. Las Especificaciones Técnicas establecidas en el APÉNDICE N° 01; acreditados con folletos, catálogos, manuales, certificados, brochures u otros documentos con información técnica emitidos por el fabricante
- 9.2. Cartas de representación y/o autorización para comercialización o distribución de la marca **FLUKE**.

**10. DOCUMENTOS PARA LA EMISION DE LA O/C**

El Proveedor deberá entregar a PETROPERÚ, los siguientes documentos para la formalización del CONTRATO o para la emisión de la Orden de Compra:

- Formato de Estructura de Costos, conforme al APÉNDICE N° 02.
- Otros documentos indicados por la Jefatura Técnica y Contrataciones.

**11. GARANTÍAS**

Carta de Garantía Comercial, mínima por doce (12) meses, otorgada por el Proveedor con la entrega del BIEN. La garantía deberá cubrir fallas, defectos de fabricación, problemas de embalaje, cuyo plazo se computará a partir de la conformidad de la recepción de los bienes adquiridos. Asimismo, el Contratista se compromete a realizar los cambios de los bienes a consecuencia de la garantía ofertada, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de recibido la comunicación de PETROPERÚ.

## **12. PENALIDADES**

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado, en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ S.A, aplicará una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25

Esta penalidad será deducida del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver la Orden de Compra por incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que pueda exigirse.

## **13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.**

13.1. Independientemente del monto, el plazo de pago a los proveedores en las contrataciones de bienes, servicios y obras será a los SESENTA (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio u obra recibido por PETROPERÚ.

13.2. Si el proveedor seleccionado perteneciera al segmento de Micro y Pequeña Empresa (MYPE), el plazo de pago será de TREINTA (30) días, contados a partir de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31362 "Ley de Pago de Facturas MYPE a Treinta Días" y su Reglamento.

13.3. El comprobante de pago deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. "G" – 2, Edificio Administrativo de Refinación Talara, acompañado de los siguientes documentos:

- Copia de la Orden de Compra
- Original de la(s) guía(s) de remisión firmada(s) y sellada(s) por el receptor.
- Copia del documento de Conformidad.

13.4. En adición a los documentos detallados en el párrafo anterior, los proveedores del segmento MYPE deberán entregar los siguientes documentos:

- Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión del comprobante de pago (factura).
- Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe del comprobante de pago (factura) emitido, en conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

13.5. Tratándose de comprobantes de pago electrónicos, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. La impresión del comprobante de pago electrónico se deberá presentar en Oficina de Gestión Documentaria, según lo indicado en los párrafos precedentes.

13.6. Los proveedores pueden remitir sus comprobantes de pagos electrónicos (con la documentación solicitada para el pago) a PETROPERÚ a través de la siguiente casilla de correo electrónico: [mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe](mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe).

13.7. Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

## **14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.**

14.1. La administración de la Orden de Compra estará a cargo de la Jefatura Inventarios y Almacenes.

14.2. 13.2. El documento Final de Conformidad (Acta de Conformidad), estará a cargo del Jefe Inventarios y Almacenes de la Gerencia Departamento Logística, previa inspección y aceptación del bien por parte de la Jefatura Equipos de Instrumentación, quien a su vez

validará el cumplimiento total de las especificaciones técnicas indicadas en el Apéndice N°1.

- 14.3. PETROPERÚ tendrá un plazo de 15 días calendario para emitir el Acta de Conformidad, después de recibido el bien. Este plazo podrá ser mayor por disponibilidad para la inspección de los bienes.

## **15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR**

El Proveedor se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

- 15.1. Cumplir con Anexo 01 Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno (ANEXO N° 01).

- 15.2. Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (ANEXO N° 02).

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

- 15.3. Cumplirá con diligencia y oportunidad la entrega de los bienes, descritos en el APÉNDICE N° 01 (Especificaciones Técnicas).

- 15.4. Asumir la entrega de bienes por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.

- 15.5. Debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del Contratista.

- 15.6. Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.

- 15.7. El Contratista se encuentra obligado a contar con un "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo", conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.

Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19.

- 15.8. En caso el Proveedor, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19,
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de presentación de información falsa, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

- 15.9. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Proveedor.

## **16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ**

- 16.1 Evaluar al Proveedor desde el inicio de la ejecución contractual hasta la entrega del bien, según el Procedimiento PROA1-213 Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 – Metodología Corporativa de Gestión de Proyectos.

- 16.2 Facilitar el acceso a las instalaciones tanto al personal y a los equipos requeridos para la entrega del BIEN.

- 16.3** Gestionar el pago de la factura presentada por el Proveedor.
- 16.4** En caso de que el Proveedor no proceda a levantar las observaciones formuladas por PETROPERÚ, si las hubiese, PETROPERÚ se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas y en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

**17. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.**

- 17.1. La orden de compra podrá resolverse:
  - a. Por mutuo disenso; o
  - b. Por caso fortuito o fuerza mayor
- 17.2. PETROPERÚ podrá resolver la orden de compra cuando:
  - a. El proveedor incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
  - b. El proveedor haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas; o
  - c. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual;

**18. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**

- 18.1. El Proveedor deberá cumplir con las normas de seguridad de PETROPERÚ (Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas)
- 18.2. El Proveedor deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:
  - D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 18.3. El Proveedor deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la entrega de los bienes.
- 18.4. El Proveedor se encuentra obligado a contar con un "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo", conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.

**19. ENTREGABLES.**

- El Proveedor presentará obligatoriamente en la Oficina de Receptoría de Carga, junto con los bienes, los siguientes documentos:
- a. Garantías, según lo indicado en el numeral 11 de las Condiciones Técnicas.
  - b. Guía de Remisión Remitente (conteniendo la referencia del bien y la Orden de Compra al que pertenece).
  - c. El proveedor, deberá entregar juntamente con los bienes el original o copia legalizada del Certificado de Calidad de Fabrica y de Origen.
  - d. El proveedor, deberá entregar juntamente con los bienes los certificados calibración para los Sub Ítem 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 y los certificados ATEX para los Sub Ítem 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 conforme a lo solicitado en el APENDICE N°1.
  - e. Asimismo, según corresponda: folletos y otros.

**20. APÉNDICES.**

- 20.1. APÉNDICE N° 01: Descripción del Bien – Especificaciones Técnicas.
- 20.2. APÉNDICE N° 02: Estructura de Costos.

**21. ANEXOS.**

- 21.1. ANEXO N° 01: Clausulas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno.
- 21.2. ANEXO N° 02: Clausula Sistema de Integridad.

**APÉNDICE N° 01**

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITEM	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE			
SUB ITEM	TIPO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.
1.1	EQUIPAMIENTO	<b>KIT DE BOMBA GENERADORA DE PRESIÓN HIDRÁULICA</b>  <b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: 700HTPK2</b>  Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bomba manual de prueba 700HTP-2 generadora de hasta 10000 psi / 690 bar.</li> <li>&gt; Mangueras y adaptadores de prueba premium.</li> <li>&gt; Estuche rígido.</li> </ul>	KIT	5
1.2	EQUIPAMIENTO	<b>KIT DE BOMBA GENERADORA DE PRESIÓN NEUMÁTICA</b>  <b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: 700PTPK2</b>  Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bomba manual de prueba 700PTP-1 generadora de hasta 600 psi / 40 bar.</li> <li>&gt; Mangueras y adaptadores de prueba premium.</li> <li>&gt; Estuche rígido.</li> </ul>	KIT	5
1.3	EQUIPAMIENTO	<b>KIT MANOMETROS DIGITALES</b>  <b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: Fluke-700G</b>  Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tres (3) Manómetros Digitales 700G08 (-14 a 1000 psi)</li> <li>&gt; Tres (3) Manómetros Digitales 700G27 (-12 a 300 psi)</li> <li>&gt; Dos (2) Manómetro Digital 700G06 (-12 a 100 psi)</li> <li>&gt; Dos (2) Manómetro Digital 700G05 (-14 a 30 psi)</li> <li>&gt; Dos (2) Manómetro Digital 700GA27 (0 a 300 pisa)</li> </ul>	KIT	1
1.4	EQUIPAMIENTO	<b>KIT CALIBRADOR DE PRESION HIDRAULICO</b>  <b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: P5515-2700G-3/C</b>  Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bomba de prueba de comparación hidráulica P5515-140M, juntas de Viton (0 a 10000 psi)</li> </ul>	KIT	1

ITEM	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE			
SUB ITEM	TIPO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Manómetro Digital 2700G-G70M (0 a 10000 psi)</li> <li>&gt; Manómetro Digital 2700G-G20M (0 a 3000 psi)</li> <li>&gt; Manómetro Digital 2700G-BG7M (-12 a 1000 psi)</li> </ul>		
1.5	EQUIPAMIENTO	<p><b>CALIBRADOR ELECTRICO DE PRESION</b></p> <p><b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: 719Pro - 300G</b></p> <p>Características:</p> <p>El 719Pro incluye un calibrador de lazo genera, simula y mide señales de mA y más, lo que le convierte en la herramienta de prueba ideal para calibrar transmisores de alta precisión, interruptores de presión y manómetros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rango: -12 a 300 psi</li> <li>&gt; Resolución: 0.01 psi</li> <li>&gt; mA CC (simulación y medida): 0 a 24 mA CC</li> <li>&gt; V CC (solo medida): 30V CC</li> <li>&gt; Temperatura (solo medida): -50 a 150 °C</li> <li>&gt; Alimentación: 24 V CC</li> <li>&gt; Temperatura de Funcionamiento: -10 a 50 °C</li> </ul> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Calibrador eléctrico de presión, 300 PSIG</li> <li>&gt; Puntas y pinzas de prueba.</li> <li>&gt; Trampa de fluido</li> <li>&gt; Kit completo de mangueras y adaptadores.</li> <li>&gt; Maletín de transporte</li> </ul>	UN	1
1.6	EQUIPAMIENTO	<p><b>CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO</b></p> <p><b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: DSX 602 Pro Cable Analyzer</b></p> <p>Características:</p> <p>Proporciona una solución completa que agiliza cada aspecto del trabajo de certificación del cableado estructurado, desde la configuración, comprobación y resolución de problemas, hasta la generación de informes de resultados para el cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tipos de Cable: Cableado LAN de par blindado y no blindado. Categoría TIA 3, 4, 5, 5e, 6, 6A: 100 Ω ISO/IEC clase C, D, E, EA: 100 Ω y 120 Ω</li> <li>&gt; Incluye Unidades principal y remota del DSX-602 Cable Analyzer, adaptadores de canal de Cat 6A/Clase EA (2), latiguillo de referencia RJ45 de 15 cm (6") (1), adaptadores de enlace permanente de Cat 6A/Clase EA (2), maletín de</li> </ul>	UN	1



ITEM	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE			
SUB ITEM	TIPO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.
		transporte, cable USB para comunicación con PC, adaptadores de CA (2) y guía de introducción del DSX-602.		
1.7	EQUIPAMIENTO	<p><b>PROBADOR DE FIBRA ÓPTICA.</b></p> <p><b>Marca: Fluke.</b> <b>Modelo: FTK1475</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; SimpliFiber® Pro Optical Power Meter and Fiber Test Kits</li> <li>&gt; Kit completo de verificación de fibras con FI-500 FiberInspector Micro: Incluye medidor de potencia óptica SimpliFiber Pro, fuente multimodo de luz MM 850/1300, fuente de luz monomodo SM 1310/1550, VisiFault VFL, FT500 FiberInspector, Probador visual de fallas que genera luz led roja, Dos (2) fuentes de identificación remota FindFiber, accesorios de correas magnéticas, maletín de transporte; adaptadores para el medidor de potencia de los tipos SC, ST, y LC, un kit de limpieza de fibra óptica NFC-KIT-BOX.</li> </ul>	UN	1
1.8	EQUIPAMIENTO	<p><b>CALIBRADOR Y DOCUMENTADOR DE PROCESOS</b></p> <p><b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: 754/750SW</b></p> <p>Características:</p> <p>El Fluke 754 es una herramienta confiable y resistente, ideal para la calibración y el mantenimiento de dispositivos HART y otros instrumentos, así como para solucionar problemas relacionados con estos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Medición y generación: Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura, presión.</li> <li>&gt; Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +50 °C</li> <li>&gt; Voltaje Max. 50Vcc</li> <li>&gt; Corriente Max. 25mA</li> </ul> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Software de Gestión de Calibración Fluke 750SW DPC/TRACK2 (Full Versión)</li> <li>&gt; Juego de Baterías y cargador</li> <li>&gt; Kit de puntas, sondas y pinzas</li> <li>&gt; Cable de comunicación USB, HART</li> <li>&gt; Estuche</li> </ul>	UN	2

ITEM	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE			
SUB ITEM	TIPO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.
1.9	EQUIPAMIENTO	<p><b>MÓDULO DE PRESIÓN INTRINSICAMENTE SEGURO</b></p> <p><b>Marca: Fluke.</b> <b>Modelo: 750P24Ex</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rango: 0 a 15 psi (0 a 1 bar)</li> <li>➤ Modulo de Presión Diferencial.</li> <li>➤ Incertidumbre: 0.0175%</li> <li>➤ Comunicación: Digital - Conector Serie</li> <li>➤ Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 50 °C</li> </ul> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conectores y adaptadores.</li> </ul>	UN	2
1.10	EQUIPAMIENTO	<p><b>MÓDULO DE PRESIÓN INTRINSICAMENTE SEGURO</b></p> <p><b>Marca: Fluke.</b> <b>Modelo: 750P27Ex</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rango: 0 a 300 psi (0 a 20 bar)</li> <li>➤ Modulo de Presión Manométrica</li> <li>➤ Incertidumbre: 0.0175%</li> <li>➤ Comunicación: Digital - Conector Serie</li> <li>➤ Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 50 °C</li> </ul> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conectores y adaptadores.</li> </ul>	UN	2
1.11	EQUIPAMIENTO	<p><b>MÓDULO DE PRESIÓN INTRINSICAMENTE SEGURO</b></p> <p><b>Marca: Fluke.</b> <b>Modelo: 750P09Ex</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rango: 0 a 1500 psi (0 a 100 bar)</li> <li>➤ Modulo de Presión Manométrica</li> <li>➤ Incertidumbre: 0.0175%</li> <li>➤ Comunicación: Digital - Conector Serie</li> <li>➤ Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 50 °C</li> </ul> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conectores y adaptadores</li> </ul>	UN	2

ITEM	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE			
SUB ITEM	TIPO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.
1.12	EQUIPAMIENTO	<p><b>CALIBRADOR DE PRESION INTRINSICAMENTE SEGURO</b></p> <p><b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: 718EX 100G</b></p> <p>Características:</p> <p>El calibrador de presión intrínsecamente seguro 718Ex de Fluke es un calibrador de presión autónomo intrínsecamente seguro para su uso en áreas con riesgo de explosiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rango: -830 mbar a 7 bar</li> <li>➤ Sobrepresión: 2x FS</li> <li>➤ Resolución: 0.001 bar</li> <li>➤ Bomba Manual de Presión / Vacío Incorporada</li> <li>➤ Medida de presión con una precisión de hasta 0.05 % FS, usando su sensor interno de presión</li> <li>➤ Medida de presión de hasta Presión de hasta 3000 psi / 200 bar con el uso de módulos presión externos.</li> <li>➤ Medida de corriente con exactitud del 0.02 % y resolución de 0.001 ma</li> <li>➤ Prueba de interruptores de Presión.</li> </ul> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Puntas y pinzas de prueba.</li> </ul>	UN	3
1.13	EQUIPAMIENTO	<p><b>CALIBRADOR DE PRESION INTRINSICAMENTE SEGURO</b></p> <p><b>Marca: Fluke</b> <b>Modelo: 718EX 300G</b></p> <p>Características:</p> <p>El calibrador de presión intrínsecamente seguro 718Ex de Fluke es un calibrador de presión autónomo intrínsecamente seguro para su uso en áreas con riesgo de explosiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rango: -830 mbar a 20 bar</li> <li>➤ Sobrepresión: 25 bar (375 psi)</li> <li>➤ Resolución: 0.0001 bar</li> <li>➤ Bomba Manual de Presión / Vacío Incorporada</li> <li>➤ Medida de presión con una precisión de hasta 0.05 % FS, usando su sensor interno de presión</li> <li>➤ Medida de presión de hasta Presión de hasta 3000 psi / 200 bar con el uso de módulos presión externos.</li> <li>➤ Medida de corriente con exactitud del 0.02 % y resolución de 0.001 mA</li> <li>➤ Prueba de interruptores de Presión.</li> </ul>	UN	3

ITEM	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE			
SUB ITEM	TIPO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.
		<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Puntas y pinzas de prueba.</li> </ul>		
1.14	EQUIPAMIENTO	<p><b>MULTÍMETRO DIGITAL</b></p> <p><b>Marca: Fluke.</b> <b>Modelo: 287</b></p> <p>Características:</p> <p>Multímetro Electrónico de Valor Eficaz Verdadero Fluke 287, con función de registro de datos. Incorpora el programa TrendCapture, el cual documenta rápidamente el rendimiento del sistema y muestra gráficamente lo que ha sucedido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pantalla LCD</li> <li>➤ Max. Voltaje: 1000 V</li> <li>➤ Max. Corriente: 10 A</li> <li>➤ Frecuencia: 99.999 Hz a 999.99 KHz</li> <li>➤ Rango de Ohmios: Hasta 500 MΩ</li> <li>➤ Precisión Básica del 0.025% al medir Voltaje CC</li> <li>➤ Precisión Básica del 0.4% al medir Voltaje CA</li> <li>➤ Precisión Básica del 0.05% al medir Corriente CC</li> <li>➤ Precisión Básica del 0.6% al medir Corriente CA</li> <li>➤ Rango de Capacitancia: 100mf</li> </ul> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Puntas y pinzas de prueba.</li> </ul>	UN	15

**APÉNDICE N° 02**

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

Lugar, .... de ..... de 2023

Señores

**Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.**

**Presente. –**

**Referencia: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE PARA LA JEFATURA DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION – REFINERÍA TALARA**

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ..., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de ..., declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, alcanzamos nuestra Estructura de Costos, según el siguiente detalle:

ITEM	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE				
SUB ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. UNIT. (PEN)	TOTAL (PEN)
1.1	<b>KIT DE BOMBA GENERADORA DE PRESIÓN HIDRÁULICA</b> Marca: Fluke. Modelo: 700HTPK2	KIT	5		
1.2	<b>KIT DE BOMBA GENERADORA DE PRESIÓN NEUMÁTICA</b> Marca: Fluke. Modelo: 700PTPK2	KIT	5		
1.3	<b>KIT MANOMETROS DIGITALES</b> Marca: Fluke. Modelo: Fluke-700G (Según especificaciones técnicas)	KIT	1		
1.4	<b>KIT CALIBRADOR DE PRESION HIDRAULICO</b> Marca: Fluke. Modelo: P5515-2700G-3/C	KIT	1		
1.5	<b>CALIBRADOR ELECTRICO DE PRESION</b> Marca: Fluke. Modelo: 719Pro - 300G	UN	1		
1.6	<b>CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO</b> Marca: Fluke. Modelo: DSX 602 Pro Cable Analyzer	UN	1		
1.7	<b>PROBADOR DE FIBRA ÓPTICA.</b> Marca: Fluke. Modelo: FTK1475	UN	1		
1.8	<b>CALIBRADOR Y DOCUMENTADOR DE PROCESOS</b> Marca: Fluke. Modelo: 754/750SW	UN	2		
1.9	<b>MÓDULO DE PRESIÓN INTRINSICAMENTE SEGURO</b> Marca: Fluke. Modelo: 750P24Ex	UN	2		

ITEM	EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN FLUKE				
SUB ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. UNIT. (PEN)	TOTAL (PEN)
1.10	<b>MÓDULO DE PRESIÓN INTRINSICAMENTE SEGURO</b> Marca: Fluke. Modelo: 750P27Ex	UN	2		
1.11	<b>MÓDULO DE PRESIÓN INTRINSICAMENTE SEGURO</b> Marca: Fluke. Modelo: 750P09Ex	UN	2		
1.12	<b>CALIBRADOR DE PRESION INTRINSICAMENTE SEGURO</b> Marca: Fluke. Modelo: 718EX 100G	UN	3		
1.13	<b>CALIBRADOR DE PRESION INTRINSICAMENTE SEGURO</b> Marca: Fluke. Modelo: 718EX 300G	UN	3		
1.14	<b>MULTÍMETRO DIGITAL</b> Marca: Fluke. Modelo: 287	UN	15		
				<b>SUB TOTAL</b>	
				IGV	
				<b>TOTAL, S/</b>	

**Nombre y firma del representante legal**

**Nombre de la empresa**

**Notas:**

1. El precio debe estar expresado en Nuevos Soles.
2. El Precio Unitario (P. UNITARIO), deberá contener como máximo dos (02) decimales, además no debe incluir el IGV

**ANEXO N° 01**

**CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO**

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.
2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.
6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

**ANEXO N° 02**

**CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

"El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:  
<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>