

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UERSAN/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y HOSPITAL DE APOYO HUANTA - UERSAN

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	22:53:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS BASES ESTAN SOLICITANDO PINZAS HEMOSTATICA ROCHESTER 18 CM.
SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL QUE NOS ACLARE SI ES RECTA O CURVA LA PINZA.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria se aclara y se modifica en las Bases Integradas, quedando lo siguiente:

02 PINZAS HEMOSTATICA ROCHESTER RECTA 18 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria se aclara y se modifica en las Bases Integradas, quedando lo siguiente:

02 PINZAS HEMOSTATICA ROCHESTER RECTA 18 CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UERSAN/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y HOSPITAL DE APOYO HUANTA - UERSAN

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	22:53:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
EN LAS BASES SOLICITAN PINZA FOERSTER BALLENGER CURVA 25 CM SE LE PIDE AL COMITE ESPECIAL QUE CONSIDERE TAMBIEN EL MODELO FOERSTER

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria se aclara y se modifica en las Bases lintegradas, quedando lo siguiente:
01 PINZA FOETSER BALLENEO O FOERSTER CURVA 25 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria se aclara y se modifica en las Bases lintegradas, quedando lo siguiente:
01 PINZA FOETSER BALLENEO O FOERSTER CURVA 25 CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UERSAN/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y HOSPITAL DE APOYO HUANTA - UERSAN

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	22:53:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LAS BASES SOLICITAN FORESTER O FOERSTR BALLENGER RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 240 A 250MM Y FORESTER O FOERSTR BALLENGER RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 240 A 250MM SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL ACLARAR SI AMBAS SON RECTAS O UNA ES CURVA Y LA OTRA RECTA

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria se aclara y se modifica en las Bases lintegradas, quedando lo siguiente:

01 FORESTER O FOESTER BALLENGER RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 240 A 250MM
01 FORESTER O FOESTER BALLENGER CURVA ESTRIADA LONGITUD DE 240 A 250MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria se aclara y se modifica en las Bases lintegradas, quedando lo siguiente:

01 FORESTER O FOESTER BALLENGER RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 240 A 250MM
01 FORESTER O FOESTER BALLENGER CURVA ESTRIADA LONGITUD DE 240 A 250MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UERSAN/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y HOSPITAL DE APOYO HUANTA - UERSAN

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	22:53:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
EN LAS BASES SOLICITAN PINZA DE PEAN LARGA 24CM. SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL ACLARAR SI ES RECTA O CURVA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria se aclara y se modifica en las Bases lintegradas, quedando lo siguiente:
01 PINZA DE PEAN LARRGA RECTA 24CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Al respecto de la consulta presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria se aclara y se modifica en las Bases lintegradas, quedando lo siguiente:
01 PINZA DE PEAN LARRGA RECTA 24CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UERSAN/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y HOSPITAL DE APOYO HUANTA - UERSAN

Ruc/código : 20601895103

Nombre o Razón social : FERTA MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 24/11/2023

Hora de envío : 23:26:47

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE PUEDE APRECIAR QUE SOLICITAN GRABADO EN EL INSTRUMENTAL: MARCA, CODIFICACIÓN DEL DEL MODELO, MATERIAL CON EL QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA Y MES AÑO DE FABRICACIÓN.

AL RESPECTO DEBEMOS ADVERTIR QUE DE TODOS ESTOS REQUISITO DE IDENTIFICACIÓN LO MÁS IMPORTANTE ES LA MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO Y LA PROCEDENCIA, EN ESTE ÚLTIMO EL GRABADO DEBE INDICAR CLARAMENTE EL LUGAR DE FABRICACIÓN DEBE DECIR "HECHO EN..." Y/O "MADE IN ...", EJEMPLO: MADE IN USA, MADE IN GERMANY, HECHO EN ESPAÑA, ETC. SEGÚN EL PAÍS DE FABRICACIÓN. DE ESTA MANERA LA ENTIDAD TENDRÁ LA SEGURIDAD DE ADQUIRIR PRODUCTOS ORIGINALES, PARA ELLO ESTOS GRABADOS DEBEN ESTAR RESPALDADO POR DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

EN REFERENCIA AL MATERIAL Y FECHA DE FABRICACIÓN DEBEMOS ACLARAR LO SIGUIENTE:

PRIMERO: EL MATERIA DE FABRICACIÓN YA ESTÁ SOLICITADO GENERALES, POR LO QUE SOLICITARLO EN COMO GRABADO RESULTA REDUNDANTE YA ALGUNOS INSTRUMENTALES POR SUS DIMENSIONES DEBEN TENER GRABADO LO MÍNIMO NECESARIO.

SEGUNDO: EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ES UNA PRODUCTO REUSABLE, NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO O CADUCIDAD, POR EL CONTRARIO SI LA ENTIDAD REQUIERE UNA IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE LOS PRODUCTOS SOBRE SI SON NUEVOS O SIN USO, DEBE SOLICITAR LA DUA DE IMPORTACIÓN AL MOMENTO DEL INGRESO DE LOS BIENES,

POR LO ANTERIOR EXPUESTO SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTEN COMO GRABADO DE IDENTIFICACIÓN LO SIGUIENTE:

LA MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO Y LA PROCEDENCIA, EN ESTE ÚLTIMO EL GRABADO DEBE INDICAR CLARAMENTE EL LUGAR DE FABRICACIÓN DEBE DECIR "HECHO EN..." Y/O "MADE IN ...", EJEMPLO: MADE IN USA, MADE IN GERMANY, HECHO EN ESPAÑA, ETC. SEGÚN EL PAÍS DE FABRICACIÓN. DE ESTA MANERA LA ENTIDAD TENDRÁ LA SEGURIDAD DE ADQUIRIR PRODUCTOS ORIGINALES, PARA ELLO ESTOS GRABADOS DEBEN ESTAR RESPALDADO POR DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la OBSERVACION presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE, el requerimiento de año de fabricacion AL MOMENTO DE LA INTEGRACION DE BASES SERA RETIRADO, quedando así:

IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO, CADA PIEZA QUIRURGICA, DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE, LA SIGUIENTE DENOMINACION:

MARCA

CODIFICACION DEL MODELO

SIMBOLO DE LA COMUNIDAD CE O SIMILAR

MATERIAL CON QUE ESTA FABRICADO

PROCEDENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto de la OBSERVACION presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE, el requerimiento de año de fabricacion AL MOMENTO DE LA INTEGRACION DE BASES SERA RETIRADO, quedando así:

IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO, CADA PIEZA QUIRURGICA, DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE, LA SIGUIENTE DENOMINACION:

MARCA

CODIFICACION DEL MODELO

SIMBOLO DE LA COMUNIDAD CE O SIMILAR

MATERIAL CON QUE ESTA FABRICADO

PROCEDENCIA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE
Nomenclatura :	AS-SM-5-2023-UIERSAN/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y HOSPITAL DE APOYO HUANTA - UIERSAN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UERSAN/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y HOSPITAL DE APOYO HUANTA - UERSAN

Ruc/código : 20601895103

Nombre o Razón social : FERTA MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 24/11/2023

Hora de envío : 23:56:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAN: Que el postor presente una muestra física de cada bien solicitado, para su revisión, verificación y evaluación según las especificaciones técnicas requeridas, las muestras físicas de los bienes ofertados deberán ser presentados en Mesa de partes de la Unidad Ejecutora Red de Salud Ayacucho Norte ¿ UERSAN, sito Jr. Jorge Chavez N° 195 ¿ 616 Distrito Huanta, Provincia Huanta, región Ayacucho, en el horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., un día antes a la presentación de la propuesta técnica, según el cronograma de la plataforma SEACE.

Este requisito, resulta contrario a la ley de contrataciones debido la naturaleza del objeto de la convocatoria, si verificamos la fecha de presentación de ofertas es el 30 de noviembre, lo cual implica que la presentación de muestras es únicamente hasta las 10:30 am del día 29 de noviembre, los participantes debemos esperar la integración de las bases administrativas para poder preparar las muestras, ya que en la etapa de absolución de consultas y observaciones pueden variar medidas y modelos de los instrumentales y según calendario los participantes podríamos visualizar la integración el día 28 de noviembre, debido a que la entidad puede publicar la absolución e integración hasta las 11:59 pm del 27 de noviembre.

Este escenario no propicia la participación de postores, al contrario 24 horas de plazo para presentar las muestras es imposible y sólo sería factible para una empresa cercana a la Entidad o una empresa que se anticipe a los resultados de la absolución de consultas y observaciones.

Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente al comité de selección que acepten la presentación de muestras representativas del set hasta el mismo día de la presentación de ofertas y en horario de trabajo que normalmente debería ser de 8am hasta las 5pm aprox:

MUESTRA: 01 INSTRUMENTAL POR SET.

01 TIJERA DE MAYO RECTA 17 CM.

01 PINZA DE DISECCION CON UÑA 14.5 CM

01 PINZA HALSTEAD MOSQUITO CURVA DE 5¿ (12.5 CM).

01 PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTA SIN RANURA CENTRAL CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.

01 PINZA FOERSTER ANILLO ESTRIADO RECTA 240 MM APROXIMADAMENTE.

01 HISTEROMETRO DE SIMS MALEABLE DE 32 CM.

01 PINZA THOMS GAYLOR PARA BIOPSIA 24 CM.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: ORGANOLÉPTICO, PARA VERIFICAR FUNCIONALIDAD, ACABADO DEL INSTRUMENTAL E IDENTIFICACIÓN.

Con esto sí propiciarían la mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** J **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de rigen la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la OBSERVACION presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE, se amplía la presentación de muestras, puesto que, la presentación de muestra será el mismo día de la presentación de ofertas según el cronograma de la plataforma SEACE, en el horario de 8:00am a 12:00pm.

Las MUESTRAS solicitadas por el área usuaria serán presentados de la siguiente manera:

-01 MUESTRA SE SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO (10 piezas)

-01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL DE CURACION (8 piezas)

-01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL DE SUTURA (10 piezas)

-01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL PARA EPISIOTOMIA (13 piezas)

-01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UTERINO (9 piezas)

-01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU (9 piezas)

-01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLOGICO (9 piezas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE
Nomenclatura :	AS-SM-5-2023-UERSAN/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y HOSPITAL DE APOYO HUANTA - UERSAN

Al respecto de la OBSERVACION presentada, el comité de selección del presente procedimiento de selección, después de la revisión y previo pronunciamiento del área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE, se amplía la presentación de muestras, puesto que, la presentación de muestra será el mismo día de la presentación de ofertas según el cronograma del plataforma SEACE, en el horario de 8:00am a 12:00pm.

Las MUESTRAS solicitadas por el área usuaria serán presentados de la siguiente manera:

- 01 MUESTRA SE SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO (10 piezas)
- 01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL DE CURACION (8 piezas)
- 01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL DE SUTURA (10 piezas)
- 01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL PARA EPISIOTOMIA (13 piezas)
- 01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UTERINO (9 piezas)
- 01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU (9 piezas)
- 01 MUESTRA DE SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLOGICO (9 piezas)