

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 15:37:09

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

En el numeral 10 de la página 22 de las bases administrativas, se ha indicado que no corresponde la modalidad de ejecución contractual; lo cual se contrapone con lo señalado en el numeral 1.6 de la página 14 de las bases; generando así una incongruencia.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva ACLARAR e incorporar dentro de todos los apartados de las bases administrativas, que la presente contratación se encuentra sujeta a la MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO; es decir, los postores debemos ofertar el bien, su instalación y puesta en funcionamiento, conforme a lo señalado al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ello permitirá completar el Anexo N°04 ¿ PLAZO DE ENTREGA, de manera correcta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la modalidad de ejecución de la presente convocatoria es llave en mano, debido a que el área usuaria en el numeral 8 de la página 22 solicita que el bien sea instalado en el EESS designado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Pag. 22 Llave en mano

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR el numeral 14. ANEXOS, toda vez, que no corresponde al objeto de la convocatoria; entendemos que su incorporación obedece a un error de tipeo.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, toda vez que el numeral 14. ANEXOS, no esta relacionada al objeto de la convocatoria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprime de en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Con relación al numeral 12. CONFIDENCIAL, solicitamos que se suprima el término ¿servicio¿ reemplazándolo por ¿adquisición¿; considerando el objeto de la presente convocatoria.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, toda vez que el objeto de la presente convocatoria es bienes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se cambia el término por bien

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 15:37:09

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 5 ¿ REQUISITOS DEL PROVEEDOR de la página 22 se ha indicado ciertas exigencias: PERSONA NATURAL O JURÍDICA, RNP VIGENTE, EL GIRO DEL DEL NEGOCIO.

Entendemos que estas no serán acreditadas en la oferta; por las siguientes razones:

1. PERSONA NATURAL O JURÍDICA; la información se encuentra comprendida en el Anexo N°1 ¿ Declaración Jurada del Postor.
2. RNP; en el numeral 9.10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que las entidades deben verificar la vigencia de esta.
3. GIRO DEL NEGOCIO; se encuentra comprendido dentro de la experiencia del postor en la especialidad.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que no se acreditarán los requisitos del proveedor descritos en el numeral 5 de la pagina 22 de las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No varían las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Con relación a los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; la entidad ha previsto como exigencias para la habilitación; el RNP Y el RUC activo; sin embargo, los documentos solicitados no constituyen documentos por los cuales se pueda apreciar que el postor se encuentra habilitado para prestar los bienes relacionados al objeto de la convocatoria; en consecuencia, dichos documentos no constituyen requisitos de habilitación, conforme se establece en las bases estándar.

Respecto al ¿RNP VIGENTE¿:

El artículo 46.7 del Reglamento, señala que la información del Registro Nacional de Proveedores es de acceso público. En relación con ello, los numerales 8, 9 y 10 del artículo 9 del Reglamento, disponen que, el proveedor, a partir del día siguiente de su inscripción o reinscripción en el RNP, puede acceder electrónicamente a su constancia de inscripción a través del portal institucional, siendo responsabilidad de los proveedores no estar impedidos, al registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato, y es responsabilidad de la Entidad, verificar en el RNP el estado de la vigencia de inscripción de los proveedores en los momentos señalados.

Respecto al ¿RUC¿:

Al respecto, considerando lo dispuesto por la Opinión N° 186-2016/DTN, que se incluye en las Bases Estándar, este tipo de documento no constituye requisito que acredite la habilitación del proveedor para llevar a cabo la actividad económica materia de contratación, en la medida que dicho requisito no deriva de una norma legal específica vinculada al objeto de contratación que tenga como finalidad habilitar o autorizar la prestación requerida en el objeto de contratación, máxime, si se tiene en cuenta que el RUC es el registro que lleva la SUNAT y que contiene información únicamente para fines tributarios, es decir, que este solo tiene carácter informativo.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, conforme a lo señalado en el Pronunciamiento N° 376-2011/DTN y a lo indicado por la Central de Consultas de la SUNAT, la información relacionada a las actividades económicas de una empresa que se consigna en la Ficha RUC correspondería generalmente a aquella referida a las actividades de mayor desarrollo, no consignándose de ninguna manera una relación completa de las actividades que podrían realizar las empresas de acuerdo con su estatuto, por lo que la información que se muestra en ella respecto a la actividad a realizar, es netamente referencial.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR los requisitos contemplados considerando que estos no constituyen documentos por los cuales se pueda apreciar que el postor se encuentra habilitado para prestar los bienes relacionados al objeto de la convocatoria; en consecuencia, dichos documentos no constituyen requisitos de habilitación, apreciándose de esta manera una vulneración a las bases estándar: lo cual ha sido precisado en la Resolución N° 2398-2022-TCE-S3.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.2    Página: 24**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que se no se solicitará en los requisitos de calificación el RNP y la ficha RUC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se varían las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección sirva PRECISAR que el puntaje por el factor PRECIO es de 100 puntos (no rangos), considerando que esta ya se encuentra determinada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** 4.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Por error se consignó, por lo que se corregirá colocando el puntaje por el factor precio de 100

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se coloca el valor 100

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de los documentos para la admisión de la oferta; no se advierte que la entidad este solicitando adicionalmente al Anexo N°3, el afianzamiento de cumplimiento de especificaciones del bien objeto de la convocatoria, que permita determinar el cumplimiento del requerimiento del área usuaria: por lo que corresponde señalar que las Bases estándar objeto de la presente convocatoria disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, debe consignar un literal, donde detalle la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida .

En ese sentido, solicitamos al comité de selección establezca que se acreditarán las siguientes especificaciones técnicas:

Del numeral 1 hasta el numeral 13 de la DESCRIPCIÓN DEL REFRIGERADOR PARA VACUNAS Y CONGELADOR PARA ICEPACK (páginas 21 y 22)

Caso contrario, se precise EXPRESAMENTE que para la presente contratación no se requerirá la acreditación de especificaciones técnicas y solo bastará la presentación del Anexo N°03 ¿ Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, considerando que las bases deben ser claras y congruentes, a efectos de que los postores entiendan el íntegro de su alcance, a efectos de que incluyan en sus ofertas los documentos necesarios para acreditar lo solicitado en las bases; más aún cuando no se pueden acreditar todas las especificaciones técnicas al ser esto impreciso y engorroso, por la gran cantidad de información que contiene; ello ha sido ratificado por el OSCE en la Resolución N° 2336-2023-TCE-S3.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 16**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se agregará a las bases lo siguiente:El postor deberá presentar catalogo, folleto, manuales, broucheres ficha técnica original o cualquier otro documento técnico del fabricante original que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en el capítulo III del Requerimiento, del numeral 1 al 13. Los mencionados documentos, deberán estar en idioma castellano o en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Sobre la base de la consulta relacionada a la acreditación de ciertas especificaciones técnicas; solicitamos al comité de selección PRECISE claramente en las bases integradas que los documentos que servirán para acreditar las especificaciones técnicas del bien objeto de la convocatoria serán los siguiente:

¿Con folletos o instructivos o fichas técnicas u hoja de datos técnicos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante¿

Es importante señalar que los documentos indicados contienen información que el fabricante considera relevante para fines comerciales; como bien lo ha señalado también el OSCE en la Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido lo siguiente: ¿(...) no es posible acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad¿; correspondiendo así, aceptar de manera indistinta los documentos que emite el fabricante, toda vez, que estos reflejan la información que emiten los fabricantes para comercializar sus bienes a nivel mundial.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.2    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se agregará a las bases lo siguiente:El postor deberá presentar catalogo, folleto, manuales, broucheres ficha técnica original o cualquier otro documento técnico del fabricante original que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en el capítulo III del Requerimiento, del numeral 1 al 13.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección sirva incorporar en el numeral 8 LUGAR DE ENTREGA, la dirección exacta donde se efectuará la entrega de los bienes, debiendo precisar el distrito, provincia y departamento, así como alguna referencia adicional que permita su ubicación geográfica, ello contribuirá a una correcta ejecución contractual; así como estimar el costo de nuestra oferta.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se agrega a las bases los siguientes lugares de entrega: I.- Centro de Salud Angash, ubicado en el Centro Poblado de Angash, distrito de San Jose del Alto, provincia de Jaen, departamento de Cajamarca, II.- Puesto de Salud Chalanmache, ubicado en el centro poblado de Chalanmache, distrito de Sallique, provincia de Jaen, departamento de Cajamarca

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Con relación al LUGAR DE ENTREGA; solicitamos al comité de selección ACLARE si para los lugares de destino, existe acceso vía de terrestre que permita el traslado de los bienes en una camioneta, considerando la magnitud y dimensiones de los bienes que se ofertaran.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que para ambos lugares si existe acceso de via terrestre y se puede trasladar mediante una camioneta 4x4

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No varían las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad ha previsto como bienes similares a: REFRIGERADOR ICE LINE, TERMO PORTAVACUNAS, CAJAS TRANSPORTADORAS DE VACUNAS, TERMÓMETROS, DATALOGER; no obstante, entendemos que debido a un error se ha consignado: ¿TERMÓMETROS, DATALOGER¿, considerando que éstos no comparten las características esenciales del bien objeto de la convocatoria, referidas a su naturaleza, y función en concordancia con la Opinión N° 001-2017/DTN; siendo así; solicitamos al comité de selección sirva corregir los bienes similares conforme al siguiente detalle:

¿REFRIGERADOR ICE LINE O TERMO PORTAVACUNAS O CAJAS TRANSPORTADORAS DE VACUNAS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente porque los dataloger son equipos complementarios de las refrigeradoras que conservan las vacunas, por lo cual quien vende estos equipos, tambien podria vender refrigeradoras y congeladoras fotovoltaicas. Se eliminará los termómetros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime termómetros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20606588071	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	LEMURIAN MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Solicitan dimensión externa: alto 910 x ancho 1620 x fondo 790.

Al respecto es importante precisar que las dimensiones externas varía según el modelo y fabricante.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo que cuenta con unas dimensiones externas (mm) de alto 980 x ancho 1282 x fondo 740.

Consultamos amablemente al comité si pueden también aceptar dichas dimensiones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACOGE, colocará en las bases: dimensiones exteriores: alto: de 910 a 980 mm x ancho: de 1282 a 1620 mm x fondo: de 740 a 790 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Dimensiones exteriores: alto: de 910 a 980 mm x ancho: de 1282 a 1620 mm x fondo: de 740 a 790 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20606588071	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	LEMURIAN MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Solicitan construido en polietileno rotomoldeado, sin corrosión y extremadamente robusto.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo que cuenta con un exterior de acero galvanizado pintado que representa una mejora tecnológica.

Por lo expuesto y a fin de no limitar la participación de postores que deseen ofrecer equipos con un mejor material exterior, solicitamos amablemente ampliar la característica a: MATERIAL EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO PINTADO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 4      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se colocará en las bases: construido en polietileno rotomoldeado y/o acero galvanizado pintado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20606588071

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : LEMURIAN MEDICAL S.A.C.

Hora de envío : 23:53:45

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Solicitan espesor de aislamiento: 100mm.

Al respecto es importante señalar que el espesor de aislamiento varía según cada fabricante. Nuestra representada desea ofrecer un equipo que cuenta con aislamiento de espesor de 70 mm.

Por lo expuesto solicitamos amablemente aceptar un espesor de aislamiento minimo de 70mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 4

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se colocará en las bases: espesor de aislamiento: de acuerdo al modelo de fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20606588071

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : LEMURIAN MEDICAL S.A.C.

Hora de envío : 23:53:45

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al Comité de Selección, agregar la presentación de documentos técnicos emitidos por el fabricante a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** -      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se agregará a las bases lo siguiente: El postor deberá presentar catálogo, folleto, manuales, broucheres, ficha técnica original o cualquier otro documento técnico del fabricante original que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en el capítulo III del Requerimiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20606588071

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : LEMURIAN MEDICAL S.A.C.

Hora de envío : 23:53:45

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Solicitan capacidad de almacenamiento de vacunas como 120 litros.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo de capacidad de almacenamiento mínima de vacunas de 100 litros

Consultamos amablemente al comité si pueden también aceptar dicha capacidad de almacenamiento en vacunas de 102 litros como minimo

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 4

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se agregará en las bases: capacidad de almacenamiento de vacunas: de 50 a 120 litros



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20606588071

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : LEMURIAN MEDICAL S.A.C.

Hora de envío : 23:53:45

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Solicitan capacidad de almacenamiento de ice packs de 22 x 0.6L.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo que con una capacidad de almacenamiento de 20 x 0.6 litros.

Consultamos amablemente al comité si ampliar la característica a: capacidad de almacenamiento de ice packs de 22 x 0.6L como mínimo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se colocará en las bases: capacidad de almacenamiento de ice packs: de 4 a 22 unidades que pueden ser de 0.4 a.06 litros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20606588071

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : LEMURIAN MEDICAL S.A.C.

Hora de envío : 23:53:45

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Solicitan 04 canastas para almacenamiento de vacunas, el número de unidades estarán en función al diseño del fabricante.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar el número canastas en función al diseño del fabricante.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se ampliará en las bases: el numero de canastas para almacenamiento de vacunas sera en funcion al diseño del fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código :	20606588071	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	LEMURIAN MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Solicitan tiempo de autonomia (+2°C a +8°C): 82 horas 05 min. a +43°C

Al respecto es importante precisar que la autonomia varía según el modelo y fabricante.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo que cuenta con una autonomia minima de 70 horas a +43°C.

Consultamos amablemente al comité si pueden también aceptar dichas dimensiones.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 4      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se ampliará en las bases: tiempo de autonomía: (+2°c a +8°c): de 48 horas como minimo A +43°c

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20606588071

Fecha de envío : 19/07/2023

Nombre o Razón social : LEMURIAN MEDICAL S.A.C.

Hora de envío : 23:53:45

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

Solicitan 02 paneles solares de 200W / 25V

Al respecto es importante precisar que la cantidad y potencia de paneles solares varía según el modelo y fabricante.

Consultamos amablemente al comité si pueden también aceptar la cantidad de paneles y potencia de acuerdo por al fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 4

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se agrega en las bases: Los paneles y potencia será de acuerdo al modelo del fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DSRSJ JAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de refrigeradora para vacunas y congeladora para Cepacks para los Establecimientos de Salud de la Red Integrada de Salud Jaén

Ruc/código : 20433546394

Nombre o Razón social : EDALMI S.A.C.

Fecha de envío : 19/07/2023

Hora de envío : 23:56:51

**Consulta: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Solicitan capacidad de almacenamiento de vacunas de 120 litros

Al respecto es importante precisar que las dimensiones externas varía según el modelo y fabricante.

Deseamos ofrecer un equipo con una capacidad de almacenamiento en vacunas de 36 litros.

Consultamos amablemente al comité si pueden también capacidad de almacenamiento minimo de 36 litros a mas

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se agregará en las bases: capacidad de almacenamiento de vacunas: de 50 a 120 litros