

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 11:02:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"ITEM 2. MULTIPARAMETRO:

Admitir equipos cuya unidad de medicion sea ppm

Considerando que 1 ppm = 1 mg/l

Considerando que 1000 ppm = 1 g/L

La unidad de medicion no altera el principio de medicion de la propiedad, ni afecta lo correspondiente a los monitoreos ambientales de calidad del agua.

Esto permitira ampliar la participacion de postores a la convocatoria"

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	11:02:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"ITEM 2. MULTIPARAMETRO:
Admitir equipos cuya unidad de medicion sea g/Kg
Considerando que 1ppm = 1 mg/kg

Asimismo admitir equipos cuya medicion sean <=5 PPT- 42>=
La unidad de medicion no altera el principio de medicion de la propiedad, ni afecta lo correspondiente a los monitoreos ambientales de calidad del agua.

Esto permitira ampliar la participacion de postores a la convocatoria"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3. Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	11:02:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"ITEM 2. MULTIPARAMETRO: Con base a la experiencia de fabricantes, se sugiere modificar la temperatura de medición a 0 - 50 °C, puesto que realizar la medición a condiciones superiores a los 60 °C ocasionaría un daño hacia los componentes y el electrodo, por la alta temperatura. Además que ya a 100°C el agua iniciaría su proceso de evaporación. Se realiza la siguiente consulta, ¿Donde su departamento realizaría las mediciones? ¿En que áreas de muestreo? ¿Pozos de agua, ríos, lagunas, PTAR?

Se pide amablemente que se revise el caso y aceptar la modificatoria de la medición, o en este caso responder lo antes consultado

Esto permitiría ampliar la participación de postores a la convocatoria"

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	11:02:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 2. MULTIPARAMETRO: Se realiza la siguiente consulta, ¿Donde su departamento realizara las mediciones? ¿En que areas de muestreo? ¿Pozos de agua, rios, lagunas, PTAR?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las mediciones se realizarán en fuentes naturales (ríos, manantes y pozos) y agua de consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	11:02:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 3. COLORIMETRO: Admitir equipos cuyo tiempo de vida útil sea igual o superior a 2 años.

Esto permitira ampliar la participacion de postores a la convocatoria

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 3. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 11:02:23

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Considerando que los equipos seran importados, solicitamos la ampliacion de entrega de equipos a 60 dias

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1.2. **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Viendo la urgencia de la adquisición de equipos el área usuaria considera respetar el tiempo de acuerdo a la ficha técnica, que son de 15 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:23:46

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 15 días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los productos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; debido a que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad, a menos que algún proveedor ya lo tenga en stock; por tanto, a fin de permitir la mayor pluralidad de postores, se solicita ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, a partir de la notificación de la orden de compra o suscrito el contrato

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 INCISO A,B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Viendo la urgencia de la adquisición de equipos el área usuaria considera respetar el tiempo de acuerdo a la ficha técnica, que son de 15 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:23:46

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Electrodo de Ion selectivo, y/o Sistema de Titulación Potenciométrica, y/o Fotómetros Portátiles, y/o Controladores Digitales de Procesos, y/o Electrodo para Aplicaciones Específicas.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar como bienes similares: EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, ya que los equipos solicitados se encuentran dentro de dicho rubro.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 INCISO A, B, C
Análisis respecto de la consulta u observación:
Los equipos a adquirir son para trabajos específicos en campo. Por lo que no se puede considerar como EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan Rango: Entre 0 ¿ 1000 NTU.

El equipo que ofertamos provee una lectura de turbidez desde 0.5 a 1000mg/l (NTU) con una resolución de 0.01. Considerando que este rango cubre casi en su totalidad el requerido por el área usuaria y en pro de recibir la mayor cantidad de ofertas sobre este equipo, CONSULTAMOS al comité de selección si modificara amablemente las bases quedando de la siguiente manera: Rango de medición de 0.5 a 1000mg (NTU).

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No será factible la modificación ya que se requieren equipos de mayor precisión para los trabajos realizados en campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Fuente de Luz: Lámpara de Tungsteno.

Existen equipos en el mercado con diferentes tecnologías, que no afectan la funcionalidad principal o las mediciones; por ejemplo, el equipo que ofertamos consta de una lámpara LED, a través de la cual se reciben datos o señales de diferentes longitudes de onda en paralelo con cada medición, cubriendo todo el espectro VIS así como partes clave del espectro UV e IR. Cuenta con 3 sensores a 6 longitudes de onda, cada uno conectado en paralelo. En el caso de turbidez (parámetro requerido); la lámpara LED está configurada a 90° para permitir las mediciones (NTU). Por lo tanto, CONSULTAMOS amablemente al distinguido comité en pro de no limitar la libre participación de postores y recibir propuestas con MEJORAS TECNOLÓGICAS modificara las bases a la siguiente manera: Fuente de Luz: Lámpara Led con sensor 90° para medición de turbidez (NTU).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan: Baterías alcalinas o pilas.

El equipo que ofertamos tiene una potente batería de iones de litio que puede recargarse con un adaptador de corriente continua o con uso de un cable USB suministrado, por lo que resultaría en una MEJORA TECNOLÓGICA con respecto al requerimiento del cliente. Por lo tanto, CONSULTAMOS ante el distinguido comité de selección en pro de recibir mejoras tecnológicas en sus ofertas modificara las bases a lo siguiente ¿batería de iones de litio recargable¿.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el propósito de mejorar la Adquisición de equipos el área usuaria considera necesario incorporar lo solicitado. SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a lo sugerido se realizará la incorporación en las bases integradas de: baterías de iones de litio recargable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: Estándares de calibración: en viales (20, 100 ,800 NTU).
Las soluciones de calibración pueden variar en concentración dependiendo de la marca y procedencia del equipo. En el caso del equipo que ofertamos cuenta con tres soluciones de calibración contenidas en cubetas o celdas de 24 mm; las concentraciones de las soluciones son de 0,5 / 10 / 1000 NTU respectivamente. Por lo tanto, en pro de no limitar la participación de postores y recibir mayor cantidad de propuestas, CONSULTAMOS amablemente al comité de selección si pudiese modificar las bases, quedando de la siguiente manera: Estándares de calibración: en viales, cubetas, celdas (20, 100,800 NTU), (0,5 / 10 / 1000 NTU).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.
NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan Pantalla: LCD con retroiluminación

El equipo que ofertamos cuenta con una pantalla táctil de alta definición a color de 5,5 pulgadas, lo que implica una MEJORA TECNOLÓGICA con respecto al requerimiento del cliente. Por tal motivo, CONSULTAMOS ante el comité de selección modificara amablemente las bases quedando de la siguiente manera: ¿pantalla táctil de alta definición a color de 5,5".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan Condiciones de operación: 0 - 50 °C; 0 - 90 % de humedad relativa
El rango de estos parámetros (temperatura / humedad relativa) pueden varían de acuerdo a marca o procedencia de fabricante; ya que los mismos se determinan como referencia a las condiciones ambientales del lugar de procedencia. El equipo que ofertamos cuenta con un rango de temperatura de 5°C - 45°C y 30 - 90% de humedad relativa (adaptándose estos valores perfectamente a las condiciones ambientales de nuestro país o región. Por lo tanto; CONSULTAMOS al comité de selección en pro de no limitar la libre participación de postores y recibir mejores propuestas pudiese aceptar un equipo con la siguiente descripción: Entorno 5°C - 45°C ; 30 - 90% de húmedad relativa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.
NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan: Raneo de Salinidad: entre 0 a 42 ppt.
Las Unidades de medida de salinidad pueden variar dependiendo del diseño del fabricante. En el mercado existen equipos multiparamétricos que exceden el rango solicitado en otras unidades de medida tales como la OIT (Escala Oceanográfica Internacional), el valor de salinidad en % utilizado para hacer referencia a las Tablas Oceanográficas Internacionales (IOT), se relacionan con una solución salina conocida cuya composición corresponde a la composición media del agua de mar que es ajustada a la de una solución de cloruro de potasio (32,4356 g / kg). Un rango de 0 a 70 según la IOT supera en más de 1000 veces el rango solicitado, ideal para mediciones de aguas residuales y potables con rangos altos de salinidad que es la característica solicitada MEJORA TECNOLÓGICA. Restringir las características a una sola unidad de medida conllevaría a una involuntaria inclinación del proceso, por ello, se solicita al comité que amplíen las bases quedando de la siguiente manera: Rango de salinidad de 0 a 42ppt o 0 a 70 según la IOT MEJORA TECNOLÓGICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.
NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SOLICITAN: RANGO DE TEMPERATURA ENTRE -10 A 110°C.
CONSULTAMOS al comité si aceptará un rango de temperatura de -5.0 ¿ 105.0 °C +/- 0.2 °C por ser similar a la solicitada y para no restringir la participación de postores, además porque en nuestra oferta incluimos sensores digitales, no analógicos MEJORA TECNOLÓGICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo solicitado se encuentra dentro del rango establecido. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:18:48

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAN: Maletín de transporte con protector del medidor y correa de transporte

CONSULTAMOS al comité si con correa de transporte se refiere a asa o mango quedando el requerimiento de la siguiente manera: Maletín de transporte con protector del medidor y asa o correa de transporte.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo sugerido se coge la consulta y se realizará la incorporación de lo solicitado. SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas: Maletín de transporte con protector del medidor y asa o correa de transporte.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 22/08/2023

Hora de envío : 11:18:48

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan: PLAZO DE ENTREGA Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 15 días calendario

Sin embargo, dicho plazo no contempla la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Asimismo, Este requerimiento solo favorecería la participación de postores que cuentan con los equipos en stock, restringiendo la participación de postores. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos al comité de selección que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega a 60 días

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Viendo la urgencia de la adquisición de equipos el área usuaria considera respetar el tiempo de acuerdo a la ficha técnica, que son de 15 días calendario. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20299360483	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS Y GERENCIA DE SERVICIOS ASOCIADOS S.R.L.	Hora de envío :	12:17:34

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos la cantidad de "Protectores de RACK" y la cantidad de "Defensa de Marco" por Bloque (A,B,C,D)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, corresponde a lo solicitado en proceso. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:44:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 3.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS, de las especificaciones técnicas AS-SM-052-2023-GRCUSCO.-1, se indica:

"[...] 3.1.2. Plazo de entrega

Los equipos se entregarán en el plazo de 15 días calendarios, computados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. [...]

Por tratarse de una cantidad considerable de equipos (17 turbidímetros, multiparámetros y colorímetros) y por ser de tecnología extranjera deben ser importados y el trámite regular de importación considerando los plazos de transporte, nacionalización de los bienes y despacho hasta sus almacenes puede durar hasta 45 días calendario.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité considerar un plazo de entrega de 45 días calendarios. Basamos nuestra solicitud en el Principio de libertad de concurrencia, para permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Viendo la urgencia de la adquisición de equipos el área usuaria considera respetar el tiempo de acuerdo a la ficha técnica, que son de 15 días calendario. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:44:28

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 4.1. FACTORES DE EVALUACIÓN, AS-SM-052-2023-GRCUSCO.-1, se indica:

"[...] FACTOR DE EVALUACIÓN

B. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

Importante

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, así como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la operatividad de los bienes a ser contratados. [...]

Al respecto, solicitamos al Comité que nos aclaren si desean que el capacitador tenga una experiencia no mayor de dos (2) años o no menor de dos (2) años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 4.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el capacitador debe tener una experiencia mayor de dos (2) en el manejo o destreza de los equipos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En referencia al Turbidímetro, Sugerimos al Comité de selección incluir dentro de las especificaciones técnicas que el equipo turbidímetro a ofertar debe utilizar una señal principal en luz dispersa en un ángulo de 90° (nefelómetro) en relación a la señal transmitida, que en conjunto corrigen la interferencia resultante del color de los materiales que absorben la luz, compensar las fluctuaciones en la intensidad de la luz de la lámpara y proporcionar estabilidad de calibración a largo plazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.
NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En referencia al Turbidímetro, Sugerimos al comité de Selección considerar que el equipo a ofertar, debe permitir el almacenamiento automático de hasta 500 registros que contengan la siguiente información: fecha, hora, identificación del operador, modo de lectura, identificación de la muestra, número de muestra, unidades, hora de calibración, estado de calibración, mensajes de error y el resultado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.
NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En referencia al Turbidímetro, Sugerimos al comité de Selección considerar que el equipo a ofertar debe proporcionar las siguientes formas de calibración: - Calibración de un solo paso, para informes normativos de niveles bajos de 0 a 40 NTU; - Calibración de rango completo, de 0 a 1000 NTU.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado.
NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En referencia al Multiparámetro. Sugerimos al Comité de selección incluya dentro de la especificación técnica de Fuente de energía: pila y/o baterías de iones de litio recargables. Para la mayor participación de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el propósito de mejorar la Adquisición de equipos el área usuaria considera necesario incorporar lo solicitado. SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a lo sugerido se realizará la incorporación en la integración de bases de: baterías de litio recargables.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En referencia al Multiparámetro. Sugerimos al Comité de selección incluya dentro de la especificación técnicas que el equipo a ofertar debe emitir una alerta de calibración para calibrar solo cuando sea necesario, además cada sonda debe tener un número de serie único, identificación del usuario, muestra, la fecha y hora de todas las lecturas facilitando la gestión de datos, obteniendo un inventario completo de resultados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el propósito de mejorar la Adquisición de equipos el área usuaria considera necesario incorporar lo solicitado. SE COGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas: el equipo a ofertar debe emitir una alerta de calibración para calibrar solo cuando sea necesario, además cada sonda debe tener un número de serie único, identificación del usuario, muestra, la fecha y hora de todas las lecturas facilitando la gestión de datos, obteniendo un inventario completo de resultados

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En referencia al Multiparámetro. Sugerimos al Comité de selección incluya dentro de la especificación técnicas que el equipo a ofertar de contar con Indicación permanente en la pantalla principal del estado de la calibración del electrodo. Guía de calibración y solución de problemas en el propio equipo con imágenes e instrucciones claras. Esto con la finalidad de garantizar el buen uso del equipo y su durabilidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En referencia al Colorímetro digital portátil. Sugerimos al Comité de selección incluya dentro de la especificación técnicas que el equipo a ofertar debe contar con protección IP67 (incluido en el compartimento de la batería, puede sumergirse hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En referencia al Colorímetro digital portátil. Sugerimos al Comité de selección incluya dentro de la especificación técnicas que el equipo a ofertar debe Mostrar mensajes en la pantalla si hay problemas con la medición (mensajes de error); importante como referencia para el usuario.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En referencia al Colorímetro digital portátil. Sugerimos al Comité de selección incluya dentro de la especificación técnicas que el equipo a ofertar Debe permitir la inserción de la curva de calibración del usuario con 10 pares de datos (conc ¿ abs) mediante la lectura de patrones preparados o a través del teclado;

¿ Límite mínimo de detección de rango bajo: 0,02mg/L

¿ Límite mínimo de detección de rango alto: 0,1mg/L

¿ Precisión típica: Bajo rango: ± 0,05 mg/L

Alto rango ± 0,2 mg/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En referencia al Colorímetro digital portátil. Sugerimos al Comité de selección incluya dentro de la especificación técnicas que La información de selección y rango bajo (LR) o alto rango (HR), así como el nivel de la batería y el ajuste de la curva, deben aparecer en la pantalla de medición todo el tiempo que se esté utilizando el equipo. El equipo debe tener una tecla para cero, una tecla para leer y una tecla para encender y apagar (todas separadas) para que la operación sea simple e intuitiva.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que se cumpla, de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas del equipo solicitado. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:32

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En referencia al Colorímetro digital portátil. Indican que el equipo debe incluir reactivo DPD para cloro libre, sugerimos al Comité de selección incluir la cantidad de reactivos por equipo. Por ejemplo, se sugiere que indique: REACTIVO DPD PARA CLORO LIBRE PARA MUESTRA DE 10 ML, PAQUETE DE 100 UNIDADES POR EQUIPO CON VENCIMIENTO MAYOR A 3 AÑOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el propósito de mejorar la Adquisición de equipos el área usuaria considera necesario incorporar lo solicitado. SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas: REACTIVO DPD PARA CLORO LIBRE PARA MUESTRA DE 10 ML, PAQUETE DE 100 UNIDADES POR EQUIPO CON VENCIMIENTO MAYOR A 3 AÑOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	20:10:23

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los equipos se entregarán en el plazo de 15 días calendarios

SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva AMPLIAR el plazo de entrega del presente paquete a 90 DÍAS CALENDARIOS, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que el presente paquete está compuesto por: turbidímetro (17 unidades); Multiparametro portátil (17 unidades) y colorímetro digital portátil (17 unidades), siendo un total de 51 equipos a importar que no son necesariamente del mismo fabricante y son de diferentes partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual . ya que el plazo inicial considerado de 15 días, es un plazo no acorde a la realidad actual, y nos podría hacer pensar que el proceso está direccionado a postores que ya tienen los productos en el Perú(STOCK), restringiendo la participación de postores que importaremos los equipos del presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Viendo la urgencia de la adquisición de equipos el área usuaria considera respetar el tiempo de acuerdo a la ficha técnica, que son de 15 días calendario. NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null