

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código : 20600970951

Nombre o Razón social : BD INSTRUMENTS S.A.C.

Fecha de envío : 17/06/2024

Hora de envío : 15:11:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Baño de Maria

Dice: capacidad de deposito igual o mayor a 4 LT, pero menor a 10 Lts.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador poder ampliar las especificaciones a capacidad de deposito igual o mayor a 4 LT, pero hasta 11.5 lts. con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 06 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, dado que la variación de menos 10Lt no afecta la funcionalidad del equipo para el fin que se requiere. Por lo tanto, queda la característica de la siguiente manera:

- Capacidad de Deposito igual o mayor a 4 litros, hasta 11.5 lt.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 25

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:11:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Microcentrifuga
Dice: Curva de aceleración:2
Solicitamos al distinguido comité ampliar las características a "Curva de aceleración:2" o de acuerdo a fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 06 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Dado que no se especifica claramente cuál característica debe ser considerada para validar la oferta del participante en base una característcia de fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:11:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Mufla de laboratorio
Dice: Capacidad mayor a 2LT y menor a 5 LT
Solicitamos al distinguido comité considerar capacidad hasta 6 LTs, para promover una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 06 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, en relación con lo solicitado y con el fin de promover la mayor concurrencia de postores, se acepta la consulta del participante y se amplía lo requerido quedando d ela siguiente manera: Capacidad mayor a 2LT hasta 6 LT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 26

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:11:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Polarimetro inalámbrico

Dice: conectividad: Bluettoh y usb

Solicitamos al distinguido comite considerar conectividad wifi y usb debido que el wifi ofrece un alcance mas amplio y de mayor calidad, además de más velocidad que Bluetooth.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 06 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: La Consulta, dado que las alternativas de conectivad brinda soluciones alternas para la operatividad del equipo. Por lo tanto, a fin de promove la pluralidad de postores se aceptara la siguiente característica:

- Conectividad: Bluettoh y/o Wifi y/o alambrica, y usb

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 27

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:22:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 05 ENTRENAMIENTO DE VIA AEREA PEDIATRICO
SIMULADOR NEONATAL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO
Insercion tubo toracico con piel realista para cortar y suturar sangrado, pop pieural tactil y drenaje de liquido.
Solicitamos al Comite de la licitacion
para la mayor participacion de Postores
Que sea OPCIONAL Con piel realista para cortar y suturar sangrado, pop pieural tactil y drenaje de liquido

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2.5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE: La consulta; dado que, la característica tecnica es de gran importancia para la practica clinica en un recién nacido, permitiendo practicar procedimiento quirurgico y de sutura simular a un paciente real, simulacion de emergencia con capacidad de sangrado y drenaje pleural, manejo de procedimientos invasivos, y retroalimentación inmediata sobre el desempeño del estudiante. (Por ejemplo: si la sutura no se realiza correctamente, puede ocurrir un sangrado continuo, lo cual enseña a los estudiantes a corregir sus tecnicas en tiempo real).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:28:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 05 ENTRENAMIENTO DE VIA AEREA PEDRIATICO
Simulador Neonatal para Soporte Vital Avanzado
Genitales masculinos y femeninos intercambiables
Solicitamos al comite de la Licitacion
Que sea opcional
la característica de Genitales masculino y femenino intercambiables
para mayor participacion de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2.5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALEMNTE: La Consulta; dado que dicha característica tecnica es de importancia para la educación medica y practica clinica en un recién nacido, para evaluaciones y procedimientos clinicos y practica de procedimientos especificos como la exporacion y colocación de cateterismo, se requiere que dicho simulador cuente con genitales que permitan dicha practicas. por lo que con la finalidad de permitir la mayor concurrencia de participantes se modifica quedando con la siguiente característica:
¿ Genitales masculinos y femeninos intercambiables o Genital masculino o Genital femenino.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
¿ Genitales masculinos y femeninos intercambiables o Genital masculino o Genital femenino.

REF. PAG 21

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:52:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

¿Profesional titulado en salud y certificado por la marca o fábrica. Con una ...¿

Con respecto a los requisitos de capacidad técnica y profesional, dado que se trata de equipos que requieren un alto grado de especialización para garantizar la calidad del servicio de postventa, solicitamos al comité que, en pro del principio de eficiencia y eficacia que rige las contrataciones con el Estado, modifique el requisito a:

¿Profesional titulado en ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, ingeniería informática o salud y certificado por la marca o fábrica. Con una ¿¿

Esto se debe a que estos equipos involucran tanto mecatrónica como electrónica para su funcionamiento.

Cambiar también lo mismo en los factores de evaluación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** C.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Con la finalidad de fomentar la mayor concurrencia de postores, en lo establecido a la CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL, se amplía los Requisitos en la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

Profesional Titulado en salud y/o Ingeniería y certificado por la marca o fábrica. Con una experiencia mínima de dos (2) años en servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria.

La ampliación por consecuencia aplica a los FACTORES DE EVALUACION, en lo siguiente:

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

Se evaluará en función a la oferta de capacitación de 10 personas, en la operatividad de las funcionalidades de los equipos, en el Laboratorio que la entidad determine, considerando que el capacitador sea un Profesional Titulado en salud y/o Ingeniería y certificado por la marca o fábrica. Con una experiencia mínima de dos (2) años en servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Profesional Titulado en salud y/o Ingeniería y certificado por la marca o fábrica. Con una experiencia mínima de dos (2) años en servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria.

La ampliación por consecuencia aplica a los FACTORES DE EVALUACION, en lo siguiente:

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

Se evaluará en función a la oferta de capacitación de 10 personas, en la operatividad de las funcionalidades de los equipos, en el Laboratorio que la entidad determine, considerando que el capacitador sea un Profesional Titulado en salud y/o Ingeniería y certificado por la marca o fábrica. Con una experiencia mínima de dos (2) años en servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria.

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:52:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

¿Profesional titulado en salud y certificado por la marca o fábrica. Con una ...¿

Con respecto a los requisitos de capacidad técnica y profesional, dado que se trata de equipos que requieren un alto grado de especialización para garantizar la calidad del servicio de postventa, solicitamos al comité que, en pro del principio de eficiencia y eficacia que rige las contrataciones con el Estado, modifique el requisito a:

¿Profesional titulado en ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, ingeniería informática o salud y certificado por la marca o fábrica. Con una ¿¿

Esto se debe a que estos equipos involucran tanto mecatrónica como electrónica para su funcionamiento.

Cambiar también lo mismo en los factores de evaluación

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** H **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE;

Con la finalidad de fomentar la mayor concurrencia de postores, en lo establecido en: H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD se amplía la exigencia; quedan establecido lo siguiente:

Se evaluará en función a la oferta de capacitación de 10 personas, en la operatividad de las funcionalidades de los equipos, en el Laboratorio que la entidad determine, considerando que el capacitador sea un Profesional Titulado en salud y/o Ingeniería y certificado por la marca o fábrica. Con una experiencia mínima de dos (2) años en servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD se amplía la exigencia; quedan establecido lo siguiente:

Se evaluará en función a la oferta de capacitación de 10 personas, en la operatividad de las funcionalidades de los equipos, en el Laboratorio que la entidad determine, considerando que el capacitador sea un Profesional Titulado en salud y/o Ingeniería y certificado por la marca o fábrica. Con una experiencia mínima de dos (2) años en servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria

REF. PAG. 36

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

(ITEM 7 REFRIGERACIÓN)

En el numeral 1.6 de la página 13 de las Bases se indica lo siguiente en cuanto a la modalidad de ejecución del presente procedimiento de selección:

Modalidad de ejecución: Llave en mano (capacitación, instalación y puesta en funcionamiento)

Al respecto, cabe señalar que según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 36, señala que en la modalidad de llave en mano, en el caso de bienes el postor oferta, además de los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento, sin embargo, para la presente convocatoria se está incluyendo la capacitación dentro de la modalidad de llave en mano, es importante precisar que lo indicado en Bases no va acorde a la normativa establecida, por lo que la entidad convocante deberá precisar que una vez entregados los equipos, instalados y puestos en funcionamiento, el postor ganador deberá coordinar con el área usuaria a fin de fijar una fecha para que se lleve a cabo dicha capacitación.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que SUPRIMA la capacitación de la modalidad de ejecución de llave en mano del presente procedimiento de selección y que PRECISE que, la capacitación se llevará a cabo previa coordinación con el área usuaria dentro de la etapa de ejecución contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.6 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA:

Por lo tanto, en concordancia con la normativa se suprime la CAPACITACION en el numeral 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN del CAPÍTULO I GENERALIDADES de las Bases.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

LLAVE EN MANO (Instalación y puesta en funcionamiento)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 13

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

(ITEM 7 REFRIGERACIÓN)

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega para el ítem 7 se indica lo siguiente:

Ítem 7: Refrigeración. Setenta y Cinco (75) días calendarios computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de notificada la orden de compra.

Al respecto, cabe señalar que lo indicado no es lo adecuado cuando el objeto de la contratación son bienes que deben ser ingresados por el almacén; debido que, el responsable para recibir los bienes requiere la orden de compra que permita ejecutar las acciones de manera correcta en cuanto a la administración del contrato, asimismo, asegura el pago de cada una de las entregas de manera oportuna, por ello, no debería considerarse como opción que el cómputo del plazo se pueda llevar a cabo desde la suscripción del contrato, sino que para la contratación de bienes, el cómputo del plazo de entrega debería ser siempre contabilizado A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que establezca que el plazo de entrega será de la siguiente manera: PLAZO DE SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta; se aclara que las formalizaciones contractuales serán mediante CONTRATO en aplicación del Artículo 137 del RLCE. Quedando establecido que el plazo de entrega será de la siguiente manera:

Plazo de entrega en días calendarios, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Incluye: Instalación y puesta en funcionamiento y/o Capacitación según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

(ITEM 7 REFRIGERACIÓN)

En el numeral 1.9, de la página 14 de las Bases, se hace el hincapié de que la entrega incluye capacitación, instalación y puesta en funcionamiento.

Al respecto, acorde a nuestra primera consulta, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que la entrega incluirá según lo establecido en el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, entrega de los equipos, instalación y puesta en funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en relación a la MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO ha quedado fijado que incluye Instalación y puesta en funcionamiento. En lo que corresponde al plazo de entrega se ha señalado que comprende la entrega, instalación y puesta en funcionamiento y de corresponder capacitación, visto que se ha previsto como uno de los factores de evaluación que pueda considerar el postor en su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 14

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

(ITEM 7 REFRIGERACIÓN)

En el literal e) se indica que se deben adjuntar los siguientes documentos para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas: folletos, instructivos, catálogos, ficha técnica del producto.

Al respecto, solicitamos al Comité precise en las bases que como documento válido también se podrá presentar la Carta de Fabricante, pues, entendemos que, en caso los folletos, Instructivos y/o manuales o insertos, no detallasen el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas, se podrá presentar cartas del fabricante para sustentarlas, conforme lo señala el Pronunciamiento 995-2015/DSU: ¿no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en folletos, instructivos o similares, siendo razonable que tales documentos puedan ser complementados por una comunicación del fabricante, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Es necesario que el postor presente los documentos requeridos para acreditar e identificar cada una de las características exigidas en cada uno de los equipos, a fin de asegurar sus funcionalidades para los fines requeridos.

Por lo tanto, a fin de facilitar mayor concurrencia de postores; se aceptará Carta o documento equivalente de Acreditación por la Marca y/o Fabricante, SOLO en el caso, que en los documentos previstos (Folletos, Instructivos y Catálogos) una de las características técnicas del bien ofertado no este contemplada, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 15

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

(ITEM 7 REFRIGERACIÓN)

En la página 32 de las Bases se indica que se debe acreditar lo siguiente como documento de habilitación:

-El postor debe contar con inscripción vigente en la SUNAT y que su actividad económica tenga relación con el objeto de la convocatoria.

Al respecto, de conformidad con la Opinión N° 186-2016-DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

En ese sentido, podemos llegar a la conclusión de que NO CORRESPONDE presentar lo requerido en este literal A (Capacidad legal), por lo que solicitamos ELIMINAR lo requerido para las Bases Integradas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Por lo tanto, se procede a eliminar la exigencia de Inscripción Vigente en la SUNAT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 32

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

(ITEM 7 REFRIGERACIÓN)

En el literal C.1 de la página 34 de las Bases se indica lo siguiente en relación a la acreditación del personal clave:

-Profesional titulado con una experiencia mínima de un año en servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria.

Al respecto, a fin de poder acreditar correctamente este extremo de las Bases, solicitamos al Comité de Selección que establezca que se podrá acreditar a INGENIERO ELECTRÓNICO, debido que resulta ser el personal idóneo para llevar a cabo los servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la presente convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PERSONAL REQUERIDO SOLO SE EXIGUE que sea PROFESIONAL TITULADO, a fin de evitar restricción en la presentación de propuestas, sendo contrario a la pretension expuesta en la consulta consulta de que sea INGENIERO ELECTRONICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

(ITEM 7 REFRIGERACIÓN)

ÍTEM 7.1: REFRIGERADORA DE LABORATORIO

Solicitan: REFRIGERANTE: LIBRE DE CFC CONDENSADOR Y EVAPORADOR: CONDENSADOR DE TUBO BUNDY

El condensador solicitado corresponde a un componente de uso básico, como los que se usan en las refrigeradoras domésticas, existen mejores tecnologías para la fabricación de equipos especializados de uso medico y de investigación, esta varía según el fabricante, por lo que a finde que se permita la pluralidad de marcas y postores, además de permitir que se participe con equipos de mejores tecnologías, solicitamos que el condensador y evaporador sea según el fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: -- Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, con relación a la consulta y con el fin de promover la mayor concurrencia de postores, se amplía la característica requerida en lo siguiente:

REFRIGERANTE: LIBRE DE CFC

CONDENSADOR Y EVAPORADOR: CONDENSADOR DE TUBO BUNDY O DE MEJOR TECNOLOGIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REFRIGERANTE: LIBRE DE CFC

CONDENSADOR Y EVAPORADOR: CONDENSADOR DE TUBO BUNDY O DE MEJOR TECNOLOGIA

REF. PAG 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
(ITEM 7 REFRIGERACIÓN)
ÍTEM 7.1: CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO
Solicitan: REFRIGERANTE R404a ¿ SIN CFC

Solicitamos que se aclare que necesitan un refrigerante que sea ecológico, libre de CFC y HCFC, el R404a no es el único tipo de refrigerante usado, ya que varía según cada fabricante, por lo que se necesita que se precise que como similar se aceptara el refrigerante R290 que también es ecológico libre de CFC y HCFC, tiene un mejor coeficiente de rendimiento, u otro refrigerante de similares características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** -- **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE, con relación a la consulta y con el fin de promover la mayor concurrencia de postores, se amplía la característica requerida en lo siguiente:
REFRIGERANTE SIN CFC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REFRIGERANTE SIN CFC.

REF. PAG 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:15:07

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Ítem 1
ENTRENAMIENTO DEL APARATO RESPIRATORIOY CARDIO VASCULAR
Plan de capacitación para manejo y uso adecuado de producto, de manera presencial realizado por personal certificado por el fabricante , y en simulación clínico para el caso de los simuladores

Solicitamos al Comité de Selección se sirva RETIRAR o considerar como OPCIONAL que la capacitación sea realizado por personal certificado por el fabricante y en simulación clínico , debido a que está restringiendo la participación de postores ; siendo un requisito desproporcionado debido a que el ítem está conformado varios tipos de simuladores de diferentes marcas, siendo dicho requisito una limitante para la participación de postores, no cumpliéndose la competencia efectiva para que se obtenga el mejor bien a un menor precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Capacitacion con el perfil exigido sera UNICAMENTE para los SIMULADORES, y que afin de evitar confunción se reestructura; quedando de la siguiente manera:

Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de los bienes (Maqueta, Maniqui y Simuladores). En relación al capacitador de los simuladores, deberá ser realizado por personal certificado por el fabricante en Simulacion Clinico, Medica y/o a fines a Ciencias de la Salud. Mínimo de 8 horas en modalidad presencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG. 20

Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de los bienes (Maqueta, Maniqui y Simuladores). En relación al capacitador de los simuladores, deberá ser realizado por personal certificado por el fabricante en Simulacion Clinico, Medica y/o a fines a Ciencias de la Salud. Mínimo de 8 horas en modalidad presencial

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:15:07

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Ítem 2

ENTRENAMIENTO DEL EXAMENES MÉDICOS

Plan de capacitación para manejo y uso adecuado de producto, de manera presencial realizado por personal certificado por el fabricante , y en simulación clínico para el caso de los simuladores

Solicitamos al Comité de Selección se sirva RETIRAR o considerar como OPCIONAL que la capacitación sea realizado por personal certificado por el fabricante y en simulación clínico , debido a que está restringiendo la participación de postores ; siendo un requisito desproporcionado debido a que el ítem está conformado varios tipos de simuladores de diferentes marcas, siendo dicho requisito una limitante para la participación de postores, no cumpliéndose la competencia efectiva para que se obtenga el mejor bien a un menor precio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Capacitacion con el perfil exigido sera UNICAMENTE para los SIMULADORES, y que afin de evitar confunción se reestructura; quedando de la siguiente manera:

Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de los bienes (Maqueta, Maniqui y Simuladores). En relación al capacitador de los simuladores, deberá ser realizado por personal certificado por el fabricante en Simulacion Clinico, Medica y/o a fines a Ciencias de la Salud. Mínimo de 8 horas en modalidad presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 21

Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de los bienes (Maqueta, Maniqui y Simuladores). En relación al capacitador de los simuladores, deberá ser realizado por personal certificado por el fabricante en Simulacion Clinico, Medica y/o a fines a Ciencias de la Salud. Mínimo de 8 horas en modalidad presencial.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:15:07

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Ítem 3

ENTRENAMIENTO GINECO-OSTÉTRICO

Plan de capacitación para manejo y uso adecuado de producto, de manera presencial realizado por personal certificado por el fabricante , y en simulación clínico para el caso de los simuladores

Solicitamos al Comité de Selección se sirva RETIRAR o considerar como OPCIONAL que la capacitación sea realizado por personal certificado por el fabricante y en simulación clínico , debido a que está restringiendo la participación de postores ; siendo un requisito desproporcionado debido a que el ítem está conformado varios tipos de simuladores de diferentes marcas, siendo dicho requisito una limitante para la participación de postores, no cumpliéndose la competencia efectiva para que se obtenga el mejor bien a un menor precio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Capacitacion con el perfil exigido sera UNICAMENTE para los Modelos y Simuladores, y que afin de evitar confunción se reestructura; quedando de la siguiente manera:

Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de los bienes (Maquetas, Modelos y Simuladores). En relación al capacitador de los Modelos y Simuladores, deberá ser realizado por personal certificado por el fabricante en Simulacion Clinico, Medica y/o a fines a Ciencias de la Salud. Mínimo de 8 horas en modalidad presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 22

Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de los bienes (Maquetas, Modelos y Simuladores). En relación al capacitador de los Modelos y Simuladores, deberá ser realizado por personal certificado por el fabricante en Simulacion Clinico, Medica y/o a fines a Ciencias de la Salud. Mínimo de 8 horas en modalidad presencial.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:15:07

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Ítem 4
ENTRENAMIENTO DE INYECCIÓN - PUNCION VÍA AEREA PEDIATRICO
Plan de capacitación para manejo y uso adecuado de producto, de manera presencial realizado por personal certificado por el fabricante , y en simulación clínica para el caso de los simuladores

Solicitamos al Comité de Selección se sirva RETIRAR o considerar como OPCIONAL que la capacitación sea realizado por personal certificado por el fabricante y en simulación clínica , debido a que está restringiendo la participación de postores ; siendo un requisito desproporcionado debido a que el ítem está conformado varios tipos de simuladores de diferentes marcas, siendo dicho requisito una limitante para la participación de postores, no cumpliéndose la competencia efectiva para que se obtenga el mejor bien a un menor precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Por el contrario se aclara la CONSULTA; precisando que de acuerdo a las bases para el ITEM 4: ENTRENAMIENTO INYECCION - PUNCION, se solicita:
"Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de producto, de manera presencial realizado por personal certificado por el fabricante, como mínimo de 8 horas.". debido que el item esta compuesto UNICAMENTE de Modelos. No se ha requerido lo que indica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:15:07

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Ítem 5
ENTRENAMIENTO DE VÍA AEREA PEDIATRICO
Plan de capacitación para manejo y uso adecuado de producto, de manera presencial realizado por personal certificado por el fabricante , y en simulación clínica para el caso de los simuladores

Solicitamos al Comité de Selección se sirva RETIRAR o considerar como OPCIONAL que la capacitación sea realizado por personal certificado por el fabricante y en simulación clínica , debido a que está restringiendo la participación de postores ; siendo un requisito desproporcionado debido a que el ítem está conformado varios tipos de simuladores de diferentes marcas, siendo dicho requisito una limitante para la participación de postores, no cumpliéndose la competencia efectiva para que se obtenga el mejor bien a un menor precio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Capacitacion con el perfil exigido sera UNICAMENTE para los SIMULADORES, y que afin de evitar confunción se reestructura; quedando de la siguiente manera:

Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de los bienes (Maniqui y Simuladores). En relación al capacitador de los simuladores, deberá ser realizado por personal certificado por el fabricante en Simulacion Clinico, Medica y/o a fines a Ciencias de la Salud. Mínimo de 8 horas en modalidad presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG. 25

Plan de Capacitación para manejo y uso adecuado de los bienes (Maniqui y Simuladores). En relación al capacitador de los simuladores, deberá ser realizado por personal certificado por el fabricante en Simulacion Clinico, Medica y/o a fines a Ciencias de la Salud. Mínimo de 8 horas en modalidad presencial.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:15:07

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

CAPACIDAD LEGAL

El postor debe acreditar autorización para la distribución del producto

Solicitamos al Comité de Selección se sirva RETIRAR o considerar como OPCIONAL referente al certificado o constancia la autorización para distribución, siendo dicho requisito desproporcionado y que solo permitiría la participación de ciertas empresas, no existiendo una competencia efectiva; es más es un requisito desproporcional, excesivo y que obstaculiza el proceso, debido a que el ítem está conformado varios tipos de simuladores de diferentes marcas, siendo dicho requisito una limitante para la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: La Consulta, precisando que la exigencia permitira garantizar la operatividad y el soporte técnico durante el periodo de la Garantía Comercial o vida util. Por lo tanto, a fin de promover la concurrencia de postores, se requiere lo siguiente:

El postor debe acreditar Autorización para la distribución para los equipos que correspondan a Modelos y/o Simulares de los ITEM 01, 02, 03, 04 y 05.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 29

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:15:07

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

CAPACIDAD LEGAL

Inscripción vigente en el registro para el control de bienes fiscalizados a cargo de SUNAT, que lo autoriza para realizar actividades fiscalizadas con el insumo químico y/o producto o derivado que este sujeto al registro, control y fiscalización objeto de la convocatoria

Solicitamos al Comité de Selección se sirva RETIRAR la copia de resolución de intendencia expedido por la Sunat sobre la inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados, por NO CORRESPONDER, debido a que los bienes objeto de la presente convocatoria son simuladores más no productos químicos y mucho menos fiscalizados por Sunat.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, precisando que lo la exigencia de "Inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados a cargo de la SUNAT ..." corresponde a un ejemplo inmerso en las Bases Estandarizadas Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, dejando claro que no es una exigencia en la presentacion de propuestas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 29

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

e) EL POSTOR DEBE PRESENTAR FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO (acreditada por la marca y/o fabricante) O SIMILARES 4 para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas.

observación:

Solicitamos al comité especial, que los documentos puedan ser acreditados no sólo por el fabricante, sino emitidos también por el postor, puesto que el postor es quien está participando en la presente licitación.

Tener en cuenta, que no toda la información técnica descrita en las presentes bases, se encuentran en los catálogos ya estandarizados, puesto que los catálogos contienen información general, es decir hay diversas especificaciones que conforme se van coordinando en el proceso de negociación con los fabricantes es que se confirman si se cumple o no ciertas características particulares, y no necesariamente aparecen en los catálogos, brochures u otros.

Es por ello, que solicitamos respetuosamente al comité especial que el requerimiento pueda quedar de la siguiente manera: EL POSTOR DEBE PRESENTAR FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO (del postor) O SIMILARES 4 para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 inciso a, b ,c

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Es necesario que el postor presente los documentos requeridos para acreditar e identificar cada una de las características exigidas en cada uno de los equipos, a fin de asegurar sus funcionalidades para los fines requeridos.

Por lo tanto, a fin de facilitar mayor concurrencia de postores; se aceptará Carta o documento equivalente de Acreditación por la Marca y/o Fabricante, SOLO en el caso, que en los documentos previstos (Folletos, Instructivos y Catálogos) una de las características técnicas del bien ofertado no este contemplada, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 15

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 25
Consulta/Observación:
ITEM 01: ENTRENAMIENTO DEL APARATO RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR (6 EQUIPOS)

CONSULTA:

En las especificaciones técnicas de este Ítem más de un equipo está dirigido a la marca Gaumard, por ello, solicitamos considerar más características con mejoras tecnológica y con calidad de enseñanza en el sector salud para permitir la inclusión de diversas marcas y garantizar una competencia equitativa.

1) MAQUETA CABEZA VÍA AÉREA (ADULTO)

Está construido de manera única para permitir una retroalimentación realista durante los procedimientos de manejo de las vías respiratorias y proporciona características internas verdaderas, anatómicamente correctas y visualmente precisas.

La construcción del cuello permite que la cabeza se mueva y se asegure en varias posiciones que van desde la posición estándar para olfatear hasta escenarios más difíciles
Contiene una lengua inflable con tamaño y textura de la vida real para introducir aire y crear edema en la lengua
Las prácticas incluyen laringoscopia directa y por video, inserción de tubos endotraqueales e inserción de dispositivos supraglóticos.
Combina AirSim Airway con piel de tacto real, anillos traqueales, cartílagos cricoides y laríngeos simulados, lo que permite un manejo realista de las vías respiratorias, traqueotomía percutánea y entrenamiento de cricotirotomía de emergencia.
La piel del cuello reemplazable y envolvente permite hasta 20 incisiones
Incluye una bolsa pulmonar para adultos, dos bolsas pulmonares azules, un rollo de cinta para sellar las vías respiratorias, una cubierta de laringe combinada (en el maniquí), una piel envolvente para el cuello (en el maniquí), un manual de usuario en CD, un folleto de envío, una botella de lubricante y una bolsa negra caso.

2) SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN (TORAX)

Características:

Sitios de auscultación invisibles
Sin altavoces internos
Completamente inalámbrico
Puntos de referencia palpables
Control remoto
Los sonidos cardíacos y pulmonares varían en diferentes sitios
Estuche rígido de almacenamiento incluido
Garantía de cinco años
El instructor selecciona de un menú de condiciones cardíacas y pulmonares por control remoto inalámbrico. El maniquí se presenta como un paciente real sin sitios de auscultación visibles. El estudiante debe palpar para identificar las ubicaciones de auscultación correctas y escuchará diferentes sonidos cardíacos y pulmonares a medida que el Smartscope se mueve a diferentes ubicaciones en el maniquí. Se puede hacer un diagnóstico de la condición seleccionada por el instructor comparando las variaciones en los sonidos que ocurren en diferentes sitios. ¡Como un paciente real!

Los sonidos pulmonares se pueden detectar en cinco ubicaciones anteriores, 10 posteriores y dos axilares medias. Los estudiantes pueden practicar la auscultación en seis sitios anteriores del corazón. No es necesario apuntar el control remoto directamente al maniquí o SmartScope para operar. Un control remoto operará todos

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

los SmartScopes dentro de un rango de 100 pies. Ideal para la instrucción en grupo.

Escuche los sonidos usando auriculares en SmartScope o conectándolos a un amplificador/altavoz (no incluido). El alcance de la unidad es de hasta 100 pies de acceso remoto. Incluye maniquí, un control remoto con pantalla LCD, un SmartScope con cabezales para uno o dos usuarios y estuche rígido. Funciona con dos pilas AA y dos AAA (incluidas).

Condiciones pulmonares para seleccionar con el control remoto: broncovesicular, bronquial, cavernoso, crepitante grueso, egofonía, crepitante fino, frotamiento por fricción, lactante, sibilancias mono, pulmón normal, pectoriloquia, edema pulmonar, ronquido, estridor, vesicular y sibilancias.

Condiciones cardíacas para seleccionar con control remoto: insuficiencia aórtica, comunicación interauricular, holosistólica, mesosistólica, estenosis mitral, normal, PDA, pulmonar, estenosis, galope S3, galope S4, clic sistólico y CIV.

3) SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN CARDIACA Y PULMONAR

Maniquí portátil y fácil de usar para enseñar y aprender sonidos cardíacos, respiratorios e intestinales. Aunque se utiliza en muchos centros de simulación, el maniquí también se traslada fácilmente a un salón de clases o auditorio para instrucción en grupo. La interfaz del software de la computadora se proyecta fácilmente en cualquier aula inteligente. El software incluye fonocardiogramas, ubicaciones anatómicas correctas y lecciones escritas para cada sonido.

Las características incluyen:

Pulso carotideo

Ajustes de volumen personalizados

Gran biblioteca de sonidos que incluye 35 sonidos cardíacos, 21 respiratorios, 16 intestinales y cuatro soplos carotídeos, todos escuchados en la ubicación anatómica correcta (tanto anterior como posterior), junto con 16 sonidos combinados cardíacos/respiratorios

Sonidos pediátricos: incluye ASD, PDA, VSD, hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar y tetralogía de Fallot

Fonocardiograma

Portabilidad: el maniquí liviano pesa solo 23 lbs.

(1) CONTINUA EN LA OTRA CONSULTA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ref. pag. 19

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 26
Consulta/Observación:
 (2) CONTINUACIÓN DE LA CONSULTA DEL ITEM 1

Preprograme sus propias conferencias y escenarios protegidos con contraseña
 Preparado para aula/auditorio inteligente
 Los estudiantes usan su propio estetoscopio.
 Sonidos respiratorios variables
 Tasas cardíacas y respiratorias variables

4) ENTRENADOR VÍA AÉREA (ADULTO) CON TORSO
 Se destaca la anatomía detallada que se presenta en el entrenador de intubación para adultos. Obtenga una imagen clara de la anatomía humana desde el saco alveolar esculpido, el árbol bronquial y las estructuras de los vasos sanguíneos de los pulmones flexibles expuestos y cortados transversalmente, hasta el bronquio principal interior y los espacios faríngeos orales/nasales.

Combine estos detalles con una vía aérea complicada por dientes rotos, edema de la lengua y laringoespasmo, y este entrenador de la vía aérea tiene una calificación alta. Un estómago anatómico que se hincha con la intubación esofágica o una presión excesiva con la BVM durante la respiración boca a boca, junto con la capacidad de vomitar de este maniquí, lo convierten en una herramienta educativa excepcional para realizar múltiples tareas. Incluye instrucciones de uso, estuche rígido y lubricante.

5)PACK RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) BASICO FAMILIAR

El diseño integral permite practicar la maniobra de Heimlich y los empujes abdominales, así como la RCP y la respiración boca a boca.

Las marcas anatómicas realistas (manzana de Adam, arterias carótidas, ombligo, caja torácica, muesca en el pecho) facilitan el aprendizaje de la colocación correcta de las manos para controlar el pulso, realizar compresiones en el pecho y más

Uso:

Ideal para la capacitación en grupo: permite que cada estudiante tenga su propio maniquí para un tiempo de práctica máximo. Los cabezales de fácil limpieza son aptos para lavavajillas y se pueden desinfectar fácilmente. Las bolsas de pulmón son reemplazables. Diseñado para cumplir con los criterios de la American Heart Association para características deseables de maniquí.

Características:

Clicker de compresión audible para asegurar la técnica adecuada

Puntos de referencia anatómicos adecuados

Juego único para la práctica de RCP en adultos e infantes, ideal en cursos grupales.

Incluye:

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

5 torsos adulto - niño
2 torsos neonatales
50 bolsa pulmón adulto
20 bolsa pulmón pediátrico
Mochila de transporte.
Hoja de Instruccion

6) MANIQUÍ ASFIXIA (ADULTO)

Este maniquí proporciona un excelente entrenamiento en expulsión de cuerpos extraños. Cuando se realizan los procedimientos de limpieza correctos, el maniquí expulsará el objeto que causa la obstrucción.

Maniquí adulto solo torso con tacto realista y puntos de referencia anatómicos.

Entrena a los estudiantes en compresiones abdominales, compresiones en el pecho y golpes en la espalda.

Durable

Sin látex

Incluye camisa, objetos asfixiantes y bolsa de transporte blanda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTINUACION DEL ANTERIOR

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 19

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 27
Consulta/Observación:
 ÍTEM 02: PARA ENTRENAMIENTO DE EXÁMENES MÉDICOS (4 EQUIPOS)

CONSULTA:

En las especificaciones técnicas de este Ítem más de un equipo está dirigido a la marca Gaumard, por ello, solicitamos considerar más características con mejoras tecnológica y con calidad de enseñanza en el sector salud para permitir la inclusión de diversas marcas y garantizar una competencia equitativa.

1) SIMULADOR DE EXAMEN ABDOMINAL

Este entrenador de examen abdominal es un torso masculino adulto anatómicamente preciso. Se puede utilizar para enseñar y practicar la palpación del abdomen, la auscultación y los elementos de percusión del examen abdominal o gastrointestinal (GI).

Los entrenadores de examen abdominal) vienen con órganos intercambiables en una variedad de tamaños. También cuentan con un reproductor de MP3 integral que proporciona sonidos realistas, lo que ayuda a los alumnos a reconocer y diferenciar una variedad de órganos y patologías anormales.

Los órganos intercambiables brindan a los alumnos la experiencia de una variedad de patologías antes de encontrarse con un paciente real. La palpación del abdomen se siente real con la piel estirable y Rectus Bag (bolsa de líquido abdominal).

Abdominal Examination Trainer es ideal para la preparación y evaluación de OSCE, y ayuda al estudiante a adquirir habilidades clave como:

- Identificación de ascitis, específicamente embotamiento cambiante y emoción fluida
- Identificación de distensión gaseosa y obstrucción intestinal
- Boleta de riñones
- Familiaridad con las regiones abdominales y la anatomía subyacente.

VISIÓN GENERAL

- El entrenador o el paciente simulado pueden variar el movimiento respiratorio del hígado y el bazo con el giro de una rueda
- Amplificador integral y reproductor MP3 de superficie. Permite el entrenamiento en la auscultación de ruidos intestinales normales y agudos u obstruidos, soplos renales y aórticos
- El volumen de los sonidos intestinales se puede ajustar y el reproductor de MP3 le permite agregar sonidos adicionales
- El conjunto de distensión permite una comprobación realista de la ascitis mediante percusión, matidez cambiante o técnica de emoción fluida. Así como simulación de obstrucción intestinal a la percusión y auscultación
- El bulbo de pulso permite la simulación de un pulso aórtico normal y aneurismático

REALISMO

- Los órganos se sienten realistas a la palpación y responden adecuadamente a la percusión
- La calidad de vida de la piel abdominal permite el estiramiento para la distensión gaseosa y la simulación de ascitis
- Boleta realista de riñón agrandado

VERSATILIDAD

- La piel abdominal es fácil de quitar, lo que permite un cambio rápido y fácil de órganos
- Adecuado tanto para uso en banco como para uso híbrido con un paciente simulado
- El modelo se puede girar sobre un costado para examinar la ascitis y la falta de brillo.

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

LIMPIEZA

La superficie de la piel se puede lavar fácilmente con agua y jabón.

LA SEGURIDAD

El producto es libre de látex.

El peso del modelo está dentro de los límites de salud y seguridad masculinos y femeninos para levantarlo a la altura del pecho

ANATOMÍA

Las características del torso incluyen el abdomen, la pelvis y la parte inferior del tórax.

Los puntos de referencia óseos incluyen costillas, margen costal, xiphisternum, cresta púbica y espina iliaca anterosuperior.

3 hígados: ligeramente agrandado, agrandado con borde liso e hígado agrandado con borde irregular

Bazo ligeramente agrandado y marcadamente agrandado

2 riñones agrandados

vejiga distendida

Aortas normales y aneurismáticas

Set de 6 Patologías Abdominales incluyendo 4 masas lisas y 2 masas duras irregulares

Set de distensión que incluye bolsa de ascitis, bolsa de distensión gaseosa, bomba e inserto de espuma

Representación simplificada de la columna torácica inferior y lumbar.

HABILIDADES ADQUIRIDAS

Familiaridad con las regiones abdominales y la anatomía subyacente.

Práctica en palpación abdominal, auscultación y percusión

Capacidad para reconocer y diferenciar una variedad de órganos anormales y patologías.

Identificación de ascitis, específicamente embotamiento cambiante y emoción fluida

Identificación de distensión gaseosa y obstrucción intestinal

Boleta de riñones

Comunicación profesional-paciente

2) MAQUETA DE COLOCACIÓN DE Sonda Y MANEJO OSTOMÍAS

El conjunto de modelos de capacitación para el cuidado de ostomías viene en un conjunto de 5.

Incluye todos los modelos de capacitación para el cuidado de ostomías:

Modelo de entrenamiento para el cuidado de la ostomía de doble cilindro no funcional

Modelo de capacitación para el cuidado de ostomías prolapsadas no funcionales

Modelo de capacitación para el cuidado funcional de ostomías saludables

Modelo de capacitación para el cuidado de ostomías infectadas en funcionamiento

Modelo de capacitación en cuidado funcional de ostomía necrótica

(1) CONTINUA EN LA CONSULTA SIGUIENTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 20

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

(2)
CONTINUACIÓN DEL ITEM II
Diseñadas para ayudar a introducir los elementos esenciales del cuidado de ostomías a pacientes y estudiantes, estas unidades son ideales para la demostración y práctica de los procedimientos de cuidado de ostomías.

La anatomía de las ostomías se reproduce cuidadosamente para proporcionar funciones y apariencia realistas. Se utiliza un material suave y flexible para los estomas con el fin de lograr la sensación táctil más realista.

Se puede demostrar y practicar la dilatación de las estomas, junto con la aplicación de bolsas de ostomía postoperatorias y permanentes. Se ofrecen modelos funcionales y no funcionales.

3) MANIQUI PARA TACTO RECTAL

El Entrenador avanzado de examen rectal masculino ofrece capacitación realista y repetible en las habilidades básicas de los exámenes rectales digitales y PR. También es adecuado para el entrenamiento en la identificación de condiciones anormales y patológicas.

¿Qué novedades tiene el último entrenador rectal masculino avanzado?

Aumentar el realismo del ano, con tono de reposo y contracción del esfínter mediante el uso de un bulbo de pulso
Inserto de materia fecal impactada simulada
Un paquete de ilustraciones que muestra anomalías externas, incluido un texto explicativo en inglés, español y mandarín.
Este modelo de examen rectal también incluye varias características actualizadas, que incluyen:

Perineo más duradero
Próstatas más suaves y realistas, con un mecanismo de bloqueo fácil de usar
Realismo mejorado a través de puntos de referencia internos anatómicamente precisos

VISIÓN GENERAL

La simulación de las contracciones del esfínter permite a los alumnos evaluar el tono anal
Posicionamiento lateral izquierdo
La adición de materia fecal impactada permite a los alumnos reconocer y distinguir este hallazgo común
Simulador avanzado suministrado con perineo normal y patológico
Las próstatas son rápida y fácilmente intercambiables, lo que permite una configuración discreta en las condiciones de evaluación
Paquete de ilustraciones de alta calidad de 9 condiciones anales externas
REALISMO
Ano con tono de reposo y capacidad de contraerse con el uso de un bulbo de pulso
Glúteos suaves y separables
borde anal mejorado
Próstatas más suaves y realistas
VERSATILIDAD
El entrenador viene con un soporte lateral izquierdo y está disponible un soporte de posición de pie adicional para ampliar los escenarios de entrenamiento
LIMPIEZA

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Retire cualquier exceso de lubricantes, enemas, supositorios o cremas utilizadas
Limpie el producto con un paño suave y húmedo, usando agua tibia y un detergente suave.
Asegúrese de que el entrenador y sus componentes estén completamente secos antes de guardarlos

LA SEGURIDAD

Este producto no contiene látex.
Utilice únicamente lubricante a base de agua, como el que se suministra con el simulador (otros lubricantes pueden dañar o debilitar la silicona)
Use guantes en todo momento y quítese todas las joyas antes de usar
Lubrique su dedo examinador antes de realizar un examen rectal digital
No ejerza demasiada fuerza sobre el bulbo de pulso o el ano.
Asegure siempre los artículos de forma segura y asegúrese de que el perineo esté alejado de objetos afilados o pesados que puedan causar una punción.

ANATOMÍA

Este entrenador es adecuado para usar con un paciente simulado

ANATOMÍA

Anatomía masculina:

Nalgas
Ano
Recto
Próstata
Perineo (Periné patológico con pólipo y cáncer de recto)
4 próstatas anormales:

Próstata agrandada unilateral benigna
Próstata agrandada bilateral benigna
Carcinoma unilateral
Carcinoma bilateral

HABILIDADES ADQUIRIDAS

Comunicación del profesional al paciente
Examen digital del ano, recto y próstata
Evaluación del tono anal
Identificación de materia fecal impactada en el recto
Identificación de condiciones anorrectales externas

4) SIMULADOR DE EXAMEN DE OÍDO

Simulador de examen otico uso: simulador para entrenamiento de examen otico
características :

- permite practicar el examen del oído, moldeado para para replicar con exactitud el aspecto y las dimensiones internas y externas, orejas removibles se cambian facilmente. - diapositiva a color de las de la membrana timpanica de tamaño n
accesorios :
- membrana timpanica normal - otitis media mucoide - otitis media serosa con nivel de fluidos - otitis media cronica con perforacion y membrana timpanica normal con conducto auditivo inclinado (todos con fotos) - oreja normal sin foto para practicar limpieza - dos tubos de cerumen sintetico - juego de 8 diapositivas de 35mm - manual de instrucciones - estuche rígido

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: III	Literal: 3.1	Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
CONTINUACION DEL ANTERIOR

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG 20

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Observación: Nro. 29
Consulta/Observación:
ÍTEM 03: ENTRENAMIENTO GINECO-OBSTÉTRICO
CONSULTA:

En las especificaciones técnicas de este Ítem más de un equipo está dirigido a la marca Gaumard, por ello, solicitamos considerar más características con mejoras tecnológica y con calidad de enseñanza en el sector salud para permitir la inclusión de diversas marcas y garantizar una competencia equitativa.

1) MAQUETA PARA MANIOBRA DE LEOPOLD

Este modelo tridimensional único se utiliza para demostrar la palpación del abdomen para determinar la posición, la presentación y la posición del feto. La capacidad de realizar las maniobras de Leopold y proporcionar una visualización inmediata del feto después de la demostración de las habilidades de palpación es una ventaja para enseñar a los profesionales de la salud y a los estudiantes. Permite la visualización de los conceptos de presentación de nalgas y vértice, así como las posiciones anterior y posterior.

El modelo incluye un feto con cuerpo pesado, brazos y piernas móviles, glúteos firmes y una cabeza con fontanelas anterior y posterior palpables para permitir una fácil diferenciación de las partes fetales que se palpan. El cuerpo se flexiona para permitir la demostración de todas las presentaciones y posiciones. El feto y la pelvis de vinilo descansan dentro de la porción abdominal del modelo. El abdomen es de tela acolchada unida con velcro a la base, lo que permite retirarlo y reemplazarlo fácilmente para visualizar y cambiar las posiciones fetales. Se incluyen paquetes de gel móviles para simular el líquido amniótico. Incluye una guía de práctica/recursos.

2) MODELO PELVICO GINECOLOGICO

Ahora en una unidad completamente rediseñada, el Simulador ginecológico y de examen pélvico avanzado es ideal para todos los aspectos de la educación ginecológica, la capacitación y la evaluación de competencias, incluidos el examen bimanual, el examen con espéculo y la toma de muestras de citología. Los estudiantes apreciarán el realismo sin precedentes de su y características externas; mientras que a los instructores les encantarán los componentes intercambiables que componen su exclusivo sistema modular. ¡Usted elige los escenarios que quiere enseñar! Los componentes se pueden combinar de muchas maneras. Este simulador le permite la flexibilidad de personalizar sus escenarios con el uso del maquillaje, la sangre y el espesante incluidos. También están disponibles módulos especializados adicionales (ETS, posmenopausia, SANE y prepubertad).

La unidad de arranque incluye:

- ¿ torso
- ¿ almohadilla genital normal
- ¿ bloqueo normal de órganos pélvicos con vagina y recto
- ¿ almohadilla de gel abdominal
- ¿ almohadilla abdominal de tela
- ¿ piel superpuesta abdominal
- ¿ siete piezas de útero/cuello uterino (normal/normal con opción de descarga, retrovertido/cervicitis, cáncer/cáncer, DIU transparente, entrenador, posmenopausia/herpes, fibromas/pólipos, embarazo temprano)
- ¿ cinco ovarios desprendibles (poliquístico normal, quiste pequeño, masa anexial grande)
- ¿ inserto de vejiga
- ¿ inserto para prolapso de órganos pélvicos
- ¿ talco para bebés

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

- ¿ Rueda de maquillaje de sombras de lesiones
- ¿ Rueda de maquillaje de colores primarios
- ¿ mezcla de sangre
- ¿ espesante de metilcelulosa
- ¿ jeringuilla
- ¿ lubricante
- ¿ manual de instrucciones
- ¿ estuche rígido

3) MAQUETA DE MAMAS

El Entrenador Avanzado de Examen de Senos ofrece una solución de entrenamiento híbrida, que cubre el aprendizaje de laboratorio y el aprendizaje simulado de pacientes.

Este modelo ofrece la variedad más amplia de anatomía y patologías examinables en la gama Breast Trainer. La inclusión de una clavícula y dos almohadillas axilares permite la colocación de ganglios linfáticos en seis ubicaciones, cubriendo las posiciones axilar, supra e infraclavicular.

VISIÓN GENERAL

Las patologías son fácilmente modificables y se pueden colocar en varios lugares predeterminados
Ofrece entrenamiento de doble propósito, de banco (con el uso del torso duro) e híbrido

REALISMO

Los senos de tejido blando ofrecen una apariencia y sensación realistas.

Las almohadillas claviculares y axilares brindan una ubicación más precisa de los ganglios linfáticos

VERSATILIDAD

La gama de patologías se puede mover dentro del modelo de mama para una variedad de escenarios de diagnóstico

Diseño ergonómico para ejercicios de pacientes simulados, incluido el uso prolongado en OSCE y evaluaciones

Correas ajustables para adaptarse a una amplia gama de pacientes simulados

LIMPIEZA

La superficie de la piel del producto se puede lavar con un jabón suave y agua

Deje secar completamente antes de guardar

LA SEGURIDAD

Este producto no contiene látex.

Utilice una pequeña cantidad de polvos de talco en el hueco del tejido mamario para evitar que el inserto se pegue al interior del modelo.

Cuando se use en un paciente simulado, asegúrese de que el entrenador de senos esté bien sujeto, sin nudos ni torceduras en las correas.

(1) CONTINUA EN LA SIGUIENTE CONSULTA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 21

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

(2)

CONTINUACIÓN DE LA CONSULTA ITEM 3

ANATOMÍA

El componente de senos portátiles se puede usar con un paciente simulado, los cierres de correa y las almohadillas para ganglios linfáticos se pueden ajustar al usuario

ANATOMÍA

Tejido blando realista para la palpación de la mama.

Se suministra con una variedad de patologías:

Carcinomas (2cm, 3cm y 5cm de tamaño)

Quiste

enfermedad fibroquística

fibroadenoma

Almohadillas supraclaviculares e infraclaviculares y axilares para la colocación de ganglios linfáticos

HABILIDADES ADQUIRIDAS

Examen Clínico de Mama (CBE)

Autoexamen de mamas

Identificación de puntos de referencia anatómicos.

Localización y diagnóstico de patologías.

Identificación de ganglios linfáticos (axilares, supra e infraclaviculares)

Comunicación de profesional a paciente con configuración de paciente simulado

4) MAQUETA OBSTÉTRICA PARA EMBARAZO GEMELA

El maniquí obstétrico de parto con fórceps/vacío se utiliza en los programas de formación "Advanced Life Support in Obstetrics" (ALSO).

El maniquí tiene todas las mismas características anatómicas realistas y precisas que nuestro maniquí obstétrico, pero con características adicionales de fetos prematuros y a término. Fórceps y extractor de vacío no incluidos.

Características clave

La pelvis de vinilo suave replica la resistencia que se encuentra en un parto que requiere fórceps o intervención de vacío

El protector abdominal removible provisto es diferente de los que vienen con el maniquí OB, pero los protectores son intercambiables y opcionales

Incluye sangre en polvo simulada, vulva adicional y bolsa de transporte

5) SIMULADOR DE EPISIOTOMIA

Estos nuevos y mejorados . Los simuladores de sutura de episiotomía proporcionan una forma realista para que los estudiantes aprendan buenas técnicas quirúrgicas. Los simuladores brindan a los estudiantes una variedad de experiencias de reparación sin la restricción de tiempo y la preocupación por la seguridad, que son factores con un paciente vivo.

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Los simuladores pueden ser utilizados por el estudiante en un laboratorio de aprendizaje con un instructor, o por el estudiante individualmente en el entorno clínico justo antes de la experiencia con un paciente. También son útiles como ayudas para la enseñanza de tareas que se pueden firmar por la noche y devolver al día siguiente. Además de ser portátil, la textura realista permite que el alumno desarrolle una "sensación" para el manejo de instrumentos, la tensión en la sutura y las ventajas de un método de atar nudos sobre otro.

Incluye uno de cada simulador:

Simulador de sutura de línea media
Simulador de sutura mediolateral izquierda
Simulador de sutura mediolateral derecho

Cada simulador viene con un folleto de instrucciones y está empaquetado individualmente.

6) MODELO DE PELVIS PARA ENTRENAMIENTO DE PARTO NORMAL

El simulador de parto estándar tiene un diseño modular que ofrece una plataforma verdaderamente versátil y flexible. Este maniquí permite múltiples escenarios en el entrenamiento de simulación de trabajo de parto y parto. Una solución de entrenamiento ideal para todas las habilidades relacionadas con partos de rutina y no de rutina, además de usarse para entrenamiento de banco independiente o con un paciente simulado.

Los simuladores de parto PROMPT Flex modelo estándar vienen con el bebé estándar mejorado, que representa a un bebé nacido a término, también incluido en este conjunto de entrenamiento, puede simular partos normales y difíciles.

Las articulaciones mejoradas del hombro y la cadera de PROMPT Flex Baby mejoran aún más el realismo en situaciones de parto difíciles, como la distocia de hombros y los partos de nalgas.

ofrece esto en toda su gama de productos para la salud de la mujer para ayudar a reflejar la diversidad de pacientes reales y mejorar los resultados en todas las etnias.

Hay productos adicionales disponibles para ampliar los escenarios de formación en el aula:

Cerclaje Cervical
Dilatación y borramiento cervical (CDE)
Cesárea mejorada (ECSM)
Simulador de hemorragia materna
Hemorragia post parto
Piernas inferiores

VISIÓN GENERAL

Como parte de la gama de parto PROMPT Flex, este conjunto se puede utilizar con los siguientes módulos:

- o Hemorragia posparto (HPP)
- o Cesárea mejorada
- o Dilatación y borramiento cervical (CD&E)
- o Cerclaje Cervical
- o Piernas inferiores
- o Simulador de hemorragia materna

El bebé ha mejorado las articulaciones de los hombros y la cadera.

Viene con estuche con ruedas para un almacenamiento y transporte seguros

REALISMO

suelo pélvico realista
Adecuado para usar con un paciente simulado
Modelo Baby mejorado con curva en la región toraco-lumbar

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

VERSATILIDAD
Madre que da a luz:

Los muslos articulados ayudan a demostrar los procedimientos de Gaskin y McRobert
Mango en la base del maniquí para uso del operador durante la simulación de trabajo
(2) CONTINUA EN LA SIGUIENTE CONSULTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
CONTINUACION DEL ANTERIOR

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG 21

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

(2)

CONTINUACIÓN DE LA CONSULTA ITEM 3

VERSATILIDAD

Madre que da a luz:

- Los muslos articulados ayudan a demostrar los procedimientos de Gaskin y McRobert
- Mango en la base del maniquí para uso del operador durante la simulación de trabajo
- Cierres de correa para asegurar el simulador PROMPT a una cama o banco durante el entrenamiento
- Se puede utilizar con módulos adicionales para ampliar las simulaciones de formación

Bebé:

- El bebé tiene un pliegue en la región toraco-lumbar
- La articulación mejorada de las articulaciones ofrece un mayor realismo para escenarios de parto difíciles, como la distocia de hombros.

LIMPIEZA

- Limpie el lubricante de todas las superficies de la madre y el bebé con un paño húmedo tibio.
- Permita que los componentes se sequen completamente antes de guardarlos

LA SEGURIDAD

- Use el lubricante recomendado y sangre simulada, otros productos pueden debilitar o dañar su simulador
- Siempre lubrique el cuello uterino, el canal de parto y el bebé antes de cada simulación de parto para evitar dañar la piel.
- Este producto no contiene látex.

ANATOMÍA

- Este entrenador de parto y los módulos de la gama PROMPT Flex se pueden usar con un paciente simulado para permitir el desarrollo de habilidades de comunicación.

ANATOMÍA

Anatomía de la madre que da a luz

- muslos articulados
- Perineo, canal de parto y cuello uterino
- Hueso púbico y pelvis ginecoide

Anatomía del bebé

- clavículas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

- Líneas de sutura y fontanelas
- Cordón umbilical y placenta

HABILIDADES ADQUIRIDAS

- Formación y práctica en los siguientes tipos de parto:
- Normal
- presentación de nalgas vaginales
- Distocia de hombros
- Vaginal asistida (fórceps y dispositivos de vacío)
- Tercera etapa del trabajo de parto
- Prolapso del cordón
- Colocación de catéter urinario
- inyección IM

Habilidades de comunicación y trabajo en equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTINUACION DEL ANTERIOR

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 21

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 32
Consulta/Observación:
 ÍTEM 04: ENTRENAMIENTO INYECCIÓN-PUNCIÓN
 CONSULTA:

En las especificaciones técnicas de este Ítem más de un equipo está dirigido a la marca Gaumard, por ello, solicitamos considerar más características con mejoras tecnológica y con calidad de enseñanza en el sector salud para permitir la inclusión de diversas marcas y garantizar una competencia equitativa.

1) MODELO DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

Este es el voluntario perfecto para capacitar a sus estudiantes principiantes de atención médica en la administración de inyecciones intramusculares. Siempre disponible para demostraciones en clase o práctica por grupos de cualquier tamaño, El simulador de inyección intramuscular ofrece aprendizaje tanto visual como táctil. Una estructura ósea simulada está incrustada en el torso y representa el extremo superior del fémur, o trocánter mayor, las espinas ilíacas anterosuperior y anterosuperior y el sacro.

La estructura ósea proporciona puntos de referencia anatómicos palpables para que los estudiantes puedan identificar los lugares de inyección adecuados. Se corta una sección del cuadrante superior externo del área glútea izquierda para permitir que los estudiantes visualicen las estructuras subyacentes. Se muestran claramente los músculos glúteo medio y glúteo mayor, el nervio ciático y las estructuras vasculares. En este simulador se pueden enseñar y practicar tres tipos de inyecciones intramusculares: inyecciones dorsoglúteas, ventroglúteas y vasto lateral.

Como con todos los Life/form réplicas y simuladores, el Simulador de Inyección Intramuscular es extremadamente realista. Las texturas de la piel y los músculos, así como la forma y la posición de los huesos, se parecen mucho a las de un paciente vivo. Como resultado, la perforación del tejido con una aguja duplica la sensación de administrar una inyección real. Viene completo con guía didáctica, suministro de jeringas y estuche rígido.

2) MODELO DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR EN GLÚTEO (NALGA)

Simulador de Inyecciones Intramusculares Dorsogluteal

Ofrezca a sus estudiantes prácticas y retroalimentación instantánea sobre la precisión de las inyecciones intramusculares de dorsogluteal, con este completo Simulador.

Este modelo realista presenta una piel de aspecto real en el lado derecho y un lado izquierdo transparente para proporcionar imágenes claras de los huesos internos, los nervios y las venas. Las luces indican si la posición de la aguja es correcta o incorrecta

3) MODELO DE VENOPUNCIÓN

- Realismo
- Retrospectiva realista
- Piel reemplazables
- Sitio de inyección intramuscular
- Completo con huellas dactilares

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Simple y fáciles de usar, los brazos de entrenamiento para venopunción e inyección son la forma ideal de enseñar técnicas de venopunción e inyección, incluido el inicio de vías intravenosas y la introducción de catéteres intravenosos con aguja. Este simulador termina con su problema de encontrar voluntarios dispuestos y ayuda a evitar lesiones y responsabilidades en el paciente mientras los estudiantes aprenden nuevos procedimientos. El realismo comienza con los detalles finos, hasta las huellas dactilares. Pero lo más importante es la sensación realista de punción a través de la piel de vinilo y las venas de látex. La piel en realidad se enrolla al palpar la vena y el estallido característico se puede sentir cuando la aguja penetra en la vena. Las venas son accesibles en la fosa antecubital, a lo largo del antebrazo y en el dorso de la mano, lo que permite practicar la venopunción en cualquiera de los sitios habituales. La práctica de la inyección intramuscular es igualmente realista. Una almohadilla de espuma simula el tejido muscular y los límites se identifican mediante puntos de referencia naturales similares a los huesos.

Los brazos de venopunción e inyección están diseñados con pieles y venas reemplazables. Los kits de piel de reemplazo completos están disponibles y son fáciles de usar. Para prolongar la vida útil de cada juego de piel/vena, hay disponible un sellador en aerosol para sellar perforaciones en el tubo y evitar fugas. Incluye un brazo Life/form con piel, aguja de calibre 22, juego de mariposa, juego de infusión, jeringa de 3 cc, jeringa de 12 cc, una pinta de sangre Life/form, bolsas de suministro de fluidos, manual de instrucciones y maletín de transporte blando. Soporte de suministro de fluidos no incluido.

(1) CONTINUA EN LA CONSULTA SIGUIENTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

(1) CONTINUACIÓN DE LA CONSULTA ITEM 4

4) MODELO DE PUNCIÓN ARTERIAL

En la tradición de Life/form, el brazo de punción arterial presenta el realismo de apariencia y rendimiento necesarios para proporcionar una práctica realista para los alumnos. Fácil de configurar y usar, esta valiosa ayuda de capacitación es ideal para la práctica y la demostración en la extracción de muestras de sangre arterial para monitorear los gases sanguíneos. Con este brazo único, los estudiantes pueden identificar los lugares de punción a través de la palpación del pulso en los sitios radial o braquial. La presión arterial realista produce un reflujo de sangre realista en la jeringa, lo que confirma la ubicación adecuada de la aguja en la arteria.

El uso periódico del sellador de tubos provisto prolongará la vida útil de cada kit de piel/arteria. El brazo tiene una sección de tubería arterial instalada. Se incluyen: dos jeringas de 3 cc con agujas, bolsa de suministro de líquido, dos secciones de arteria de reemplazo, una pinta Life/form de sangre arterial, sellador de tubos, manual de instrucciones y maletín de transporte blando. Soporte de suministro de fluidos no incluido. No se pueden colocar vías arteriales.

5) MODELO DE INYECCIÓN PUNCIÓN ESPINAL (LUMBAR)

El simulador de inyecciones espinales Life/form es una valiosa ayuda para la formación y la enseñanza que permite una demostración y práctica realistas de todas las inyecciones espinales.

Las técnicas de inyección espinal incluyen anestesia espinal, punción lumbar, analgesia epidural, analgesia caudal, bloqueo del nervio sacro y bloqueo simpático lumbar.

La duplicación cuidadosa de la anatomía garantiza una resistencia adecuada en la punción de la aguja y puntos de referencia de palpación precisos. La piel reemplazable se puede cambiar sin herramientas en minutos. La columna vertebral puede cargarse con líquido y colocarse en posición sentada o lateral para la práctica de inyecciones. Las secciones L1 y L2 de la columna vertebral son claramente visibles. La parte funcional de este modelo de inyección incluye las vértebras L3-L5, además del sacro y el cóccix.

Incluye una bolsa de suministro de fluidos con conectores, guía didáctica y estuche rígido. Soporte de suministro de fluidos y aguja no incluidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTINUACION DEL ANTERIOR

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

	Específico	III	3.1	22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG 22

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

ÍTEM 05: ENTRENAMIENTO DE VÍA AÉREA PEDIATRICO
CONSULTA KANG:

En las especificaciones técnicas de este Ítem más de un equipo está dirigido a la marca Gaumard, por ello, solicitamos considerar más características con mejoras tecnológica y con calidad de enseñanza en el sector salud para permitir la inclusión de diversas marcas y garantizar una competencia equitativa.

1) SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO

Cumple con los requisitos de formación avanzada para las certificaciones PALS, PEARS y APLS.

presenta más de 60 expresiones y sonidos vocales para ayudar a los profesionales de la salud a evaluar las señales verbales y no verbales.

La mecánica pulmonar interna del simulador y el sistema de sangrado opcional permiten la capacitación en escenarios de atención pediátrica de la vida real, como el manejo de las vías respiratorias y la ventilación, la reanimación cardíaca y el cuidado de traumatismos. Las vías respiratorias avanzadas, las características neurológicas y el sistema de sangrado activo del simulador permiten la capacitación en atención pediátrica de emergencia.

10 SCE con los que los profesionales de la salud pueden adquirir la competencia necesaria para responder con confianza.

VÍA AÉREA AVANZADA / Admite una variedad de accesorios para las vías respiratorias.

EVALUACIÓN NEUROLÓGICA / Frote esternal, cianosis y convulsiones.

PRÁCTICA DE HABILIDADES / Acceso venoso central y IO, desfibrilación y RCP, sonda de gastrostomía.

Características

Vías respiratorias

Cavidad oral anatómicamente exacta y vías respiratorias realistas. Intubación nasotraqueal/orotraqueal (tubo ET) Intubación retrógrada y con fibra óptica. Ventilación transtraqueal con chorro. Inclínación de cabeza, levantamiento de barbilla y empujando de mandíbula. Soportes de intubación esofágica. Inserción LMA, iGel y King. Inserción fáringe por las vías respiratorias oral y nasal. Soporte de ventilación bolsa-válvula-máscara. Cricotirotomía con aguja/quirúrgica. Traqueostomía. Hinchazón de lengua, de faringe y laringoespasmos (modelo avanzado). Detección de la profundidad de la intubación y registro de eventos del software. Oclusión bronquial. Distensibilidad y resistencia pulmonar variable (modelo avanzado).

Cardíaco

Compresiones torácicas que cumplen con los requisitos AHA y RCP. Las compresiones torácicas eficaces generan pulsos femorales palpables y actividad en el electrocardiograma (ECG). Apoya la monitorización de ECG utilizando dispositivos reales. Informes y comentarios de calidad en tiempo real de RCP. Sensor de profundidad de compresión torácica. Caja SimDefib externa. Biblioteca de ritmos cardíacos. ECG de 12

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

derivaciones en el software. Presión arterial (PA) no invasiva con sonidos Korotkoff. - Defibrilación, cardioversión y ritmo usando dispositivos reales y energía. Circulación Pulsos palpables bilaterales con detección de eventos Pulsos dependientes de la presión arterial. Fuerza de pulso variable. Cianosis circumoral (modelo avanzado). Relleno capilar periférico (modelo avanzado). Glucosa en sangre por punción digital. y registro: - Carótida, braquial, radial, femoral. - Arteria poplítea (modelo avanzado). - Artera dorsalis pedis (modelo avanzado). Gástrico y urinario Genitales femeninos y masculinos intercambiables Distensión abdominal con intubación de esófago. Cateterismo urinario con diuresis. Sonda orogástrica / nasogástrica (sin líquidos). Sonda de gastrostomía (con líquidos). Administración de supositorios.

Neurológico

Respuesta al dolor a través del frote esternal (modelo avanzado). Convulsiones (modelo avanzado). Respiratorio Respiración espontánea. Elevación del pecho visible durante la ventilación de bolsa-válvula-mascarilla. Detección automática y registro del tronco derecho principal. Elevación unilateral del tórax y ruidos pulmonares con el tronco derecho principal. Relaciones inspiratorias / espiratorias variables. Retracciones subesternales (modelo avanzado). Soporte de ventilación mecánica (modelo avanzado). Medidas de ventilación. Oxímetro de pulso simulado. Colocación de la sonda torácica. Fluidos de sonda torácica con módulo de sangrado externo. Descompresión con aguja unilateral medioclavicular. Detección, resolución y registro automáticos de descompresión con aguja medioclavicular. - Soporta volumen y presión asincrónicos durante la ventilación controlada. - Soporta PEEP (hasta 20 cm H2O) Sonidos Auscultación de corazón normal y anormal, ruidos pulmonares e intestinales. Más de 60 expresiones vocales masculinas / femeninas con guión y sonidos. Posee voz inalámbrica. Acceso Vascular Muslo anterolateral unilateral intramuscular y sitios de inyección subcutánea. IO humeral (sin fluidos) e IO tibial (con fluidos). Sitio de punción venosa antecubital con retroceso flácido. Catéter yugular preportado y dorso de izquierda mano.

(1) CONTINUA EN LA SIGUIENTE CONSULTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 24

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:51:29

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

(1)
CONSTINUACIÓN DE LA CONSULTA ITEM 5

2) SIMULADOR NEONATAL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO

Este simulador representa un recién nacido con una edad de hasta 28 días. Posee una altura de 53 cm y un peso objetivo de 3.17 kg. El género del maniquí es intercambiable, lo que lo hace versátil para diversas prácticas. Incluye características avanzadas como sangrado a través de una conexión IV externa y una batería interna. El maniquí se controla de manera inalámbrica por el instructor, ofreciendo una experiencia de entrenamiento completa y realista.

Con una amplia gama de características únicas y opciones de entrenamiento, los estudiantes pueden realizar prácticas realistas en los aspectos más cruciales del cuidado del infante. Estas características incluyen un área con pre-traqueostomía, inserción de vía periférica arterial, inserción de catéter venoso central subclavio y la capacidad de simular un laringoespasma. Estas opciones satisfacen los requisitos esenciales para las habilidades de enfermería en infantes, el soporte vital avanzado pediátrico (PALS) y el programa de reanimación neonatal (NRP).

Sistema respiratorio: El maniquí cuenta con una vía aérea anatómicamente correcta, permitiendo la intubación endotraqueal tanto por vía oral como nasal, así como la intubación del bronquio principal derecho. Además, es posible la inserción de mascarilla laríngea, y de vías aéreas orofaríngeas y nasofaríngeas. Incluye un área con pre-traqueostomía, expansión torácica manual mediante resucitador y la capacidad de mostrar una excursión torácica asimétrica. Se puede realizar la aspiración oral y nasofaríngea, auscultación pulmonar, descompresión de neumotórax y colocación de tubo de tórax. El maniquí también simula laringoespasma, respiración espontánea, variabilidad en la frecuencia y patrones respiratorios, detección de aire ventilado y descompresión de neumotórax, retracciones subesternales y soporte de ventilación mecánica.

Sistema neurológico: Dispone de tres pupilas modificables manualmente, una fontanela ajustable manualmente y la capacidad de simular convulsiones.

Sistema digestivo y urinario: Permite la colocación de una sonda de alimentación, presenta distensión abdominal y facilita el sondaje vesical con retorno de orina. También se pueden auscultar los sonidos abdominales.

Sistema circulatorio: El maniquí está diseñado para realizar compresiones torácicas, acceso intraóseo, inyecciones intramusculares, y acceso venoso periférico mediante la vena cefálica, la vena lateral marginal del pie y vía temporal. Además, permite el acceso venoso central a través del cordón umbilical, inyecciones subcutáneas, colocación de vía arterial periférica y colocación de un catéter central en la vena subclavia. Incluye pulsos braquiales bilaterales con variabilidad en la intensidad del pulso, una librería de ritmos cardíacos, y es compatible con marcas de ECG comerciales. Se puede realizar la auscultación cardíaca, medir la eficacia de las compresiones torácicas, y detectar el pulso femoral y del cordón umbilical.

Sistema músculo-esquelético: El maniquí tiene tonos de piel localizados y articulaciones en el codo, hombro, cadera, rodilla, cuello y mandíbula. Además, permite el cambio del cordón umbilical que puede ser cortado y muestra cianosis circumoral.

Opciones: El maniquí es compatible con SimDefib y desfibriladores comerciales. Incluye un modelo fisiológico con pulmón externo y viene con software de control del instructor y software de monitor de paciente simulado.

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Este maniquí ofrece un amplio rango de funcionalidades para la formación y práctica médica, facilitando el entrenamiento en diversas situaciones clínicas de manera segura y efectiva.

3) MANIQUÍ PARA VÍA AÉREA LACTANTE

C: compresiones cardiacas

H: compatible con el calor

A: vía aérea, acceso arterial a través del ombligo

R: reanimación

L: Máscara laríngea capaz de usar oxígeno o VPP

I: Intravenoso, Intraóseo, Intubación

E: electrocardiograma

Características:

Vía aérea, respiración, intubación y ventilación.
Colocación de tubo torácico
RCP
Simulación de ECG (debe tener un simulador de ECG)
Sonda gastrointestinal (GI)
Infusión intraósea
Observación y medición
Puntos de pulso manual palpables en 7 ubicaciones
Ombligo permeable con acceso venoso y arterial
Sitio PICC en el brazo
Cateterismo urinario para usar con genitales intercambiables

viene completo con:

- Vías aereas, 2, estándar y avanzado
- Talco para bebés
- Sangre
- Bolsa de transporte
- Cofre de desfibrilación
- Huesos intraóseos y piel.
- Bolsa IV
- IV piel y venas de manos y pies
- Genitales masculinos y femeninos
- mielomeningocele
- Agujas
- Hernia umbilical
- Ombligo

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: III	Literal: 3.1	Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
CONTINUACION DEL ANTERIOR

SE ACLARA LA CONSULTA: Precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REG. PAG. 24

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	18:54:12

Observación: Nro. 36
Consulta/Observación:
Respecto a los ITEM 1,2,3,4,5

SE OBSERVA:

En las bases de la licitación se especifican características técnicas que son cumplidas por la marca Gaumard, teniendo un representante exclusivo LAB TOP PERU S.R.L. Al mantener estas características, el proceso limita injustamente la competencia y favorece a un solo proveedor, en contravención del principio de libre concurrencia de postores.

Apreciamos la revisión de los equipos y sus especificaciones técnicas la página del fabricante Gaumard, evidenciando cómo la descripción técnica favorece a esta marca específica: <https://www.gaumard.com/>.

Este enfoque vulnera el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 29.4, que prohíbe la definición de requerimientos que hagan referencia a una marca, fabricación o procedencia específicas, así como cualquier descripción que direcciona la contratación hacia un proveedor determinado.

Por lo anterior, solicitamos reconsiderar y retrotraer el proceso al estudio de mercado para permitir la inclusión de diversas marcas y garantizar una competencia equitativa.

Agradecemos su atención a esta observación y quedamos a la espera de su pronta respuesta para asegurar un proceso transparente y justo.

Dicha omisión de la presente observación, nos reservamos comunicar al OSCE el direccionamiento del presente proceso a un determinado postor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY 30225 ART 4 INCISOS A, B, C, D , E ART. 29 NUMERAL 29.4 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Por cuanto, la indagación de mercado se sustenta dentro de las exigencias establecidas en la Normativa de Contrataciones del Estado. Asimismo, en consideración que el participante plantea un direccionamiento que no se evidencia o precisa en particular para ser evaluada a fin de determinar si vulnera la normativa que señalada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	19:04:37

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 07: REFRIGERACIÓN

Capaz de mantener los productos almacenados en su interior a una temperatura bajo 0°C, normalmente entre -30°C y -40°C o temperaturas más bajas.

Los congeladores biomédicos al ser precisos utilizan un rango de temperatura corto, por lo general es de 15 o 20°, es por esto que solicitamos al comité evaluador que nos pueda indicar cual es el rango de temperatura que requieren ya sea de -10 a -25°C ó de -20 a -40°C ya que indican que puede ser temperaturas más bajas. Solicitamos esto para poder fomentar la pluralidad de las marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 7 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

La consulta, la cual permitira mayor concurrencia de postores se amplia el rango, quedando determinado de la siguiente manera:

¿ Capaz de mantener los productos almacenados en su interior a una temperatura bajo 0 °C.

¿ Con Rangos de temperatura entre los -40 °C y -4 °C. .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	19:04:37

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 07: REFRIGERACIÓN

Descongelación automática controlada por termostato

Para fomentar la pluralidad de postores, se solicita ampliar esta característica y aceptar congeladoras que cuenten con descongelamiento manual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 7 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

La consulta, por cuanto es una característica que permitira que la congeladora mantenga siempre la misma la temperatura, siendo funcional para los fines que se requiere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	19:04:37

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 07: REFRIGERACIÓN

Refrigerante R404a -sin CFC

Debido a que el tipo de refrigerante no afecta directamente al funcionamiento de las congeladoras, cada fabricante utiliza diferentes refrigerantes libres de CFC, es por esto que solicitamos al comité evaluador ampliar esta característica y aceptar refrigerante sin CFC, ya que así se fomenta la participación de diferentes marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 7 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMEENTE:

Con la finalidad de promover mayor concurrencia d epostores se amplia la características:
- Refrigerante sin CFC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	19:04:37

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 07: REFRIGERACIÓN

Material de la cabina de acero inoxidable

Para fomentar la pluralidad de postores, se solicita ampliar esta característica y aceptar congeladoras que su material de cabina sea aluminio con recubrimiento anticorrosión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 7 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Dada que la caracteística del acero inoxidable presenta propiedades de mayo resistencia a la corrosión, lo cual genera mayor durabilidad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO I
GENERALIDADES
1.9. PLAZO DE ENTREGA
ITEM 07: REFRIGERACION
Consulta:

Considerando que en la ficha de selección del procedimiento de selección se indica que la denominación del Ítem 07 es "EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION", ¿podría el Comité de Selección precisar la denominación correcta del mencionado ítem? Esto a efectos de contar con información clara y precisa que permita elaborar una oferta adecuada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9. Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA: La denominación del ítem es el siguiente, según el expediente de contratación:
ITEM 07: REFRIGERACION Y CONGELACION
Por lo tanto, se proce a uniformizar la denominación en lo que corresponda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG. 14

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
REFRIGERADORA DE LABORATORIO
- Capacidad: mayor a 650L o menor a 900L

Observación:
A efectos de permitir una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien permitir la participación de refrigeradoras de 650L y por lo tanto modificar el punto en cuestión de tal manera que se solicite lo siguiente:
- Capacidad: igual o mayor a 650L o menor a 900L

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Con la finalidad de permitir mayor concurrencia de postores se modifica la característica técnica, quedando la siguiente:
- Capacidad: Igual o mayor a 650L o menor a 900L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
REFRIGERADORA DE LABORATORIO
- Puerta de cristal

Observación:
La refrigeradora de laboratorio con la cual estamos evaluando nuestra participación cuenta con puerta de vidrio, el cual también permite la visualización interna del equipo, por lo que solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aceptar la característica y modificar el punto en cuestión, de tal manera que se detalle lo siguiente:
- Puerta de cristal o vidrio

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Por cuanto las características termicas y durabilidad del cristal son las mas aceptables para los fines que se requiere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
REFRIGERADORA DE LABORATORIO
- Material externo: acero laminado en frío

Observación:
La refrigeradora de laboratorio con la cual estamos evaluando nuestra participación cuenta con el material externo denominado PCM, el cual es un material con capacidad intrínseca para absorber y liberar calor durante los ciclos de transición de fase, por lo que a efectos de permitir una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aceptar la característica y modificar el punto en cuestión, de tal manera que se detalle lo siguiente:
- Material externo: acero laminado en frío o según fabricante

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: con la finalidad de permitir mayor concurrencia de postores; se modifica las especificación quedando la siguiente característica:
- Material externo: acero laminado en frío, acero inoxidable o PCM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO
- Capaz de mantener los productos almacenados en su interior a una temperatura bajo 0°C, normalmente entre -30°C y -4°C, o temperatura más bajas
Observación:
A efectos de permitir una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien permitir la participación de congeladoras verticales de laboratorio con temperatura de -25°C y -10°C y por lo tanto modificar el punto en cuestión de tal manera que se solicite lo siguiente:
- Capaz de mantener los productos almacenados en su interior a una temperatura bajo 0°C, normalmente entre -25°C y -10°C, o temperatura más bajas

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: con la finalidad de permitir mayor concurrencia de postores; se modifica la especificación quedando la siguiente característica:
- Material externo: acero laminado en frío, acero inoxidable o PCM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO
- Descongelación automática controlada por termostato

Observación:
A efectos de permitir una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aceptar descongelación manual y por lo tanto modificar el punto en cuestión de tal manera que se detalle lo siguiente:
- Descongelación "manual" o "automática controlada por termostato"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Por cuant, la característica de Descongelación automática mejora la eficiencia, rendimiento e higiene del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO
- Refrigerante R404a - sin CFC

Observación:
El congelador vertical de laboratorio con el cual estamos evaluando nuestra participación cuenta con refrigerante R600a, el cual no tiene efecto destructivo sobre la capa de ozono y ningún efecto invernadero, de acuerdo con los requisitos del "Acuerdo de Montreal" por lo que solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aceptar la características descrita y modificar el punto en cuestión, de tal manera que se detalle lo siguiente:
- Refrigerante R404a o R600a - sin CFC

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:
Con la finalidad de promover mayor concurrencia d epostores se amplía la características:
- Refrigerante sin CFC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO
- Material de acero inoxidable

Observación:
El congelador vertical de laboratorio con el cual estamos evaluando nuestra participación cuenta con el material externo denominado PCM, el cual es un material con capacidad intrínseca para absorber y liberar calor durante los ciclos de transición de fase; y con material interno denominado placa de aluminio pulverizado por lo que a efectos de permitir una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aceptar las características descritas y modificar el punto en cuestión, de tal manera que se detalle lo siguiente:
- Material de acero inoxidable o según fabricante

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: En razón que la característica de la cabina en acero inoxidable, cumple para los fines para el cul se requiere. Asimismo por su durabilidad y resistencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Presentación de Ficha RUC, CIR, constancia de información registrada donde conste que su estado sea ACTIVO Y HABIDO; y que si Actividad Económica tenga relación con el objeto de la convocatoria.

Observación:
Respecto de los documentos solicitados, Ficha RUC es el que indica la condición de activo y habido, además de la actividad económica. En el caso del CIR (constancia o comprobante de información registrada), se trata de un documento que se puede emitir para cada trabajador que está registrado por la empresa ante SUNAT. En ese orden de ideas, ¿podría el Comité de Selección precisar si el CIR a adjuntar en la oferta debe corresponder al profesional titulado propuesto como personal clave?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2. Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Por lo tanto, se procede a eliminar la exigencia de Inscripción Vigente en la SUNAT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG. 33

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Para el ITEM 07: Equipos de refrigeración y congelación de uso en laboratorios biológicos, clínicos, o sanitario
Observación:
A efectos de permitir una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aceptar como bienes similares a equipos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2. **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:
A fin de permitir mayor concurrencia de postores, se modifica parcialmente los bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Para el ITEM 7: Equipos de Refrigeración y Congelación de uso en laboratorios biológicos, clínicos, o sanitario y/o Laboratorios en General.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 33

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION

C EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Profesional titulado. Con una experiencia mínima de un (1) año en servicios de capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria.

Consulta:

¿Podría el Comité de Selección precisar que para acreditar la experiencia en servicio de capacitación, aceptarán certificados de capacitación emitidos por los fabricantes de los equipos objeto de la convocatoria?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2. **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: La Consulta, entendiendose que la experienci aexigida es que el Capacitado tenga experiencia en el ejercicio de haber realizado capacitaciones y no de haberlas recibido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:48

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPITULO IV
ITEM 07: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
G. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO Y REPUESTOS
LOCALIDAD 1: Lima o Trujillo

Consulta:
Considerando que la Escuela Profesional de Medicina Humana de la UNS se encuentra en Nuevo Chimbote (Santa-Áncash), ¿Podría el Comité de Selección precisar si lo correcto es Nuevo Chimbote en lugar de Trujillo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: G. Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: La consulta, quedan reformulada de la siguiente manera:

LOCALIDAD 1: Lima o Trujillo o Nuevo Chimbote o Chimbote
LOCALIDAD 2: Otra Localidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ref. pag. 36

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:01:25

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

ITEM 7: REFRIGERACION
DENOMINACION Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
REFRIGERADORA DE LABORATORIO
- CAPACIDAD MAYOR A 650 LITROS O MENOR A 900 LITROS
Al respecto, entendemos que los postores podremos ofertar un refrigerador de 1 o 2 puertas, siempre que este en el rango de 650 a 900 litros.
CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
Precisando, que el equipo puede constar de una o dos puertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:02:16

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

ITEM 7: REFRIGERACION
DENOMINACION Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
REFRIGERADORA DE LABORATORIO
- DISEÑO UNIBODY ..

Al respecto, solicitamos al comité nos precise en otros términos a que se refiere con DISEÑO UNIBODY.
PRECISAR?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
Que el termino UNIBODY se refiere a que su estructura debe estar hecho de una sola pieza, un solo bloque.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:02:49

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

ITEM 7: REFRIGERACION

DENOMINACION Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

REFRIGERADORA DE LABORATORIO

- Material interno: acero laminado en frío´.

Al respecto, entendemos que como material interno también se aceptará un refrigerador en ACERO INOXIDABLE, por ser un material más resistente.

CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA:

Se aclara y acepta la consulta, teniendo en cuenta las características del acero inoxidable; se procede a modifica la característica, quedando:

- Material interno: acero laminado en frío o acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:03:19

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

ITEM 7: REFRIGERACION

DENOMINACION Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

REFRIGERADORA DE LABORATORIO

- Lampara LED, registrador de temperatura.

Al respecto, como REGISTRADOR DE TEMPERTAURA, entendemos que el refrigerador venga con una memoria o Datalogger integrado interno y que mediante una INTERFAZ USB, se pueda exportar los datos de temperatura registrados.

CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

Que el Registrador de temperatura es un dispositivo que permite monitorear registrar continuamente la temperatura interna en intervalos regulares proporcionando un historial detallado de las condiciones internas. Debe permitir la transfarencia de datos por cualquier medio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:03:51

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

ITEM 7: REFRIGERACION

DENOMINACION Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO

Al respecto, entendemos que el rango de temperatura del congelador solicitado podrá ser desde 0 °C hasta -30 °C.

CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

En consideración que se ha presentado una consulta similar en el presente pliego, se aclara que el equipo debe tener las siguientes características:

- ¿ Capaz de mantener los productos almacenados en su interior a una temperatura bajo 0 °C.
- ¿ Con Rangos de temperatura entre los -40 °C y -4 °C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:04:29

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

ITEM 7: REFRIGERACION

DENOMINACION Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO

- Sistema de refrigeración: Compresor hermético.

Al respecto, solicitamos nos precise el sistema de refrigeración, que puede ser aire forzado o directo.

PRECISAR;

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

Que el se aceptara con sistema de refrigeracion de aire forzado o directo, siempre que cumpla las especificiaciones tecnicas establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:05:09

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

ITEM 7: REFRIGERACION

DENOMINACION Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO

- ALARMA.

Al respecto, no precisa que tipos de alarmas debe tener.

Por lo que, entendemos que los tipos de alarmas serán en función al fabricante.

CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Se precisa que el tipo de alarma es: audible y visual para: temperatura alta, falla de energia y puerta entreabierta como minimo. Se modifica especificaciones quedando :

- ALARMA: audible y visual para puerta entreabierta, como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ref. pag.28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MAQUETA CABEZA VÍA AÉREA (ADULTO), SOLICITAN LO SIGUIENTE: Permite el entrenamiento en la intubación nasotraqueal bilateral.

SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR, SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Oro- o nasotraqueal, a través del tubo endotraqueal Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MAQUETA CABEZA VÍA AÉREA (ADULTO), SOLICITAN LO SIGUIENTE: Demostración de laringoscopia convencional y laringoscopia con video.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Intubación: Excesiva presión de laringoscopio Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MAQUETA CABEZA VÍA AÉREA (ADULTO), SOLICITAN LO SIGUIENTE: Permite examen de fibra óptica.

SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN (TORAX), SOLICITAN LO SIGUIENTE: Sonido de auscultación: (45) corazón, (25) pulmón, (11) intestinos y (6) soplo como mínimo.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Sonidos de auscultación: Corazón 45, Pulmón 48, Intestinos 11, Soplo 6 Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN (TORAX), SOLICITAN LO SIGUIENTE: Sonido de auscultación: Los usuarios pueden configurar presentaciones protegidas por contraseñas. Deberá incluir transmisor por infrarrojo de auscultación que permita escuchar y compartir sonidos fisiológicos en directo con 10 personas a la vez como mínimo, asimismo deberá incluir 10 auriculares inalámbricos por infrarrojo y maletín de transporte. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Los usuarios pueden configurar presentaciones protegidas por contraseña Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN CARDIACA Y PULMONAR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Estetoscopio electrónico con biblioteca de sonidos (12) corazón, (10) pulmón, (4) intestinos SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Completa biblioteca de auscultación formada por 37 ruidos cardiacos, 11 combinaciones cardiopulmonares, 26 ruidos pulmonares, 9 ruidos intestinales y 6 soplos Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN CARDIACA Y PULMONAR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Para simular la medición de presión arterial que oscila entre 20 y 250 mm Hg con volumen ajustable. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN CARDIACA Y PULMONAR, SOLICITAN LO SIGUIENTE:Capacidad de escuchar las 5 fases de sonidos de korotkoff.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN CARDIACA Y PULMONAR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Para conexión de electrocardiograma de 5 cables.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR DE AUSCULTACIÓN CARDIACA Y PULMONAR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Creación de escenarios personalizados.

SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PACK RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) BASICO FAMILIAR , SOLICITAN LO SIGUIENTE: 20 protectores boca-pulmón adultos.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Incluye 10 protectores respiratorios por maniquí, Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PACK RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) BASICO FAMILIAR , SOLICITAN LO SIGUIENTE: 20 protectores boca-pulmón neonatales. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Incluye 10 protectores respiratorios por maniquí,Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PACK RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) BASICO FAMILIAR , SOLICITAN LO SIGUIENTE: Ligerero con una configuración rápida y sencilla de entrenamiento RCP SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápíte de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PACK RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) BASICO FAMILIAR , SOLICITAN LO SIGUIENTE: Nuevo monitor completo RCP actualizado basado en las pautas de la Asociación americana basada del corazón más reciente.

SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 74

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MAQUETA DE COLOCACIÓN DE SONDA Y MANEJO OSTOMOS, SOLICITAN LO SIGUIENTE:
Examen cervical y rectal
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MAQUETA DE COLOCACIÓN DE SONDA Y MANEJO OSTOMOS, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Procedimientos de enema. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 76

Consulta/Observación:
RESPECTO AL MANIQUI PARA TACTO RECTAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Torso con piel de silicona. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MANIQUI PARA TACTO RECTAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Carrete de tubo Vas Deferens simulado para permitir múltiples procedimientos de vasectomía.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MANQUI PARA TACTO RECTAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Genitales masculinos con uretra y recto permeables.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 79

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MANIQUI PARA TACTO RECTAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Tapa removible para fácil acceso interno.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 80

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MAQUETA PARA MANIOBRA LEOPOLD, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Control de volumen de los sonidos cardíacos fetales.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MAQUETA DE MAMAS, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Torso con mamás de material de silicona y/o superior
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características mínimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MODELO DE PELVIS PARA ENTRENAMIENTO DE PARTO NORMAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Torso adulto inferior con piel de silicona y/o superior
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 83

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MODELO DE PELVIS PARA ENTRENAMIENTO DE PARTO NORMAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Bebe con piel de silicona, cavidad oral y nasal, fontanela y sutura palpable, cordón umbilical. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Bebe; Cavidades nasal y oral, Fontanelas palpables y suturas, Cordón desmontable Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 84

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MODELO DE VENOPUNCIÓN, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Con realismo de detalles finos. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MODELO DE PUNCIÓN ARTERIAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: brazo adulto para práctica de punción arteria.

SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Muñeca para Punción Arterial Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MODELO DE PUNCIÓN ARTERIAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: De aspecto realista, fácil de armar y usar.

SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MODELO DE PUNCIÓN ARTERIAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Muñeca flexible. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MODELO DE PUNCIÓN ARTERIAL, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Arterias con capacidad de retorno sanguíneo.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Muestreo de sangre arterial, tubos arteriales Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Sonidos de voz pregrabados.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Cianosis programable por software.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Pulsos carotídeo, femoral, braquial y radial.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Los pulsos bilaterales carotídeo, humeral y radial Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE:Elevación bilateral del tórax con ventilación BVM
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Incorpora ventilación asistida con MVB y asistencia mecánica Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Monitoreo de ECG de 4 derivaciones con equipo real
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 94

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Brazo para practica IV y pierna para acceso IO. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 95

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Auscultación cardíaca y pulmonar.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: RCP en tiempo real: profundidad y velocidad de compresión, tiempo de la interrupción de la compresión, velocidad de ventilación, ventilación excesiva, ciclos de RCP, tonos audibles para ayudar a la compresión y , hacer informe de rendimiento métricas de RCP, y enviar por correo electrónico e imprimir informe ventilación. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR PEDIÁTRICO INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Software en español con licencia de por vida..
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Simulador de paciente recién nacido con piel de silicona y/o superior. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Control del simulador en modo manual (por el instructor) y automático (respuesta fisiológica automática). SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Software en español con licencia de por vida. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 101

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Cuerpo completo con piel de silicona. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 102

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Retracciones programables: leve, grave y grave con jadeo. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 103

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Elevación unilateral del tórax con intubación del bronquio principal derecho. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 104

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Frecuencia respiratoria y cardiaca programables.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 105

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Capacidad de recibir información a tiempo real de un ventilador mecánico real. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 106

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Descompresión de aguja presenta realimentación táctil realista y un silbido audible. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: uso de agujas de descompresión Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 107

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Genitales masculinos y femeninos intercambiables. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 108

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Distensión abdominal programable y hernia de diafragma. SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Distensión abdominal programable Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 109

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Deberá incluir Kit de heridas.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 110

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE:Con material de piel de silicona y/o superior
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 111

Consulta/Observación:

RESPECTO AL SIMULADOR NEONATAL INFANTIL PARA SOPORTE VITAL AVANZADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Modelo basado en datos DICOM CT.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 112

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CENTRÍFUGA, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Precisión de velocidad +10 rpm
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Precisión de velocidad: +20 rpm Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 113

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CENTRÍFUGA, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Rango de tiempo: 1 s ~999 min / continuo/ giro corto SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Rango de sincronización: 15~999 min/continuo/corto Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 114

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MICROCENTRÍFUGA, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Ajustes de temperatura [°c]: -10 a 40 o mayor rango
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 115

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA MICROCENTRÍFUGA, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Curvas de aceleración: 2
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 116

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA ESTUFA U HORNO DE SECADO, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Precisión de temperatura: 0.1 °C Fluctuación de temperatura: ±0.5 °C
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Precisión de temperatura: 0.1 °C Fluctuación de temperatura: ±1 °C Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 117

Consulta/Observación:

RESPECTO AL HORNO ESTERILIZADOR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: De convección natural y forzada con un rango de temperatura de hasta +300 °

SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Ventilación: Ventilación natural Rango de temperaturas ajustables: +20 hasta +300 °C Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 118

Consulta/Observación:
RESPECTO AL HORNO ESTERILIZADOR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Consumo de agua l/min: 0,6
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Ventilación: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CABINA HORIZONTAL DE BIOSEGURIDAD, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Ancho nominal mínimo (longitud frontal de trabajo) de 4 pies
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Ventilación: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 120

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CABINA HORIZONTAL DE BIOSEGURIDADR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Calidad de aire en el área de trabajo según ISO 14644-1. Correspondiente a la clase 5 o superior.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Ventilación: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 121

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CABINA HORIZONTAL DE BIOSEGURIDAD, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Monitoreo continuo del flujo de aire. Controlada electrónicamente.
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Ventilación: Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 122

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CABINA HORIZONTAL DE BIOSEGURIDAD, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Velocidad mínima de flujo de aire de ingreso de 0,4 m/s o 78 FPM
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Ventilación: Velocidad de flujo descendente: 0,33 ± 0,025 m / Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 123

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CONGELADOR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Capaz de mantener los productos almacenados a una temperatura 0°c, normalmente entre -30°c y -4°c. o temperaturas bajas
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Rango de temperatura: -10~-25°c Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con caractrerísticas adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 124

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CONGELADOR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Descongelación automática controlada por termostato SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Descongelación manual. Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 125

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CONGELADOR, SOLICITAN LO SIGUIENTE: Refrigerante R404a - sin CFC
SOLICITAMOS AL COMITÉ, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONCURRENCIAS DE POSTORES, ACLARAR Y AMPLIAR SI ACEPTARAN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: Refrigerante R600a - sin CFC Y/O de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Debido a que no se especifica la(s) característica (s) a considerar del fabricante o a propuesta del participante para ser validadas y el área competente determine su incorporación o no. Asimismo se precisando que a fin de promover mayor concurrencia de postores, se aceptarán propuestas técnicas con características adicionales y/o superiores, siempre y cuando el bien cumpla con las características minimas establecidas en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases, a fin de asegurar su funcionalidad para los fines requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 126

Consulta/Observación:

Se observa que los documentos obligatorios en el literal e) han sido modificados de las bases estándar indicando: (acreditada por la marca o fabricante) lo que constituye una falta grave en la elaboración de las bases, causal de nulidad del proceso de selección. Solicitamos corregir y mantener lo especificado en las bases estándar.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Es necesario que el postor presente los documentos requeridos para acreditar e identificar cada una de las características exigidas en cada uno de los equipos, a fin de asegurar sus funcionalidades para los fines requeridos.

Por lo tanto la exigencia de acreditación del marca y/o fabricante se retira para poner la condición de emitida por la marca y/o fabricante, quedando de la siguiente manera:

e) EL POSTOR DEBE PRESENTAR FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO EMITIDA por la marca y/o fabricante) O SIMILARES para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 15

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 127

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CALIFICACION ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5; A) EN LA CAPACIDAD LEGAL, HABILITACION, SOLICITAN:
-EL POSTOR DEBE ACREDITAR AUTORIZACION PARA LA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO. De acuerdo a lo revisado en las Bases Administrativas, el proceso va directamente en contra de los principios de la Ley de Contrataciones como: Libre Concurrencia y Pluralidad de postores, SOLICITAMOS AL COMITÉ ELIMINAR DICHO REQUISITO DE CALIFICACION YA QUE LIMITA LA PARTICIPACION DE POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: La Consulta, precisando que la exigencia permitira garantizar la operatividad y el soporte técnico durante el periodo de la Garantia Comercial o vida util. Por lo tanto, a fin de promover la concurrencia de postores, se requiere lo siguiente:

El postor debe acreditar Autorización para la distribución para los equipos que correspondan a Modelos y/o Simulares de los ITEM 01, 02, 03, 04 y 05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF PAG. 29

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 128

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CALIFICACION ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5; C) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL, PERSONAL CLAVE, SOLICITAN:
-PROFESIONAL TITULADO Y CERTIFICADO POR LA MARCA O FABRICA. De acuerdo a lo revisado en las Bases Administrativas, el proceso va directamente en contra de los principios de la Ley de Contrataciones como: Libre Concurrencia y Pluralidad de postores, SOLICITAMOS AL COMITÉ ELIMINAR DICHO REQUISITO DE CALIFICACION YA QUE LIMITA LA PARTICIPACION DE POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Se ha determino tener la capacitación por personal calificado; a fin que, nos trasmita con amplio conocimiento las funcionalidades y operatividad de los equipos requeridos para aplicación y/o formacion medica.
Cabe señalar como resultado de otras consultas realacionadas, se ha ampliado la exigencia de Profesional Titulado en salud y certificado por la marca o fábrica a
Profesional Titulado en salud y/o Ingeniería y certificado por la marca o fábrica. No siendo lo señalado por el participante una limitante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 31

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 129

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, La Normativa prevee que La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. Cómo se puede ver la entidad no ha especificado claramente que especificaciones deben de cumplirse en los equipos, por lo que al no tener está claridad este documento obligatorio de eliminarse de las bases. Solicitamos que se elimine todo el contenido de los documentos obligatorios solicitados en el literal e).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** A **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Es necesario que el postor presente los documentos requeridos para acreditar e identicar cada una de las características exigidas en cada unos de los equipos, a fin de asegurar sus funcionalidades para los fines requeridos.

Cabe señalar que dicha exigencia esta establecida para los equipos que correspondan a Modelos y/o Simulares de los ITEM 01, 02, 03, 04 y 05, según lo Requerisitos de Calificacion (Pag. 29).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 130

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CALIFICACION ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5; A) EN LA CAPACIDAD LEGAL, HABILITACION, SOLICITAN:
-EL POSTOR DEBE CONTAR CON INSCRIPCION VIGENTE EN LA SUNAT Y QUE SU ACTIVIDAD ECONOMICA TENGA RELACION CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA. De acuerdo a lo revisado en las Bases Administrativas, ESTE REQUISITO NO GUARDA RELACION CON UNA HABILITACION ESPECIAL, por lo que el proceso va directamente en contra de los principios de la Ley de Contrataciones como: Libre Concurrencia y Pluralidad de postores, SOLICITAMOS AL COMITÉ ELIMINAR DICHO REQUISITO DE CALIFICACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Por lo tanto, se procede a eliminar la exigencia de Inscripción Vigente en la SUNAT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG. 29

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:54

Observación: Nro. 131

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CALIFICACION ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5; C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SOLICITAN:

- "EN EL CASO DE POSTORES QUE DECLAREN EL ANEXO N° 1 TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, SE ACREDITA LA EXPERIENCIA, POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES A LA CONVOCATORIA....."; De acuerdo a la normativa vigente en el caso de Licitaciones Publicas no se aplica los beneficios de pequeñas y micro empresas, SOLICITAMOS AL COMITÉ ELIMINAR DICHO BENEFICIO DE LAS BASES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

De acuerdo a las Bases Estandarizadas establece lo siguiente:

En caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el valor estimado de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada, debe incluirse el siguiente texto:

Ítem N° [¿]

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de [CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO DEBE SUPERAR EL 25% DEL VALOR ESTIMADO], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	23:30:08

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

ITEM 7 CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO, Consultamos al Comité de Selección acepte también equipos que usen Gas refrigerante R290 libre de CFC

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, con relación a la consulta y con el fin de promover la mayor concurrencia de postores, se amplía la característica requerida en lo siguiente:
REFRIGERANTE SIN CFC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 28

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:24

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

ITEM 7 REFRIGERADORA DE LABORATORIO, Solicitamos al Comité de Selección acepte también equipos que tienen un rango de temperatura de 2°C a 15°C , lo cual es una rango mas amplio y supera al rango solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: a Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
Dado que los fines para lo que se requiere el equipo es para almacenar muestras biologicas y reactivos; para cual es necesario los rangos de temperaturas establecido como característica.

¿Rango Temperatura: 2 °C ~ 8 °C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	23:48:32

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, Solicitamos al Comité de Selección, considerar el monto menor para acreditar experiencia a aquellos postores que presenten el anexo 1 que los acredita como micro y pequeña empresa

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: a Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Ques se ha considerado de acuerdo a lo establecido en las Bases Estandarizadas lo siguiente:

En caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el valor estimado de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada, debe incluirse el siguiente texto:

Ítem N° [¿]
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de [CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO DEBE SUPERAR EL 25% DEL VALOR ESTIMADO], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG. 32