

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código : 20519063221

Fecha de envío : 19/12/2023

Nombre o Razón social : PROVI NOW SCIENTIFIC S.A.C.

Hora de envío : 13:34:02

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Señores del COMITÉ DE SELECCIÓN

Con respecto a la acreditación de experiencia del ítem N°1, ítem N°2, ítem N°3 y ítem N°4, solicitamos que, consideren el monto de experiencia por S/ 79,000.00 soles (SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 SOLES) por la condición de micro y pequeña empresa para todos ítems.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** II

**Literal:** A EXP.

**Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que solo el valor estimado del ítem 3 corresponde al monto de una adjudicación simplificada, por tanto, este beneficio solo aplica para este ítem, no siendo posible a los ítems 2 y 4.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20609732441	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:09:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité ampliar el plazo de entrega de 100 a 150 o 130 días calendario, de acuerdo con lo presentado en el estudio de mercado. Esta solicitud se realiza, con la finalidad de simplificar los procesos administrativos y evitar posibles adendas al contrato que pueden surgir ante retrasos imprevistos que podrían generarse en el proceso de fabricación, importación o entrega; ya que se trata de productos de alta fidelidad. Claro está el compromiso que debe asumir el postor para tratar de cumplir los plazos iniciales establecidos; este pedido es meramente para prevenir cualquier eventualidad que pueda ocurrir, debido a antecedentes ya experimentados como la pandemia del COVID-19, cierre de aeropuertos o vías de transporte interno en el país a causa de protestas sociales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 1.9      Literal: -      Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el plazo de entrega fue establecido en las especificaciones técnicas, sin embargo, en mérito el principio de libertad de concurrencia se decide ampliar el plazo a 130 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tanto en el requerimiento como en el numeral 1.9 de la sección específica de las bases se modificará de la siguiente manera: "Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 130 días calendarios, computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación."

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20609732441	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:09:56

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité incluir un documento de presentación obligatoria adicional:  
¿Carta de fabricante, la cual garantice el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas¿  
Este documento servirá de garantía para la institución, al tener un documento adicional de sustento en la adquisición de simuladores de alta fidelidad.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1.      Literal: -      Página: 15**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El solicitar los documentos indicados, se estaría direccionando el procedimiento de selección a un determinado postor, contraviniendo el principio de libertad de concurrencia, por tanto, no es posible acoger su consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20609732441	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:09:56

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas se menciona: " 5.7. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: 5.7.1. SOPORTE TÉCNICO Y 5.7.2. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO"  
Se solicita al comité aclarar:

- 1) ¿En el anexo 6, se debe indicar el precio de cada ítem segmentado en 3 partes:
- 1) Precio del bien principal
  - 2) Precio de soporte técnico y
  - 3) Precio de capacitación y/o entrenamiento ?
- 2) Al tratarse de un proceso con modalidad de ¿llave en mano¿, se solicita confirmar si el pago será realizado en un único abono luego de otorgada la conformidad del bien.

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.7      **Literal:** -      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- 1.- En el anexo 6, el postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias, además, de conformidad con el Art. 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado, las prestaciones accesorias requieren de una garantía de fiel cumplimiento, el mismo que debe figurar en el contrato.
- 2.- Se confirma que el pago será único abono luego de otorgado la conformidad de los bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas, serán aclarados e incorporados en la parte de requisitos para perfeccionar el contrato, anexo 6 y proforma del contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

ITEM 1.SIMULADOR INFANTIL NEONATAL (0-6 MESES) - NIÑO

- Debe permitir el entrenamiento del soporte básico vital (BLS) y soporte básico avanzado (ALS), debe permitir la intubación, así como entrenamiento multidisciplinario en equipo y entrenamiento médico.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, "Soporte vital avanzado pediátrico (PALS), y programa de reanimación neonatal (NRP)", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En cumplimiento del principio de libertad de concurrencia, los postores pueden ofertar entrenamientos del soporte básico vital (BLS) y soporte básico avanzado (ALS) o Soporte vital avanzado pediátrico (PALS), y programa de reanimación neonatal (NRP)" los cuales deben permitir la intubación, así como entrenamiento multidisciplinario en equipo y entrenamiento médico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificarán las características técnicas del simulador infantil neonatal (0-6 meses) - niño, contenido en las especificaciones técnicas de las bases integradas de la siguiente manera.

¿ Debe permitir el entrenamiento del soporte básico vital (BLS) y soporte básico avanzado (ALS) o Soporte vital avanzado pediátrico (PALS), y programa de reanimación neonatal (NRP)" los cuales deben permitir la intubación, así como entrenamiento multidisciplinario en equipo y entrenamiento médico.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

ITEM 1.SIMULADOR INFANTIL NEONATAL (0-6 MESES) - NIÑO

Las fontanelas deben permitir configurar a diferentes estados.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, "Las fontanelas ajustable manualmente", ya que estas características varían de acuerdo a la marca y el año de fabricación de los equipos.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En aplicación del principio de libertad de concurrencia, los postores pueden ofertar simulador infantil neonatal (0-6 meses), el cual permita configurar a diferentes estados de forma automática o manual.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificarán las características técnicas del simulador infantil neonatal (0-6 meses). contenido en las especificaciones técnicas de las bases integradas de la siguiente manera.

- ¿
- ¿ Las fontanelas deben permitir configurar a diferentes estados de forma automática y/o manual.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

ITEM 1.SIMULADOR INFANTIL NEONATAL (0-6 MESES) - NIÑO

TIPO:

Peso y talla aproximada: 5kg - 6Kg/65cm - 75cm

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, "De acuerdo al fabricante", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En aplicación del principio de libertad de concurrencia se modificarán los rangos donde los postores pueden ofertar simulador infantil neonatal (0-6 meses), con peso y talla aproximada de 3.5 ¿ 6kg / 50cm ¿ 75cm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificarán las características técnicas del simulador infantil neonatal (0-6 meses). contenido en las especificaciones técnicas de las bases integradas de la siguiente manera.

¿

¿ Peso y talla aproximada: de 3.5 ¿ 6kg / 50cm ¿ 75cm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

ITEM 1.SIMULADOR INFANTIL NEONATAL (0-6 MESES) - NIÑO

Hardware necesario y compatible para su uso (Laptop-pc/videocámara y micrófono integrado).

CONSULTA :

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, " Hardware necesario y compatible para su uso (Laptop-pc) y opcional (videocámara y micrófono integrado).", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la laptop estará en la zona de control u observación y que la videocámara y micrófono deberán ser instalados en la zona de experiencia de simulación; por lo tanto, no pueden ser opcionales ya que estas dos últimas son los instrumentos con los que se recogen los datos de la simulación que serán analizadas en el software que está instalado en la laptop o PC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

ITEM 1.SIMULADOR INFANTIL NEONATAL (0-6 MESES) - NIÑO

Generación de Base de datos: posibilidad de exportar a diferentes formatos, .pdf, Excel

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, "opcional: Generación de Base de datos: posibilidad de exportar a diferentes formatos, .pdf, Excel ", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La generación de Base de datos en los formatos pdf, Excel es indispensable para el cumplimiento de la finalidad del simulador, por cuanto permitirá analizar los datos que los investigadores generen al momento de su uso, por tanto, este requisito es obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

ITEM PAQUETE N° 2.SIMULADOR DE PARTO DE CUERPO ENTERO DE ALTA FIDELIDAD

Simulador de parto vaginal, compuesto por un maniquí de cuerpo femenino completo y dos recién nacidos simulados a término, con apariencia realista.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, "Simulador de parto vaginal, compuesto por un maniquí de cuerpo femenino completo y (un o dos) recién nacidos simulados a término, con apariencia realista.", para permitir mayor cantidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En cumplimiento al principio de vigencia tecnológica y al avance tecnológico en maternidad como los embarazos múltiples y embarazos in vitro, es indispensable que el simulador de parto vaginal, debe estar compuesto por un maniquí de cuerpo femenino completo y dos recién nacidos simulados a término, con apariencia realista, por tanto, no se acoge su consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

ITEM PAQUETE N° 2.SIMULADOR DE PARTO DE CUERPO ENTERO DE ALTA FIDELIDAD

Maniquí de cuerpo femenino de 160 x 60 x 28 cm y 59 kg a 165 x 65 x 30 y 60 Kg. Aproximadamente.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, "Maniquí de cuerpo femenino de 175 y 50 kg. Aproximadamente.", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En aplicación del principio de libertad de concurrencia se modificarán los rangos donde los postores pueden ofertar simulador de parto de cuerpo entero, con peso y talla aproximada de 50 ¿ 70 kg / 150 cm ¿ 170 cm. Se coge parcialmente la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificarán las características técnicas del simulador de parto, contenido en las especificaciones técnicas de las bases integradas de la siguiente manera.

¿

Simulador de parto de cuerpo entero, con peso y talla aproximada de 50 -70 kg/150 a 170 cm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

ITEM PAQUETE N° 2.SIMULADOR DE PARTO DE CUERPO ENTERO DE ALTA FIDELIDAD

02 maniquí de recién nacido a término de 2.85 kg aproximadamente, con cordón umbilical y placenta realistas.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, " 02 maniqués de recién nacido de 2.5 a 3.10 kg aproximadamente, con cordón umbilical y placenta realistas.", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En cumplimiento del principio de libertad de concurrencia de decide ampliar el peso de 2.5kg a 3.10 kg aproximadamente con cordón umbilical y placenta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas, serán moficiados de la siguiente manera:

¿ 02 maniquís de recién nacido a término de 2.85 kg a 3.10 Kg aproximadamente, con cordón umbilical y placenta realistas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

ITEM PAQUETE N° 2.SIMULADOR DE PARTO DE CUERPO ENTERO DE ALTA FIDELIDAD

Hardware necesario y compatible para su uso (Laptop-pc/videocámara y micrófono integrado).

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, " Hardware necesario y compatible para su uso (Laptop-pc) y opcional (videocámara y micrófono integrado).", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la laptop estará en la zona de control u observación y que la videocámara y micrófono deberán ser instalados en la zona de experiencia de simulación; por lo tanto, no pueden ser opcionales ya que estas dos últimas son los instrumentos con los que se recogen los datos de la simulación que serán analizadas en el software que está instalado en la laptop o PC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

ITEM PAQUETE N° 2.SIMULADOR DE PARTO DE CUERPO ENTERO DE ALTA FIDELIDAD

Generación de Base de datos: posibilidad de exportar a diferentes formatos, .pdf, Excel

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, "opcional: Generación de Base de datos: posibilidad de exportar a diferentes formatos, .pdf, Excel ", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La generación de Base de datos en los formatos pdf, Excel es indispensable para el cumplimiento de la finalidad del simulador, por cuanto permitirá analizar los datos que los investigadores generen al momento de su uso, por tanto, este requisito es obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:02:09

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

ITEM 3.SIMULADOR DE PARTO DE CUERPO ENTERO

TIPO: 01 Simulador femenino pediátrico de aproximadamente 106-110 cm, 20-22 kg

CONSULTA :

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, "01 Simulador femenino pediátrico de aproximadamente 106-122 cm, 20-23 kg", ya que esta característica varía de acuerdo a la marca de los equipos.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En cumplimiento del principio de libertad de concurrencia de decide ampliar el rango de la talla y peso, de 106-122cm, 20-23kg.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas quedará de la siguiente manera:

TIPO:

¿ 01 simulador femenino pediátrico de aproximadamente 106-122cm, 20-23kg; simula una niña de aproximadamente de 9 a 10 años de edad.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20521301237	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	WAREM S.A.C.	Hora de envío :	17:41:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases administrativas se menciona: "Copia simple de folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o similares para acreditar las características técnicas, tipo, lo que debe incluir los bienes, funciones básicas, software y hardware, previstos en las especificaciones técnicas de cada ítem"

Se solicita al comité modificar de la siguiente forma, para mayor claridad:

"Folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o similares para acreditar las características técnicas (tipo, componentes de los bienes, funciones básicas, software y hardware) previstas en las especificaciones técnicas de cada ítem. Los documentos pueden ser en idioma original o con traducción simple".

Además del comentario: Debido a que la propuesta técnica se presentará de manera digital, "los documentos solicitados pueden ser documentos digitales o copias de documentos físicos emitidos por el fabricante o proveedor".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2. Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el Art. 59 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, en tal sentido, los documentos presentados en idioma distinto al español, deben ser presentados con su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases integradas se modificarán de la siguiente manera:

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta

¿

e) Copia simple de folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o similares para acreditar las características técnicas, tipo, lo que debe incluir los bienes, funciones básicas, software y hardware, previstos en las especificaciones técnicas de cada ítem. En caso la información contenida en dichos documentos sea distinto al idioma español, estos deberán ser presentados con su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20521301237	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	WAREM S.A.C.	Hora de envío :	17:41:44

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité aclarar, en el ítem 1:

1) Se trata de un modelo femenino o masculino o modelo mixto (que incluya ambos sexos)

2) Referente al acceso intravascular, solicitamos considerar: acceso intravascular en el brazo derecho o izquierdo o en el cordón umbilical; ya que dependerá de cada fabricante.

3) Se solicita considerar "intubación bronquial", aclarando que sea "derecha e izquierda (división de intubación) como opcionales"; ya que dependerá de cada fabricante

**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En el punto 1, se aclara que uno de los simuladores es masculino y el otro es femenino.

En el punto 2, se aclara que acceso intravascular puede ser en el brazo derecho o izquierdo o cordón umbilical; ya que la convocatoria refiere un bebé con rango entre 0 a 6 meses.

En el punto 3, se aclara que lo indispensable es que el simulador debe permitir intubación bronquial, considerando como deseable que tenga división de intubación derecha o izquierda; que servirá para una práctica de manejo avanzado de vías aéreas; sin caer en la especialización específica.

Por lo tanto, se acoge parcialmente la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

\* 1. ÍTEM PAQUETE N° 1.- SIMULADOR INFANTIL NEONATAL (0-6 MESES) ¿ NIÑO y NIÑA

¿ Torso realista, acceso intravascular en el brazo izquierdo o derecho o en el cordón umbilical

¿ El simulador debe permitir la inclinación de cabeza y elevación de barbilla. Maniobra de empuje de mandíbula. Intubación oro, endo y nasotraqueal. Intubación con fibra óptica. Intubación bronquial derecha o izquierda (división de intubación)...

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20521301237	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	WAREM S.A.C.	Hora de envío :	17:41:44

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité aclarar, en el ítem 4:

1) "Inserción intraósea (al menos en dos puntos anatómicos diferentes); puede ser en el húmero o manubrio o tibia"; ya que dependerá de cada fabricante.

2) Se solicita considerar "El simulador debe de tener su propio sistema de alimentación como baterías o algún otro sistema en base al fabricante; pero debe tener la capacidad de funcionar inalámbricamente" a cambio de "la parte superior sin alimentación no requiere baterías para funcionar"

\*Dado que al tratarse de un simulador de alta fidelidad, es indispensable la alimentación energética del equipo para su funcionamiento, y, la forma y lugar de inserción en el simulador es de acuerdo a cada casa matriz.

**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En el punto 1, se aclara que opcionalmente el postor puede ofertar que el simulador permite realizar cricotiroidotomía, inserción intraósea (húmero o manubrio o tibia). Se acoge parcialmente la consulta.

En el punto 2, se acoge parcialmente su consulta, debiendo el simulador tener su propio sistema de alimentación como baterías o algún otro sistema en base al fabricante, que permita el funcionamiento de todo el simulador. Por lo que se eliminará la frase " la parte superior sin alimentación no requiere baterías para funcionar" y se indicará lo explicado líneas arriba.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:  
Características técnicas:

- ...
- ¿ El simulador debe permitir realizar cricotiroidotomía, inserción intraósea (húmero o manubrio o tibia)...
  - ¿ El simulador debe de tener su propio sistema de alimentación como baterías o algún otro sistema en base al fabricante que permita el funcionamiento de todo el simulador.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

1.Modelo masculino y femenino de cuerpo completo, simulara un bebe de entre 0-6 meses se solicita amablemente al comité indicar el modelo de simulador infantil neonatal indicar el sexo del bebe masculino o femenino

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los simuladores 1 es masculino y el otro es femenino.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

2.Debe permitir el entrenamiento del soporte básico vital (BLS) y soporte básico avanzado (ALS), debe permitir la intubación, así como entrenamiento multidisciplinario en equipo y entrenamiento médico.Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca medical-x, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://medical-x.com/product/nenasim-infant/>) por lo que, se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. Entrenamiento del soporte básico vital (BLS) y soporte básico avanzado (ALS). (opcional).

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar lo absuelto en la consulta 5.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores. Además, los entrenamientos de soporte avanzado son necesarios para la práctica de una emergencia médica real que pueda surgir, por ejemplo en el SERUMS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificarán las características técnicas del simulador infantil neonatal (0-6 meses) - como la respuesta a la consulta 5.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

3.Rostro y piel realista, cabeza movable, inclinación de cabeza que permita Reanimación Cardiopulmonar (RCP), movimiento de los parpados, posibilidad de abrir los parpados manualmente, dilatación pupilar, fontanela con pulso palpable y profundidad ajustable.

¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca medical-x, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://medical-x.com/product/nenasim-infant/>) por lo que, se se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. Rostro y piel realista, cabeza movable, inclinación de cabeza que permita Reanimación Cardiopulmonar (RCP), movimiento de los parpados, posibilidad de abrir los parpados manualmente, dilatación pupilar. (opcional), fontanela con pulso palpable y profundidad ajustable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador; además, la característica "dilatación pupilar", permitirá que nuestras estudiantes afiancen sus conocimientos sobre la acción del sistema nervioso en esta reacción fisiológica que pueden encontrar en un paciente real.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

4.Debe permitir simular cianosis, ictericia, coloración roja y pálida de las mejillas y mentón, manos y pies.  
¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca medical-x, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://medical-x.com/product/nenasim-infant/>) por lo que, se solicita amablemente que quede de la siguiente forma. Debe permitir simular cianosis, ictericia, coloración roja y pálida de las mejillas (y mentón) opcional, manos y pies.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir con la finalidad académica del simulador. Además, la modificación de coloración en la parte distal del cuerpo (manos y pies) pueden significar estados de salud determinantes en la vida de un bebé como, por ejemplo enlentecimiento de circulación sanguínea capilar, lo que es crucial que un profesional de enfermería sepa identificar prematuramente para activar protocolos de emergencia médica.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

5.Debe emitir sonidos vocales: risa, llanto, hipo, tos y respiración.  
¿sonidos vocales (risa, llanto, hipo, tos y respiración) los sonidos vocales solicitados no son acorde a un recién nacido, sino a un infante, excepto el llanto que si pertenece a un recién nacido. asimismo, cabe resaltar que es una característica dirigida al marca medical-x, distribuida por el proveedor warem. (ver link: <https://medical-x.com/product/nenasim-infant/>) por lo que, se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. ¿sonidos vocales: risa, llanto, hipo, tos y respiración (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, en aplicación del principio de libertad de concurrencia.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:  
Características técnicas:  
...  
¿ Debe emitir sonidos vocales: risa, llanto, hipo, tos y respiración (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

6.Torso realista, acceso intravascular en el brazo izquierdo.  
¿cabe resaltar que es una característica dirigida al marca medical-x, distribuida por el proveedor warem. (ver link: <https://medical-x.com/product/nenasim-infant/>) por lo que se se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. Torso realista, acceso intravascular en el brazo izquierdo simulado(opcional).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Consultar respuesta de la pregunta 17.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificarón de acuerdo a la respuesta a la consulta 17, punto 2



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

7.Debe permitir cateterismo de uretra, pierna para infusión intraósea, medición de la temperatura rectal. cabe resaltar que es una característica dirigida al marca medical-x, distribuida por el proveedor warem. (ver link: <https://medical-x.com/product/nenasim-infant/>) por lo que se se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. debe permitir cateterismos de uretra, pierna para infusion intraósea, ¿medición de la temperatura rectal de manera (opcional)?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir su finalidad del simulador; particularmente la característica de "medición de la temperatura rectal"es crucial en el entrenamiento de la atención inmediata de un recién nacido que además de medir la temperatura, permite identificar el ano imperforado.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

8.Software que permite crear lista de cotejo personalizadas, marca acciones en vivo o desde fuente de video, revisar en directo sin parar la grabación, modificar velocidades de reproducción, utilizar el tiempo real (timeline) y la matriz de datos crear /observar los paneles estadísticos que se originaron a partir de los clics, exportar trabajo en videos. cabe resaltar que es una característica dirigida a la marca codimg, distribuida por el proveedor warem. (ver link: <https://www.codimg.com/healthcare/es/>) por lo que se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. software que permite grabar y monitorizar y verificar el sistema debriefing en tiempo real en alta resolución Las funciones avanzadas como Scenario Designer o Media Screen Control se pueden activar en cualquier momento con una actualización del software .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, en aplicación del principio de libertad de concurrencia. Por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir su finalidad académica, considerando además que parte de lo propuesto por el postor ya se encuentra implícitamente en lo solicitado, aunque no necesariamente con la misma terminología que sugiere el postor. Por ello, se modificará en las bases administrativas

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:  
Características técnicas:

- Software que permite crear lista de cotejo personalizadas, marca acciones en vivo o desde fuente de video, revisar en directo sin parar la grabación, modificar velocidades de reproducción, utilizar el tiempo real (timeline) y la matriz de datos crear /observar los paneles estadísticos que se originaron a partir de los clics, exportar trabajo en videos. El software debe permitir el Scenario Designer o Media Screen Control

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

9.hardware necesario y compatible para su uso (lapto-pc/video camara y microfono integrado).por lo que se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. incluir camara de alta gama ,sistema de audio de alta calidad, que se pueden conectar de manera flexible mediante soportes de cámara separados y controlar fácilmente a través del software

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la laptop estará en la zona de control u observación y que la videocámara y micrófono deberán ser instalados en la zona de experiencia de simulación; por lo tanto, no pueden ser opcionales ya que estas dos últimas son los instrumentos con los que se recogen los datos de la simulación que serán analizadas en el software que está instalado en la laptop o PC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

10. Software que permite crear lista de cotejo personalizadas, marca acciones en vivo o desde fuente de video, revisar en directo sin parar la grabación, modificar velocidades de reproducción, utilizar el tiempo real (timeline) y la matriz de datos crear /observar los paneles estadísticos que se originaron a partir de los clics, exportar trabajo en videos. cabe resaltar que es una característica dirigida a la marca codimg, distribuida por el proveedor warem. (ver link: <https://www.codimg.com/healthcare/es/>) por lo que se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. software que permite grabar y monitorizar y verificar el sistema debriefing en tiempo real en alta resolución Las funciones avanzadas como Scenario Designer o Media Screen Control se pueden activar en cualquier momento con una actualización del software .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, en aplicación del principio de libertad de concurrencia. Por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir su finalidad académica, considerando además que parte de lo propuesto por el postor ya se encuentra implícitamente en lo solicitado, aunque no necesariamente con la misma terminología que sugiere el postor. Por ello, se modificará en las bases administrativas

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:  
Características técnicas:

- Software que permite crear lista de cotejo personalizadas, marca acciones en vivo o desde fuente de video, revisar en directo sin parar la grabación, modificar velocidades de reproducción, utilizar el tiempo real (timeline) y la matriz de datos crear /observar los paneles estadísticos que se originaron a partir de los clics, exportar trabajo en videos. El software debe permitir el Scenario Designer o Media Screen Control

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

11.hardware necesario y compatible para su uso (lapto-pc/video camara y microfono integrado).por lo que se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. incluir camara de alta gama ,sistema de audio de alta calidad, que se pueden conectar de manera flexible mediante soportes de cámara separados y controlar fácilmente a través del software

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la laptop estará en la zona de control u observación y que la videocámara y micrófono deberán ser instalados en la zona de experiencia de simulación; por lo tanto, no pueden ser opcionales ya que estas dos últimas son los instrumentos con los que se recogen los datos de la simulación que serán analizadas en el software que está instalado en la laptop o PC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

12. edicion de video con herramientas que permiten modificar formato unir segmentos realizar intervención grafica sobre fotogramas de video para realizar marcación extraccion de escenas.por lo que se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. edicion de video con herramientas que permiten modificar formato unir segmentos realizar intervención grafica sobre fotogramas de video para realizar marcación extraccion de escenas (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir su finalidad académica.Además de manera particular la característica "realizan marcación, extracción de escenas", es indispensable para la etapa del debriefing con los estudiantes. El debriefing es la etapa de la simulación clínica en la cual el docente puede analizar de manera conjunta con los estudiantes el accionar positivo o por mejorar de la práctica realizada total o por segmentos específicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

13. analisis detallado de resultados a travez de graficas estadisticas, investigaciones de compotamiento , consulta de objetivo con link directos a los momentos del video, evaluaciones,proceso de mejoras de calidad. por lo que, se solicita amablemente al comite analisis detallado de resultados a travez de graficas estadisticas, investigaciones de compotamiento , consulta de objetivo con link directos a los momentos del video, evaluaciones,proceso de mejoras de calidad de manera opcional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que "proceso de mejoras de calidad" es una característica que se refiere al objetivo académico al que apoya implícitamente el software que es: mejorar los procesos (prácticas de simulación), con la finalidad de que el alumno entrene repetitivamente en un entorno simulado para adquirir o reforzar destrezas y habilidades clínicas y puedan estar mejor preparados ante una experiencia real (paciente real). Por lo tanto, no podría ser opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

14.incluir ojos reactivos, sensibles a la luz (pupilas dilatadas y contraídas), tambien responden a la luz ambiental.¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca tacmedsolutions, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://tacmedsolutions.com/collections/simulation-products-1/products/wbs-emitt-active-shooter?variant=39561411887303>) por lo que, se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma incluir ojos reactivos, sensibles a la luz (pupilas dilatadas y contraídas), tambien responden a la luz ambiental de manera opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, en aplicación del principio de libertad de concurrencia. Por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador,actualizando en las bases que la respuesta a la luz ambiental será de manera opcional.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:  
Características técnicas:

- Incluir ojos reactivos, sensibles a la luz (pupilas dilatadas y contraídas), también responden a la luz ambiental (opcional).



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

15.debe ser se configurado de forma remota para señalar pupilar miosis pupilar TBI o fijos /sin respuesta ¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca tacmedsolutions, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://tacmedsolutions.com/collections/simulation-products-1/products/wbs-emitt-active-shooter?variant=39561411887303>) por lo que, se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma debe ser se configurado de forma remota para señalar pupilar miosis pupilar manual.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador; en cuanto a respuesta ocular integral.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

16.permitir las practicas de insercion endovenosa: entrenamiento IV en la vena ante cubital de brazo izquierdo , con señal de flash.¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca tacmedsolutions, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://tacmedsolutions.com/collections/simulation-products-1/products/wbs-emitt-active-shooter?variant=39561411887303>) por lo que, se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma permitir las practicas de insercion endovenosa: entrenamiento IV en la vena ante cubital de brazo izquierdo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador, además, servirá para adquirir destrezas en canalización de la vía venosa por la que se administrará los líquidos, electrolitos y medicamentos.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

17.permite la insercion de tubos torácicos bilaterales: con registro en el control remoto con tapones de piel reemplazables y de uso multiple se puede suturar la piel en el lugar de insercion de tubo torácico.¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca tacmedsolutions, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://tacmedsolutions.com/collections/simulation-products-1/products/wbs-emitt-active-shooter?variant=39561411887303>) por lo que, se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma permite la insercion de tubos torácicos bilaterales se puede suturar la piel en el lugar de insercion de tubo torácico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta,en aplicación del principio de libertad de concurrencia.Aclarando que el sistema de "registro en el control remoto" es obligatorio y se refiere a que el simulador debe tener un feedbak inmediato para confirmar la buena práctica del estudiante; además pude ser un control remoto o un dispositivo similar, tipo tablet de acuerdo a cada fabricante.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:  
Características técnicas:

- Permite inserción de tubos torácicos bilaterales: con registro en dispositivo electrónico, con tapones de piel reemplazables y de uso múltiple. Se puede suturar la piel en el lugar de inserción del tubo torácico.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

18.se puede realizar practicas de cateter venoso central: en la linea central con una señal de flash , compatibilidad con ultrasonido y sensores para monitorear la colocacion se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma ealizar practicas de cateter venoso central: en la linea central compatibilidad con ultrasonido.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador, ademas, dicha característica facilitará al estudiante adquirir conocimientos básicos para el desempeño profesional.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

**Consulta: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

20.El simulador debe permitir presentar Lesiones y traumatismos: Pelvis izquierda o derecha con crepitaciones, herida inguinal no comprimible (pelvis izquierda o derecha],es sangrante y pulsátil, puede generarse pulsaciones a través del control remoto y es visible fisiológicamente; se puede colocar una piel de accesorio en la herida inguinal, lo que permitirá palpar los pulsos femorales; pierna derecha con amputación traumática (con movimiento) , donde se visualiza el hueso fragmentado / práctica de colocación de torniquete y manejo de hemorragias activas y pulsátiles (monitoreo del volumen de pérdidas de sangre, a través del software); un brazo incluya heridas por quemaduras de 2do y 3er grado.¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca tacmedsolutions, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://tacmedsolutions.com/collections/simulation-products-1/products/wbs-emitt-active-shooter?variant=39561411887303>) por lo que, se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma debe ser se configurado de forma pierna derecha con amputación traumática (con movimiento) de manera opcional

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la consulta,en aplicación del principio de libertad de concurrencia.Aclarando que el simulador debe incluir como mínimo: lesiones y traumatismo en pelvis o extremidad inferior, herida sangrante y pulsátil que es visible fisiológicamente, palpación de pulsos femorales, amputación con movimiento de pierna y de manera opcional quemaduras de 2do o 3er grado.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:  
Características técnicas:

- Permite el simulador debe incluir como mínimo: lesiones y traumatismo en pelvis o extremidad inferior, herida sangrante y pulsátil que es visible fisiológicamente, palpación de pulsos (femorales), amputación con movimiento de pierna y quemaduras de 2do o 3er grado (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

21.Permite prácticas pera manejo de: herida comprimible; Herida en el pecho que succiona (burbujeante); herida de bala en el muslo; sangrado activo y respuesta de oclusión; aplicación de torniquete real; infusión intraósea.¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca tacmedsolutions, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://tacmedsolutions.com/collections/simulation-products-1/products/wbs-emitt-active-shooter?variant=39561411887303>) por lo que, se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma debe ser se configurado de forma Herida en el pecho que succiona (burbujeante) de manera opcional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador, además, servirá para que el estudiante pueda visualizar y reconocer los diferentes tejidos del que está compuesto un determinado órgano, asimismo, acudir de forma urgente para evitar complicaciones en el paciente y disminuir riesgos de morir o enfermar.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

22.El Simulador debe permitir separar el segmento superior e inferior del cuerpo y funcionar aisladamente con un control remoto, para poder generar dos escenarios clínicos paralelos o estaciones de prácticas contiguas ¿Cabe resaltar que es una característica dirigida al marca tacmedsolutions, distribuida por el proveedor warem (ver link: <https://tacmedsolutions.com/collections/simulation-products-1/products/wbs-emitt-active-shooter?variant=39561411887303>) por lo que, se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma debe ser se configurado de forma El Simulador debe tener el cuerpo completo y funcionar aisladamente con un control remoto, para poder generar dos escenarios clínicos paralelos o estaciones de prácticas contiguas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador, además, servirá para que el estudiante pueda inferir diferencias y concluir opiniones entre un estado y el otro.

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

23.EL Modelo debe incluir múltiples sensores brindan retroalimentación instantánea, a través del control remoto retorzado. se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma EL Modelo debe incluir múltiples sensores brindan retroalimentación instantánea, a través del control remoto retorzado de manera opcional

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador. Además aclarando que el control remoto reforzado puede ser modificado por algún otro dispositivo móvil que cumpla la funcionalidad de acuerdo a cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

24.El torso superior e inferior debe ser factible de desconecta para facilitar el almacenamiento y el transporte.se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma cuerpo completo que debe ser factible de desconecta para facilitar el almacenamiento y el transporte con caja reforzado con sistema de rueda para facil transporte.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir la finalidad académica del simulador.Los simuladores además, tendrán un área específica para realizar la simulación y se está priorizando la finalidad académica a la versatilidad en el traslado y almacenamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

25.incluir accesorios femeninas: genitales y senos se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente forma genitales y senos no intercambiable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases se requiere un simulador masculino, por tanto, solo se incluirá el accesorio de los genitales, por cuanto, las características solicitadas en las bases permitirán cumplir su finalidad académica del simulador,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:

Características técnicas:

- Incluir accesorios: genitales

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

26. Software que permite crear lista de cotejo personalizadas, marca acciones en vivo o desde fuente de video, revisar en directo sin parar la grabación, modificar velocidades de reproducción, utilizar el tiempo real (timeline) y la matriz de datos crear /observar los paneles estadísticos que se originaron a partir de los clics, exportar trabajo en videos. cabe resaltar que es una característica dirigida a la marca codimg, distribuida por el proveedor warem. (ver link: <https://www.codimg.com/healthcare/es/>) por lo que se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. software que permite grabar y monitorizar y verificar el sistema debriefing en tiempo real en alta resolución Las funciones avanzadas como Scenario Designer o Media Screen Control se pueden activar en cualquier momento con una actualización del software .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, en aplicación del principio de libertad de concurrencia. Por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir su finalidad académica, considerando además que parte de lo propuesto por el postor ya se encuentra implícitamente en lo solicitado, aunque no necesariamente con la misma terminología que sugiere el postor. Por ello, se modificará en las bases administrativas

Por otra parte, es importante señalar que no existe direccionamiento, por cuanto existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificará de la siguiente manera:  
Características técnicas:

- Software que permite crear lista de cotejo personalizadas, marca acciones en vivo o desde fuente de video, revisar en directo sin parar la grabación, modificar velocidades de reproducción, utilizar el tiempo real (timeline) y la matriz de datos crear /observar los paneles estadísticos que se originaron a partir de los clics, exportar trabajo en videos. El software debe permitir el Scenario Designer o Media Screen Control

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

27.Digitalización: El Software debe permite digitalizar las listas de Chequeo disponibles en papel, a través de botoneras personalizables e intuitivas, creación ilimitada de lista de Chequeo  
se solicita amablemente al comité que quede de la siguiente formaEl Software debe permite digitalizar las listas de Chequeo disponibles en papel, a través de botoneras personalizables e intuitivas, creación ilimitada de lista de Chequeo de manera opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, por cuanto las características solicitadas en las bases permitirán cumplir con la finalidad académica. Además la "creación de lista de chequeo ilimitada" es una característica indispensable para que los docentes puedan crear diversos escenarios de simulación clínica en base a sus propias experiencias clínicas o adaptaciones a la realidad de salud local.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20546917003	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	NUCLEOTECH EQUIPAMIENTO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	22:58:35

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

28.hardware necesario y compatible para su uso (lapto-pc/video camara y microfono integrado).por lo que se solicita amablemente al comite que quede de la siguiente forma. incluir camara de alta gama ,sistema de audio de alta calidad, que se pueden conectar de manera flexible mediante soportes de cámara separados y controlar fácilmente a través del software

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM NRO 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la laptop estará en la zona de control u observación y que la videocámara y micrófono deberán ser instalados en la zona de experiencia de simulación; por lo tanto, no pueden ser opcionales ya que estas dos últimas son los instrumentos con los que se recogen los datos de la simulación que serán analizadas en el software que está instalado en la laptop o PC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:27:32

**Observación: Nro. 46**

**Consulta/Observación:**

Las especificaciones mencionadas en las bases administrativas de este proceso replican fielmente las características del simulador "NENA Sim" de la marca "Medical X". Esto se puede verificar tanto en el sitio web del fabricante como en el folleto del producto. La singularidad de este simulador, exclusivo de Medical X, hace imposible que exista una pluralidad de marcas, contradiciendo lo afirmado en el "Resumen Ejecutivo" de este proceso. Por tanto, la investigación de mercado presenta claras irregularidades que favorecen a un único oferente, infringiendo abiertamente el Artículo 29, numeral 4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por esta razón, solicitamos al comité de selección que permita la aceptación de un simulador con características semejantes o que se reconsidere el proceso, regresando a la etapa de investigación de mercado para identificar aquellos atributos que pueden ser satisfechos por varias marcas, no exclusivamente por Medical X.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: 1 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 29, numeral 4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas y que cumplen con los objetivos académicos determinados por el área usuaria. Asimismo, el objetivo de la presente adquisición es adquirir simuladores de alta fidelidad para mejorar los estándares en la enseñanza de los futuros enfermeros y enfermeras de la UNSAAC. En ese sentido, los postores deben cumplir con lo que solicita en las bases. Finalmente, en el pliego de consultas y observaciones, en muchas de las consultas se ha ampliado algunos rangos de pesos, medidas y otras características técnicas, por ello, no están orientadas a determinado fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:27:32

**Observación: Nro. 47**

**Consulta/Observación:**

Las especificaciones mencionadas en las bases administrativas de este proceso replican fielmente las características del simulador "RealMom" de la marca "Operative Experience". Esto se puede verificar tanto en el sitio web del fabricante como en el folleto del producto. La singularidad de este simulador, exclusivo de Operative Experience, hace imposible que exista pluralidad de marcas, contradiciendo lo afirmado en el "Resumen Ejecutivo" de este proceso. Por tanto, la investigación de mercado presenta claras irregularidades que favorecen a un único oferente, infringiendo abiertamente el Artículo 29, numeral 4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por esta razón, solicitamos al comité de selección que permita la aceptación de un simulador con características semejantes o que se reconsidere el proceso, regresando a la etapa de investigación de mercado para identificar aquellos atributos que pueden ser satisfechos por varias marcas, no exclusivamente por Operative Experience.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 29, numeral 4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas y que cumplen con los objetivos académicos determinados por el área usuaria. Asimismo, el objetivo de la presente adquisición es adquirir simuladores de alta fidelidad para mejorar los estándares en la enseñanza de los futuros enfermeros y enfermeras de la UNSAAC. En ese sentido, se le solicita al postor ceñirse a las bases o, si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, el comité no tendrá problema en evaluarla, siempre y cuando lo acredite. Finalmente, en el pliego de consultas y observaciones, en muchas de las consultas se ha ampliado algunos rangos de pesos, medidas y otras características técnicas, por ello, no están orientadas a determinado fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:27:32

**Observación: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

Las especificaciones mencionadas en las bases administrativas de este proceso replican fielmente las características del simulador "Child Manikin 10y/o" de la marca "SIMBODIES". Esto se puede verificar tanto en el sitio web del fabricante como en el folleto del producto. La singularidad de este simulador, exclusivo de SIMBODIES, hace imposible que exista pluralidad de marcas, contradiciendo lo afirmado en el "Resumen Ejecutivo" de este proceso. Por tanto, la investigación de mercado presenta claras irregularidades que favorecen a un único oferente, infringiendo abiertamente el Artículo 29, numeral 4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por esta razón, solicitamos al comité de selección que permita la aceptación de un simulador con características semejantes o que se reconsidere el proceso, regresando a la etapa de investigación de mercado para identificar aquellos atributos que pueden ser satisfechos por varias marcas, no exclusivamente por SIMBODIES.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3      Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 29, numeral 4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas y que cumplen con los objetivos académicos determinados por el área usuaria. Asimismo, el objetivo de la presente adquisición es adquirir simuladores de alta fidelidad para mejorar los estándares en la enseñanza de los futuros enfermeros y enfermeras de la UNSAAC. En ese sentido, se le solicita al postor ceñirse a las bases o, si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, el comité no tendrá problema en evaluarla, siempre y cuando lo acredite. Finalmente, en el pliego de consultas y observaciones, en muchas de las consultas se ha ampliado algunos rangos de pesos, medidas y otras características técnicas, por ello, no están orientadas a determinado fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL IOARR DE OPTIMIZACIÓN: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (LABORATORIO DE ANATOMÍA, FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, MATERNO INFANTIL, MÉDICO QUIRÚRGICO Y NUTRICIÓN) DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO¿, CON CUI 2558751

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	27/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:27:32

**Observación: Nro. 49**

**Consulta/Observación:**

Las especificaciones mencionadas en las bases administrativas de este proceso replican fielmente las características del simulador "TCS" de la marca "OPERATIVE EXPERIENCE". Esto se puede verificar tanto en el sitio web del fabricante como en el folleto del producto. La singularidad de este simulador, exclusivo de OPERATIVE EXPERIENCE, hace imposible que exista pluralidad de marcas, contradiciendo lo afirmado en el "Resumen Ejecutivo" de este proceso. Por tanto, la investigación de mercado presenta claras irregularidades que favorecen a un único oferente, infringiendo abiertamente el Artículo 29, numeral 4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por esta razón, solicitamos al comité de selección que permita la aceptación de un simulador con características semejantes o que se reconsidere el proceso, regresando a la etapa de investigación de mercado para identificar aquellos atributos que pueden ser satisfechos por varias marcas, no exclusivamente por OPERATIVE EXPERIENCE.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4      Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 29, numeral 4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas y que cumplen con los objetivos académicos determinados por el área usuaria. Asimismo, el objetivo de la presente adquisición es adquirir simuladores de alta fidelidad para mejorar los estándares en la enseñanza de los futuros enfermeros y enfermeras de la UNSAAC. En ese sentido, se le solicita al postor ceñirse a las bases o, si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, el comité no tendrá problema en evaluarla, siempre y cuando lo acredite. Finalmente, en el pliego de consultas y observaciones, en muchas de las consultas se ha ampliado algunos rangos de pesos, medidas y otras características técnicas, por ello, no están orientadas a determinado fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null