

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:06:17

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CON AL SUB ITEM 1.2 DETERGENTE ENZIMATICO BACTERIOSTATICO BIODEGRADABLE x 1 GALON; SOLICITAMOS AL AREA USUARIA SUPRIMIR EL ISO 9001, A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCA Y POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge las obervaciones y se procede a suprimir el ISO 9001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:06:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:
CON RESPECTO AL SUB ITEM 1.3 ORTOFTALDEHIDO AL 0.55% x 1 GALON CIDEX OPA; SOLICITAMOS AL AREA USUARIA SUPRIMIR EL ISO 9001, A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCA Y POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge las obervaciones y se procede a suprimir el ISO 9001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:06:17

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL SUB ITEM 1.3 CLORHEXIDINA GLUCONATO 4% x 1L ESPUMA EN BOTE CIRCUITO CERRADO CON DISPENSADOR; SOLICITAMOS AL AREA USUARIA SUPRIMIR EL ISO 9001, A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCA Y POSTORES ; ASI MISMO INDICAR SI LA ENTREGA DE DISPENSADORES SERA LA MISMA CANTIDAD SOLICITADA EN LAS BASES ES DECIR 300 UN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge las obervacion y se procede a suprimir el ISO 9001. La cantidad de dispensadores sera de igual cantidad con lo requerido en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:06:17

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL AREA USUARIA ACEPTAR QUE LA PRESENTACION DEL ROTULADO SEA AL MOMENTO DE INTERNAR LOS INSUMOS A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCA Y POSTORES

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** I **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
El rotulado de estar de acuerdo a DS 016-2011 ¿SA y al autorizado en su Registro Sanitario, con impresiones de caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. El rotulado debe ir en los envases inmediato y mediato, tal como lo exige la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:06:17

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ITEM BENCINA RECTIFICADA X LITRO: SOLICITAMOS AL AREA USUARIA SUPRIMIR LA PRESENTACION DEL REGISTRO SANITARIO Y ACEPTAR CARTA DE DIGEMID, YA QUE ESTE ES UN PRODUCTO QUE NO REQUIERE REGISTRO NECESARIO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y se procede a suprimir Registro Sanitario y se cambia por carta aclaratoria emitida por DIGEMID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:06:17

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:
CON RESPECTO AL SUB ITEM 2.1 BOTA DESCARTABLE X 100 UNID ACEPTAR LA PRESENTACION DE BOTA O CUBRECALZADO DESCARTABLE, A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCA Y POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observacion de Bota descartable x 100 UNID a Bota o cubrecalzado descartable x 100 UNID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	18:24:07

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO ¿ 2024

ITEM: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
SUB ITEM 2.3 MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ¿L¿

Dice:
Envase inmediato: Empaque individual aséptico estéril.

Debe decir:
Empaque individual estéril

ENVASE INMEDIATO:
Dice: empaque interno de papel grado medico y el extremo de manga mixta

Solicitamos al comité que pueda incluir en:
ENVASE INMEDIATO: que en el empaque interno se considere que sea en papel crepado o envoltorio de la misma tela del mandil, para mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el área usaría señala que Se acoge la observacion de manera parcial, puede ser el envase inmediato de papel crepado o envoltorio de la misma tela siempre y cuando sea empaque individual y aseptico estéril tal como esta en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	18:24:07

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO ¿ 2024

ITEM 2: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

SUB ITEM 2.3 MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ¿L¿

En sus CARACTERISTICAS no indica el gramaje del producto.

OBSERVAMOS

Solicitamos al comité que pueda incluir el GRAMAJE MINIMO del producto MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ¿L¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria señala que Se acoge la observacion incluyendo el Gramaje : 45 g/m2 a 55 g/m2 (± 5 g/m2 tolerancia de fabricación)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	18:24:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO ¿ 2024

ITEM 2: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
SUB ITEM 2.4 MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ¿M¿

Dice:
Envase inmediato: Empaque individual aséptico que garantice la integridad del producto

Debe decir:
Empaque individual que garantice la integridad del producto

Solicitamos al comité en:
ENVASE INMEDIATO: Empaque Individual suprimir la palabra aséptico ya que se entiende que el producto es estéril, y así evitar confusiones.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el área usuaria señala que Se acoge la observacion , quedando : Envase inmediato individual que garantice la integridad del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO D MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	18:24:07

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO ¿ 2024

ITEM 2: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
SUB ITEM 2.4 MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ¿M¿
En sus CARACTERISTICAS no indica el gramaje del producto.

OBSERVAMOS
Solicitamos al comité que pueda incluir el GRAMAJE MINIMO del producto MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ¿M¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el área usuaria señala que Se acoge la observacion incluyendo el Gramaje : 45 g/m2 a 55 g/m2 (± 5 g/m2 tolerancia de fabricación)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null