

PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0014-2025-OTL/PETROPERÚ, PRIMERA CONVOCATORIA
"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL ICP"

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1	En la página 1 indica "repuestos para el equipo ICP de Laboratorio", por favor indicar el modelo del equipo para verificar las compatibilidades de los repuestos y consumibles solicitados. Por ejemplo, iCE 3300 de la marca Thermo Scientific	RPA SAC	El modelo del equipo ICP es ILAP PRO XP DLC y el N° Serie: lcappr060399 compatible con la marca: Thermo Scientific	NO APLICA
2	En la página 6, sub ítem 1.10, por favor proporcionar el N/P correcto porque el 842312051431 hace referencia a un nebulizador. En caso no cuenten con el N/P, confirmar el diámetro interno o el color de la banda (negro, azul o rojo)	RPA SAC	El número de parte es: 942315500161	Se modifica las CT (APENDICE 1 , ITEM 1.10)
3	En la página 7, sub ítem 1.11, por favor proporcionar el N/P correcto porque el 842312051431 hace referencia a un nebulizador. En caso no cuenten con el N/P, ¿de cuántas posiciones es el rack del autosampler? ¿El volumen del tubo que requieren?	RPA SAC	El número de parte es: BRE0032852	Se modifica las CT (APENDICE 1 , ITEM 1.11)
4	En la página 7, sub ítem 1.12, por favor proporcionar el N/P correcto porque el 842312051431 hace referencia a un nebulizador. En caso no cuenten con el N/P, por favor confirmar si necesitan tubos con o sin faldón. El de la fotografía que presentan es sin faldón.	RPA SAC	El número de parte es: BRE0032853	Se modifica las CT (APENDICE 1 , ITEM 1.12)