

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/RATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES POR UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20489971713

Fecha de envío : 11/12/2024

Nombre o Razón social : J.J. BIOELECTRORED SERVICE S.R.L.

Hora de envío : 20:04:07

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Se solicita al comité que la experiencia del ingeniero residente sea reducida a 2 años como mínimo de experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos, con conocimientos de office y autocad asumiendo cargos de ingeniero residente y/o jefe de taller, así mismo sobre el personal asistente profesional sea reducida a 1 año como mínimo de experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos y/o instalaciones eléctricas y electrónicas con conocimientos de office, esto permitiría que todos los proveedores puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5.10.2

Literal: a

Página: 36

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Artículo 2, a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria acogen la Observación, Ley de Contrataciones del Estado Artículo N° 2 b) Igualdad de trato

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero DOS (02) AÑOS COMO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CON CONOCIMIENTOS DE OFFICE Y AUTOCAD ASUMIENDO CARGOS DE INGENIERO RESIDENTE Y/O JEFE DE TALLER.

Asistente profesional: UN (01) AÑOS COMO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS CON CONOCIMIENTOS DE OFFICE

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/RATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES POR UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20489971713	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	J.J. BIOELECTRORED SERVICE S.R.L.	Hora de envío :	20:04:07

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que la El técnico ¿A¿ y/o ¿B¿, quien se haga cargo del mantenimiento y reparación de las fuentes de radiación (equipos de: Rayos x Estacionario, Mamógrafo, Rayos X Portátil y Rayos X Dental) deberán contar con la autorización vigente otorgada por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), conforme lo establece el Art.33 de la Ley N°28028, esto permitiría que todos los proveedores puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: a.2.2 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Artículo 2, a) Libertad de concurrencia, Las Entidades, b) Igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinacion con el area usuaria acogen la Observacion, Ley de Contrataciones del Estado Artículo N° 2 b) Igualdad de Trato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisito El técnico A y/o B, quien se haga cargo del mantenimiento y reparación de las fuentes de radiación (equipos de: Rayos x Estacionario, Mamógrafo, Rayos X Portátil y Rayos X Dental) deberán contar con la autorización vigente otorgada por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), conforme lo establece el Art.33 de la Ley N°28028.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/RATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES POR UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20489971713	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	J.J. BIOELECTRORED SERVICE S.R.L.	Hora de envío :	20:04:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita al comité se aclare sobre la capacitación del técnico ¿a y b es de (80) horas mínimo en cursos de capacitación en mantenimiento de equipos biomédicos a partir de la obtención del título de profesional técnico o grado de bachillerato

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: b Literal: b.2.2 Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinacion con el area usuaria dan respuesta que los cursos de capacitacion estan relacionados a equipos biomedicos con el servicio convocado, Ley de Contrataciones del Estado Articulo N° 2 a) Libertad de concurrencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null