

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYO X; EN EL(LA) YAUYOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2598673

Ruc/código : 20110133091

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.

Hora de envío : 17:07:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita

D02. CON PROGRAMAS RADIOGRAFICOS ANATOMICOS (APR) 2000 O MAYOR,

Los APR para los diversos fabricantes son editables y pueden ser añadidos sin limitar la adquisición de los estudios de diagnóstico por imágenes. Por la pluralidad de postores solicitamos aceptar:

D02. CON PROGRAMAS RADIOGRAFICOS ANATOMICOS (APR) 2000 O MAYOR Y/O 900 (APR) O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: -

Literal: -

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y/O CONSULTA, VISTO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON REQUERIDAS POR EL AREA USUARIA Y A SU VEZ QUE CON OFICIO N°17-2023-DIRESA-SBS CAÑETE YAUYOS-MRY QUIEN ANEXA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYO X; EN EL(LA) YAUYOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2598673

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	17:07:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita:

G01. DIMENSIONES DE LA MESA 220CM O MAYOR X 82 CM O MAYOR

La dimensión de la mesa en relación al ancho no afecta la adquisición de los estudios por la pluralidad de postores solicitamos aceptar también.

G01. DIMENSIONES DE LA MESA 218 O MAYOR X 70 CM O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y/O CONSULTA, VISTO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON REQUERIDAS POR EL AREA USUARIA Y A SU VEZ QUE CON OFICIO N°17-2023-DIRESA-SBS CAÑETE YAUYOS-MRY QUIEN ANEXA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYO X; EN EL(LA) YAUYOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2598673

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	17:07:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita:
G03 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE MINIMO 90 CM
En referencia al rango de desplazamiento longitudinal los diversos fabricantes contamos con estándar de desplazamiento el cual no limita la toma de estudios diagnósticos, por la libre concurrencia de postores solicitamos aceptar:
G03 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE MINIMO 72 CM O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y/O CONSULTA, VISTO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON REQUERIDAS POR EL AREA USUARIA Y A SU VEZ QUE CON OFICIO N°17-2023-DIRESA-SBS CAÑETE YAUYOS-MRY QUIEN ANEXA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYO X; EN EL(LA) YAUYOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2598673

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	17:07:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita:

G04 DESPLAZAMIENTO TRANSVERSAL DE MINIMO 30CM

El desplazamiento transversal de la mesa no limita la adquisición de los estudios diagnósticos, por una mayor concurrencia de postores solicitamos aceptar:

DESPLAZAMIENTO TRANSVERSAL DE MINIMO 21 CM O MAYOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y/O CONSULTA, VISTO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON REQUERIDAS POR EL AREA USUARIA Y A SU VEZ QUE CON OFICIO N°17-2023-DIRESA-SBS CAÑETE YAUYOS-MRY QUIEN ANEXA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYO X; EN EL(LA) YAUYOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2598673

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	17:07:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA: ¿ 30 días calendarios.

Solicitamos amablemente ampliar el plazo de entrega, a 60 días.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y/O CONSULTA, DEBIDO QUE EL PLAZO ESTA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO Y LAS BASES, SE EVALUARA CONFORME DESCRITO ESTA EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYO X; EN EL(LA) YAUYOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2598673

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	22:39:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos se aclare como se va a sustentar las especificaciones técnicas del equipo solicitado, a través de folletos, catálogos, información técnica del equipos, declaraciones juradas del proveedor o postor.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN RESPECTO ANTE UN DECLARACION JURADA DEL POSTOR DETALLANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARA EN LAS BASES INTEGRADAS DECLARACION JURADA DEL POSTOR RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO